

INFORMACIJA APIE SIŪLOMĄ PREKĘ

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus techninius reikalavimus. Geresnių techninių charakteristikų prekės bus laikomos atitinkančiomis techninės specifikacijos reikalavimus.

1 lentelė

Eil. Nr.	Techninio reikalavimo pavadinimas	Reikalaujama reikšmė	Pildo tiekėjas: nurodomi siūlomos prekės techniniai parametrai SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams tiekejo_abc.pdf (lr.v.lt)
1	2	3	4
1.	Paskirtis	1.1. Ne mažiau kaip 12 narkotinių medžiagų aptikti (arba jų skilimo produktams)	Testas 12 narkotinių medžiagų aptikimui (arba jų skilimo produktams) (žr. dok. Technical data sheet (su vertimu į Lietuvių kalbą))
		1.2. Nurodomas pavadinimas, modelis, gamintojas	Multi-Drug 12 Drug Screen test Round Cup (Saliva), art. DSC-A7126-101, gamintojas: Prometheus Bio, Inc. (žr. dok. Technical data sheet (su vertimu į Lietuvių kalbą))
		1.3. Nustatomas žmogaus seilėse	Nustatomas žmogaus seilėse (žr. dok. Technical data sheet (su vertimu į Lietuvių kalbą))
		1.4 Aptinkamos medžiagos: 1. AB-PINACA (K3) – ribinė vertė 10 ng/ml 2. Amfetaminas (AMP) - ribinė vertė 40 ng/ml; 3. Fentanilis (FEN) - ribinė vertė 10 ng/ml; 4. Kokainas (COC) - ribinė vertė 20 ng/ml; 5. Metadonas (MTD) - ribinė vertė 30 ng/ml; 6. Metamfetaminas (MET) - ribinė vertė 50 ng/ml; 7. Metilendioksimetamfetaminas (MDMA) - ribinė vertė 60 ng/ml; 8. Metkatinonas (MCAT) - ribinė vertė 100 ng/ml. 9. Opiatai (OPI) – ribinė vertė 40 ng/ml 10. Sintetinė marihuana (K2) - ribinė vertė 25 ng/ml; 11. Tetrahidrokanabinolis (THC) - ribinė vertė 12 ng/ml;	Aptinkamos medžiagos: 1. AB-PINACA (K3) – ribinė vertė 10 ng/ml; 2. Amfetaminas (AMP) - ribinė vertė 40 ng/ml; 3. Fentanilis (FEN) - ribinė vertė 10 ng/ml; 4. Kokainas (COC) - ribinė vertė 20 ng/ml; 5. Metadonas (MTD) - ribinė vertė 30 ng/ml; 6. Metamfetaminas (MET) - ribinė vertė 50 ng/ml; 7. Metilendioksimetamfetaminas (MDMA) - ribinė vertė 60 ng/ml; 8. Metkatinonas (MCAT) - ribinė vertė 100 ng/ml. 9. Opiatai (OPI) – ribinė vertė 40 ng/ml 10. Sintetinė marihuana (K2) - ribinė vertė 25 ng/ml;

		10. Sintetinė marihuana (K2) - ribinė vertė 25 ng/ml; 11. Tetrahydrokanabinolis (THC) - ribinė vertė 12 ng/ml; 12. UR-144 (K4) – ribinė vertė 10 ng/ml	11. Tetrahydrokanabinolis (THC) - ribinė vertė 12 ng/ml; 12. UR-144 (K4) – ribinė vertė 10 ng/ml (žr. dok. Technical data sheet (su vertimu į Lietuvių kalbą) arba Saliva Round Cup IFU (su vertimu į lietuvių kalbą))
2.	Pakuotė	Kiekvienas testo rinkinys su visomis darbo priemonėmis įpakuotas sandarioje, individualioje folijos pakuotėje-maišelyje, kuriame yra testas, seilių surinkimo priemonė, visos kitos, diagnostikai reikalingos priemonės	Kiekvienas testo rinkinys su visomis darbo priemonėmis įpakuotas sandarioje, individualioje folijos pakuotėje-maišelyje, kuriame yra testas, seilių surinkimo priemonė, visos kitos, diagnostikai reikalingos priemonės. (žr. dok. Testo pakuotės sudėtis)
3.	Žymėjimas	Ant testo pakuotės turi būti nurodoma: serijos numeris, galiojimo terminas, testo pavadinimas, gamintojo informacija.	Ant testo pakuotės nurodoma: serijos numeris, galiojimo terminas, testo pavadinimas, gamintojo informacija. (žr. dok. Etiketės pavyzdys)
4.	Indikatorius	Testas turi turėti aiškų, suprantamą indikatorių, rodantį kokia konkrečiai narkotinė medžiaga yra nustatyta (matoma reakcija ties konkrečios narkotinės medžiagos trumpinio ar pavadinimo).	Testas turi aiškų, suprantamą indikatorių, rodantį kokia konkrečiai narkotinė medžiaga yra nustatyta (matoma reakcija ties konkrečios narkotinės medžiagos trumpinio ar pavadinimo). (žr. dok. Testo pakuotės sudėtis)
5.	Rezultatų gavimas	Testo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 10 min.	Testo rezultatai per 5-10 min. (žr. dok. Technical data sheet (su vertimu į Lietuvių kalbą) arba Saliva Round Cup IFU (su vertimu į lietuvių kalbą))
6.	Galiojimas	Testų galiojimas ne trumpesnis nei 18 mėnesių.	Testų galiojimas 24 mėnesiai. (žr. dok. Technical data sheet (su vertimu į Lietuvių kalbą))
7.	Atitikimas EU reikalavimams	Visi reagentai ir priemonės turi būti sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje, ženklinti CE žyme.	Visi reagentai ir priemonės sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje, ženklinti CE žyme. . (žr. dok. EC Declaration of Conformity)
8.	CE sertifikatas	Būtinai, sertifikato kopiją pristatyti kartu su prekėmis.	sertifikato kopija pristatoma kartu su prekėmis.
9.	Vartotojo instrukcija ir kiti reikalingi dokumentai	Kartu su prekėmis turi būti pateikti testų aprašymai lietuvių kalba ir visi kiti reikalingi dokumentai.	Kartu su prekėmis pateikiami testų aprašymai lietuvių kalba ir visi kiti reikalingi dokumentai.
10.	Kiekis	Pirmą užsakymą turės pristatyti ne mažiau 2000 vnt	Pirmas pristatymas ne mažiau 2000 vnt.

***Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją, deklaracijas ir patvirtinimus
Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, pakeitus duomenis, jo pasiūlymas bus atmestas.***