

PASIŪLYMAS
DĖL MOBILIOS NEIGIAMO SLĖGIO PACIENTO KAMEROS SU PRIEDAIS

MIESTO SAVIVALDYBĖS
VIEŠAJAI ĮSTAIGAI GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI
Juridinių asmenų registras. Kodas 124369537. Justiniškių g. 14C-1, LT-05131 Vilnius.
Tel.: (8 5) 210 25 80. Faksas.: (8 5) 210 25 81. El. p. administracija@vgmps.lt.

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Paramedica Lietuva“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.),</i> adresas (-ai)	300878549
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)</i>	-

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)
1.	-	-
2.	-	-

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kainos nurodomos užpildant pateiktas [lenteles](#) *:

Mes siūlome prekes, atitinkančias techninės specifikacijos reikalavimus, šiomis kainomis:

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Tiekėjo siūlomos konkrečios specifikacijos reikšmės
1.	Prekės pavadinimas ir modelis	Mobili neigiamo slėgio paciento kamera su priedais, IsoArk N 36-2
2.	Rinkinys, kurį sudaro sulankstoma kamera, ventiliatorius, filtras ir viso komplekto transportavimo krepšys.	Rinkinys, kurį sudaro sulankstoma kamera, ventiliatorius, filtras ir viso komplekto transportavimo krepšys.
3.	Mobili neigiamo slėgio kamera skirta transportuoti vieną potencialiai užkrėstą pacientą .	Mobili neigiamo slėgio kamera skirta transportuoti vieną potencialiai užkrėstą pacientą.
4.	Mobili neigiamo slėgio kamera skirta visiškai izoliuoti pacientą nuo išorinių veiksnių, pašalinant potencialiai pavojingų patogenų perdavimo riziką.	Mobili neigiamo slėgio kamera skirta visiškai izoliuoti pacientą nuo išorinių veiksnių, pašalinant potencialiai pavojingų patogenų perdavimo riziką.
5.	Mobili neigiamo slėgio kamera skirta daugkartiniam naudojimui.	Mobili neigiamo slėgio kamera skirta daugkartiniam naudojimui.
6.	Galimybė gabenti dauguma transporto priemonių ir atlikti medicininę evakuaciją – GMP automobiliu, sraigtasparniu, lėktuvu.	Galimybė gabenti daugumą transporto priemonių ir atlikti medicininę evakuaciją – GMP automobiliu, sraigtasparniu, lėktuvu.
7.	Panaudojimas medžiagų, užtikrinančių aukštą atsparumą ir maksimalų nepralaidumą patogenams.	Panaudojimas medžiagų, užtikrinančių aukštą atsparumą ir maksimalų nepralaidumą patogenams.
8.	Galimybė naudoti dažniausiai naudojamas dezinfekavimo priemonės: „Virkon“, „Perasafe“, „Persteril“ ir kt.	Galimybė naudoti dažniausiai naudojamas dezinfekavimo priemonės: „Virkon“, „Perasafe“, „Persteril“ ir kt.
9.	Kamerą galima pritvirtinti prie bet kokio tipo neštuvų.	Kamerą galima pritvirtinti prie bet kokio tipo neštuvų.
10.	Konstrukcija leidžia atidaryti izoliatorių tiek, kad pacientą galima būtų efektyviai paguldyti – atsegama užtrauktukais per visą kameros perimetrą.	Konstrukcija leidžia atidaryti izoliatorių tiek, kad pacientą galima būtų efektyviai paguldyti – atsegama užtrauktukais per visą kameros perimetrą.

		kameros perimetrą.
11.	Kameros struktūra yra sutvirtinta aliuminio skersinėmis ir išilginėmis atramomis. Į kameros konstrukciją įmontuoti skersiniai laikikliai, išmontuojami išilginiai laikikliai.	Kameros struktūra yra sutvirtinta aliuminio skersinėmis ir išilginėmis atramomis. Į kameros konstrukciją įmontuoti skersiniai laikikliai, išmontuojami išilginiai laikikliai.
12.	Viršutinis kameros korpusas pagamintas iš visiškai skaidrios medžiagos per visą paviršių, kad būtų galima stebėti pacientą.	Viršutinis kameros korpusas pagamintas iš visiškai skaidrios medžiagos per visą paviršių, kad būtų galima stebėti pacientą.
13.	Prieiga prie paciento suteikiama per mažiausiai 10 rankovių su pirštinėmis, leidžiančiomis manevruoti, neatidarant viso izoliatoriaus. Ne mažiau 4 rankovių kairėje, ne mažiau 4 rankovių dešinėje ir ne mažiau 2 rankovių prie galvos.	Prieiga prie paciento suteikiama per 10 rankovių su pirštinėmis, leidžiančiomis manevruoti, neatidarant viso izoliatoriaus. 4 rankovės kairėje, 4 rankovės dešinėje ir 2 rankovės prie galvos.
14.	Skysčių tiekimas ir alternatyvi ventiliacija užtikrinami per mažiausiai 6 hermetiškas angas.	Skysčių tiekimas ir alternatyvi ventiliacija užtikrinami per hermetiškas angas.
15.	Mažiausiai 3 diržai, skirti stabilizuoti pacientą kameros viduje.	3 diržai, skirti stabilizuoti pacientą kameros viduje.
16.	Neigiamas slėgis kameroje mažiausiai 5 hPa, kurį sukuria ventiliacijos filtro blokas, su galimybe maitinti iš akumuliatoriaus ir iš 230 V tinklo.	Neigiamas slėgis kameroje 6 hPa, kurį sukuria ventiliacijos filtro blokas, su galimybe maitinti iš akumuliatoriaus ir iš 230 V tinklo.
17.	Oro srautas ne mažiau 30 l / min.	Oro srautas 36 m ³ /h.
18.	Akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau 10h.	Akumuliatoriaus veikimo laikas 10 h.
19.	Filtrų blokas, turintis skaitmeninį akumuliatoriaus indikatorį ir įmontuotą žibintuvėlį, leidžiantį lengvai užkabinti laidus tamsoje.	Filtrų blokas, turintis skaitmeninį akumuliatoriaus indikatorį ir įmontuotą žibintuvėlį, leidžiantį lengvai užkabinti laidus tamsoje.
20.	Oras filtruojamas per HEPA filtrą, kurio efektyvumas ne mažiau 0,3 µm.	Oras filtruojamas per HEPA filtrą, kurio efektyvumas 0,3 µm.
21.	Filtravimo įrenginio ir filtro prijungimas naudojant lanksčią žarną.	Filtravimo įrenginio ir filtro prijungimas naudojant lanksčią žarną.
22.	Išlankstytos kameros dydis: 190cm x 50cm x 50cm +/- 10%	Išlankstytos kameros dydis 190cm x 52cm x 52cm

23.	Galimybė naudoti NBC filtrus.	Galimybė naudoti NBC filtrus.
24.	HEPA filtro tinkamumo laikas ne mažiau nei 10 metų.	HEPA filtro tinkamumo laikas 10 metų.
25.	Transportavimo kameros tinkamumo laikas ne mažiau nei 10 metai.	Transportavimo kameros tinkamumo laikas 10 metai.
26.	Atsarginis komplektas (10 vnt.) pirštinių.	Atsarginis komplektas (10 vnt.) pirštinių.
27.	Prie pasiūlymo pridėkite CE deklaraciją ir gamintojo informacinę medžiagą, patvirtinančią atitiktį techninėms specifikacijos sąlygoms.	CE deklaracija ir gamintojo informacinę medžiagą pridedama.
28.	Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių	12 mėnesių

Eil. Nr.	Prekė	Mato vnt.	Kiekis*	Kaina EUR be PVM	
				Vieneto kaina	Iš viso
1	Mobili neigiamo slėgio paciento kamera su priedais	Vnt.	1 vnt.	9988,00	9988,00
Pasiūlymo kaina be PVM: 9988,00 EUR					
PVM sudaro: 2097,48 EUR					
Pasiūlymo kaina su PVM: 12085,48 EUR					

Pasiūlymo kaina žodžiais: Dvylika tūstančių aštuoniasdešimt penki eurai 48 euro centai.

Pateikiamas įkainis (kaina), nurodant 2 (du)/ skaičius po kablelio.

Jei PVM nemokamas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite [ČIA](#).

4. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas	7
2.	Tiekėjo deklaracija	1
3.	Atitikties deklaracija	2

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (nurodomi visi dokumentai pagal Sąlygų 5.7 punkto nuostatas)
1.	Atitikimo techninei specifikacijai pagrindimas
2.	Tiekėjo deklaracija
3.	Atitikties deklaracija

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- 1) pasiūlymas galioja Sąlygų 5.9 punkte nurodytą terminą;
- 2) sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
- 3) pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

UAB „Paramedica Lietuva”

Direktorė Eva Koženevskė



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "E. Koženevskė", written over the stamp.