

Aortos protezų
atviro konkurso sąlygų
Priedas Nr. 2

AORTOS PROTEZŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Reikalavimai	Siūdomi reikalavimai / Kataloginis prekės Nr.	Gamintojas
1.	Aortos protezai			
1.1.	Abdominalinės aortos stentgraftas sudėtingoms anatomijoms, esant aneurizmos kaklelio kampui iki 75° ir itin vingiuotoms klubinėms arterijoms	1. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): 1.1. Turi turėti galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi turėti graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. Turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 125 iki 165 mm; 1.4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 24 iki 36 mm; 1.5. Klubinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; 1.6. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F; 1.7. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.8. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 195; 1.9. Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; 1.10. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 16F;	Endurant II ETBF/ESBF + ETLW 1. Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, dviejų klubinių atšakų (bifurkuoti): 1.1. Turi galimybę prijungti tiek proksimalinį, tiek distalinį prailgintoją; 1.2. Turi graftu nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 1.3. Įvairių ilgių, dengta dalis nuo 125 iki 165 mm; 1.4. Aortinės dalies diametrai įvairių dydžių, nuo 24 iki 36 mm; 1.5. Klubinės dalies diametrai įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; 1.6. Įvedimo sistemos išorinis diametras ne didesnis nei 20F; 1.7. Kartu su stentgraftu komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema; 1.8. Klubinės arterijos dalis įvairių ilgių, dengta dalis nuo 80 iki 195; 1.9. Klubinės arterijos dalies diametrai įvairių dydžių, nuo 10 iki 28 mm; 1.10. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 16F;	Medtronic

		1.11. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai.	1.11. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai.	
1.2.	Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos	Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos: 1. Turi turėti galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus; 2. Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Turi būti ne trumpesni nei 100 mm; 4. Aortinės dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; 5. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 20F; 6. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai.	Endurant II ETUF Abdominalinės aortos dalies stentgraftai, vienos klubinės atšakos: 1. Turi galimybę prijungti proksimalinį ir distalinį prailgintojus; 2. Turi nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Ne trumpesni nei 100 mm; 4. Aortinės dalies diametrai įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; 5. Įvedimo sistemos diametras ne didesnis nei 20F; 6. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai.	Medtronic
1.3.	Abdominalinių stentgraftų proksimalus prailgintojas	1. Turi būti įvairių ilgių, nuo 45 iki 70 mm; 2. Turi turėti nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Diametras turi būti įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; 4. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 20F.	Endurant II ETTF/ETCF 1. Įvairių ilgių, nuo 45 iki 70 mm; 2. Turi nedengtą proksimalaus tvirtinimo žiedą (ar stentą) su kabėmis, leidžiantį fiksuoti stentgraftą aortoje proksimaliau a. renalis ir apsaugantį nuo migracijos esant trumpam aneurizmos kaklui; 3. Diametras įvairių dydžių, nuo 23 iki 36 mm; 4. Įvedimo sistemos išorinis diametras ne didesnis nei 20F.	Medtronic
1.4.	Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis (klubinis) prailgintojas	1. Turi būti įvairių ilgių, nuo 80 iki 195 mm; 2. Diametrai turi būti įvairių dydžių, 10-28 mm, tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro); 3. Įvedimo sistemos išorinis diametras turi būti ne didesnis nei 16F.	Endurant II ETLW/ETEW 1. Įvairių ilgių, nuo 80 iki 195 mm; 2. Diametrai įvairių dydžių, 10-28 mm, tiek cilindriniai, tiek konusiniai (skirtingo proksimalaus ir distalaus diametro);	Medtronic

			3. Įvedimo sistemos išorinis diametras ne didesnis nei 16F.	
1.5.	Didelio diametro introduseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti	1. Susideda iš introduserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2. Introduserio ilgis ≥ 27 cm; obturatoriaus ilgis ≥ 40 cm 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 14F; 16F; 18F	Sentrant 1. Susideda iš introduserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2. Introduserio ilgis 27 cm; obturatoriaus ilgis 40 cm 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 14F; 16F; 18F	Medtronic
1.6.	Didelio diametro introduseriai aortos stentavimui ir kitoms masyviom procedūroms atlikti	1. Susideda iš introduserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2. Introduserio ilgis ≥ 27 cm; obturatoriaus ilgis ≥ 40 cm 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 20F; 22F; 24F; 26F	Sentrant 1. Susideda iš introduserio su vožtuvu bei plovimo šaka ir obturatoriaus; 2. Introduserio ilgis 27 cm; obturatoriaus ilgis 40 cm 3. Itin gero lankstumo, dengtas fidrofiline danga, pritaikytas darbui su 0,035" viela; 4. Dydžiai: 20F; 22F; 24F; 26F	Medtronic
1.7.	Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui	Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui: 1. Išskleisto okliuderio diametrai turi būti nuo 8 iki 24 mm; 2. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 18F.	Talent OCL Okliuderis su įvedimo sistema kontralateralios klubinės arterijos uždarymui: 1. Išskleisto okliuderio diametrai nuo 8 iki 24 mm; 2. Įvedimo sistemos diametras ne didesnis nei 18F.	Medtronic