

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo dalis - MOBILIOS ODONTOLOGINĖS SISTEMOS KOMPLEKTAS

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (<u>nurodyti tiksliai siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūrą/aprašymo puslapio Nr.*</u>)
1.	Įranga mobili, sudaryta iš transportuojamų dalių (lagaminas, vežimėlis ar kitas analogiškas sprendimas)	Būtina	
2.	Įranga pritaikyta transportavimui ratukais bei pernešama vieno asmens, turint ne mažiau kaip 2 rankenas ar kitą ergonomišką sprendimą	Būtina	
3.	Lagamine integruotos visos mobilios odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – instrumentai (nurodyti 5 punkte), kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, kojinis valdymo pedalas, vandens butelis.	Būtina	
4.	Lagamino svoris	Ne daugiau 12 kg.	
5.	Gydytojo instrumentai: 1) 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) Elektrinis mikrovariklis (su LED arba lygiaverte šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 40.000 aps./min.); 3) Ultragarsinis skaleris (su LED arba lygiaverte šviesa); 4) Atsiurbimo žarna.	Būtina	
6.	Butelis švaram vandeniui, talpa ne mažiau kaip 0.75 l.	Būtina	
7.	Atsiurbėjo našumas ne mažiau kaip 300 l/min.	Būtina	
8.	Skysčių surinkimo konteineris	Talpa ne mažiau kaip 1 l.	
9.	Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo	Būtina	
10.	Kojinis instrumentų valdymo pedalas	Būtina	
11.	Integruoto kompresoriaus garso lygis	Ne daugiau kaip 50 db.	
12.	Vežimėlio svoris	Ne daugiau kaip 8 kg.	
13.	Vežimėlis su ne mažiau kaip 2 ratukais	Būtina	
14.	Vežimėlio viduje turi būti ne mažiau kaip 4 lentynos priemonėms susidėti	Būtina	
15.	Komplekte pateikiamas nešiojamas LED arba lygiavertis šviestuvas	Būtina	
16.	LED arba lygiavertio šviestuovo šviesos intensyvumas	Ne mažiau 70.000 liuksų matuojant 70 cm atstumu	

17.	LED arba lygiaverčio šviestuvo sensorinis valdymas	Būtina	
18.	LED arba lygiaverčio šviestuvo šviesos atkūrimo indeksas	Ne mažiau kaip 95 CRI	
19.	Kampiniai antgaliai, turi būti pateikiami 3 vienetai	Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt.	
20.	Greitinantys antgaliai, turi būti pateikiami 3 vienetai	Greitinantis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:5; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu iš ne mažiau kaip 2 taškų; 6) atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt.	
21.	CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu	Būtina	
22.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Būtina	

II pirkimo dalis - PLOMBŲ KIETINIMO LEMPA

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinės charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (<u>nurodyti tikslus siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūrą/ aprašymo puslapio Nr.*</u>)
1.	LED arba lygiaverčio tipo	Būtina	LED tipo plombų kietinimo lempa. https://dental.mectron.com/products/led-curing/units/starlight-pro/
2.	Bangos ilgio diapazonas	440-480 nm ribose	nuo 440 iki 480 nm https://dental.mectron.com/products/led-curing/units/starlight-pro/

3.	Ličio-jono baterija	Būtina	Ličio-jono baterija https://dental.mectron.com/products/led-curing/units/starlight-pro/
4.	Ne mažiau kaip 2 kietinimo režimai:	1) Pilno galingumo 2) Lėto starto	2 kietinimo režimai: pilno galingumo ir lėto starto. https://dental.mectron.com/products/led-curing/units/starlight-pro/
5.	Garsiniai signalai	Pradėjus ir pabaigus švitinimą	Garsiniai signalai pradėjus ir pabaigus švitinimą https://dental.mectron.com/products/led-curing/units/starlight-pro/
6.	Kroviklyje integruotas radiometras	Būtina	Kroviklyje integruotas radiometras https://dental.mectron.com/products/led-curing/units/starlight-pro/
7.	Kroviklyje indikatoriai rodantys baterijos įkrovimo lygį	Būtina	Kroviklyje indikatoriai rodantys baterijos įkrovimo lygį. https://dental.mectron.com/products/led-curing/units/starlight-pro/
8.	Garsinė senkančios baterijos indikacija	Būtina	Garsinė senkančios baterijos indikacija. https://dental.mectron.com/products/led-curing/units/starlight-pro/
9.	Su senkančia baterija galimybė dar atlikti ne mažiau kaip 5 kietinimo ciklus	Būtina	Su senkančia baterija galimybė dar atlikti 6 kietinimo ciklus. https://dental.mectron.com/products/led-curing/units/starlight-pro/
10.	Šviesolaidžio skersmuo	Ne daugiau kaip 8 mm	Šviesolaidžio skersmuo 8 mm. https://dental.mectron.com/products/led-curing/units/starlight-pro/
11.	Išsikrovusios baterijos pakrovimo trukmė	Ne daugiau kaip 2 valandos	Išsikrovusios baterijos pakrovimo trukmė 1,5 valandos. https://dental.mectron.com/products/led-curing/units/starlight-pro/
12.	CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu	Būtina	02150752_StarlightPro_LT_00.pdf 25 psl. Mectron_StarlightPro_EU_Declaration_of_Conformity_MDR.pdf
13.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Būtina	24 mėn.

III pirkimo dalis - MOBILI ODONTOLOGO KĖDĖ

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (<u>nurodyti tiksliai siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūrą/ aprašymo puslapio Nr.*</u>)
1.	Sulankstoma	Būtina	Sulankstoma. GREELOY FOLDABLE CHAIR GU-P101.pdf
2.	Nešiojama ir vežiojama ant ne mažiau kaip 2 ratukų	Būtina	Nešiojama ir vežiojama ant 2 ratukų. GREELOY FOLDABLE CHAIR GU-P101.pdf
3.	Svoris	Ne daugiau kaip 20 kg	16 kg. GREELOY FOLDABLE CHAIR GU-P101.pdf
4.	Maksimalus paciento svoris	Ne mažiau kaip 150 kg	200 kg. GREELOY FOLDABLE CHAIR GU-P101.pdf
5.	Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas	Būtina	Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas. GREELOY FOLDABLE CHAIR GU-P101.pdf
6.	Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis	Būtina	Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis. GREELOY FOLDABLE CHAIR GU-P101.pdf
7.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Būtina	24 mėn.

IV pirkimo dalis - GYDYTOJO KĖDUTĖ

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (<u>nurodyti tiksliai siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/ bukletą/brošiūrą/ aprašymo puslapio Nr.*</u>)
1.	Nešiojama, krepšys komplekte	Būtina	Nešiojama, krepšys komplekte. https://www.youtube.com/watch?v=i1qeNcqZo3k
2.	Svoris	Ne daugiau kaip 6 kg	4,7 kg. Salli.pdf
3.	Reguliuojamas aukštis ne blogiau kaip 55-65 cm ribose	Būtina	Reguliuojamas aukštis 52–71 cm ribose. https://www.sithealthier.c

			om/pages/usefit?utm_source=chatgpt.com
4.	Sėdimoji dalis apvali	Būtina	Sėdimoji dalis apvali Salli.pdf
5.	Galimybė prikomplektuoti nugaros atlošą	Būtina	Galimybė prikomplektuoti nugaros atlošą https://salli.com/en/product- category/accessories/?ut m_source=chatgpt.com
6.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Būtina	24 mėn.

V pirkimo dalis - MOBILAUS DANTŲ RENTGENO APARATAS

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tiksliai siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo puslapio Nr.*)
1.	Mobilus dantų rentgeno aparatas		
1.1	Nešiojamas (ne stumdomas)	Būtina	Nešiojamas (ne stumdomas) EzRay Air P R6.pdf
1.2	Ant tubuso skaidrus apsauginis stiklas, apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės arba lygiavertis sprendimas	Būtina	Ant tubuso skaidrus apsauginis stiklas, apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės EzRay Air P R6.pdf
1.3	Rentgeno vamzdis be alyvos aušinimui	Būtina	Rentgeno vamzdis be alyvos aušinimui EzRay Air P R6.pdf
1.4	Autonominė, pakraunama baterija	Būtina	Autonominė, pakraunama baterija EzRay Air P R6.pdf
1.5	Vamzdžio įtampa	Ne mažiau nei 65 kV	65 kV EzRay Air P R6.pdf
1.6	Vamzdžio srovė	Ne mažiau nei 2.5 mA	2.5 mA EzRay Air P R6.pdf
1.7	Židinio dėmė	Ne daugiau nei 0,4 mm	0,4 mm EzRay Air P R6.pdf
1.8	Rentgeno aparato svoris	Ne daugiau nei 3 kg	2,1 kg EzRay Air P R6.pdf
1.9	Automatinis parametrų nustatymas	Pasirinkus dantų grupę	Automatinis parametrų nustatymas pasirinkus dantų grupę EzRay Air P R6.pdf
1.10	Galimybė reguliuoti parametrus rankiniu būdu	Būtina	Galimybė reguliuoti parametrus rankiniu būdu EzRay Air P R6.pdf

1.11	Rentgeno spinduliuotės laukas	Ne mažiau nei 60 mm apskritimas	60 mm EzRay Air P R6.pdf
1.12	CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu	Būtina	CE VEX-P300_User Manual.pdf 7psl.
1.13	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Būtina	24 mėn.

VI pirkimo dalis - APEKSO LOKATORIUS

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (<u>nurodyti tiksliai siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/bukleto/brošiūros/aprašymo puslapio Nr. *)</u>
1.	Nešiojamas su AA arba AAA tipo baterijomis arba įkraunamas ličio jono akumuliatorius	Būtina	Trys AAA dydžio elementai. RootZXmini_LT.pdf 8 psl.
2.	Tikslūs matavimai drėgname kanale	Būtina	
3.	LCD arba lygiavertis spalvotas ekranas	Būtina	Spalvotas LCD. RootZXmini_LT.pdf 7 psl.
4.	Matmenys	Ne daugiau 12 x 12 x 12 cm	6 cm x 10,5cm x 5,7 cm. RootZXmini_LT.pdf 35 psl.
5.	Komplektacija ne mažiau kaip:	1) Laidas 1 vnt. 2) Adatėlės laikiklis 3 vnt. 3) Lūpinis kontaktas 5 vnt. 4) Pradinis baterijų komplektas; 5) Testeris.	1) Laidas 1 vnt. 2) Adatėlės laikiklis 3 vnt. 3) Lūpinis kontaktas 5 vnt. 4) Pradinis baterijų komplektas; 5) Testeris. RootZXmini_LT.pdf 21, 31 psl.
6.	Pasitikrinimo funkcija su testerio pagalba	Būtina	Pasitikrinimo funkcija su testerio pagalba. RootZXmini_LT.pdf 31 psl.
7.	Automatinis išsijungimas ne vėliau kaip po 10 minučių nenaudojimo	Būtina	Automatinis išsijungimas po 10 minučių nenaudojimo. RootZXmini_LT.pdf 9 psl.
8.	CE sertifikatas / deklaracija pateikiama kartu su pasiūlymu	Būtina	CE. RootZXmini_LT.pdf 36 psl.
9.	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.	Būtina	24 mėn.

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.