

multilab

INTERLUX GROUP

UAB „Multilabo“

(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291,

El. p. info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas,

juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Funkcinių organinių medžiagų sintezės, išskyrimo ir gryninimo laboratorinės įrangos (rotaciniai

garintuvai, vakuuminiai siurbliai, dujų linijos, centrifugos) pirkimas, Nr. VU13604

PASIŪLYMO FORMA

2019 m. rugpjūčio d. Nr. 1

Vilnius

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Multilabo“
Tiekėjo įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių įmonių kodus)	302325611
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius
Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Evaldas Lukoševičius
Kontaktinio asmens telefono numeris	(8~5) 250 0291
Kontaktinio asmens el. pašto adresas	info@multilab.lt

/Pastaba. Pildoma, jei ketinamas pasitelkti subtiekęjas (-ai)/kiti asmenys, kurių pajėgumais remiamasi

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiekęjo (-ų) (-ų) adresas (-ai)	
Subtiekęjui (-ams) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. pirkimo sąlygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Jame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šias prekes patvirtindami, jog į nurodytas kainas įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi pardavėjo mokėtini mokesčiai:

2. Mes siūlome šias prekes patvirtindami, jog į nurodytas kainas įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi pardavėjo mokėtini mokesčiai:

/Dėl kiekvienos pirkimo dalies, kuriai teikimas pasiūlymas, lentelė pildoma atskirai./

2.1. lentelė. I pirkimo dalies – rotacinio garintuvo su priedais I siūloma kaina:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės kaina, Eur be PVM
1	Rotacinis garintuvas su priedais I, 1 vnt. Buchi Labortechnik R-300, V-600, I-300Pro 11R300251V011 11V600310 20728	7.900,00
2	PVM ¹⁾ 21 % (eurais)	1.659,00
3	IŠ VISO²⁾ (bendra I pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM)	9.559,00

¹⁾ tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

²⁾ Lentelėje pateikta bendra pasiūlymo suma, pagal kurią bus nustatoma tiekėjo pasiūlymo lyginamoji kaina. Jei tiekėjas pateiks pasiūlymo kainas be PVM, o pristatys prekes/suteikus paslaugas/atlikus darbus, PVM turės būti mokamas perkančiosios organizacijos, prie tiekėjo pasiūlymo palyginamosios kainos bus pridedama mokėtina PVM suma.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija

Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą „Inovatyvios chemijos centras (INOCHEM)“ Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-08-0001, numato pirkti funkcinių organinių medžiagų sintezės, išskyrimo ir gryninimo laboratorinę įrangą (rotaciniai garintuvai, vakuuminiai siurbiai, dujų linijos, centrifugos).

2. Atitikimas techniniams reikalavimams

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertėmis.

I pirkimo dalis – Rotacinis garintuvas su priedais I, 1 vnt.

Eil. Nr.	Rodiklis	Minimalūs techniniai reikalavimai	Siūlomos charakteristikos
Rotacinis garintuvas			R-300
1.1.	LCD ekranas su greičio, kaitinimo vonelės temperatūros ir garavimo temperatūros parodymais.	Būtina	Yra
1.2.	Motorinis šaldytuvo pakėlimas.	Būtina.	Yra
1.3.	Sukimosi greitis	Reguliuojamas greitis ne siauresniame diapazone kaip nuo 20 iki 280 aps/min	Reguliuojamas greitis diapazone nuo 10 iki 280 aps/min
1.4.	Galingumas	Kaitimo galia ne mažiau 1300W	Kaitimo galia 1500W
1.5.	Garų temperatūros sensorius	Būtina	Yra
1.6.	Laikmatis	Būtina	Yra
1.7.	Reguliuojamas aukštis	ne mažiau 155 mm	220 mm
1.8.	Kaitinimo vonia	1) temperatūros ribos ne mažiau kaip nuo 20 iki 180° tikslumas +/-1°C; 2) kontrolė: elektroninė; 3) pagaminta iš nerūdijančio plieno; 4) turi turėti automatinę išsijungimo funkciją, pasiekus 200°C temperatūrą; 5) tūris ne mažiau 4,5L; 6) skersmuo ne mažiau 255mm;	1) temperatūros ribos nuo 20 iki 220°C, tikslumas +/-1°C; 2) kontrolė: elektroninė; 3) pagaminta iš nerūdijančio plieno; 4) automatinę išsijungimo funkciją, pasiekus 200°C temperatūrą; 5) tūris 5,5 L; 6) skersmuo 412 mm;
1.9.	Garavimas	Garavimo greitis ne blogesnis kaip (L/h) ΔT 20/40	Garavimo greitis (L/h) ΔT 20/41
1.10.	Garų kondensatorius	Statmenas	Statmenas
1.11.	Sandarinimas	Vakuuminis sandarinimas iš PTFE (arba lygiavertės), nereikalaujantis vakuuminio tepalo.	Vakuuminis sandarinimas iš PTFE, nereikalaujantis vakuuminio tepalo.
1.12.	Vakuomo kontroleris	1) ribos ne mažiau kaip 1100-1 mbar 2) tikslumas ne mažiau kaip +/- 2 mbar 3) būtinas grafinis LCD ekranas jutiklis aliuminio oksido keramikos pagrindu (arba lygiavertis)	1) ribos ne mažiau kaip 1400-0 mbar 2) tikslumas +/- 2 mbar 3) grafinis LCD ekranas jutiklis aliuminio oksido keramikos pagrindu
1.13.	Garantija	Ne mažiau 12 mėnesių nuo instaliavimo dienos	12 mėnesių nuo instaliavimo dienos
1.14.	Pristatymas	Pristatyti į numatomą darbo vietą ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, sumontuoti, detalai patikrinti funkcionalumą.	Pristatomas į numatomą darbo vietą ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, sumontuojama, detalai patikrinamas funkcionalumas.
1.15.	Apmokymas	Ne trumpesnis kaip 3 val. dviejų darbuotojų apmokymas darbui su siūloma įranga darbo vietoje.	Ne trumpesnis kaip 3 val. dviejų darbuotojų apmokymas darbui su siūloma įranga darbo vietoje.

Membrinis siurblys.			
1.16.	Gamintojas ir modelis	Nurodyti	Buchi V-600
1.17.	Pakopų (galvūčių) skaičius	Ne mažiau 3	4
1.18.	Našumas (srauto greitis)	Ne mažiau 3.0 m ³ /h	3,1 m ³ /h
1.19.	Pasiekiamas vakuumas (absoliutus)	Ne daugiau 2 mbar	1,8 mbar
1.20.	Pasiekiamas vakuumas (su dujų balastu)	Ne daugiau 8 mbar	1,8 mbar
1.21.	Vakuuminė jungtis	GL14 arba lygiavertė	GL14
1.22.	Vakuomo kontroleris, kuriuo automatiškai išjungiamas (įjungiamas) siurblys, kai pasiekiamas (prarandamas) reikiamas vakuumas	Būtina	Yra
1.23.	Skaitmeninis vakuumetras	Būtina	Yra
1.24.	Vakuomo kontrolės vožtuvas, atjungiantis ar įjungiantis siurbį pasikeitus vakuumui	Būtina	Yra
1.25.	Atskiras jungiklis siurbliui	Būtina	Yra
1.26.	Saugaus ventiliavimo vožtuvas, leidžiantis užpildyti sistemą oru bet kuriuo metu ir sustabdyti garinimą.	Būtina	Yra
1.27.	Plastiku padengtos surinkimo kolbos su tvirtinimo elementais	Ne mažiau 2 vnt. po ne mažiau 500 ml	2 vnt. po 1000 ml
1.28.	Grįžtamasis vesintuvas	Būtina	Yra
1.29.	Galingumas	Ne mažiau 370 W	370 W
1.30.	Pristatymas	Pristatyti į numatomą darbo vietą ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, sumontuoti, detaliai patikrinti funkcionalumą.	Pristatomas į numatomą darbo vietą ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, sumontuojama, detaliai patikrinamas funkcionalumas.
1.31.	Apmokymas darbui darbo vietoje.	Būtina	Yra
1.32.	Instrukcijos	Privaloma pateikti vartotojo instrukcijas anglų ar lietuvių kalbomis	Pateikiamos vartotojo instrukcijos anglų ar lietuvių kalbomis
1.33.	Garantija	Ne trumpiau 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos	12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos

3 lentelė. Kartu su pasiūlymu teikiama informacija

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Būtina (taip / ne)	Konfidencialumas (taip / ne)
1	2	3
Užpildyta pasiūlymo forma	Taip	Ne
EBVPD deklaracija (užpildyta dalyvio, kiekvieno jo jungtinės veiklos partnerio bei subtiekejo, jei tokių yra)	Taip	Ne
Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	Taip (jei jį pasirašo ne dalyvio vadovas)	Taip
Užpildyta techninė specifikacija	Taip	Taip
Gamintojo prekių aprašymas ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis, kad siūlomos prekės atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus	Taip	Taip
Jungtinės veiklos sutarties kopija	Taip (jei taikoma)	-
Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai	Taip (jei taikoma)	-

Pastaba: Tiekėjo nurodomas konfidencialumas perkančiajai organizacijai nėra privalomas ir bus vertinamas kiekvienu atveju individualiai. Rekomendacinė informacija dėl konfidencialumo pateikiama <https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730625-Kaip-turi-b%C5%ABti-suprantamas-konfidencialumas-vie%C5%A1uosiuose-pirkimuose->.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų ir kokybės skyriaus vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)



Renata Radzevičienė

(Vardas ir pavardė)