

multilab

INTERLUX GROUP

UAB „Multilabo“

(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291,

El. p. info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas,

juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Spektrofotometrinės sistemos pirkimas, Nr. VU13653

PASIŪLYMO FORMA

2019 m. spalio 15 d. Nr. 1

Vilnius

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Multilabo“
Tiekėjo įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių įmonių kodus)	302325611
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius
Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Grupės vadovas Vaidas Pudžaitis
Kontaktinio asmens telefono numeris	(8~5) 250 0291
Kontaktinio asmens el. pašto adresas	info@multilab.lt

/Pastaba. Pildoma, jei ketinamas pasitelkti subtiekęjas (-ai)/kiti asmenys, kurių pajėgumais remiamasi

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiekęjo (-ų) (-ų) adresas (-ai)	
Subtiekęjui (-ams) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. pirkimo sąlygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Jame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šias prekes patvirtindami, jog į nurodytas kainas įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi pardavėjo mokėtini mokesčiai:

/Dėl kiekvienos pirkimo dalies, kuriai teikimas pasiūlymas, lentelė pildoma atskirai./

2.1. lentelė. I pirkimo dalies – spektrofotometro I siūloma kaina:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės kaina, Eur be PVM
1.	Spektrofotometras I, 1 vnt. Gamintojas: Agilent Technologies, Modelis: Cary 60	15.480,00
2.	PVM ¹⁾ 21 % (eurais)	3.250,80
3.	IŠ VISO²⁾ (bendra I pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM)	18.730,80

¹⁾ *tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;*

²⁾ *Lentelėje pateikta bendra pasiūlymo suma, pagal kurią bus nustatoma tiekėjo pasiūlymo lyginamoji kaina. Jei tiekėjas pateiks pasiūlymo kainas be PVM, o pristatius prekes/suteikus paslaugas/atlikus darbus, PVM turės būti mokamas perkančiosios organizacijos, prie tiekėjo pasiūlymo palyginamosios kainos bus pridedama mokėtina PVM suma.*

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Bendra informacija

Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą „Inovatyvios chemijos centras (INOCHEM)“ Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-08-0001, numato pirkti spektrofotometrinę sistemą (susidedantį iš spektrofotometrų, liepsnos fotometro, lazerio galios matuoklių, zeta potencialo analizatoriaus, FT-IR spektrometro).

2. Atitikimas techniniams reikalavimams

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertiais.

I pirkimo dalis – Spektrofotometras I, 1 vnt.

Eil. Nr.	Rodiklis	Minimalūs techniniai reikalavimai	Siūlomos charakteristikos
1.1.	Paskirtis	Universalus UV-Vis spektrometras tinkantis įvairios kilmės organinių mėginių fotofizikinių savybių tyrimams, nustatant jų charakteristikas bei koncentracijas.	Universalus UV-Vis spektrometras tinkantis įvairios kilmės organinių mėginių fotofizikinių savybių tyrimams, nustatant jų charakteristikas bei koncentracijas. Gamintojas: Agilent Technologies, modelis: Cary 60.
1.2.	Matavimų ypatumai	Prietaisas turi būti pritaikytas atlikti matavimus standartinėse 1 cm kiuvetėse, mikro ir makro tūrių kiuvetėse. Taip pat turi būti galima atlikti matavimus, esant atviram bandinio skyriui.	Prietaisas pritaikytas atlikti matavimus standartinėse 1 cm kiuvetėse, mikro ir makro tūrių kiuvetėse. Taip pat galima atlikti matavimus, esant atviram bandinio skyriui.
1.3.	Bangos ilgių diapazonas	Ne siauresnis kaip nuo 200 iki 1100 nm	Nuo 190 iki 1100 nm
1.4.	Šviesos šaltinis	Impulsinė ksenono lempa arba lygiavertis šviesos šaltinis, kurio gyvavimo trukmė – ne mažiau kaip 3 metai	Impulsinė ksenono lempa, kurios gyvavimo trukmė – ne mažiau kaip 3 metai
1.5.	Monochromatorius	Czerny Turner tipo arba lygiavertis	Czerny Turner tipo
1.6.	Detektoriai	Ne mažiau kaip du silicio diodų (arba lygiavertiai) detektoriai	Du silicio diodų detektoriai
1.7.	Šviesos pluošto išmatavimai	Turi būti ne didesnis nei 1,5mm x 1,5mm, užtikrinantys efektyvų spindulio suvedimą į mikrokuivetę, šviesolaidį ar kitus priedus.	Šviesos pluošto išmatavimai 1,5mm x 1,0mm, užtikrinantys efektyvų spindulio suvedimą į mikrokuivetę, šviesolaidį ar kitus priedus.
1.8.	Spektrinė skiriamoji geba	Ne didesnė kaip 1,5 nm	≤1,5 nm
1.9.	Fotometrinis diapazonas	Ne mažesnis kaip nuo 0 iki 4,0 Abs	Nuo -4,0 iki 4,0 Abs
1.10.	Šviesos išbarstymas	Ne didesnis kaip 0.02 % prie 220 nm.	≤0.018 % prie 220 nm.
1.11.	Bangos ilgio tikslumas	Ne blogesnis kaip ±0.1 nm	±0.06 nm
1.12.	Bangos ilgio atkartojamumas	Ne blogesnis kaip ±0.1 nm	±0.01 nm
1.13.	Fotometrinis tikslumas	Ne didesnis kaip ±0.001 A	±0.0007 A
1.14.	Skenavimo greitis	Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 20000 nm/min	Maksimalus greitis ne mažesnis kaip 24000 nm/min
1.15.	Matavimo greitis	Ne mažesnis kaip 80 matavimo taškų/sek.	80 matavimo taškų/sek.
1.16.	Fotometrinis stabilumas	Ne didesnis kaip 0.0005 Abs	<0.0004 Abs
1.17.	Fotometrinis triukšmas	Ne didesnis kaip 0.0001 Abs	<0.00002 Abs
1.18.	Minimalus matuojamo mėginio tūris	Ne didesnis kaip 0,5 µl	0,5 µl
1.19.	Minimalus optinio kelio ilgis	Ne didesnis nei 0,2 mm	0,2 mm
1.20.	Šviesolaidinio zondo priedai	Privalo turėti priedą šviesos suvedimui į šviesolaidinį zondą bei šviesolaidinį zondą mėginių sugerties/pralaidumo matavimui jų inde (kolboje, butelyje), neperpilant į kiuvetę. Įmerkiama zondo skersmuo ne daugiau 5 mm, optinis kelias 10mm ±1.	Turi priedą šviesos suvedimui į šviesolaidinį zondą bei šviesolaidinį zondą mėginių sugerties/pralaidumo matavimui jų inde (kolboje, butelyje), neperpilant į kiuvetę. Įmerkiama zondo skersmuo 3,5 mm, optinis kelias 10mm ±1.
1.21.	Kompiuteris ir programinė įranga	Kompiuteris, atitinkantis gamintojo programinės įrangos reikalavimus, su spausdintuvu, klaviatūra, pele ir ne mažiau nei 24" įstrižainės monitoriumi. Programinė įranga privalo turėti kokybinės bei kiekybinės analizės modulius, optinio tankio bei spektro kitimo laike registravimo režimą, spektrų užrašymo bei apdorojimo funkcijas, diagnostines funkcijas prietaiso funkcionalumui įvertinti, galimybę kurti bei saugoti matavimo metodus.	Kompiuteris, atitinkantis gamintojo programinės įrangos reikalavimus, su spausdintuvu, klaviatūra, pele ir 24" įstrižainės monitoriumi. Programinė įranga privalo turėti kokybinės bei kiekybinės analizės modulius, optinio tankio bei spektro kitimo laike registravimo režimą, spektrų užrašymo bei apdorojimo funkcijas, diagnostines funkcijas prietaiso funkcionalumui įvertinti, galimybę kurti bei saugoti matavimo metodus.
1.22.	Pristatymas	Pristatyti į numatomą darbo vietą ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, sumontuoti, detaliai patikrinti funkcionalumą.	Įranga bus pristatyta į numatomą darbo vietą, sumontuota ir detaliai patikrintas jos funkcionalumas ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.
1.23.	Apmokymas	Ne mažiau dviejų darbuotojų apmokymas darbu su siūloma įranga darbo vietoje.	Dviejų darbuotojų apmokymas darbu su siūloma įranga darbo vietoje.
1.24.	Instrukcijos	Privaloma pateikti vartotojo instrukcijas anglų ar lietuvių kalbomis	Vartotojo instrukcijos anglų ar lietuvių kalbomis
1.25.	Garantija	Ne trumpiau 12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos	12 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos

3 lentelė. Kartu su pasiūlymu teikiama informacija

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Būtina (taip / ne)	Konfidencialumas (taip / ne)
1	2	3
Užpildyta pasiūlymo forma	Taip	Ne
EBVPD deklaracija (užpildyta dalyvio, kiekvieno jo jungtinės veiklos partnerio bei subtiekejo, jei tokių yra)	Taip	Ne
Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	Taip (jei jį pasirašo ne dalyvio vadovas)	Taip
Užpildyta techninė specifikacija	Taip	Taip
Gamintojo prekių aprašymas ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis, kad siūlomos prekės atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus	Taip	Taip
Jungtinės veiklos sutarties kopija	Taip (jei taikoma)	-
Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai	Taip (jei taikoma)	-

Pastaba: Tiekėjo nurodomas konfidencialumas perkančiajai organizacijai nėra privalomas ir bus vertinamas kiekvienu atveju individualiai. Rekomendacinė informacija dėl konfidencialumo pateikiama <https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730625-Kaip-turi-b%C5%ABti-suprantamas-konfidencialumas-vie%C5%A1uosiuose-pirkimuose->.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų ir kokybės skyriaus vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)



Renata Radzevičienė

(Vardas ir pavardė)