

multilab

INTERLUX GROUP

UAB „Multilabo“

(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius; Tel.: (8~5) 250 0291,

El. p. info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas,

juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Spektrofotometrinės sistemos pirkimas, Nr. VU13653

PASIŪLYMO FORMA

2019 m. spalio 15 d. Nr. 1

Vilnius

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Multilabo“
Tiekėjo įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių įmonių kodus)	302325611
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius
Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Grupės vadovas Vaidas Pudžaitis
Kontaktinio asmens telefono numeris	(8~5) 250 0291
Kontaktinio asmens el. pašto adresas	info@multilab.lt

/Pastaba. Pildoma, jei ketinamas pasitelkti subtiekęjas (-ai)/kiti asmenys, kurių pajėgumais remiamasi

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiekęjo (-ų) (-ų) adresas (-ai)	
Subtiekęjui (-ams) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. pirkimo sąlygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Jame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šias prekes patvirtindami, jog į nurodytas kainas įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi pardavėjo mokėtini mokesčiai:

2.9. lentelė. IX pirkimo dalies – FT-IR spektrometro su priedais komplekto siūloma kaina:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės kaina, Eur be PVM
1.	FT-IR spektrometro su priedais komplektas 1 vnt. Gamintojas: Agilent Technologies, Modelis: Cary 630	39.480,00
2.	PVM ¹⁾ 21 % (eurais)	8.290,80
3.	IŠ VISO²⁾ (bendra IX pirkimo dalies pasiūlymo kaina, EUR su PVM)	47.770,80

¹⁾ tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

²⁾ Lentelėje pateikta bendra pasiūlymo suma, pagal kurią bus nustatoma tiekėjo pasiūlymo lyginamoji kaina. Jei tiekėjas pateiks pasiūlymo kainas be PVM, o pristatius prekes/suteikus paslaugas/atlikus darbus, PVM turės būti mokamas perkančiosios organizacijos, prie tiekėjo pasiūlymo palyginamosios kainos bus pridedama mokėtina PVM suma.

* Pažymime, kad prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.

IX pirkimo dalis – FT-IR spektrometro su priedais komplektas, 1 vnt.

Eil. Nr.	Rodiklis	Minimalūs techniniai reikalavimai	Siūdomos charakteristikos
1.1.	Paskirtis	Įvairaus agregatinio būvio funkcinių medžiagų struktūriniam tyrimams ir tirpalų ar mišinių kiekybiniam sudėties nustatymui.	Įvairaus agregatinio būvio funkcinių medžiagų struktūriniam tyrimams ir tirpalų ar mišinių kiekybiniam sudėties nustatymui. <i>Gamintojas: Agilent Technologies, Modelis: Cary 630</i>
1.2.	Interferometas	Michelson tipo interferometras arba lygiavertis, kuris turi būti suderintas gamintojo bei nereikalaujantis jokio papildomo derinimo.	Michelson tipo interferometras, suderintas gamintojo bei nereikalaujantis jokio papildomo derinimo.
1.3.	Spektrometro diapazonas	ne siauresnis nei nuo 7000 cm^{-1} iki 350 cm^{-1} .	nuo 7000 cm^{-1} iki 350 cm^{-1}
1.4.	Bangos ilgio tikslumo ir atsikartojamumo patikros automatiškai atliekami testai.	Privalo būti integruoti į prietaisą	Integruoti į prietaisą
1.5.	Diodinis lazeris.	Privalomas	Diodinis lazeris.
1.6.	Detektorius	Detektorius turi būti kambario temperatūros DTGS tipo arba lygiavertis.	Detektorius DTGS tipo.
1.7.	Drėgmės indikatorinė sistema	Privaloma	Drėgmės indikatorinė sistema
1.8.	Spektrometro spektrinė skiriamoji geba	ne didesnė nei 2 cm^{-1} .	<2 cm^{-1}
1.9.	Signalų triukšmo santykis	Signalų triukšmo santykis matuojant 4 cm^{-1} skiriamąją gebą ne mažiau kaip 20000:1 pralaidumo ir ne mažiau kaip 12000:1 ATR matavimams.	Signalų triukšmo santykis matuojant 4 cm^{-1} skiriamąją gebą daugiau kaip 20000:1 pralaidumo ir daugiau kaip 12000:1 ATR matavimams
1.10.	Bangos ilgio tikslumas	ne daugiau kaip 0.05 cm^{-1} .	0.05 cm^{-1}
1.11.	Komplektacija	Spektrometras turi turėti šiuos priedus: 1. Pralaidumo matavimams skirtas priedas su universalia išrenkama skysčių matavimams skirta kiuvete su KBr langeliais. 2. Deimanto ATR vieno atspindžio priedas. 3. ZnSe ne mažiau 5 atspindžių ATR matavimo priedas. 4. Išsklaidytos šviesos (difuziniam) matavimams skirtas priedas. 5. Skysčių pralaidumo matavimams skirtas priedas su keičiamu optinio kelio greitu pasirinkimu. Turi būti galima pasirinkti ne mažiau 3 skirtingus optinio kelio nustatymus ne siauresniame diapazone nei nuo 50 μm iki 1000 μm . Optinio kelio nustatymus turi būti galima keisti. 6. Kompiuteris, atitinkantis gamintojo programinės įrangos reikalavimus, su spausdintuvu, klaviatūra, pele ir ne mažiau 2 vnt. 24" jstrižainės monitoriais. Visi priedai turi būti keičiami lengvai be jokių įrankių. Sistema turi automatiškai atpažinti naudojamą priedą ir įspėti vartotoją, jei taikomas matavimo metodas yra nesuderinamas su pasirinkimu.	Spektrometras turi šiuos priedus: 1. Pralaidumo matavimams skirtas priedas su universalia išrenkama skysčių matavimams skirta kiuvete su KBr langeliais. 2. Deimanto ATR vieno atspindžio priedas. 3. ZnSe 5 atspindžių ATR matavimo priedas. 4. Išsklaidytos šviesos (difuziniam) matavimams skirtas priedas. 5. Skysčių pralaidumo matavimams skirtas priedas su keičiamu optinio kelio greitu pasirinkimu. Galima pasirinkti ne mažiau 3 skirtingus optinio kelio nustatymus ne siauresniame diapazone nei nuo 30 μm iki 1000 μm . Optinio kelio nustatymus galima keisti. 6. Kompiuteris, atitinkantis gamintojo programinės įrangos reikalavimus, su spausdintuvu, klaviatūra, pele ir 2 vnt. 24" jstrižainės monitoriais. Visi priedai keičiami lengvai be jokių įrankių. Sistema automatiškai atpažįsta naudojamą priedą ir įspėja vartotoją, jei taikomas matavimo metodas yra nesuderinamas su pasirinkimu.
1.12.	Programinė įranga	Spektrometras pateikiamas kartu su programine įranga, skirta prietaiso kontrolei, testų atlikimui bei duomenų analizei. Programinė įranga turi įgalinti atlikti reakcijų stebėjimą ir rezultatų pateikimą 2D bei 3D formatu. Turi būti galima kurti ir taikyti įvairius chemometrinius duomenų analizės modelius.	Spektrometras pateikiamas kartu su programine įranga, skirta prietaiso kontrolei, testų atlikimui bei duomenų analizei. Programinė įranga įgalina atlikti reakcijų stebėjimą ir rezultatų pateikimą 2D bei 3D formatu. Galima kurti ir taikyti įvairius chemometrinius duomenų analizės modelius.
1.13.	Spektrų biblioteka	Turi būti pateikiama IR spektrų biblioteka su ne mažiau, kaip 10000 skysčių bei kietų medžiagų IR spektrų.	Su Agilent Cary 630 spektrometru pateikiama IR spektrų biblioteka su 10000 skysčių bei kietų medžiagų IR spektrų.
1.14.	Išplėtimo galimybės	Sistema privalo turėti šias išplėtimo galimybes: 1. Mikroskopijos priedas galintis matuoti ne didesnį nei 100x100 μm mėginio plotą pralaidumo, atspindžio bei ATR matavimams. Terminės gravimetrijos analizės priedas.	Sistema turi šias išplėtimo galimybes: 1. Mikroskopijos priedas galintis matuoti ne didesnį nei 100x100 μm mėginio plotą pralaidumo, atspindžio bei ATR matavimams. Terminės gravimetrijos analizės priedas.
1.15.	Pristatymas	Pristatyti į numatomą darbo vietą ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, sumontuoti, detalai patikrinti funkcionalumą.	Pristatymas į numatomą darbo vietą ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, sumontavimas, detalus funkcionalumo patikrinimas.
1.16.	Apmokymas	Ne mažiau dviejų darbuotojų apmokymas darbu su siūloma įranga darbo vietoje.	Dviejų darbuotojų apmokymas darbu su siūloma įranga darbo vietoje.
1.17.	Instrukcijos	Privaloma pateikti vartotojo instrukcijas anglų ar lietuvių kalbomis	Vartotojo instrukcijos pateikiamos anglų ar lietuvių kalbomis
1.18.	Garantija	Interferometrui ir diodiniam lazeriui ne mažiau 60 mėnesių. IR šaltiniui ne mažiau 36 mėnesių. Visoms kitoms dalims ne mažiau 12 mėnesių. Garantija skaičiuojama nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.	Interferometrui ir diodiniam lazeriui 60 mėnesių. IR šaltiniui 36 mėnesių. Visoms kitoms dalims 12 mėnesių. Garantija skaičiuojama nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

3 lentelė. Kartu su pasiūlymu teikiama informacija

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Būtina (taip / ne)	Konfidencialumas (taip / ne)
1	2	3
Užpildyta pasiūlymo forma	Taip	Ne
EBVPD deklaracija (užpildyta dalyvio, kiekvieno jo jungtinės veiklos partnerio bei subtiekejo, jei tokių yra)	Taip	Ne
Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą	Taip (jei jį pasirašo ne dalyvio vadovas)	Taip
Užpildyta techninė specifikacija	Taip	Taip
Gamintojo prekių aprašymas ar lygiavertis dokumentas (-ai), patikimai įrodantis, kad siūlomos prekės atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus	Taip	Taip
Jungtinės veiklos sutarties kopija	Taip (jei taikoma)	-
Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai	Taip (jei taikoma)	-

Pastaba: Tiekėjo nurodomas konfidencialumas perkančiajai organizacijai nėra privalomas ir bus vertinamas kiekvienu atveju individualiai. Rekomendacinė informacija dėl konfidencialumo pateikiama <https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730625-Kaip-turi-b%C5%ABti-suprantamas-konfidencialumas-vie%C5%A1uosiuose-pirkimuose->.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų ir kokybės skyriaus vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)



Renata Radzevičienė

(Vardas ir pavardė)