

LMC Hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorija

Bendrieji reikalavimai

Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prietaisų gamintojo atstovas arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats siūlomų prekių negamina).

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje anglų kalba (siūlomų prekių/įrangos naudojimo instrukcijas anglų kalba arba/ir gamintojo parengtas prekių technines specifikacijas anglų kalba). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais – tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.

Prietaisų garantinio aptarnavimo terminas turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo instaliavimo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (nebent pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje prie atskirų pirkimo dalių nurodytas kitas garantinio aptarnavimo terminas), kartu su pasiūlymu pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad šis reikalavimas bus įvykdytas.

Taip pat Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą.

Techninė specifikacija

Prietaisas tepinėliams padengti stiklo dengiamąja medžiaga (Nr. 9894)

Eil. Nr.	Reikalavimai pirkimo objektui	Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (Šiame stulpelyje tiekėjas turi įrašyti kartu su pasiūlymu teikiamo dokumento pavadinimą ir puslapio, kuriame yra informacija įrodanti pasiūlymo atitikimą reikalavimui, numerį, grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
1. Pirkimo objektas		
1.1	Prietaisas įvairių ėminių (kraujo, kaulų čiulpų, audinių plonos adatos biopsijos, įvairių kūno skysčių ir kt.) tepinėliams padengti stiklo dengiamąja medžiaga. Siūloma įranga turi būti nauja (pagaminta ne seniau, kaip 12 mėnesių iki	Prietaisas įvairių ėminių (kraujo, kaulų čiulpų, audinių plonos adatos biopsijos, įvairių kūno skysčių ir kt.) tepinėliams padengti stiklo dengiamąja medžiaga. Siūloma įranga

	<p>pirkimo sutarties pasirašymo datos, angl. <i>brand new</i>). Negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. <i>refurbished</i>) įrangos.</p>	<p>nauja (pagaminta ne seniau, kaip 12 mėnesių iki pirkimo sutarties pasirašymo datos, angl. <i>brand new</i>). Negalima siūlyti demonstracinės, naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. <i>refurbished</i>) įrangos.</p>
2. Paskirtis		
2.1	<p>Prietaisas turi būti tinkamas objektiniams stikleliams, kurių matmenys – plotis 25 ± 1 mm, ilgis 75 ± 1 mm, storis $1,0 \pm 0,2$ mm, padengti stiklo dengiamąja medžiaga, naudojant $24 \pm 0,1$ mm x $50 \pm 0,1$ mm dengiamuosius stiklelius.</p>	<p>Prietaisas tinkamas objektiniams stikleliams, kurių matmenys – plotis 24,5-26,0 mm, ilgis 74,5-76,0 mm, storis 0,8-1,2 mm, padengti stiklo dengiamąja medžiaga, naudojant 24 mm x 50 mm dengiamuosius stiklelius.</p> <p><u>A79210100_13 - ClearVue Op_Guide.pdf, 10 psl.</u></p>
2.2	<p>Našumas ne mažiau kaip 250 objektinių stiklelių (tepinėlių) per valandą.</p>	<p>Našumas 300 objektinių stiklelių (tepinėlių) per valandą.</p> <p><u>SBTS overview 0522.pdf, 4 psl.</u></p>
3. Komplektacija		
3.1	<p>Prietaisas turi būti komplektuojamas su lietimui jautriu ekranu ir programine įranga.</p>	<p>Prietaisas turi būti komplektuojamas su lietimui jautriu ekranu ir programine įranga.</p> <p><u>A79210100_13 - ClearVue Op_Guide.pdf, 1 psl.</u></p>
3.2	<p>Prietaisas turi būti komplektuojamas su garų surinkimo sistema, t.y. turi būti integruotas ventiliatorius su anglies arba lygiaverčiu filtru ir sumontuotu adapteriu prietaiso garų surinkimo sistemai prijungti prie laboratorijoje naudojamos traukos spintos ventiliacijos sistemos.</p>	<p>Prietaisas komplektuojamas su garų surinkimo sistema, t.y. turi integruotas ventiliatorius su anglies filtru ir sumontuotu adapteriu prietaiso garų surinkimo sistemai prijungti prie laboratorijoje naudojamos traukos spintos ventiliacijos sistemos.</p> <p><u>A79210100_13 - ClearVue Op_Guide.pdf, 20-21 psl.</u></p>
3.3	<p>Prietaisas turi būti komplektuojamas su objektinių stiklelių (tepinėlių) krepšeliais.</p>	<p>Prietaisas komplektuojamas su objektinių stiklelių (tepinėlių) krepšeliais.</p>
4. Programinė įranga		
4.1	<p>Prietaisas turi turėti galimybę stebėti ir valdyti dengiamų stiklelių dydį ir kiekį, bei dengimo laukiančių objektinių stiklelių (tepinėlių) skaičių.</p>	<p>Prietaisas turi galimybę stebėti ir valdyti dengiamų stiklelių dydį ir kiekį, bei dengimo laukiančių objektinių stiklelių (tepinėlių) skaičių.</p> <p><u>A79210100_13 - ClearVue Op_Guide.pdf, 26 psl.</u></p>
4.2	<p>Prietaisas turi automatiškai atpažinti ir nustatyti objektinio stiklelio (tepinėlio) padėtį dengimo proceso metu.</p>	<p>Prietaisas automatiškai atpažina ir nustato objektinio stiklelio (tepinėlio) padėtį dengimo proceso metu.</p>

		<u>A79210100_13 - ClearVue Op_Guide.pdf, 40 psl.</u>
4.3	Prietaisas turi automatiškai, be vartotojo įsikišimo, pagal iš anksto nustatytus parametrus paskirstyti dengiamosios medžiagos kiekį kiekvienam objektiniam stiklui (tepinėliui) ir automatiškai nustatyti dengiamojo stiklo padėtį.	Prietaisas automatiškai, be vartotojo įsikišimo, pagal iš anksto nustatytus parametrus paskirstyti dengiamosios medžiagos kiekį kiekvienam objektiniam stiklui (tepinėliui) ir automatiškai nustato dengiamojo stiklo padėtį. <u>A79210100_13 - ClearVue Op_Guide.pdf, 41, 48 psl.</u>
5. Priedai		
5.1	Kartu su prietaisu turi būti pateikta ne mažiau kaip 6000 vnt. dengiamųjų stiklo ir pateiktam stiklo kiekui pakankamas stiklo dengiamosios medžiagos kiekis. Stiklo dengiamoji medžiaga turi būti tinkama naudoti kartu su ksileno pakaitalu.	Kartu su prietaisu bus pateikta 6000 vnt. dengiamųjų stiklo ir pateiktam stiklo kiekui pakankamas stiklo dengiamosios medžiagos kiekis. Stiklo dengiamoji medžiaga tinkama naudoti kartu su ksileno pakaitalu.
5.2	Kartu su prietaisu turi būti pateikta ne mažiau kaip 10 vnt. objektinių stiklo (tepinėlių) krepšelių	Kartu su prietaisu bus pateikta 10 vnt. objektinių stiklo (tepinėlių) krepšelių
5.3	Kartu su prietaisu turi būti pateikti ne mažiau kaip 6 vnt. anglies ar lygiaverčių filtrų garams surinkti.	Kartu su prietaisu bus pateikti 6 vnt. anglies filtrai garams surinkti.