

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KRAUJO KOMPONENTŲ ŠILDYMO PRIETAISAS

„Techninė specifikacija“, kuria tiekėjai privalo užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamo s parametru reikšmės	Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras
1	2	3	4
	Gamintojas, modelis, kilmės šalis	Nurodoma	KW Apparecchi Scientifici srl., WPF2 2/4, Italija
1.	Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui.	Būtina	Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui. Katalogas, 1 psl.
2.	Mikroprocesorinė įrenginio darbo kontrolė	Būtina	Mikroprocesorinė įrenginio darbo kontrolė Katalogas, 1 psl.
3.	Prietaise įdiegtos programos – kraujo, plazmos šildymui, pastovios temperatūros palaikymui arba naudojamas standartizuotas atšildymo/atitirpdymo procesas be papildomų programų	Būtina	Prietaise įdiegtos programos – kraujo, plazmos šildymui, pastovios temperatūros palaikymui arba naudojamas standartizuotas atšildymo/atitirpdymo procesas be papildomų programų Katalogas, 1 psl.
3.1.	kraujo šildymas	Būtina	kraujo šildymas
3.2.	plazmos šildymas	Būtina	plazmos šildymas
3.3.	pastovios temperatūros palaikymo programa	Būtina	pastovios temperatūros palaikymo programa
4.	Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija	Būtina	Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija Katalogas, 3 psl.
5.	Šildomų kraujo produktų temperatūros lygio indikacija	Būtina	Šildomų kraujo produktų temperatūros lygio indikacija

			Katalogas, 1 psl.
6.	Šildytuvo talpa	Ne mažiau kaip 3 kraujo maišai po 450-500 ml ar proporcingai kitokios talpos maišai, specialiai skirta kraujo maišams dėti	4 kraujo maišai po 450-500 ml arba 2 maišai po 1000 ml Katalogas, 1 psl.
7.	Temperatūros reguliavimas arba standartizuotas procesas	Būtina	Temperatūros reguliavimas Katalogas, 1 psl.
8.	Apsauga nuo perkaitimo:	Būtina	Apsauga nuo perkaitimo Katalogas, 1 psl.
9.	Įrenginio savikontrolės sistema, nuolat testuojanti įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant	Būtina	Įrenginio savikontrolės sistema, nuolat testuojanti įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant Katalogas, 3 psl.
10.	Aparato išorinės jungtys:		Aparato išorinės jungtys:
10.1	Prijungti spausdintuvą arba duomenis perduoti į įstaigos duomenų sistemą	Būtina	Duomenis perduoti į įstaigos duomenų sistemą Katalogas, 1 psl.
11.	Proceso eigos stebėjimo užtikrinimas (nurodyti)	Būtina	Liečiamas ekranas, kuriame matoma kiekvieno maišelio temperatūra realiu laiku, galima matyti atitirpinimo grafiką. Skaidrus dangtis, galima stebėti procesą. Katalogas, 1 psl.
12.	Saugumo klasė	I klasė	I klasė Katalogas, 2 psl.
13.	Garantija su garantiniu aptarnavimu	Ne mažiau 24 mėnesiai	24 mėn. Katalogas, 4 psl.