

multilab

INTERLUX GROUP

UAB „Multilabo“
(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius; Tel.: (8-5) 250 0291,

El. p. info@multilab.lt, www.multilab.lt, Juridinių asmenų registras, 302325611, LT100005481517

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL REAGENTŲ IR DARBO PRIEMONIŲ IMUNOCHEMINIAMS KIEKYBINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI PIRKIMO

2020-01-30 Nr. 1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Multilabo“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	A. Šabaniausko g. 14 LT-08431 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	(8-5) 250 0291
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@multilab.lt
Rekvizitai sutarties sudarymui: Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė, įmonės kodas, banko pav., atsiskaitomosios sąskaitos Nr.	Direktorė Miglė Natkaitė, 302325611, A/s LT16 7044 0600 0665 3913, AB SEB bankas, banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	UAB „Interlux“
Subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius
Išipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	40 %

1. Šiuo pasiūlymu pažyminame, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka

Mes siūlome šias prekes ir paslaugas:

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dalies pavadinimas	Pirkimo dalies kaina Eur be PVM 12 mėn.	Pirkimo dalies kaina Eur su PVM 12 mėn.	Pirkimo dalies kaina Eur be PVM 36 mėn.	Pirkimo dalies kaina Eur su PVM 36 mėn.
1.	Reagentai ir darbo priemonės imunocheminiams kokybiniams tyrimams atlikti, analizatoriaus pagal panaudą/ nuomą, techninės priežiūros ir remonto paslaugos	22158,81	23347,30	66476,43	70041,90

Mūsų siūlomos *prekės / paslaugos* nurodytos užpildytame konkurso sąlygų 2 priede, kuris yra neatskiriama šio pasiūlymo dalis.

[specifikaciją neįtrauktoms prekėms siūloma ____ proc. nuolaida nuo prekių pirkimo dieną galiojančios kainos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų lentelės skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Siūlomos *prekės / paslaugos* visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

* Pažymime, kad pirkimo dalies atskirų pozicijų kainos, prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.

Reagentai ir darbo priemonės imunocheminiais tiksliniais tyrimams atlikti, analizuojantys pagal įmonų arba nuomą, techninės priežiūros ir remonto paslaugas

eil. Nr.	Reagento pavadinimas	Kokybiniai ir techniniai reikalavimai.	Tyrimų testų skaičius per 12 mėn.	Pakuotės kaina Eur be PVM	PVM 5 proc.	Suma Eur be PVM, įvertinus nurodytą kiekį (4x5)	Gaminiojas, komercinis prekės pavadinimas, reagentų ir priemonių konkretūs techniniai parametrai (atitinkamas kokybinis ir techninis reikalavimas)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	CRB koncentracijos nustatymas	Kasetė. Mėginyje: pilnas kraujas, plazma, serumas. Galiojimas ne mažiau kaip 6 mėn nuo pristatymo į laboratoriją.	900	22222	5,00	22222	Boditech, i-Chroma CRB testai. Kiekybinis. Kasetė. Mėginyje: pilnas kraujas, plazma, serumas. Galiojimas daugiau nei 6 mėn nuo pristatymo į laboratoriją. Testai individualiai supakuoti dėžutėse po 25 vnt. Pakuotės galiojimo laikas ilgiau nei 12 mėn.
1.2.	CRB 2-jų lygų kokybės kontrolė		222	222	5,00	22222	Boditech, i-Chroma CRB 2-jų lygų kontrolė. Nurodytam testų skaičiui atlikti, reikalinga 13 pak.
2.1.	D-dimerų koncentracijos nustatymas	Kiekybinis imunoflorescentinis arba analogiškas metodas. Kasetė. Pakuotės galiojimo laikas ne mažiau kaip 6 mėn. nuo pristatymo.	800	22222	5,00	22222	Tosoh Bioscience, ST AIA-PACK D-dimer. Kasetė/indelis (cup). Kiekybinis imunoflorescentinis metodas. Galiojimas pristatius į laboratoriją 6 mėnesiai.
2.2.	D-dimerų kontroliniai mėginiai	Mėginiai žinomois vertėmis 2 lygų (norma, aukšta). Kiekybinis dimeras	400	22222	5,00	22222	Tosoh Bioscience, AIA-PACK D-dimer CONTROL SET 2 lygų
2.3.	Kalibraciniai mėginiai, kiti tirpalai ir priemonės, reikalingos tyrimų atlikimui (kiekius nurodo tiekėjas)		-	-	-	-	
2.3.1	D-Dimerų kalibratorius	-	-	22222	5,00	22222	Tosoh Bioscience ST AIA-PACK D-dimer CALIBRATOR SET
2.3.2	D-Dimerų mėginio skiediklis	-	-	22222	5,00	22222	AIA-PACK D-dimer SAMPLE DILUTING SOLUTION
3.1.	Pokalcitonino koncentracijos nustatymas-kontroliniai mėginiai	Kasetė. Galiojimas ne mažiau kaip 6 mėn. nuo reagentų pristatymo į laboratoriją	200	222	5,00	22222	Boditech, i-Chroma Pokalcitonino testas. Kiekybinis. Galiojimas daugiau nei 6 mėn nuo pristatymo į laboratoriją. Testai individualiai supakuoti dėžutėse po 10 vnt. Pakuotės galiojimo laikas ilgiau nei 12 mėn

3.2.	Prokalcionino 3-ju lygių kokybės kontrolė	-	10		5,00		Randox, PCT 3-ju lygių kontrolė. Nurodytam testų skaitmeni atlikti, reikalinga 10 pak.
3.2.1	1-o lygio kontrolė	-	-		5,00	-	Randox, PCT 1-o lygio kontrolė
3.2.2	2-o lygio kontrolė	-	-		5,00	-	Randox, PCT 2-o lygio kontrolė
3.2.3	3-čio lygio kontrolė	-	-		5,00	-	Randox, PCT 3-io lygio kontrolė
4.1.	Troponino I koncentracijos nustatymas	Kiekybinis imunofermentinis arba analogiškas metodas (ne žemesnės kaip 3-os kartos, variacijos koeficientas (<V) negali viršyti 10 proc. ties 99-ąja procentile) Galiojimas ne mažiau kaip 6 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją	3000		5,00		Tosoh Bioscience, ST AIA-PACK cTnI 3rd-Gen. Kiekybinis imunofermentinis metodas. Trečios kartos reagentas. Variacijos koeficientas ties 99 procentile neviršija 10 procentų. Galiojimas pristatus į laboratoriją 6 mėnesiai.
4.2.	Troponino I kontroliniai mėginiai	Mėginiai žinomomis vertėmis, 3 lygių (žema, normali, aukšta). Kiekviena dieną planuojama atlikti vieną mėginį	400		5,00		Tosoh Bioscience, AIA-PACK MULTI ANALYTE CONTROL 3 lygių
4.3.	Kalibraciniai mėginiai, kiti tirpalai ir darbo priemonės, reikalingos tyrimų atlikimui	Kiekis nurodo tiekėjas.	-	-	-	-	-
4.3.1	Troponino kalibratorius	-	-		5,00		Tosoh Bioscience, ST AIA-PACK cTnI 3rd-Gen CALIBRATOR SET
4.3.2	Troponino mėginto skiedinys	-	-		5,00		ST AIA-PACK cTnI 3rd-Gen SAMPLE DIL SOL
5.1.	Smeigėnų natūrinio peptido (BNP) koncentracijos nustatymas	Kiekybinis imunofermentinis metodas arba analogiškas Reagentų galiojimas ne mažiau kaip 6 mėn. nuo pristatymo į laboratoriją	400		5,00		Tosoh Bioscience, ST AIA-PACK BNP. Kiekybinis imunofermentinis metodas. Galiojimas pristatus į laboratoriją 6 mėnesiai.

5.2.	BNP kontroliniai mėginiai	Mėginiai žinomomis vertėmis 3 lygių (žema, norma, aukšta). Kiekvieną dieną planuojama atlikti vieną kontrolinį mėginį.	400		5,00		ALA-PACK BNP CONTROL SET 3 lygių
5.3.	Kalibraciniai mėginiai, kiti tirpalai ir darba priemonės, reikalingos tyrimų atlikimui, kiekus nurodo etiketas	-	-	-	-	-	-
5.3.1	BNP kalibratorius	-	-		5,00		Tosoh Bioscience, ST ALA-PACK BNP CALIBRATOR SET

5.3.2	BNP mėgimo skiedinys	-	-	5,00	5,00	5,00	Tosoh Bioscience, ST AIA-PACK BNP SAMPLE DILUTING SOLUTION
6.	Kiti tirpalai ir darbo priemonės, reikalingos tyrimų atlikimui su siidomu analizatoriumi	-	-	-	-	-	-
6.1	Substratas	-	-	5,00	5,00	5,00	Tosoh Bioscience, AIA-PACK SUBSTRATE SET II
6.2	Ploviklis	-	-	5,00	5,00	5,00	Tosoh Bioscience, AIA-PACK WASH CONCENTRATE
6.3	Skiedinys	-	-	5,00	5,00	5,00	Tosoh Bioscience, AIA-PACK DILUENT CONCENTRATE
6.4	STD indelioti	-	-	5,00	5,00	5,00	Tosoh Bioscience, AIA-PACK DETECTOR STD TEST CUP
6.5	Mėgimų indelioti Hitachi	-	-	5,00	5,00	5,00	Tosoh Bioscience, Sample cups Hitachi type 500pcs
6.6	Terminis popierius printeriui	-	-	21,00	21,00	21,00	Tosoh Bioscience, Printer paper AIA360 60mm
Bendra kaina Eur be PVM 5,00							
Pasidavimo pateikimo metu galiojantis 5 ir 21 PVM 5,00							
Bendra kaina Eur su PVM 5,00							

PANALIDOS/ NIOMOS PAGRINDAIS SIEOMO ANALIZATORIUS EKSPLOATAVIMO IŠLAIDOS										
2 lentelė										
Et.	Techninio aprašavimo (TP) periodiškumas	TP skaičius per 12 mėn.	Vienos TP kaina EUR be PVM*	TP kaina įvertinus nurodytą kiekį	TP metu keičiamų detalių, medžiagų pavadinimai**	Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų matavim.	Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų matavim. per 12 mėn.	Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų matavim. kaina EUR be PVM	Keičiamų detalių ir ekspl. medžiagų kaina EUR be PVM įvertinus nurodytą kiekį	Bendra analizatoriaus eksploatacinių išlaidų kaina 12 mėn. EUR be PVM (5+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Vieną kartą metuose	1	5,00	5,00	TP rinkinys AIA360	rinkinys	-	-	-	5,00
2										
Bendra eksploatacinių išlaidų kaina EUR be PVM 5,00										
Pasidavimo pateikimo metu galiojantis 21 proc. PVM 5,00										
Bendra eksploatacinių išlaidų kaina EUR su PVM 5,00										

*I techninės priežiūros kainą įskaičiuotos visos tiekiėjo išlaidos, susijusios su tinkamu techninės priežiūros atlikimu, taip pat atlykimo ir kt.
 ** Turit būti įskaičiuotos visos eksploatacinės medžiagos (keičiamos detalės, medžiagos, popierius, ir kt.), nurodytas tyrimų skaičius, nurodytas medžiagų kiekis ir kaina).

Įrangos remontas (pagaramintu laikotarpui) pagal iškvietimą

Remonto darbai 1 val. įskaitus EUR be PVM (įskaitintus transporto ir kitos išlaidas, išskyrus detalių kainą).	
Remonto metu panaudotoms detalėms ir medžiagoms silaoma nuolatinė proc.	

BENDRA PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina EUR be PVM	Kaina EUR su PVM
1.	Reagentai ir priemonės 1 lentelė		
2.	Papildomi reagentai ir priemonės, skirti analizei (2 lentelė)		
3.	Analizatoriaus nuoma 12 mėn. (Pildoma jei analizatorius techninis: nuomos sutartis)		
Bendra pasiūlymo kaina (EUR)		22158,81	25347,30

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM - Dvidešimty trys tūkstantiai tryš šimtai keturioliosios dešimtys eurų ir 30 centų (2 skaitmenys)

Analizatoriaus techninė specifikacija

Nr.	Techniniai parametrai	Silvono analizatoriaus konfigūracijos techniniai parametrai
1.	Silvono analizatoriaus pavadinimas, modelis, gamintojas	Integracinis analizatorių sistema (Tosoh AIA-360, Tosoh Biosciences/Hitachi Chromat II, Boditech Inc. Jpn.)
2.	Matavimų trukmė, vienos analizės trukmė, tūrinis pajėgumas ne mažiau kaip 20 l/2 m.	Sistemo moduliai analizatoriai pajėgumai ne mažiau kaip 20 l/2 m.
3.	Analizatoriaus reagentai bei papildomos darbo priemonės įvairių atitiktis direktyvą MDD 98/79/EB ir pagal CE ženklą	Taip, įtampa ir reagentai yra sertifikuoti CE (turi CE ženklą). Sertifikuoti priešėdami.
4.	Medžiagos tipas, kapiliarinis, ventiliacinis, uždarymas	Kapiliarinis, ventiliacinis, uždarymas.
5.	Ištyrimo rezultato gavimas ne daugiau kaip per 30 min	Ištyrimo rezultato gavimas: AIA-360 iki 20 min, Chroma II iki 12 min
6.	Integracijos vidinis spausdintuvas	Yra integruotas vidinis spausdintuvas
7.	Dokumento paketas, analizatoriaus darbo vadovas, reagentų saugos duomenų lapas, tyrimų atlikimo metodikos pateiktiniai kaimo su analizatoriumi	Priešdėtas analizatorių darbo vadovas anglų ir lietuvių kalba, reagentų saugos duomenų lapai, tyrimų atlikimo metodikos - pateiktiniai kaimo su analizatoriumi
8.	Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo įstaigos	Dokumento paketas bus pateiktinis kaimo su analizatoriumi

* Pastebime, kad pirmo dalies atskirų pozicijų kainos, prekių gamintojai, modeliai, kainų lygis ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.