

Pranešimas

Nurodymai

Čia galite atsakyti į šį pranešimą, persiųsti jį svetainėje arba persiųsti visą pranešimą kaip el. laišką. Norint persiųsti pranešimą kaip el. laišką, būtina, kad Jūsų kompiuteryje būtų įdiegta el. pašto programa (MS Outlook, Eudora ar kt.)

Pranešimas 7909092

Siuntėjas: Uždaroji akcinė bendrovė "INOVECA MEDTECHNA" - Kęstutis Sirgedas

Išsiųsta: 2020-01-16 13:42

Kam: VšĮ Antakalnio poliklinika - Vilma Sobolevskienė **Perskaityta:** 2020-01-16 13:54

Nuoroda: Pirkimas 466463 : 1 Mikroskopo pirkimas

Tema: Re: dėl pasiūlymo paaiškinimo

> > >




Laba diena,

Kadangi padarėme klaidą matuodami stereo atstumą, nepraleisdami Jūsų nurodyto patikslinimui skirto laiko, siunčiame papildomą gamintojo LABOMED raštą dėl pasiūlymo paaiškinimo. LABOMED laiške yra nurodytas stereo bazės atstumas 22mmm, kuris atitinka Jūsų techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus 23+-1mm.

Pagarbiai

Kęstutis Sirgedas

Prisegti dokumentai

Pavadinimas	Dydis	Atnaujinta
 LABOMED laiškas (Gmail - Dimensions between eyepieces in head.pdf)	316	2020-01-16 13:38
 Nuotrauka (Full page photo.pdf)	40	2020-01-16 13:38
 Nuotrauka 1 (Full page photo1.pdf)	29	2020-01-16 13:39