

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai	Siūlomo mikroskopo techniniai parametrai (užpildo tiekėjas)	Konkrečios siūlomos parametro reikšmės atitikimo patvirtinimas (psl. Nr. kataloge, bukletuose, techniniuose aprašuose, juose pažymint siūlomą parametą ir nurodant jo eil. Nr., esantį techninėje specifikacijoje) (užpildo tiekėjas)
1.	Mikroskopas	PRIMA DNT, gamintojas Labotech microscopes		
1.	Montavimo tipas	Mobilus odontologinis mikroskopas su stovu.	Mobilus odontologinis mikroskopas su stovu.	Reklaminis bukletas
2.	Mobilus mikroskopo padas	Matmenys: 610 (±50) mm x 610 (±50) mm	Mobilus mikroskopo padas matmenys: 580 mm x 580 mm	Reklaminis bukletas
3.	Šviesos šaltinis	Dvigubas LED arba lygiavertis šviesos šaltinis.	Šviesos šaltinis daugialustinis LED 50W - 120000Lux. + dvigubas LED išorinis	Reklaminis bukletas
4.	Šviesos perdavimo sistema	Tiesiogiai integruota į mikroskopą.	Šviesos perdavimo sistema tiesiogiai integruota į mikroskopą.	Reklaminis bukletas
5.	Objektyvo darbinis židinio nuotolis	Ne mažiau kaip nuo 200 mm iki ne daugiau kaip 300 mm	Objektyvo darbinis židinio nuotolis 250 mm	Reklaminis bukletas
6.	Fokusavimo sistema	Fokusavimas rankenėle ant objektyvo.	Fokusavimo sistema fokusavimas rankenėle ant objektyvo.	Reklaminis bukletas
7.	Valdymas	Pozicionuojama rankenomis.	Valdymas pozicionuojama rankenomis	Reklaminis bukletas
8.	Mikroskopo siekis	Ne mažiau kaip 1100 mm nuo pakabinimo centrinės ašies.	Mikroskopo siekis 1125 mm nuo pakabinimo centrinės ašies.	Reklaminis bukletas
9.	Optikos sistema	Apochromatinio apdirbimo.	Optikos sistema apochromatinio apdirbimo.	Reklaminis bukletas
10.	Didinimas	Rankinis, ne mažiau kaip 5 pakopų keitiklis.	Didinimas 5 pakopų keitiklis.	Reklaminis bukletas
11.	Okuliarai	Didinimas ne mažiau kaip 12,5	Okuliarai didinimas 12,5 karto.	Reklaminis bukletas

		karto.		
12.	Tubusas	Binokuliarinis, lankstomas, keičiamo kampo: ne siauresniame intervale kaip 180°.	Tubusas binokuliarinis, lankstomas, keičiamo kampo: intervale 210°.	<i>Reklaminis bukletas</i>
13.	Stereo atstumas (atstumas tarp okuliarų mikroskopo galvoje)	23 (±1) mm.	Stereo atstumas (atstumas tarp okuliarų mikroskopo galvoje) 23 (±1) mm.	Žr.prisegtą nuotrauką
14.	Alkūnių veržiklis (-iai)	Būtina. Skirtas (-i) priveržti mikroskopo alkūnėms.	Alkūnių veržikliai skirti priveržti mikroskopo alkūnėms.	<i>Reklaminis bukletas</i>
15.	Video sistema	Būtina galimybė ateityje, pagal pageidavimą, instaliuoti integruotą video kamerą, su ne blogesnės nei HD 1080p rezoliucijos video vaizdo įrašymu į USB laikmenas ir video vaizdo transliavimu internetiniu tinklu.	Video sistema galimybė ateityje, pagal pageidavimą, instaliuoti integruotą video kamerą, su HD 1080p rezoliucijos video vaizdo įrašymu į USB laikmenas ir video vaizdo transliavimu internetiniu tinklu.	<i>Reklaminis bukletas</i>
16.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn.	Garantija 24 mėn.	

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Kęstutis Sirgedas

(Vardas ir pavardė)

**Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*