



UAB „VITROLAB“

Įmonės kodas 235279070, PVM kodas LT352790716, Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas, tel.: 8 37 33 33 17, 8 37 33 33 29, faksas: 8 37 33 33 29, e-pastas: biuras@vitrolab.lt, direktorius Vaidas Jankauskis

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ SU ANALIZATORIŲ
PANAUDA**

2019-10-24 Nr.20191024/01

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/</i>	UAB „Vitrolab“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Baltų pr. 36-11, LT-48196 Kaunas
Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Vaidas Jankauskis
Telefono numeris	(8 37) 333 317
El. pašto adresas	biuras@vitrolab.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us), arba gali būti ištrinama:

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekęją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	

1. Pateikdami pasiūlymą sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose), ir patvirtiname, kad pasiūlymė pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia, norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šias prekes:

Pateikiama užpildyta konkurso sąlygų 1 priede pateikta techninės specifikacijos lentelė, nurodant kiekvienos siūlomos pirkimo objekto dalies kainą.

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių dėl PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: *(rašyti)*

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: **pateikiamos užpildytos techninių specifikacijų lentelės (konkurso sąlygų 1 priedas).**

4. Pasiūlymas galioja iki (turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos): *(nurodyti)*.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	1 failas 3 psl.
2.	Techninė specifikacija	1 failas 30 psl.
3.	Rastas dėl TS atitikimo	1 failas 1 dok.
4.	EBVPD	1 failas 13 psl.
5.	Analizatorių aprasymai	1 failas 26 dok.
6.	Analizatorių CE	1 failas 14 dok.
7.	Aptarnavimo sertifikatai	1 failas 12 dok.
8.	Gamintojų įgaliojimai	1 failas 8 dok.
9.	Reagentų aprasymai	1 failas 98 dok.
10.	Reagentų CE	1 failas 49 dok.
11.	SDL	1 failas 50 dok.
12.	Panaudos sutarties projektas	1 failas 2 psl.
13.	Pirkimo-pardavimo sutarties projektas	1 failas 9 psl.

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil. Nr.	Dokumento, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, pavadinimas	Dokumento puslapis (-iai), kuriuose nurodyta konfidenciali informacija
1.	Techninė specifikacija	1 failas_30 psl. (Visa techninėje specifikacijoje pateikta informacija yra konfidenciali, išskyrus atskirų pirkimo dalių pasiūlymų bendra kaina su PVM ir be PVM)
2.	Analizatorių aprasymai	1 failas_26 dok.
3.	Analizatorių CE	1 failas_14 dok.
4.	Aptarnavimo sertifikatai	1 failas_12 dok.
5.	Gamintojų įgaliojimai	1 failas_8 dok.
6.	Reagentų aprasymai	1 failas_98 dok.
7.	Reagentų CE	1 failas_49 dok.
8.	SDL	1 failas_50 dok.

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarnią sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vaidas Jankauskis

(Vardas ir pavardė)

6 PIRKIMO DALIS

REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS GLIUKOZĖS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI

6.1. Reagentai bei papildomos priemonės gliukozės tyrimų sistemos analizatoriui (2 vnt.) (Labtrend)

Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinis kokybinius bei techninius reikalavimus.

Eil. Nr.	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai	Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams	Preliminarūs tyrimų skaičiai per 12 mėn.	Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui	Siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM	Suma, EUR be PVM 12 mėn.	Suma, EUR su PVM 12 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Glukozės tyrimas		24 750					
1.1	, LabTrend							
1.2	LabTrend							
1.3								
1.4								
1.5	LabTrend							
1.6								
1.7								
1.8	, LabTrend							

PASTABOS:		6 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:	4508,00	4736,60
-----------	--	--	---------	---------

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklininti CE arba lygiavertčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Pateikti gamintojo patvirtinimą)
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

Tyrimo priemonės reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis)

REIKALAVIMAI GLUKOZĖS TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo

Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslų nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje fiksliai pažymimas techninis parametras)
1	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)		Glukozės tyrimų analizatorius Labtrend – 1 vnt. Gamintojas BST Bio Sensor Technology GmbH
2	Analizatoriaus apibūdinimas:	Automatinis kapiliarinės gliukozės tyrimų analizatorius	
3	Matavimo principas:	Fermentinis, amperometrinis	
4	Matavimo ribos:	Ne mažesnės kaip nuo 0,5 mmol/l iki 50 mmol/l	
5	Tikslumas:	Neblogiau nei CV 1,5 %	

6	Mėginio tipas ir tūris:		Kapiliarinis kraujas, serumas, plazma. Ne daugiau nei 20 µL	
7	Mėginio identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba ir integruotas rezultatų spausdintuvas:		Būtina	
8	Mėginių kiekis analizatoriuje vienu metu:		Ne mažiau nei 20 vietų mėginių stovas	
9	Sensoriaus galiojimo laikas:		Ne mažiau nei 60 dienų.	
10	Skubių tyrimų atlikimo galimybė (STAT):		Skubių tyrimų galimybė su tyrimo pimeriškumo nestabdant pradėtų procesų	
11	Kalibracija:		Automatinė	
12	Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis:		Pateikiama su prietaisu	Kartu su prietaisu pateikiama vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis
13	CE sertifikatas:		Būtina	Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas
14	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą tiekėjas turi teikti nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį:		Būtina	Remonto darbus ir techninio aptarnavimo paslaugą teiksime nemokamai, visą sutarties galiojimo laikotarpį.