

VšĮ Centro poliklinika
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ PLOVIMO – DEZINFEKAVIMO MAŠINOS PIRKIMO
2015-03-16 Nr. 2-0360
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Limeta
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Genovaitė Andrijauskienė
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	V.A. Graičiūno g. 4, LT-02241 Vilnius
Telefono numeris	(8~5) 2649696
Fakso numeris	(8~5) 2602055
El. pašto adresas	vilnius@limeta.lt
Papildoma informacija, kuri laimėjimo atveju bus reikalinga sutarties sudarymui:	
Įmonės kodas	221906050
PVM kodas	LT219060515
Bankas ir sąskaitos numeris	A/s LT257044060001645641, AB SEB bankas, b.k. 70440
Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., faks., el. paštas)	Genovaitė Andrijauskienė, direktorės komercijai pavaduotoja, tel. (8~5) 2649696, faks. (8~5) 2602055, el.paštas vilnius@limeta.lt
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)	Generalinis direktorius Kęstutis Kutkauskas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS, internete, adresu: <https://pirkimai.eviesieji.pirkimai.lt>;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) ** Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus:

Eil.Nr.	Subtiekejų pavadinimas

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

4) *** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai):

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	Konfidencialu.pdf

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.

Mes siūlome šią įrangą:

Pirkimo dalis	Prekės pavadinimas ir gamintojas	Kiekis, vnt.	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, %	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6
Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 33191000-5 „Sterilizacijos, dezinfekcijos ir higienos prietaisai“					
1.	Lanksčių endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina modelis -ETD4, gamintojas – Olympus	1	47.240,00	21	57.160,40

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – 47.240,00 Eur (Keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt eurų 00 euro centų.

(skaičiais ir žodžiu)

PVM %: 21 % - 9.920,40 Eurų (Devyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt eurų 40 euro centai) (skaičiais ir žodžiu)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 57.160,40 Eurų (Penkiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas šešiasdešimt eurų 40 euro centų (skaičiais ir žodžiu)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5, 6 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūloma įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lanksčių endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina (1 vnt.) (modelis -ETD4, gamintojas – Olympus				
Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos įrangos parametų reikšmės	Konkrečios siūlomos parametro reikšmės atitikimo patvirtinimas (psl. nr. bukletuose, techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba, juose pažymint siūlomą parametą ir nurodant jo eil. nr., esantį techninėje specifikacijoje)
1.	Paskirtis (techninis suderinamumas)	Plovimo dezinfekavimo įrenginys, skirtas automatiškai valyti ir dezinfekuoti visus pilnai panardinamus lanksčius endoskopus.	Plovimo dezinfekavimo įrenginys, skirtas automatiškai valyti ir dezinfekuoti visus pilnai panardinamus lanksčius endoskopus.	ETD4 katalogo 3 lapas
2.	Vienu metu plaunamų – dezinfekuojamų endoskopų skaičius (mašinos talpa)	2 vnt.	2 vnt.	ETD4 katalogo 11 lapas
3.	Konstrukcija	1. Nerūdijančio plieno korpusas. 2. Endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos priekio. 3. „Išvažiuojantis“ krepšelis	1. Nerūdijančio plieno korpusas. 2. Endoskopų/priedų pakrovimas iš mašinos priekio.	ETD4 katalogo 11 lapas 1 lapas

		endoskopams/priedams talpinti. 4. Tinklelis smulkiems priedams sudėti. 5. Rotaciniai ir kryptiniai vandens purkštukai. 6. Plovimo kameros tūris 160 l ± 10 l.	3. „Išvažiuojantis“ krepšelis endoskopams/priedams talpinti. 4. Yra tinklelis smulkiems priedams sudėti. 5. Rotaciniai ir kryptiniai vandens purkštukai. 6. Plovimo kameros tūris 165 l	2 lapas Dezinfekavimo plautuvo ETD4 instrukcijos 79 lapas Dezinfekavimo plautuvo ETD4 instrukcijos 89 lapas ETD4 katalogo 11 lapas
4.	Nuotėkio testeris	Būtinasis automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekacijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoriavimas viso proceso metu.	Automatinis lanksčių endoskopų hermetiškumo testas prieš pradedant dezinfekacijos procesą ir endoskopo hermetiškumo monitoriavimas viso proceso metu.	ETD4 katalogo 5, 6 ir 8 lapai
5.	Cirkuliacinio siurblio našumas (Qmaks.)	Ne mažiau nei 350 litrų/min.	350 litrų/min.	ETD4 katalogo 11 lapas
6.	Paduodamo vandens UV (ultravioletinių spindulių) paruošimo sistema	Būtinasis UV (ultravioletinių spindulių) blokas.	UV (ultravioletinių spindulių) blokas	Dezinfekavimo plautuvo ERD4 instrukcijos 24 lapas
7.	Džiovin tuvas	Oras filtruojamas per stambų filtrą ir HEPA filtrą, džiovinimo temperatūra: 55-60°C.	Oras filtruojamas per stambų filtrą ir HEPA filtrą, džiovinimo temperatūra: 57°C.	Dezinfekavimo plautuvo ETD4 instrukcijos 24 ir 35 lapai Dezinfekavimo plautuvo ETD4 programų paketo „PAA Standart 1“ 8 lapas
8.	Plovimo – dezinfekavimo ciklo etapai	1. Protėkio testas. 2. Parengiamasis valymas. 3. Valymas. 4. Pirmas skalavimas. 5. Dezinfekavimas. 6. Antras skalavimas. 7. Galutinis skalavimas. 8. Atvėsinimas. 9. Džiovinimas (55-60°C temperatūroje).	1. Protėkio testas. 2. Parengiamasis valymas. 3. Valymas. 4. Pirmas skalavimas. 5. Dezinfekavimas. 6. Antras skalavimas. 7. Galutinis skalavimas. 8. Atvėsinimas. 9. Džiovinimas 57°C temperatūroje.	Dezinfekavimo plautuvo ETD4 programų paketo „PAA Standart 1“ 8 lapas
9.	Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti ciklo metu	Būtina	Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti ciklo metu	Dezinfekavimo plautuvo ETD4 instrukcijos 18 lapas
10.	Reikalavimai vandeniui, vandens sąnaudos	Vandens slėgis 100-1000 kPa. Vandens sunaudojimas 1 ciklui iki 65 litrų.	Vandens slėgis 100-1000 kPa. Vandens sunaudojimas 1 ciklui iki 62 litrų.	ETD4 katalogo 11 lapas; Dezinfekavimo plautuvo ETD4 programų paketo

				„PAA Standart 1“ 8 lapas
11.	Ploviklio, dezinfekanto sunaudojimas	Ploviklio sunaudojimas 1 ciklui iki 70 ml. Dezinfekanto sunaudojimas 1 ciklui iki 130 ml. Dezinfekcinė medžiaga: peracto rūgštis.	Ploviklio sunaudojimas 1 ciklui 63 ml. Dezinfekanto sunaudojimas 1 ciklui 126 ml. Dezinfekcinė medžiaga: peracto rūgštis.	Dezinfekavimo plautuvo ETD4 programų paketo „PAA Standart 1“ 8 lapas
12.	Automatinis endoskopų krepšelio indentifikavimas	1. Lanksčių endoskopų krepšelis. 2. Nelanksčių endoskopų (karštyje stabiliems endoskopams) krepšelio atpažinimas.	1. Lanksčių endoskopų krepšelis. 2. Nelanksčių endoskopų (karštyje stabiliems endoskopams) krepšelio atpažinimas.	Dezinfekavimo plautuvo ETD4 instrukcijos 19 ir 25 lapai
13.	Garų kondensatorius	Būtinai	Yra garų kondensatorius	Dezinfekavimo plautuvo ETD4 instrukcijos 24 lapas
14.	Elektros instaliacija: Matmenys:	Trijų fazių, 380±10%V/ 50 HZ; ≤ 9,5 kW. Plotis: ≤ 1000 mm Gylis: ≤ 650 mm Aukštis: ≤ 900 mm	Trijų fazių, 400V/ 50 HZ; 9,2 kW. Plotis: -900 mm Gylis: -600 mm Aukštis: - 850 mm	ETD4 katalogo 11 lapas
15.	Papildoma komplektacija	Pajungimai Pentax lanksčių endoskopų plovimui bei dezinfekcijai. Papildoma jungtis elevatoriaus kanalo plovimui endoskopams. Paduodamo vandens minkštinimo sistema.	Yra pajungimai Pentax lanksčių endoskopų plovimui bei dezinfekcijai. (Adapter „P-LT“ for ETD, for Pentax- WD00106A kodo nuoroda kainyne) Papildoma jungtis elevatoriaus kanalo plovimui endoskopams. Paduodamo vandens minkštinimo sistema.	Dezinfekavimo plautuvo ETD4 instrukcijos 35 ir 76 lapai
16.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėnesiai	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Tiekėjo deklaracija	1
2	VĮ Registrų centro Vilniaus filialo pažymos kopija	2
3	Registravimo pažymėjimo kopija	1
4	Išrašas iš UAB Limeta įstatų	3
5	Siūlomų prekių gamintojo dokumentų kopijos	43

Visa pasiūlyme pateikta informacija, išskyrus kainą, yra konfidenciali.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Natalija Baginskienė

(Vardas ir pavardė)