



Įmonės kodas: 134310131, įmonės PVM mokėtojo kodas: LT343101314
Puodžių g. 4, LT-44288 Kaunas, tel.: 8*37 323576, faks.: 8*37 226576, info@teida.lt

PASIŪLYMAS

DĖL FUNKCINIŲ LOVŲ PIRKIMO

2020-03-16

(data)

Vlnius

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	UAB Teida, 134310131
Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys.	Puodžių g. 4-1, LT-44288 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Miglė Jonikė
Telefono numeris	8 37 323576, 8 52195921
Fakso numeris	8 37 209358, 8 52195921
El. pašto adresas	info@teida.lt, migle@teida.lt

1. Išnagrinėję sutarties projektą ir šio pasiūlymo priedėlį „Techninė specifikacija“, mes siūlome pagal šios sutarties sąlygas, **funkcines lovas**, atitinkančias pasiūlymo priedėlyje „Techninė specifikacija“ nurodytus reikalavimus, tiekti už (8 stulpelio suminė eilutė):

22399,86 Eur su PVM

Be PVM (7 stulpelio eilutė) –

21333,20 (tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodyti juridinį pagrindą)

Pastaba: Tiekėjai nurodo taikomą (jei taikoma) PVM tarifą (5-tas lentelės stulpelis) ir įkainį (6-tas lentelės stulpelis). 6 stulpelyje įkainis turi būti nurodytas 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Kiti pasiūlymo kainos skaičiavimai bus paskaičiuoti automatiškai.

Bendra planuojama kaina:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Planuojamos maksimalios apimtys	PVM tarifas %	Vieneto įkainis, Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina	
						be PVM (Eur)	su PVM (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Funkcinė lova (atitinkanti priedėlyje nurodytus reikalavimus)	vnt.	40	5	533,33	21333,20	22399,86
Iš viso:						21333,20	22399,86

2. Į prekių įkainius įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su prekių tiekimu.

3. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

4. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

5. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

6. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame pirkimo dokumentuose nurodytu terminu sudaryti sutartį.

7. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus**

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subteikėjams numatomos perduoti paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/paslaugas/prekes); 2. Subteikėjams perduodama sutarties dalis % sutarties kainoje

****Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.**

8. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) **:**

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVPIS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

******Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.**

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus	1
2	Gamintojo brošiūra	6
3	Siūlomos prekės techninė specifikacija	1

Pasiūlymo pateikimo data 2020 03 16

PASTABOS:

- 8 punkte prašome nurodyti Jūsų pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija (toliau vadinama – Komisija), jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

FUNKCINĖS LOVOS

Elektrinė slaugos lova Medley® Ergo

<i>Eil. Nr.</i>	Techninis parametras	Reikalaujamo parametro charakteristikos ir reikšmė	Siūlomos įrangos parametrai Pildo Pardavėjas
1.	Reikalavimai konstrukcijai	Lovos plokštuma sudaryta iš $\geq$ keturių dalių, iš jų galvos pakėlimas, kelių sulenkimas valdomas atskirai elektrinių variklių pagalba	Lovos plokštuma sudaryta iš keturių dalių, iš jų galvos pakėlimas, kelių sulenkimas valdomas atskirai elektrinių variklių pagalba
2.	Rėmas pagamintas iš plieno	Būtina	Rėmas pagamintas iš plieno
3.	Mediniai medžio spalvos imitacijos lovūgaliai ir mediniai lengvai pakeliami ir nuleidžiami apsauginiai šoniniai turėklai	Būtina	Mediniai medžio spalvos imitacijos lovūgaliai ir mediniai lengvai pakeliami ir nuleidžiami apsauginiai šoniniai turėklai
4.	Gulimosios dalies pagrindas pagamintas iš metalinių skersinių	Būtina	Gulimosios dalies pagrindas pagamintas iš metalinių skersinių
5.	Elektra valdomas aukščio ir sekcijų reguliavimas:	Būtina	Elektra valdomas aukščio ir sekcijų reguliavimas:
5.1	Elektra valdomas aukščio reguliavimas 2 padėtyse	Būtina. Ne mažiau kaip intervalu nuo 33 iki 80 cm	Elektra valdomas aukščio reguliavimas 2 padėtyse: intervalu nuo 33 iki 80 cm
5.2	Galvūgalio sekcijos reguliavimo kampas	$\geq 70^\circ$	70°
5.3	Kelių sulenkimo kampas	$\geq 24^\circ$	24°
5.4	Trendelenburgo/antiTrendelenburgo padėtys	$-11^\circ/+11^\circ (\pm 5^\circ)$	$-11^\circ/+11^\circ$
6.	Visų sekcijų ir lovos aukščio valdymas pulteliu	Būtina	Visų sekcijų ir lovos aukščio valdymas pulteliu
7.	Išoriniai lovos išmatavimai (ilgis x plotis)	224 x 102 cm $\pm$ 5 cm	224 x 102 cm
8.	Gulimos platformos matmenys (ilgis x plotis)	208 x 90 cm $\pm$ 5 cm	208 x 90 cm
9.	Lova kompletuojama su paciento pasikėlimo rankena	Reguliuojama horizontaliai	Reguliuojama horizontaliai
10.	Ratukai	4, ratukai su stabdžiais	4, ratukai su stabdžiais

11.	Lovos svoris	Ne daugiau kaip 64 kg	64 kg
12.	Saugi darbinė apkrova	Ne mažiau 180 kg	180 kg
13.	Sunkiausios detalės svoris	Ne daugiau kaip 17 kg	17 kg
14.	Elektrotechnikos gaminių klasė ir tipas	II klasė, Tipas B	II klasė, Tipas B
15.	Lovos maitinimo šaltinis	230 V ~ 50 Hz.	230 V ~ 50 Hz.
16.	Garantija	Ne mažiau 24 mėn.	24 mėn.
17.	Direktyvų atitikimas	Tarybos Direktyva 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus	Atitinka. Tarybos Direktyva 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus