

Kompiuterinio perimetro techninė specifikacija

1. Su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimo CE ženklų liudijančio dokumento kopiją originalo ir lietuvių kalba.
2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninis reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-64 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
3. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:
 - 3.1. dokumentą patvirtinantį tiekėjo teisę instaliuoti prekę (tiekėjas yra prekės gamintojas arba prekės gamintojo paskirtas asmuo, išskyrus atvejus, nurodytus 3.2 punkte.) (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*);
 - 3.2. Jeigu prekės gamintojas pridedamoje prie medicinos priemonės informacijoje (naudojimo instrukcijoje, techniniame pase ar kt.) nenurodo specialių reikalavimų prekę instaliuojančiam asmeniui, tuomet prekė gali instaliuoti asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, atitinkantį numatomų darbų sritį -**pateikiami prekę instaliuosiančio asmens išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai** (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*);
 - 3.3. dokumentą patvirtinantį tiekėjo teisę atlikti siūlomos prekės garantinį aptarnavimą (Medicinos priemonės garantinį aptarnavimą gali atlikti medicinos priemonės gamintojas, medicinos priemonės gamintojo įgaliotas asmuo) (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*);
 - 3.4. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų **aprašymu** - prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia **prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba** (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
4. Prekei suteikiama ne mažiau 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Eil. Nr.	Pavadinimas/Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
				dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris
Kompiuterinis perimetras - 1 vnt.Optopol, Lenkija, katalogo Nr.PTS-925W.					
1.	Prietaiso konstrukciniai ypatumai	Stimulai projektuojami uždaro tipo pusrutulio formos ekrane, su ventiliacija (pacientui).	Prietaiso konstrukciniai ypatumai: stimulai projektuojami uždaro tipo pusrutulio formos ekrane, su ventiliacija (pacientui).	Žr. Bukletas.pdf	2 psl.
2.	Perimetro ekrano diametras (Ø)	30±0,5 cm.	Perimetro ekrano diametras (Ø) 30 cm.	Žr. Bukletas.pdf	2 psl.
3.	Tiriamo akipločio ribos	Horizontaliai: ≥160°; Vertikaliai: ≥90°.	Tiriamo akipločio ribos Horizontaliai: 170°; Vertikaliai: 95°.	Žr. Bukletas.pdf	1 psl.
4.	Tiriamąjo lauko foninis apšvietimas	31,5±5% asb.	Tiriamąjo lauko foninis apšvietimas 31,5 asb.	Žr. Bukletas.pdf	2 psl.
5.	Stimulo spalva	Balta	Stimulo spalva balta	Žr. Bukletas.pdf	2 psl.
6.	Stimulo dydis	III pgl. Goldmann	Stimulo dydis III pgl. goldmann	Žr. Bukletas.pdf	2 psl.
7.	Maksimalus stimulo intensyvumas	≥10000 asb.	Maksimalus stimulo intensyvumas 10000 asb.	Žr. Bukletas.pdf	2 psl.

8.	Minimalus tiriamų regėjimo laukų pasirinkimas	1. "10-2"; 2. "24-2"; 3. "30-2"; 4. Ortogonaliniai laukai.	Minimalus tiriamų regėjimo laukų pasirinkimas: 1. "10-2"; 2. "24-2"; 3. "30-2"; Ortogonaliniai laukai.	Žr. Bukletas.pdf	2 psl.
9.	Minimalus patikros testų pasirinkimas	1. 2-jų zonų; 2. 3-jų zonų; 3. Kiekybinis defekto gylio.	Minimalus patikros testų pasirinkimas: 1. 2-jų zonų; 2. 3-jų zonų; Kiekybinis defekto gylio.	Žr. Bukletas.pdf	2 psl.
10.	Minimalus slenkstinių testų pasirinkimas	1. Slenksčio matavimas; 2. Greitas slenksčio matavimas; 3. Pažangus slenksčio matavimas.	Minimalus slenkstinių testų pasirinkimas: 1. Slenksčio matavimas; 2. Greitas slenksčio matavimas; Pažangus slenksčio matavimas	Žr. Bukletas.pdf	2 psl.
11.	Minimalus specialių testų pasirinkimas	1. Vairuotojų tyrimas pgl. Esterman; 2. Binokulinis dvejinimosi tyrimas; 3. Virpėjimo (angl. flicker) tyrimas.	Minimalus specialių testų pasirinkimas: 1. Vairuotojų tyrimas pgl. Esterman; 2. Binokulinis dvejinimosi tyrimas; Virpėjimo (angl. flicker) tyrimas.	Žr. Bukletas.pdf	2 psl.
12.	Pakartotinai atliekamų tyrimų analizė	1. Rezultatų palyginimas; 2. Defekto progresavimo įvertinimas.	Pakartotinai atliekamų tyrimų analizė:	Žr. Bukletas.pdf	2 psl.

			1. Rezultatų palyginimas; Defekto progresavimo įvertinimas.		
13.	Tyrimo rezultatų pateikimo forma	HFA stiliumi.	Tyrimo rezultatų pateikimo forma HFA stiliumi.	Žr. Bukletas.pdf	1 psl.
14.	Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas	1. Heijl/Krakau metodas; 2. Žvilgsnio sekimas; 3. Mirksėjimo sekimas (tyrimas t.b. stabdomas pacientui užmerkus akį)	Paciento žvilgsnio fiksacijos sekimas: 1. Heijl/Krakau metodas; 2. Žvilgsnio sekimas; Mirksėjimo sekimas (tyrimas t.b. stabdomas pacientui užmerkus akį)	Žr. Bukletas.pdf	3 psl.
15.	Paciento galvos padėties (aukščio) pozicionavimas	Motorizuotos smakro atramos pagalba	Paciento galvos padėties (aukščio) pozicionavimas motorizuotos smakro atramos pagalba	Žr. Bukletas.pdf	2 psl.
16.	Laikiklis korekciniais lęšiams	Būtinai, tinkamas naudoti su standartiniais korekciniais lęšiais, reguliuojamos padėties prieš akį.	Laikiklis korekciniais lęšiams, tinkamas naudoti su standartiniais korekciniais lęšiais, reguliuojamos padėties prieš akį.	Žr. Bukletas.pdf	1 psl.
17.	DICOM suderinamumas	1.Darbų sąrašo (angl. worklist) palaikymas; 2.Rezultatų siuntimas.	DICOM suderinamumas: Darbų sąrašo (angl. worklist) palaikymas; Rezultatų siuntimas.	Žr. Bukletas.pdf	3 psl.
18.	Komplekte su kompiuteriu	Stacionarus kompiuteris su monitoriumi, klaviatūra, pele, arba nešiojamas kompiuteris, pilnai užtikrinantis prietaiso funkcionavimą.	Komplekte su kompiuteriu: nešiojamas kompiuteris, pilnai užtikrinantis	Žr. Bukletas.pdf	4 psl.

		Kompiuteryje turi būti instaliuotos programos, būtinos prietaiso valdymui bei numatytiems tyrimams atlikti, pacientų duomenų bei tyrimų išsaugojimui.	prietaiso funkcionavimą. Kompiuteryje instaliuotos programos, prietaiso valdymui bei numatytiems tyrimams atlikti, pacientų duomenų bei tyrimų išsaugojimui.		
19.	Komplekte su spausdintuvu	Nespalvotas lazerinis arba rašalinis spausdintuvas, tyrimo rezultatų spausdinimui.	Komplekte su spausdintuvu: Nespalvotas lazerinis spausdintuvas, tyrimo rezultatų spausdinimui i5-8265U.	Žr. Bukletas.pdf	5 psl.
20.	Komplekte su staliuku perimetrui pastatyti	Reguliuojamo aukščio, elektrinis, su 4 ratukais ir stabdžiais.	Komplekte su staliuku perimetrui pastatyti, reguliuojamo aukščio, elektrinis, su 4 ratukais ir stabdžiais	Žr. Bukletas.pdf	6 psl.