

# ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2020 m. *vasario 17* d. Nr. *54719-43/547-11*  
Varėna

Viešoji įstaiga Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centras, juridinio asmens kodas 184639460, kurio registruota buveinė yra M.K. Čiurlionio g. 61, Varėna, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Dano Bortkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), ir UAB VISI ATSAKYMAI, juridinio asmens kodas 300002901, kurio registruota buveinė yra Mickevičiaus 6, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Direktorės Nomados Nenortaitės, veikiančio(-s) pagal įstatus (toliau – Pardavėjas), toliau kartu šioje Odontologinės įrangos pirkimo - pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią Odontologinės įrangos pirkimo - pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“ ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

## 1. SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui Prekes – odontologinį įrenginį, o Pirkėjas įsipareigoja priimti ir sumokėti už šias Prekes Sutartyje nustatyta tvarka.
- 1.2. Prekių pristatymo vieta Vši Varėnos PSPC Odontologijos skyrius, M.K. Čiurlionio g. 61, Varėna.
- 1.3. Prekių pristatymo terminas – prekės Pirkėjui turi būti pristatytos per 30 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Į prekių pristatymo terminą įskaičiuojamos šios su prekėmis susijusios paslaugos: prekių pristatymas, sumontavimas, paleidimas eksploatacijai ir darbuotojų apmokymas Pardavėjo lėšomis. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas 1 kartą 1 mėnesiui, abipusiu Šalių susitarimu, dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių.
- 1.4. Pardavėjas turi galimybę pakeisti teikiamų prekių modelius į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant kainos) modelius, jeigu sutartyje numatyta įranga taptų nebegaminama (nepalaikoma gamintojo) ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko ji negalėtų būti tiekiamą.

## 2. PREKIŲ PRISTATYMAS

- 2.1. Pardavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytu terminu pristatyti Prekes, atitinkančias Prekių techninę specifikaciją nurodytą Sutarties priede Nr.2 ir pristatytas Prekes surinkti, sumontuoti, instaliuoti ir įdiegti, paruošti darbui ir suderinti, išbandyti, apmokyti personalą (toliau – Prekių pristatymas), priimti prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento. Prekės pristatomos Sutarties 1.2 punkte nurodytu adresu.
- 2.2. Pardavėjas taip pat perduoda Pirkėjui:
  - 2.2.1. Prekių vartotojo instrukcija (lietuvių kalba);
  - 2.2.2. Pardavėjo patvirtintus įrangos techninės būklės tikrinimo, techninės priežiūros ir metrologinės patikros reglamentus (lietuvių kalba);
  - 2.2.3. Techninę dokumentaciją (techninis aprašymas, schemas, brėžinius ir pan.);
  - 2.2.4. CE sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus.
- 2.3. Atlikus Sutarties 2.1 – 2.2 punktuose numatytus veiksmus šalys pasirašo priėmimo – perdavimo aktą. Nuo šio momento Prekių nuosavybės teisė pereina Pirkėjui.

## 3. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

- 3.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra naujos, nenaudotos, be defektų ir jos kokybė atitinka tai Prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus. Pardavėjas įsipareigoja pašalinti visus montavimo ir įrangos paleidimo metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
- 3.2. Sumontuotai įrangai nustatomas 24 (*tačiau terminas yra ne mažesnis kaip 24 mėn.*) mėnesių garantinis terminas. Garantinis terminas Prekėms pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo -



priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.3. Prekes garantiniu laikotarpiu aptarnauja ir remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Serviso specialistas atvyksta ne vėliau kaip per 24 valandas nuo Pirkėjo pranešimo Pardavėjui apie gedimą ir suremontuoja ją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gedimo dienos. Nepavykus pašalinti gedimo, arba jeigu medicinos įranga per pirmą pusmetį sugedo 3 ir daugiau kartų, Pirkėjas turi teisę iš Pardavėjo reikalauti pakeisti prekę į naują medicinos įrangą.

#### 4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja:

4.1.1. per 20 darbo dienų, nuo Sutarties pasirašymo dienos pristatyti Prekes, kurios atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (Sutarties priedas Nr.1);

4.1.2. suteikti Prekėms ne mažesnę nei 24 mėn. (*konkretus terminas nustatomas pagal tiekėjo pasiūlymą*) gamintojo garantiją ir tinkamai vykdyti garantinį aptarnavimą;

4.1.3. Tinkamai vykdyti kitus iš Sutarties kylančius įsipareigojimus.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti su Pardavėju už kokybiškas, laiku pristatytas ir techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias Prekes Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka bei tinkamai vykdyti kitus iš Sutarties kylančius įsipareigojimus.

#### 5. KAINODAROS TAISYKLĖS

5.1. Sutartis laikoma fiksuotos kainos Sutartimi. Šios Sutarties kaina yra 12087.90 eurai su PVM (*ir žodžiais*), iš jų PVM yra 2097.90 (*ir žodžiais*): dvylika tūkstančių aštuoniasdešimt septyni eur 0,90 cent.

5.2. Pirkėjas už pristatytas kokybiškas Prekes apmoka Pardavėjui per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Pardavėjas savo lėšomis PVM sąskaitas faktūras teikia per informacinę sistemą „E. sąskaita“. Sąskaitoje faktūroje be privalomųjų rekvizitų turi būti nurodyta Sutarties data ir numeris.

5.3. Sutartyje nustatyta fiksuota Prekių kaina, kuri Sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų Prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainio pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

5.4. Į bendrą numatomą Sutarties kainą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekių transportavimas, sumontavimas, personalo apmokymas ir kitos išlaidos, reikalingos tinkamai įvykdyti Sutartį.

#### 6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

6.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus, privalo sumokėti 0,03 % delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.


6.2. Jeigu Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti prekes, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,03 % delspinigius nuo Sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

6.3. Prekių pristatymo terminas yra esminė Sutarties sąlyga. Jeigu Pardavėjas nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų (vėluojant pristatyti prekes ilgiau kaip 4 mėn. (su 1-o mėnesio prekių pristatymo pratėsimu), Pardavėjui taikomos netesybos, t. y. 2000,00 eurų dydžio bauda. Netesybos išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

6.4. Delspinigių ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų tinkamo įvykdymo arba pažeidimų pašalinimo bei visiško nuostolių atlyginimo.

#### 7. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.





## 8. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja 3 (tris) mėnesius, išskyrus Pardavėjo įsipareigojimus, susijusius su Prekių garantiniu aptarnavimu. Numatytas Sutarties pratęsimas 1 kartą 1 mėnesiui esant svarbioms priežastims abipusiu Šalių susitarimu: Tiekėjui dėl nenumatytų aplinkybių laiku nepristačius prekių.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta vienašališkai nesikreipiant į teismą vienai iš Šalių nevykdant sutartinių įsipareigojimų. Apie numatomą Sutarties nutraukimą Šalis turi pranešti kitai Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

8.3. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių raštišku susitarimu.

8.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

8.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai Šalys visiškai įvykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus (įskaitant prekių garantinį aptarnavimą).

## 9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

## 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutarties vykdymui Pardavėjas ketina pasitelkti šiuos subtiekejus: (*nurodomi subtiekejų pavadinimai, kodai, kontaktiniai duomenys, jiems ketinamų perduoti įsipareigojimų dalis*). Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekejais. Pirkėjas, gavęs pranešimą iš tiekėjo apie subtiekėją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, raštu informuoja subtiekėją apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tokiu atveju sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, pirkimo sutartį sudariusio Pardavėjo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka. Toks nurodymas nekeičia Pardavėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

10.2. Pardavėjas, iš anksto suderinęs su Pirkėju, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekejus, tačiau pakeisti subtiekejai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip subtiekejai, nurodyti pasiūlyme. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus nei pasiūlyme nurodyti subtiekejai, draudžiama. Subtiekejai gali būti keičiami rašytiniu Sutarties šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis (*taikoma jei Pardavėjas viešajam pirkimui pateiktame pasiūlyme pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus nurodė, jog ketina pasitelkti subtiekejus*).

10.3. Pirkimo dokumentai ir Pardavėjo pirkimui pateiktas pasiūlymas laikomi sudėtine Sutarties dalimi ir gali būti naudojami Sutarties aiškinimui.

10.4. Už Sutarties vykdymo koordinavimą bei sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingi asmenys:

|                 | Pirkėjas                         | Pardavėjas |
|-----------------|----------------------------------|------------|
| Vardas, pavardė | Ona Vorobėjienė                  |            |
| Adresas         | M.K. Čiurlionio g. 61, Varėna    |            |
| Telefonas       | 8 310 52623                      |            |
| Faksas          | 8 310 53765                      |            |
| El. paštas      | sekretore@varenos-poliklinika.lt |            |

10.5. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.6. Pasikeitus Šalies pavadinimui, adresui ar rekvizitams, ji privalo nedelsiant informuoti apie tai kitą Šalį.

10.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Pirkėjui ir Pardavėjui.

10.8. Sutarties priedai:

10.8.1. Pasiūlymas, priedas Nr. 1.

10.8.2. Techninė specifikacija, priedas Nr.2.

## 11. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI

### Pirkėjas

VšĮ Varėnos PSPC  
Juridinio asmens kodas: 184639460  
Buveinės adresas:  
M.K. Čiurlionio g. 61, Varėna  
Tel. 8 310 52623  
Luminor bankas  
Banko kodas: 40100  
A/S LT364010041000090104  
El. p. sekretore@varenos-poliklinika.lt

### Direktorius


(pareigų pavadinimas)

Danas Bortkevičius

(vardas, pavardė)



Telsininkas  
Delmantas Millauskas



### Pardavėjas


UAB VISI ATSAKYMAI  
Į.k 300002901  
Adresas:  
Mickevičiaus 6, Kaunas LT 44313  
Tel : +37065998376  
Luminor Bank AB  
Banko kodas : 40100  
A/s LT924010042501803035  
El. p. info@visiatsakymai.lt

### Direktore

(pareigų pavadinimas)

Nomeda Nenortaitė

(vardas, pavardė)





## ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Parduodamos įrangos kokybė atitinka Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią medicinos prietaisų aprojavimo sistemą, prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, ženklinimą „CE“, įranga nauja, nenaudota.

Odontologinė įranga „PUMA Eli R“ Castellini/ Italija

| EIL. NR. | TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS                                                                                                                                                                           | SIŪLOMO ĮRENGINIO FAKTINĖ TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Paciento kėdė:</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1      | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 220 V, 50 Hz                                                                                                                                            | Kėdės maitinimas iš kintamojo įtampos tinklo 220 V, 50 Hz (Puma Eli R naudojimo instrukcija 81 psl)                                                                                             |
| 1.2      | Elektromechaninė                                                                                                                                                                                     | Elektromechaninė (Puma Eli R naudojimo instrukcija 81/82 psl)                                                                                                                                   |
| 1.3      | Kėdė kyla kartu su spjaudykle, šviestuvu ir antgalių valdymo sistema                                                                                                                                 | Kėdė kyla kartu su spjaudykle, šviestuvu ir antgalių valdymo sistema (Puma Eli R katalogas)                                                                                                     |
| 1.4      | Porankis iš kairės, nulenkiamas                                                                                                                                                                      | Porankis iš kairės, nulenkiamas (Puma Eli R naudojimo instrukcija 13 psl)                                                                                                                       |
| 1.5      | Galvos atlošo stabdis                                                                                                                                                                                | Galvos atlošo stabdis (Puma Eli R naudojimo instrukcija 17 psl)                                                                                                                                 |
| 1.6      | Kėdė netvirtinama prie grindų                                                                                                                                                                        | Kėdė netvirtinama prie grindų (Puma Eli R katalogas)                                                                                                                                            |
| 1.7      | Paciento kėdės apmušalo dangą turi būti besiūlė, dirbtinės odos, spalva pasirenkama                                                                                                                  | Paciento kėdės apmušalo dangą turi būti besiūlė, dirbtinės odos, spalva pasirenkama (Puma Eli R katalogas)                                                                                      |
| 1.8      | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis ne mažiau kaip 1800 mm.                                                                                                           | Sėdimosios dalies, nugaros ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis 1830 mm. (Puma Eli R katalogas)                                                                                              |
| 1.9      | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos<br>Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje:<br>- ne daugiau kaip 400 mm<br>Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje:<br>- ne mažiau kaip 800 mm | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos<br>Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje:<br>- 390 mm<br>Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje:<br>- 805 mm<br>(Puma Eli R katalogas) |
| 1.10     | Kojūgalis turi būti atsparus valymui bei dezinfekcijai arba turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę.                                                                  | Kojūgalis atsparus valymui bei dezinfekcijai, turi skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. (Puma Eli R katalogas)                                                      |
| 1.11     | Kėdės valdymas:<br>nuo instrumentų valdymo sistemos, nuo asistento pultelio, nuo kojinių pedalo                                                                                                      | Kėdės valdymas:<br>nuo instrumentų valdymo sistemos, nuo asistento pultelio, nuo kojinių pedalo (Puma Eli R naudojimo instrukcija 23/27/56 psl)                                                 |
| 1.12     | Ne mažiau 4 programuojamų kėdės padėčių, papildomai programuojama išlaipinimo padėtis ir „skalavimo“ padėtis                                                                                         | 4 programuojamų kėdės padėčių, papildomai programuojama išlaipinimo padėtis ir „skalavimo“ padėtis (Puma Eli R naudojimo instrukcija 23psl)                                                     |
| 1.13     | Kėdės nuleidimo apsaugos sistema                                                                                                                                                                     | Kėdės nuleidimo apsaugos sistema (Puma Eli R naudojimo instrukcija 16 psl)                                                                                                                      |
| 1.14     | Nugaros atlošo nuleidimo apsaugos sistema                                                                                                                                                            | Nugaros atlošo nuleidimo apsaugos sistema (Puma Eli R naudojimo instrukcija 16 psl)                                                                                                             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.15 | Visos įrangos darbai reikalingos komunikacijos (suspausto oro trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę paciento kėdės priekyje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Visos įrangos darbai reikalingos komunikacijos (suspausto oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę paciento kėdės priekyje. (Puma Eli R naudojimo instrukcija 83 psl)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.   | <b>Gydytojo instrumentų blokas</b> (instrumentų prijungimo modulis su rankovėmis iš viršaus instrumentų pajungimui:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Gydytojo instrumentų blokas</b> (instrumentų prijungimo modulis su 4-iomis atlenkiamomis rankovėmis iš viršaus instrumentų pajungimui:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1  | pūtiklis (oras–vanduo – šiltas oras – šiltas vanduo) - 1 vnt.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pūtiklis (oras–vanduo – šiltas oras – šiltas vanduo) - 1 vnt., (Puma Eli R katalogas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2  | jungtis (rankovė) turbininiam antgaliui su pašvietimu – 1 vnt.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jungtis (rankovė) turbininiam antgaliui su pašvietimu – 1 vnt., (Puma Eli R katalogas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3  | jungtis (rankovė) elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu – 1 vnt.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jungtis (rankovė) elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu – 1 vnt., (Puma Eli R katalogas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.4  | jungtis (rankovė) ultragarsiniam skaleriui su pašvietimu – 1 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jungtis (rankovė) ultragarsiniam skaleriui su pašvietimu – 1 vnt. (Puma Eli R katalogas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5  | Valdymo pultas:<br>- kėdės valdymas su ne mažiau 4 programuojamų kėdės padėčių,<br>- papildomai programuojama išlaipinimo padėtis ir „skalavimo“ padėtis,<br>- užprogramuota gamintojo Trendelenburgo pozicijos kėdės programa,<br>- spjaudyklės apiplovimo ir stiklinės užpildymo mygtukai,<br>- negatoskopo įjungimas/išjungimas<br>- vandens tiekimo pasirinkimas autonominis arba iš vandentiekio,<br>- instrumentų vandens srovės regulatorius atskirai kiekvienam instrumentui,<br>- mikrovariklio sukimo greičio valdymas su skaitmenine indikacija<br>- šviestuvo įjungimas/išjungimas<br>- mobilus padėklų laikiklis su padėklų | Valdymo pultas:<br>- kėdės valdymas su 4 programuojamų kėdės padėčių,<br>- papildomai programuojama išlaipinimo padėtis ir „skalavimo“ padėtis,<br>- užprogramuota gamintojo Trendelenburgo pozicijos kėdės programa,<br>- spjaudyklės apiplovimo ir stiklinės užpildymo mygtukai,<br>- negatoskopo įjungimas/išjungimas<br>- vandens tiekimo pasirinkimas autonominis arba iš vandentiekio,<br>- instrumentų vandens srovės regulatorius atskirai kiekvienam instrumentui,<br>- mikrovariklio sukimo greičio valdymas su skaitmenine indikacija<br>- šviestuvo įjungimas/išjungimas<br>- mobilus padėklų laikiklis su padėklų |
| 2.6  | Tuo pačiu kojiniu pedalu turi būti valdomas:<br>- instrumentų paleidimas,<br>- instrumentų sūkių reguliavimas,<br>- vandens įjungimas/išjungimas instrumentams,<br>- paciento kėdės padėčių keitimas<br>- paciento kėdės išlaipinimo padėties įjungimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tuo pačiu kojiniu pedalu valdomas:<br>- instrumentų paleidimas,<br>- instrumentų sūkių reguliavimas,<br>- vandens įjungimas/išjungimas instrumentams,<br>- paciento kėdės padėčių keitimas<br>- paciento kėdės išlaipinimo padėties įjungimas<br>(Puma Eli R naudojimo instrukcija 23psl) (Puma Eli R katalogas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.7  | Mobilus padėklų laikiklis su padėklų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mobilus padėklų laikiklis su padėklų (Puma Eli R katalogas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.   | <b>Išsiurbimo sistema, spjaudyklė, asistento instrumentai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Išsiurbimo sistema, spjaudyklė, asistento instrumentai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1  | pasukamas spjaudyklės indas ne mažiau 100°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pasukamas spjaudyklės indas ne mažiau 110° (Puma Eli R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2   | mobilius asistento instrumentų laikiklis, ne mažiau kaip 4 instrumentams                                                  | naudojimo instrukcija 83 psl)<br>mobilius asistento instrumentų laikiklis 4 instrumentams (Puma Eli R naudojimo instrukcija 55 psl)                                    |
| 3.3   | du vakuuminiai išsiurbimo antgaliai seilių ir stambių dalelių išsiurbimui                                                 | du vakuuminiai išsiurbimo antgaliai seilių ir stambių dalelių išsiurbimui (Puma Eli R naudojimo instrukcija 57 psl)                                                    |
| 3.4   | kietųjų dalelių filtras                                                                                                   | kietųjų dalelių filtras (Puma Eli R naudojimo instrukcija 78 psl)                                                                                                      |
| 3.5   | autonominė švaraus vandens sistema                                                                                        | autonominė švaraus vandens sistema (Puma Eli R naudojimo instrukcija 62 psl)                                                                                           |
| 3.6   | spjaudyklės apiplovimo ir stiklinės užpildymo mygtukai                                                                    | spjaudyklės apiplovimo ir stiklinės užpildymo mygtukai (Puma Eli R naudojimo instrukcija 59/60 psl)                                                                    |
| 3.7   | paciento kėdės padėčių keitimas                                                                                           | paciento kėdės padėčių keitimas (Puma Eli R naudojimo instrukcija 56 psl)                                                                                              |
| 4.    | <b>Lempa</b>                                                                                                              | <b>Lempa „VENUS PLUS L LED“</b>                                                                                                                                        |
| 4.1   | Šviestuvus LED, montuojamas prie spjaudyklės bloko.                                                                       | Šviestuvus LED, montuojamas prie spjaudyklės bloko. (Puma Eli R katalogas)                                                                                             |
| 4.2   | Maksimalus šviesos intensyvumas ne mažiau 30000 lux. Šviesos temperatūra 5000 ±100 K,                                     | Maksimalus šviesos intensyvumas 50000 lux. Šviesos temperatūra 5000 ±100 K, (Puma Eli R katalogas)                                                                     |
| 4.3   | Apšvietimo įjungimas/išjungimas:<br>a) automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją<br>b) iš gydytojo instrumentų pulto. | Apšvietimo įjungimas/išjungimas:<br>c) automatiškai, kėdę įjungus į darbinę poziciją<br>d) iš gydytojo instrumentų pulto.<br>(Puma Eli R naudojimo instrukcija 22 psl) |
| 4.4   | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti).                                                                                | Valdymas trimis ašimis (galima pakreipti). (Puma Eli R katalogas)                                                                                                      |
| 4.5   | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių.                                                                     | Padėties reguliavimo rankenos iš abiejų lempos pusių. (Puma Eli R katalogas)                                                                                           |
| 5.    | <b>Instrumentų bloko komplektacija prie įrangos:</b>                                                                      | <b>Instrumentų bloko komplektacija prie įrangos:</b>                                                                                                                   |
| 5.1   | <b>Bešepetėlinis elektrinis mikrovariklis</b>                                                                             | <b>Bešepetėlinis elektrinis mikrovariklis: HANDY POWER LED</b>                                                                                                         |
| 5.1.1 | Elektrinis mikrovariklis su reguliuojamu apsisukimų skaičiumi                                                             | Elektrinis mikrovariklis su reguliuojamu apsisukimų skaičiumi (Puma Eli R katalogas)                                                                                   |
| 5.1.2 | Su vidiniu vanduo – oras mišinio padavimu                                                                                 | Su vidiniu vanduo – oras mišinio padavimu (Puma Eli R katalogas)                                                                                                       |
| 5.1.3 | Apsisukimai diapazone ne mažiau kaip nuo 100 iki 40.000 aps/min., sukimo momentas ne mažiau 3,0 Ncm                       | Apsisukimai diapazone nuo 100 iki 40.000 aps/min., sukimo momentas 3,3 Ncm (Puma Eli R katalogas) (Mikrovariklis Naudojimo instrukcija)                                |
| 5.1.4 | LED pašvietimas                                                                                                           | LED pašvietimas (Puma Eli R katalogas)                                                                                                                                 |
| 5.1.5 | Svoris ne daugiau 80 gr.                                                                                                  | Svoris 64,5 gr. (Mikrovariklis Naudojimo instrukcija)                                                                                                                  |
| 5.2   | <b>Turbininis antgalis su jungtimi 1 vnt.</b>                                                                             | <b>Turbininis antgalis su jungtimi 1 vnt.: EVO 2L</b>                                                                                                                  |
| 5.2.1 | - prijungiama prie rankovės pagal ISO standartą “Midwest”                                                                 | - prijungiama prie rankovės pagal ISO standartą “Midwest” (Turbininis Naudojimo instrukcija)                                                                           |
| 5.2.2 | - keraminiai guoliai,                                                                                                     | - keraminiai guoliai, (Turbininis Naudojimo instrukcija)                                                                                                               |
| 5.2.3 | - grąžto fiksacija mygtuko pagalba,                                                                                       | - grąžto fiksacija mygtuko pagalba, (Turbininis Naudojimo instrukcija)                                                                                                 |
| 5.2.4 | - galingumas ne mažiau 22 W                                                                                               | - galingumas 22 W (Turbininis Naudojimo instrukcija)                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2.5 | - triukšmingumas ne daugiau 60 dB                                                                                                                                               | - triukšmingumas 57 dB (Turbininis Naudojimo instrukcija)                                                                                                                       |
| 5.2.6 | - maks. sūkliai ne mažiau 350 000 aps. / min.,                                                                                                                                  | - maks. sūkliai 350 000 aps. / min., (Turbininis Naudojimo instrukcija)                                                                                                         |
| 5.2.7 | - grąžto aušinimas iš ne mažiau 4 taškų, atskiri purkštukai orui ir vandeniui                                                                                                   | - grąžto aušinimas iš 4 taškų, atskiri purkštukai orui ir vandeniui (Turbininis Naudojimo instrukcija)                                                                          |
| 5.2.8 | - LED tipo apšvietimas                                                                                                                                                          | - LED tipo apšvietimas (Turbininis Naudojimo instrukcija)                                                                                                                       |
| 5.2.9 | - autoklavuojami B tipo autoklavuose                                                                                                                                            | - autoklavuojami B tipo autoklavuose (Turbininis Naudojimo instrukcija)                                                                                                         |
| 5.3   | <b>Kampinis antgalis 1 vnt.</b>                                                                                                                                                 | <b>Kampinis antgalis 1 vnt. : Ti –Max X25L</b>                                                                                                                                  |
| 5.3.1 | kampinis antgalis su vidiniu vanduo / oras mišinio padavimu                                                                                                                     | kampinis antgalis su vidiniu vanduo / oras mišinio padavimu (Kampinis Katalogas)                                                                                                |
| 5.3.2 | lengvai nuimama galvutė, be papildomų įrankių                                                                                                                                   | lengvai nuimama galvutė, be papildomų įrankių (Kampinis Katalogas)                                                                                                              |
| 5.3.3 | su pašvietimu,                                                                                                                                                                  | su pašvietimu, (Kampinis Katalogas)                                                                                                                                             |
| 5.3.4 | grąžto fiksavimas mygtuko pagalba                                                                                                                                               | grąžto fiksavimas mygtuko pagalba (Kampinis Katalogas)                                                                                                                          |
| 5.3.5 | redukcijos santykis 1:1,                                                                                                                                                        | redukcijos santykis 1:1, (Kampinis Katalogas)                                                                                                                                   |
| 5.3.6 | autoklavuojami B tipo autoklavuose                                                                                                                                              | autoklavuojami B tipo autoklavuose (Kampinis Katalogas)                                                                                                                         |
| 5.4   | <b>Ultragarsinis skaleris</b>                                                                                                                                                   | <b>Ultragarsinis skaleris: REFINE N2000L</b>                                                                                                                                    |
| 5.4.1 | ultragarsinis skaleris su LED pašvietimu                                                                                                                                        | ultragarsinis skaleris su LED pašvietimu (Skaleris katalogas)                                                                                                                   |
| 5.4.2 | vibracijos dažnis ribose ne mažesnė 25-30 kHz                                                                                                                                   | vibracijos dažnis ribose 25-31 kHz (Skaleris katalogas)                                                                                                                         |
| 5.4.3 | komplekte turi būti:<br>a) įvairių formų darbiniai antgaliukai ne mažiau 4 vnt.<br>b) dinamometrinis raktas jų keitimui 1 vnt.                                                  | komplekte:<br>a) įvairių formų darbiniai antgaliukai 4 vnt.<br>b) dinamometrinis raktas jų keitimui 1 vnt. (Skaleris katalogas)                                                 |
| 6.    | <b>Gydytojo kėdutė</b>                                                                                                                                                          | <b>Gydytojo kėdutė: C7</b>                                                                                                                                                      |
| 6.1.  | Laisvai stumdoma, su 5 ratukais                                                                                                                                                 | Laisvai stumdoma, su 5 ratukais (Puma Eli R katalogas)                                                                                                                          |
| 6.2.  | Su paminkštintu atlošu nugarai                                                                                                                                                  | Su paminkštintu atlošu nugarai (Puma Eli R katalogas)                                                                                                                           |
| 6.3.  | Reguliuojamas kėdutės aukštis                                                                                                                                                   | Reguliuojamas kėdutės aukštis (Puma Eli R katalogas)                                                                                                                            |
| 6.4.  | Paciento kėdės bei gydytojo kėdutės apmušalų dangos spalva turi būti identiška                                                                                                  | Paciento kėdės bei gydytojo kėdutės apmušalų dangos spalva identiška (Puma Eli R katalogas)                                                                                     |
| 7.    | <b>Garantinis laikotarpis įrenginiui - ne mažiau 24 mėn.</b>                                                                                                                    | <b>Garantinis laikotarpis įrenginiui - 24 mėn.</b>                                                                                                                              |
| 8.    | Odontologinės įrangos pristatymo ir sumontavimo terminas ne daugiau kaip 30 darbo dienų, po sutarties pasirašymo. Pristatymo, sumontavimo adresas: M.K.Čiurlionio g. 61, Varėna | Odontologinės įrangos pristatymo ir sumontavimo terminas ne daugiau kaip 20 darbo dienų, po sutarties pasirašymo. Pristatymo, sumontavimo adresas: M.K.Čiurlionio g. 61, Varėna |
| 9.    | Įrangos sumontavimas ir paleidimas eksploatacijai ir personalo apmokymas ne vėliau kaip per 24 val. nuo pristatymo termino                                                      | Įrangos sumontavimas ir paleidimas eksploatacijai ir personalo apmokymas ne vėliau kaip per 24 val. nuo pristatymo termino                                                      |



UAB „VISI ATSAKYMAI“

A. Mickevičiaus g. 6 / Miško g. 32, Kauno m., Kauno m. sav., LT-44313,  
Duomenys apie tiekėją kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Kauno  
filiale.

Įm. kodas: 300002901, PVM mokėtojo kodas: LT140391515

Varėnos PSPC

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS  
DĖL ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMO**

2020-02-04 Nr.200204

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

|                                                               |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                           | UAB „VISI ATSAKYMAI“                                                 |
| Tiekėjo adresas                                               | A.Mickevičiaus g. 6 / Miško g. 32, Kauno m., Kauno m. sav., LT-44313 |
| Tiekėjo įmonės kodas                                          | 300002901                                                            |
| Tiekėjo PVM kodas                                             | LT140391515                                                          |
| Tiekėjo atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas | Luminor Bank AB, A/S : LT924010042501803035                          |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                 | Nomeda Nenortaitė                                                    |
| Telefono numeris                                              | 8-659-98376                                                          |
| Fakso numeris                                                 |                                                                      |
| El. pašto adresas                                             | info@visiatsakymai.lt                                                |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis Pirkimo sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS pateikti duomenys yra tikri.

3. Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes:

| Prekių pavadinimas                 | Mato vnt. | Kiekis | Modelis ir gamintojas               | Kaina, Eur be PVM |
|------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|-------------------|
| Odontologo darbo vietos įranga     | vnt.      | 1      | „PUMA ELE R“<br>Castellini/Italija/ | 9990,00           |
| PVM (21%), Eur                     |           |        |                                     | 2097,90           |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |           |        |                                     | 12087,90          |

Bendra pasiūlymo kaina be PVM:

9990,00 Eur ( Devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt Eur, 00 ct.)

(skaiciais ir žodžiais)

PVM 21 %: 2097,90 Eur. (Du tūkstančiai devyniasdešimt septini Eur, 90 ct)

(skaiciais ir žodžiais)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 12087,90 Eur.(Dvylika tūkstančiai aštuoniasdešimt septini Eur, 90 ct.)

(skaiciais ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

**Pridedame užpildytą šio pirkimo sąlygų 1 priedą „Techninė specifikacija“ ir patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.**

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas      | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | Pasiūlymas                          | 2                           |
| 2        | Techninė specifikacija 1 priedas    | 4                           |
| 3        | Puma Eli R katalogas                | 20                          |
| 4        | Puma Eli R naudojimo instrukcija    | 91                          |
| 5        | Mikrovariklis Naudojimo instrukcija | 2                           |
| 6        | Kampinis Katalogas                  | 1                           |
| 7        | Turbininis Naudojimo instrukcija    | 7                           |
| 8        | Skaleris katalogas                  | 1                           |

5. Pasiūlymas galioja iki 2020-04-30. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumento puslapių skaičius | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                         |                             |                                                                                                                           |
|          |                                                                                         |                             |                                                                                                                           |

Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Perkančioji organizacija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Perkančioji organizacija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta pirkimo sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygose) bus paskelbti CVP IS. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina).*

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas\*)

**Nomeda Nenortaitė**

(Vardas ir pavardė)

*\*Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*