

PASIŪLYMAS
DĖL JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS TARŠOS MATAVIMO PRIETAISŲ PIRKIMO

2020-03-25

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas „Novatex“
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Laisvės pr. 117A-37, LT-06117, Vilnius, Lietuva.
Įmonės kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonių kodai)	120375749
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Svetlana Malickaja
Telefono numeris	+370 5 2737292
Fakso numeris	Nenaudojamas
El. pašto adresas	info@novatex.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pateiktomis kvietime dalyvauti apklausoje ir teikti pasiūlymą.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Perkami nauji, metrologiškai patikrinti, rankiniai (nešiojami) jonizuojančios spinduliuotės taršos matavimo prietaisai skirti α (alfa) ir β (beta) jonizuojančios spinduliuotės taršos paieškai bei taršos matavimams atlikti.

Siūlomo įrenginio gamintojas	NuviaTech Instruments
Siūlomo įrenginio modelis	CoMo-170

Pasiūlymo duomenyse įrangai tiekėjas turi nurodyti įrangos gamintoją, modelį ir versiją (jeigu tokia yra). Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti prekių aprašymus.

1 LENTELĖ Nauji, rankiniai (nešiojami) prietaisai jonizuojančios spinduliuotės taršos aptikimui ir matavimams

Eil. Nr.	Gaminys (paslauga)	Kiekis	Mat. vnt.	Nuoroda į spec.
1.	Naujas, metrologiškai patikrintas, rankinis (nešiojamas) prietaisas jonizuojančios spinduliuotės taršos aptikimui ir matavimams	2	vnt.	1.1.
2.	Transportavimo ir saugojimo lagaminas	2	vnt.	1.2.
3.	Priedai prietaisui			1.3.
4.	Paslaugos susijusios su prietaiso įsigijimu			1.4.
5.	Kitos sąlygos			1.5.

1.1. Naujas, rankinis (nešiojamas) prietaisas jonizuojančios spinduliuotės taršos aptikimui ir matavimams

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Prietaiso funkciniai reikalavimai	Prietaisas turi būti naujas, patikrintas metrologiškai, skirtas jonizuojančios spinduliuotės taršos α ir β spinduliais aptikimui ir užterštumo matavimams; prietaisas turi būti pritaikytas darbui užterštose aplinkose, lengvai dekontaminuojamas; prietaiso svoris (be priedų) ne daugiau 1 kg; prietaisas turi turėti galimybę jungtis prie kompiuterio duomenų perkėlimui; gamintojo numatyta galimybė naudoti papildomus priedus ar priemonės gerinančius prietaiso funkcionalumą būtų privalumas; prietaiso naudojimo meniu lietuvių kalba būtų privalumas.	Bus pristatytas naujas CoMo170 prietaisas, patikrintas metrologiškai, skirtas jonizuojančios spinduliuotės taršos α ir β/γ spinduliais aptikimui ir užterštumo matavimams; prietaisas pritaikytas darbui užterštose aplinkose, lengvai dekontaminuojamas; prietaiso svoris (be priedų) 800g; prietaisas turi galimybę jungtis prie kompiuterio duomenų perkėlimui; • gamintojo numatyta galimybė naudoti papildomus prietaisus: tepinėlių matavimo stotis; • pakabinamas sieninis laikiklis; • grindų matavimo vežimėlis; įvairūs papildomi detektoriai.
2.	Detektoriaus tipas	Scintiliacinis, padengtas ZnS detektorius su plonu plastiko arba lygiavertės medžiagos sluoksniu	Scintiliacinis, padengtas ZnS detektorius su plonu plastiko sluoksniu
3.	Matuojamos spinduliuotės tipas	Alfa, beta, galimybė prijungti išorinį γ dozės galios detektorių	Alfa, beta, galimybė prijungti išorinį γ dozės galios detektorių
4.	Detektoriaus, skirto paviršinės taršos matavimams, plotas	Ne mažesnis nei 170 cm ² , detektorius turi turėti dangtelį	170 cm ² , yra detektoriaus dangtelis
5.	Aptinkami radionuklidai	Privalo aptikti ir išmatuoti šių radionuklidų taršą: C14, F-18, P-32, P-33, S-35, Cl-36, K-40, Cr-51, Fe-55, Co-60, Ni-63, Se-75, Sr-89, Sr-90, Tc-99m, In-111, Sn-113, I-123, I-125, I-129, I-131, Cs-137, Re-188, Au-198, Tl-201, Tl-204, Am-241 α , Pu-238 α , U-238 α . Prietaisas turi turėti galimybę papildyti radionuklidų sąrašą.	Aptinka ir išmatuoja šių radionuklidų taršą: C14, F-18, P-32, P-33, S-35, Cl-36, K-40, Cr-51, Fe-55, Co-60, Ni-63, Se-75, Sr-89, Sr-90, Tc-99m, In-111, Sn-113, I-123, I-125, I-129, I-131, Cs-137, Re-188, Au-198, Tl-201, Tl-204, Am-241 α , Pu-238 α , U-238 α . CoMo170 turi galimybę papildyti radionuklidų sąrašą.
6.	Kalibravimas	Turi būti įvesti kalibravimo faktoriai atitinkamiems radionuklidams, prietaisas turi turėti, autokalibravimo galimybę.	Kalibravimo faktoriai suvesti atitinkamiems radionuklidams, yra autokalibravimo galimybė.
7.	Minimalus matuojamas fonas	α radiacijai: 0.1 cps β/γ radiacijai: 20 cps	α radiacijai: 0.1 cps β/γ radiacijai: 15-20 cps
8.	Rezultatų išvedimas	Radioaktyviai taršai: cps arba cpm arba/ir Bq, Bq/cnT;	Radioaktyviai taršai: cps ir Bq/cm ² ;

		rezultatai turi būti aiškiai matomi; rezultatų išvesties lango apšvietimas rezultatų nuskaitymui tamsoje; automatinis perėjimas iš mažų prie didelių vienetų skalės; skystų kristalų skaitmeninis ekranas.	rezultatai aiškiai matomi LCD ekrane; rezultatų išvesties lango (LCD) apšvietimas rezultatų nuskaitymui tamsoje; automatinis perėjimas iš mažų prie didelių vienetų skalės; skystų kristalų skaitmeninis ekranas.
9.	Atmintis	Ne mažiau kaip 750 matavimų su data ir laiku.	750 matavimų su data ir laiku
10.	Prietaiso apsaugos klasė	Ne žemesnė nei IP54.	IP54
11.	Prietaiso darbinė temperatūra	Diapazonas ne mažesnis nei -10°C - +40°C	Diapazonas -10°C - +40°C
12.	Prietaiso maitinimas	Pakraunama baterija, darbo laikas ne mažiau 24 val.	Pakraunama baterija, darbo laikas > 24 val.

1.2. Transportavimo ir saugojimo lagaminas

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Funkcionalumas	Tvirtas, prietaiso ir jo priedų saugojimui skirtas, sandariai užsidarantis lagaminas su slėgio reguliavimo vožtuvu. Turi tilpti prietaisas su priedais	Tvirtas, prietaiso ir jo priedų saugojimui skirtas, sandariai užsidarantis lagaminas su slėgio reguliavimo vožtuvu, kuriame telpa prietaisas su priedais

1.3. Priedai prietaisui

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Būtinai prietaiso priedai	Ausinė, dvi pakraunamos baterijos, pakrovėjas, kiti darbui su prietaisu būtinai priedai. 1 metams prietaiso eksploatacijai būtinos medžiagos.	Ausinė, du pakraunamų baterijų komplektai, pakrovėjas, kiti darbui su prietaisu būtinai priedai. 1 metams prietaiso eksploatacijai būtinos medžiagos: detektoriaus folijos komplektas

1.4. Paslaugos susijusios su prietaiso įsigijimu

EIL. NR.	PARAMETRAS	KIEKIS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Prietaiso naudotojo atmintinė lietuvių kalba	2	Trumpa, laminuota, telpanti transportavimo lagamine (A2 dydžio) prietaiso naudojimo instrukcija	Trumpa, laminuota, telpanti transportavimo lagamine (A2 dydžio) prietaiso naudojimo instrukcija
2.	Išsami naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba	1	Išsami prietaiso naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba (elektroniniu pdf formatu)	Išsami prietaiso naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba (elektroniniu pdf formatu)

3.	Prietaiso metrologinė patikra		Prietaisų perdavimo Departamentui metu prietaisai privalo turėti galiojančią metrologinę patikrą Lietuvoje.	Prietaiso perdavimo Departamentui metu prietaisas turės galiojančią metrologinę patikrą Lietuvoje.
----	-------------------------------	--	---	--

1.5. Kitos sąlygos

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Garantinis aptarnavimas	Ne trumpesnis nei 1 metų garantinis aptarnavimas nuo perdavimo Departamentui momento	1 metų garantinis aptarnavimas

Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia siūlomos prekės aprašymą arba nuorodą į oficialiai prieinamą informaciją internete (pvz. gamintojo pateikta informacija).

PASIŪLYMO KAINA:

Eil. Nr.	Gaminys (paslauga)	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR be PVM	Bendra kaina, EUR be PVM
1.	Naujas, metrologiškai patikrintas, rankinis (nešiojamas) prietaisas jonizuojančios spinduliuotės taršos aptikimui ir matavimams	2	vnt.	3262,00	6.524,00
2.	Transportavimo ir saugojimo lagaminas	2	vnt.	67,00	134,00
3.	Priedai prietaisui	2		201,00	402,00
4.	Paslaugos susijusios su prietaiso įsigijimu	2		155,00	310,00
5.	Kitos sąlygos				
	Iš viso, EUR be PVM				7.370,00
	PVM, EUR				1.547,70
	Iš viso, EUR su PVM				8.917,70

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių su PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Atsižvelgdami į pirkimo sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą už:

Septyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt Eurų, 00 ct be PVM.
(žodžiais)

PASTABA: į prekių kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, reikalingos sutarties įvykdymui. Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame vadybininkę Svetlaną Malickają, +370 5 2737292, info@novatex.lt, smalickaja@novatex.lt
(nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Authorization Letter NUVIA	1
2	CoMo-170_brochure	4

Konfidencialią informaciją pasiūlyme sudaro šie dokumentai ir informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija; tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*).

1. 02_Authorization Letter NUVIA.pdf

2.

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus
—	—	—

Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

Generalinė direktorė Dr. Zinaida Tamaševičienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

