

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

**PASIŪLYMAS
DĖL TURBININIO ANTGALIO PIRKIMO**2020-01-30 Nr. MAR-2020/01/30-01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Mardentas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Lazdynėlių g. 8, LT-04126 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Paulius Navickas
Telefono numeris	(8 5) 2337402
Fakso numeris	(8 5) 2337786
El. pašto adresas	paulius@mardentas.lt

Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime dalyvauti neskelbiamoje apklausoje.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekių, paslaugų, darbų pavadinimas [jei detalė, nurodykite jos kodą]	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	Kaina, EUR su PVM	Suma, EUR įskaitant PVM
1.	Odontologinis turbininis antgalis	Vnt.	3	567,00	686,07	2058,21

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 2058,21 Eur (Du tūkstančiai penkiasdešimt aštuoni Eur ir 21 centas).

Serviso vadybininkas

Paulius Navickas

**MARDENTAS**Mardentas UAB
Lazdynėlių g. 8
LT-04126 Vilniustel. +370 5 2337402
faks. +370 5 2337786
jūm. kodas: 225863550
PVM mok. kodas: LT258635515Danske Bank:
a/s LT43 7400 0109 2492 3814
AB SEB bankas:
a/s LT84 7044 0600 0779 6610įvertintas
profesionalumas

info@mardentas.lt

www.mardentas.lt

Odontologinio turbininio antgalio techninė specifikacija (orientacinis kiekis 3 vnt.)

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalavimai	Siūloma reikšmė
1.	Guoliai	keraminiai	Keraminiai
2.	Grąžto aušinimas	oru ir vandeniui	Aušinimas oru ir vandeniui
3.	Grąžto aušinimo purkštukai	atskiri purkštukai orui ir vandeniui, kiekvieno ne mažiau kaip po 3 vnt.	3 purkštukai vandeniui, 3 purkštukai orui
4.	Darbinis slėgis	ne daugiau nei 2,7 bar	Darbinis slėgis 2,5-2,7 bar.
5.	Kiaurymė grąžtui	Ø1,6mm	Ø1,6mm, pagal ISO 1797-1
6.	Guolių tepimas	per įvorės (grąžto laikymo mechanizmą) kiaurymę tiršta alyva (turi būti nurodymas oficialioje gamintojo instrukcijoje)	Guolių tepimas tiršta alyva
7.	Kasdieninės priežiūros priemonės	Kartu su antgaliu turi būti patiekama švirkštas, kuris būtų skirtas sutepti antgalius per įvorę ir ne mažiau kaip 2 kapsulės tirštos alyvos	Komplekte tepimo švirkštas ir dvi tepalo kapsulės
8.	Apsisukimų skaičius	ne mažiau kaip 320.000 aps./min	Apsisukimų skaičius 320.000 aps./min
9.	Sterilizacija	tinkamas sterilizuoti prie ne mažesnės kaip 134 °C	Sterilizuojamas 134 °C laipsnių temperatūroje
10.	Pašvietimo funkcija	būtina	Su pašvietimu
11.	Grąžto keitimas	mygtuko paspaudimu. Taip pat grąžto keitimo mechanizme turi būti apsauga nuo perkaitimo (nekaistantis mygtukas)	Dangtelis apsaugotas nuo perkaitimo. Grąžto įdėjimas mygtuko pagalba.
12.	Svoris be greitos jungties	Ne daugiau kaip 75 g	Antgalio svoris 75 g.
13.	Sujungimas	Prie odontologinio įrenginio rankovės jungiama per Unifix tipo greitą jungtį	Jungiamas per Unifix jungtį
14.	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai, įskaitant ir rotorius	Garantija 24 mėn.

Serviso vadybininkas

Paulius Navickas