

1. Sutarties esmė

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Graina“ atstovaujama direktoriaus A. Padvariškio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti neskelbiamose derybose (kodas 479269) laimėtą dviejų darbo vietų rentgenografijos sistemą su skaitmeniniais detektoriais RadSpeed, Shimadzu, Japonija, kurio vnt. kaina yra 249.986,00 Eur su PVM ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Dviejų darbo vietų rentgenografijos sistema su skaitmeniniais detektoriais RadSpeed, Shimadzu, Japonija

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė
1.	Rentgeno spindulių generatorius	
1.1	Galia	80 kW
1.2	Maksimali anodinė įtampa	150 kV
1.3	Srovės ir laiko sandaugos nustatymo diapazonas	(0,5 – 800) mAs
1.4	Srovės nustatymo diapazonas	(10 – 1000) mA
1.5	Generatoriaus valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu	Taip, yra
1.6	Ekspozicijos valdymas konsolėje integruotais mygtukais	Taip, yra
1.7	Anatominės programos	Taip, yra
1.8	Maksimali ekspozicijos trukmė	10 s
1.9	Minimali ekspozicijos trukmė	0,001 s
1.10	Automatinis ekspozicijos valdymas (<i>angl.</i> AEC)	Taip, yra
2.	Rentgenografijos stalas	
2.1	Maksimali leistina apkrova	200 kg
2.2	Motorizuotas judėjimas vertikalia kryptimi	Taip, yra
2.3	Minimalus aukštis (iki stalviršio)	535 mm
2.4	Maksimalus aukštis (iki stalviršio)	850 mm
2.5	Stalviršio plotis	810 mm
2.6	Stalviršio ilgis	2350 mm
2.7	Išilginis stalviršio judėjimas	1100 mm
2.8	Skersinis stalviršio judėjimas	250 mm
2.9	Išimamas rentgeno spindulių tinklėlis	Taip, yra
3.	Rentgenografijos stovas	
3.1	Maksimalus imtuvo aukštis (matuojama nuo imtuvo centro)	1880 mm
3.2	Minimalus imtuvo aukštis (matuojama nuo imtuvo centro)	380 mm
3.3	Šoniniai laikikliai pacientui	Taip, yra
3.4	P formos viršutinis laikiklis pacientui	Taip, yra
3.5	Išimamas rentgeno spindulių tinklėlis	Taip, yra
4.	Rentgeno vamzdžio kolona	
4.1	Montuojama prie lubų	Taip, yra
4.2	Rentgeno vamzdžio kampo pasukimo atvaizdavimas	Taip, yra
4.3	Rentgenografijos stalo aukščio sekimas	Taip, yra
4.4	Rentgenografijos stovo aukščio sekimas	Taip, yra
4.5	Maksimalus išilginis judėjimas	4450 mm
4.6	Maksimalus skersinis judėjimas	2700 mm
4.7	Maksimalus kolonos aukštis	1985 mm
4.8	Minimalus kolonos aukštis	385 mm
4.9	Vamzdžio pasukimas vertikalia ašimi	± 180°
4.10	Vamzdžio pasukimas horizontalia ašimi	± 120°
5.	Rentgeno vamzdis	
5.1	Židinių kiekis	2
5.2	Židinio dydis	0,6 mm 1,2 mm

5.3	Anodo šiluminė talpa	400 kWh
5.4	Maksimalus anodo aušinimas	1600 W
5.5	Gaubės šiluminė talpa	1600 kWh
5.6	Maksimalus gaubės aušinimas	470 W
5.7	Didžiojo židinio galia	92 kW
5.8	Mažojo židinio galia	38 kW
6.	Kolimatorius	
6.1	LED tipo apšvietimas	Taip, yra
6.2	Šviesos laukas išsijungia automatiškai	Taip, yra
6.3	Pasukimas	90°
6.4	Matavimo įtaisas skirtas ekspozicijos atstumo matavimui	Taip, yra
7.	Dozimetrijos sistema (angl. DAP)	Taip, yra
8.	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (2 vnt.)	
8.1	Galimybė keisti detektoriaus darbo vietą naudojant rentgenografijos stalą/stovą	Taip, yra
8.2	Scintiliatoriaus tipas	CsI (angl. Cesium Iodide)
8.3	Automatinė rentgeno spindulių detekcija	Taip, yra
8.4	Pikslio dydis	140 μm
8.5	Skiriamoji geba	3,5 lp/mm
8.6	Raiška	(3072 x 3072) pikselių
8.7	Aktyvusis detektoriaus plotas	(430 x 430) mm
8.8	Detektoriaus svoris	4,2 kg
9.	Technologo darbo vieta	
9.1	Procesoriaus tipas	6 branduolių
9.2	SSD disko talpa	256 TB
9.3	Operatyvioji atmintis	8 GB
9.4	Lietimui jautrus monitorius įstrižainė	24"
9.5	Operacinė sistema	Windows 10
9.6	Vaizdų siuntimas į medicininių vaizdų archyvą (DICOM Store)	Taip, yra
9.7	Pacientų sąrašo gavimas iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)	Taip, yra
9.8	Komunikacija su dozimetrijos sistema ir dozės verčių atvaizdavimas rentgeno vaizduose	Taip, yra
9.9	Vartotojo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba.	Taip, yra
10.	Ekspozicijos parametrų sinchronizacija su rentgeno spindulių generatoriumi.	Taip, yra
10.1	Garantinis laikotarpis	12 mėn.

2. Sutarties vertė

Bendra sutarties (iki 2 vnt.) vertė – 499.972,00 Eur su PVM.

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes gavus lėšas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų, taip pat valstybės biudžeto lėšų. Negavus finansavimo, sutartis gali būti nutraukiama.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. „Pardavėjas“ įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. „Pardavėjas“, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas „Pirkėją“, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos „Pirkėjui“ nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti „Pardavėjas“ įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. „Pardavėjas“ pristato „Pirkėjui“ nurodytas prekes į jo buveinę laike 40 (keturiasdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka „Pardavėjas“.

5.4. Jeigu „Pardavėjas“ per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, „Pirkėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

7.1.1. šalių susitarimu;

7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8. Ginčai

8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo,



nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjas sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41, 92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



“Pardavėjas”

UAB „GRAINA“
Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Įmonės kodas 1477 36647
A.s. LT63 7044 0600 0263 5618
AB SEB bankas, banko kodas 70440
PVM mokėtojo kodas LT477366410
Tel. (8 45) 57 06 05, Faks. (8 45) 43 35 40
<http://www.graina.lt>, El.p. info@graina.lt

Direktorius

Arūnas Padvariškis



Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,
A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

PASIŪLYMO FORMA

**DĖL DVIEJŲ DARBO VIETŲ RENTGENOGRAFIJOS SISTEMOS SU SKAITMENINIAIS
DETEKTORIAIS PIRKIMO**

Pirkimo Nr. 479269

2020-03-30 Nr. KD20-116

Panevėžys

Tiekėjo pavadinimas	UAB „GRAINA“
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT – 36237 Panevėžys
Įmonės kodas	147736647
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Administratorė VP specialistė Vilma Gudonienė
Telefono numeris	(8 45) 507798
Fakso numeris	(8 45) 433540
El. pašto adresas	info@graina.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A.s. LT63 7044 0600 0263 5618 AB SEB bankas, Banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/
NEPASITELKIAMI

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:
- Neskelbiamų derybų konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Techninė specifikacija KONF	4
3.	Kvalifikacijos dokumentai KONF: - Registrų centro jungtinė pažyma; - Registrų centro išplėstinis išrašas.	10
4.	Prekių aprašymai KONF	67
5.	Igaliojimas pasirašyti dokumentus	1
6.	EBVPD	13

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina, EUR su PVM
1.	Dviejų darbo vietų rentgenografijos sistema su skaitmeniniais detektoriais Modelis „RadSpeed“ Gamintojas: Shimadzu, Japonija	499.972,00

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

KONFIDENCIALAUS CVP IS sistemoje pateikto dokumento pavadinimas
Techninė specifikacija KONF
Kvalifikacijos dokumentai KONF
Prekių aprašymai KONF

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Žiūrėti CVP IS sistemoje prisegtus dokumentus pavadinimais:

„Techninė specifikacija KONF“ bei atžymas tikrinti prisegtame dokumente pavadinimu: „Prekių aprašymas KONF“.

Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su konkurso sąlygomis ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė
(Vardas ir pavardė)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė VILMA GUDONIENĖ
Data: 2020-03-30 17:42:12

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

2020-03-30

Dviejų darbo vietų rentgenografijos sistema su skaitmeniniais detektoriais

Techninė specifikacija

Pateikiame užpildytą siūlomos prekės specifikaciją, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo bei lietuvių kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujama parametro reikšmei pagal konkurso sąlygose nurodytas technines charakteristikas.

Atžymas tikrinti CVP IS prisegtame dokumente pavadinimu:
„Prekių aprašymas KONF“

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Rentgeno spindulių generatorius		
1.1	Galia	≥ 80 kW	80 kW <u>Prekių aprašymo pasl. Nr. 35, 44</u>
1.2	Maksimali anodinė įtampa	≥ 150 kV	150 kV <u>Prekių aprašymo pasl. Nr. 35, 44</u>
1.3	Srovės ir laiko sandaugos nustatymo diapazonas	$\geq (0,5 - 630)$ mAs	(0,5 – 800) mAs <u>Prekių aprašymo pasl. Nr. 35, 44</u>
1.4	Srovės nustatymo diapazonas	$\geq (10 - 800)$ mA	(10 – 1000) mA <u>Prekių aprašymo pasl. Nr. 35, 45</u>
1.5	Generatoriaus valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu	Būtina	Taip, generatoriaus valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu <u>Prekių aprašymo pasl. Nr. 36, 47</u>
1.6	Ekspozicijos valdymas konsolėje integruotais mygtukais	Būtina	Taip, ekspozicijos valdymas konsolėje integruotais mygtukais <u>Prekių aprašymo pasl. Nr. 38, 49</u>
1.7	Anatominės programos	Būtina	Taip, anatominės programos <u>Prekių aprašymo pasl. Nr. 39, 50</u>
1.8	Maksimali ekspozicijos trukmė	≥ 2 s	10 s <u>Prekių aprašymo pasl. Nr. 35, 45</u>
1.9	Minimali ekspozicijos trukmė	$\leq 0,005$ s	0,001 s <u>Prekių aprašymo pasl. Nr. 35, 45</u>
1.10	Automatinis ekspozicijos valdymas (<i>angl.</i> AEC)	Būtina	Taip, automatinis ekspozicijos valdymas (<i>angl.</i> AEC) <u>Prekių aprašymo pasl. Nr. 36, 47</u>
2.	Rentgenografijos stalas		
2.1	Maksimali leistina apkrova	≥ 200 kg	200 kg <u>Prekių aprašymo pasl. Nr. 11, 27</u>
2.2	Motorizuotas judėjimas vertikalia kryptimi	Būtina	Taip, motorizuotas judėjimas vertikalia kryptimi <u>Prekių aprašymo pasl. Nr. 11, 27</u>
2.3	Minimalus aukštis (iki stalviršio)	≤ 550 mm	535 mm <u>Prekių aprašymo pasl. Nr. 11, 27</u>

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2.4	Maksimalus aukštis (iki stalviršio)	≥ 850 mm	850 mm Prekių aprašymo pasl. Nr. 11, 27
2.5	Stalviršio plotis	≥ 800 mm	810 mm Prekių aprašymo pasl. Nr. 11, 27
2.6	Stalviršio ilgis	≥ 2200 mm	2350 mm Prekių aprašymo pasl. Nr. 11, 27
2.7	Išilginis stalviršio judėjimas	≥ 800 mm	1100 mm Prekių aprašymo pasl. Nr. 11, 27
2.8	Skersinis stalviršio judėjimas	≥ 200 mm	250 mm Prekių aprašymo pasl. Nr. 11, 27
2.9	Išimamas rentgeno spindulių tinklelis	Būtina	Taip, išimamas rentgeno spindulių tinklelis Prekių aprašymo pasl. Nr. 12, 28
3.	Rentgenografijos stovas		
3.1	Maksimalus imtuvo aukštis (matuojama nuo imtuvo centro)	≥ 1850 mm	1880 mm (2127 mm - 247 mm) Prekių aprašymo pasl. Nr. 15, 31
3.2	Minimalus imtuvo aukštis (matuojama nuo imtuvo centro)	≤ 400 mm	380 mm (627 mm - 247 mm) Prekių aprašymo pasl. Nr. 15, 31
3.3	Šoniniai laikikliai pacientui	Būtina	Taip, šoniniai laikikliai pacientui Prekių aprašymo pasl. Nr. 15, 31
3.4	P formos viršutinis laikiklis pacientui	Būtina	Taip, P formos viršutinis laikiklis pacientui Prekių aprašymo pasl. Nr. 15, 31
3.5	Išimamas rentgeno spindulių tinklelis	Būtina	Taip, išimamas rentgeno spindulių tinklelis Prekių aprašymo pasl. Nr. 15, 31
4.	Rentgeno vamzdžio kolona		
4.1	Montuojama prie lubų	Būtina	Taip, montuojama prie lubų Prekių aprašymo pasl. Nr. 3, 19
4.2	Rentgeno vamzdžio kampo pasukimo atvaizdavimas	Būtina	Taip, rentgeno vamzdžio kampo pasukimo atvaizdavimas Prekių aprašymo pasl. Nr. 10, 26
4.3	Rentgenografijos stalo aukščio sekimas	Būtina	Taip, rentgenografijos stalo aukščio sekimas Prekių aprašymo pasl. Nr. 65
4.4	Rentgenografijos stovo aukščio sekimas	Būtina	Taip, rentgenografijos stovo aukščio sekimas Prekių aprašymo pasl. Nr. 65
4.5	Maksimalus išilginis judėjimas	≥ 4000 mm	4450 mm Prekių aprašymo pasl. Nr. 9, 25
4.6	Maksimalus skersinis judėjimas	≥ 2500 mm	2700 mm Prekių aprašymo pasl. Nr. 9, 25
4.7	Maksimalus kolonos aukštis	≥ 1850 mm	1985 mm (1600 mm + 385 mm) Prekių aprašymo pasl. Nr. 9, 25
4.8	Minimalus kolonos aukštis	≤ 400 mm	385 mm Prekių aprašymo pasl. Nr. 9, 25
4.9	Vamzdžio pasukimas vertikalia ašimi	$\geq \pm 180^\circ$	$\pm 180^\circ$ Prekių aprašymo pasl. Nr. 9, 25
4.10	Vamzdžio pasukimas horizontalia ašimi	$\geq \pm 120^\circ$	$+120^\circ/-180^\circ$ Prekių aprašymo pasl. Nr. 9, 25
5.	Rentgeno vamzdis		
5.1	Židinių kiekis	≥ 2	2 Prekių aprašymo pasl. Nr. 6, 22
5.2	Židinio dydis	0,5 mm $\pm$ 0,1 mm 1,2 mm $\pm$ 0,2 mm	0,6 mm 1,2 mm Prekių aprašymo pasl. Nr. 6, 22

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
5.3	Anodo šiluminė talpa	≥ 400 kWh	400 kWh Prekių aprašymo pasl. Nr. 6, 22
5.4	Maksimalus anodo aušinimas	≥ 1600 W	1600 W Prekių aprašymo pasl. Nr. 6, 22
5.5	Gaubės šiluminė talpa	≥ 1500 kWh	1600 kWh Prekių aprašymo pasl. Nr. 6, 22
5.6	Maksimalus gaubės aušinimas	≥ 450 W	470 W Prekių aprašymo pasl. Nr. 6, 22
5.7	Didžiojo židinio galia	≥ 90 kW	92 kW Prekių aprašymo pasl. Nr. 6, 22
5.8	Mažojo židinio galia	≥ 35 kW	38 kW Prekių aprašymo pasl. Nr. 6, 22
6.	Kolimatorius		
6.1	LED tipo apšvietimas	Būtina	Taip, LED tipo apšvietimas Prekių aprašymo pasl. Nr. 10, 26
6.2	Šviesos laukas išsijungia automatiškai	Būtina	Taip, šviesos laukas išsijungia automatiškai Prekių aprašymo pasl. Nr. 10, 26
6.3	Pasukimas	$\geq 45^\circ$	90° Prekių aprašymo pasl. Nr. 10, 26
6.4	Matavimo įtaisas skirtas ekspozicijos atstumo matavimui	Būtina	Taip, matavimo įtaisas skirtas ekspozicijos atstumo matavimui Prekių aprašymo pasl. Nr. 64
7.	Dozimetrijos sistema (angl. DAP)	Būtina	Taip, dozimetrijos sistema (angl. DAP) Prekių aprašymo pasl. Nr. 10, 26
8.	Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (2 vnt.)		
8.1	Galimybė keisti detektoriaus darbo vietą naudojant rentgenografijos stalė/stovė	Būtina	Taip, galimybė keisti detektoriaus darbo vietą naudojant rentgenografijos stalė/stovė Prekių aprašymo pasl. Nr. 66
8.2	Scintiliatoriaus tipas	CsI (angl. Cesium Iodide)	CsI (angl. Cesium Iodide) Prekių aprašymo pasl. Nr. 67
8.3	Automatinė rentgeno spindulių detekcija	Būtina	Taip, automatinė rentgeno spindulių detekcija Prekių aprašymo pasl. Nr. 67
8.4	Pikslio dydis	≤ 150 μ m	140 μ m Prekių aprašymo pasl. Nr. 67
8.5	Skiriamoji geba	$\geq 3,5$ lp/mm	3,5 lp/mm Prekių aprašymo pasl. Nr. 67
8.6	Raiška	$\geq (3000 \times 3000)$ pikselių	(3072 x 3072) pikselių Prekių aprašymo pasl. Nr. 67
8.7	Aktyvusis detektoriaus plotas	$\geq (430 \times 430)$ mm	(430 x 430) mm Prekių aprašymo pasl. Nr. 67
8.8	Detektoriaus svoris	≤ 5 kg	4,2 kg Prekių aprašymo pasl. Nr. 67
9.	Technologo darbo vieta		
9.1	Procesoriaus tipas	$\geq$ keturių branduolių	Šešių branduolių Prekių aprašymo pasl. Nr. 62
9.2	SSD disko talpa	≥ 250 GB	256 GB Prekių aprašymo pasl. Nr. 63
9.3	Operatyvioji atmintis	≥ 8 GB	8 GB Prekių aprašymo pasl. Nr. 63
9.4	Lietimui jautraus monitorius įstrižainė	≥ 21 "	24" Prekių aprašymo pasl. Nr. 55

Eil. Nr.	Parametras	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
9.5	Operacinė sistema	Windows 10, arba lygiavertė	Windows 10 Prekių aprašymo pasl. Nr. 63
9.6	Vaizdų siuntimas į medicininių vaizdų archyvą (DICOM Store)	Būtina	Taip, vaizdų siuntimas į medicininių vaizdų archyvą (DICOM Store) Prekių aprašymo pasl. Nr. 53, 54
9.7	Pacientų sąrašo gavimas iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)	Būtina	Taip, pacientų sąrašo gavimas iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) Prekių aprašymo pasl. Nr. 53, 54
9.8	Komunikacija su dozimetrijos sistema ir dozės verčių atvaizdavimas rentgeno vaizduose	Būtina	Taip, komunikacija su dozimetrijos sistema ir dozės verčių atvaizdavimas rentgeno vaizduose Prekių aprašymo pasl. Nr. 59, 60
9.9	Vartotojo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba.	Būtina	Taip, vartotojo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba pateiksime kartu su įranga
10.	Ekspozicijos parametų sinchronizacija su rentgeno spindulių generatoriumi.	Būtina	Taip, ekspozicijos parametų sinchronizacija su rentgeno spindulių generatoriumi. Prekių aprašymo pasl. Nr. 58
10.1	Garantinis laikotarpis	≥ 12 mėn.	12 mėn.
11.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	Taip, pateikiame gamintojo prekių aprašymus, kuriuose yra nurodyta visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Prekių aprašyme yra pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrauktas kiekvienos pozicijos kiekvienas atitikimas, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Prekių aprašymas anglų bei lietuvių kalba. Prekių aprašymas psl. Nr. 1-67
12.	Perkamas kiekis	Iki 2 vnt.	1 vnt. – 249.986,00 Eur su PVM
13.	PVM tarifas procentais		21 proc.
14.	Viso kaina Eur su PVM		499.972,00 Eur su PVM
15.	Firminis pavadinimas, gamintojas		Modelis „RadSpeed“ Gamintojas: Shimadzu, Japonija

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

Vilma Gudonienė