

Klaipėda,

2020 m.

04

mėn. 08 d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Užsakovu") ir Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas atstovaujama įgalioto asmens Andriaus Simonaičio (toliau vadinama "Tiekėju"), vadovaujantis atviro tarptautinio konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Tiekėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Užsakovas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės atviro tarptautinio konkurso „Medicininės priemonės“ (468756) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1. Prekės tiekiamos pagal užsakovo užsakymą, tiekėjo transportu. Prekės užsakomos faksu 8 5 2395468, prekės pristatomos per 3 darbo dienas po užsakovo paraiškos eilinei partijai pateikimo Tiekėjui. Tiekėjas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytų prekių tiekimą. Pristatomų prekių garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip vieneri metai nuo pristatymo dienos.

2.2. Užsakovas prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu išskylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Užsakovas pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų techninėje specifikacijoje nurodyto maksimalaus prekių kiekio. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.

2.3. Su kiekviena pristatomų prekių siunta tiekėjas pateikia:

- a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.
- b) kokybės sertifikatą.
- c) su etiketėmis ir instrukcija lietuvių kalba.

2.4. Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Užsakovui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

3. Prekių kaina

3.1. Pirkimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

3.2. Užsakovas sumoka Tiekėjui už faktiškai pateiktas prekes pagal priede Nr. 1 nurodytus įkainius.

3.3. Sutartyje nurodyti prekės (-ių) kaina/įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus. Įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr. 1., yra galutiniai ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su prekių pateikimu. Visą riziką dėl įkainių padidėjimo prisiima Tiekėjas.

3.4. Prekių įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų padidėjimas.

3.5. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties prekių pateikimo įkainis keičiamas proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Įkainis perskaičiuojamas per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos PVM įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotas įkainis taikomas po perskaičiavimo pateiktai prekei apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams įkainis nebus perskaičiuojamas.

3.6. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1. Užsakovas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas

gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1. Sutartis įsigalioja nuo 2020 m. balandžio 24 d. ir galioja iki 2021 m. balandžio 24 d.

6. Užsakovo įsipareigojimai:

- 6.1. Tiekėjui suteikti visą reikiamą informaciją Sutartyje numatytoms prekėms pateikti.
- 6.2. Apmokėti Tiekėjui už tinkamai ir laiku pateiktas prekes šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą (PVM) sąskaitą – faktūrą.
- 6.3. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai ir ne laiku pateiktas prekes.

7. Tiekėjo įsipareigojimai:

- 7.1. Pateikti Sutartyje numatytas prekes, nurodytas sutarties priede, sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais.
- 7.2. Tiekėjas atsako už šioje Sutartyje numatytų prekių pateikimą.
- 7.3. Prekes pateikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.
- 7.4. Turėti visus leidimus, reikalingus vykdyti Sutartyje numatytą veiklą. Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 7.5. Savo sąskaita atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.
- 7.6. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekejai: [surašyti pasiūlyme nurodytus subtiekejus, jeigu tokių nėra parašyti žodį „nėra“].
- 7.7. Subtiekejų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekejų ar didesnės (mažesnės) prekių dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekeiui galimas tik tų prekių pateikimui, kurių pateikimas per subtiekejus buvo numatytas Tiekėjo pasiūlyme ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekejus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.
- 7.8. Sutarties galiojimo metu subtiekejų keitimas ir (ar) papildomų subtiekejų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekejų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:
 - 7.8.1. Sutartyje numatytas subtiekejas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;
 - 7.8.2. subtiekejas Tiekėjui atsisako teikti jam Sutartyje numatytą prekių dalį;
 - 7.8.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti prekių tiekimo spartą.
- 7.9. Sutarties 7.7 ir 7.8 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekejas gali pradėti tiekti prekes, tik Tiekėjui gavus Užsakovo sutikimą.
- 7.10. Sutarties 7.7 ir 7.8 punktuose nurodytais atvejais naujas subtiekejas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekejams.

8. Sutarties užtikrinimas ir atsakomybė

- 8.1. Pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas: iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
- 8.2. Neapmokėjęs laiku už pateiktas prekes, Tiekėjui pareikalavus Užsakovas moka delspinigius 0,02% nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 8.3. Tiekėjas pavėlavęs pateikti sutartyje nurodytas prekes numatytu laiku, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną vėluojamą suteikti prekę dieną nuo vėluojamos suteikti prekės vertės ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.
- 8.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu pateikia nekokybiškas Sutartyje numatytas prekes, tai Užsakovas, surašo Sutarties pažeidimo aktą. Sutarties pažeidimo akte nurodoma, per kiek laiko turi būti



pateiktos kokybiškos Sutartyje numatytos prekės, taip pat Tiekėjas privalo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurie atsirado dėl pateiktų nekokybiškų prekių.

9. Ginčai:

9.1. Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Nenugalimos jėgos aplinkybės

10.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

11.1.1. šalių susitarimu;

11.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

11.2. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Tiekėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

11.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

11.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

12.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

12.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

12.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

12.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

12.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

13. Sutarties priedai

13.1. Sutarties priedai:
- Perkamų prekių sąrašas

14. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

„Užsakovas“

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
LT-92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB "Šiaulių bankas", Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



„Tiekėjas“

Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos fil.
L. Zamenhofo g. 3,
LT-06332 Vilnius
A/S LT077044060008063000
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 304103972

Handwritten signature and date '2017/11/17'.

Handwritten signature.

PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pavadinimas, aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis	PVM tarifa s %	Vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
2	Elektrochirurginiai peiliai					
2.1	Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija gastroskopinis Darbinis ilgis 1650 - 1700 mm Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm Peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas Peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje – $2 \pm 0,1$ mm b) įtrauktoje padėtyje - $0,1 \pm 0,05$ mm	Iki 10 vnt.	5%	306,55	3065,50	Olympus
2.2	Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija kolonoskopinis Darbinis ilgis 2300 - 2350 mm Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm Peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas Peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje – $1,5 \pm 0,1$ mm b) įtrauktoje padėtyje - $0,1 \pm 0,05$ mm	Iki 10 vnt.	5%	306,55	3065,50	Olympus
2.3	Elektrochirurginės žnyplės kraujavimo stabdymui, kolonoskopinės Rotacijos galimybė Darbinis ilgis 1950 mm Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm arba 3.2 mm Kaušelio dydis 4 mm	Iki 10 vnt.	5%	164,90	1649,00	Olympus
2.4	Elektrochirurginės žnyplės kraujavimo stabdymui, gastroskopinės Rotacijos galimybė Darbinis ilgis 1650 mm Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm Kaušelio dydis 5 mm	Iki 10 vnt.	5%	164,90	1649,00	Olympus
2.5	Vamzdelis sujunti apiplovimo pompa OFP-2 su elektrochirurginiu gleivinės rezekcijos peiliu	Iki 8 vnt.	5%	29,72	237,76	Kemed Ltd.
Viso 2 pozicija					9666,76	
3	Plastikiniai biliariniai stentai ir įvedimo sistema					
	Stentai: Tulžies latakų stentas, vienkartinis, sterilus, tiesus, stento medžiaga Ethylene Vinyl Acetatas Tiesūs stentai:					
3.1	Stento dydis: 7 Fr 50 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.2	Stento dydis: 7 Fr 70 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.3	Stento dydis: 7 Fr 90 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.4	Stento dydis: 7 Fr 120 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.5	Stento dydis: 8,5 Fr 50 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.6	Stento dydis: 8,5 Fr 70 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.7	Stento dydis: 8,5 Fr 90 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.8	Stento dydis: 8,5 Fr 120 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.9	Stento dydis: 10 Fr 50 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.10	Stento dydis: 10 Fr 70 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.11	Stento dydis: 10 Fr 90 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	

3.12	Stento dydis: 10 Fr 120 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.13	Stento dydis: 10 Fr 150 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.14	Stento dydis: 12 Fr 70 mm	Iki 10 vnt.	5%	26,45	264,50	
3.15	Stento dydis: 12 Fr 90 mm	Iki 10 vnt.	5%	26,45	264,50	
3.16	Stento dydis: 12 Fr 120 mm	Iki 10 vnt.	5%	26,45	264,50	
	Kiaulės uodegos formos (pig tail) formos stentai:					
3.17	Stento dydis: 7 Fr 50 mm	Iki 10 vnt.	5%	26,45	264,50	
3.18	Stento dydis: 7 Fr 70 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.19	Stento dydis: 7 Fr 90 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
3.20	Stento dydis: 7 Fr 120 mm	Iki 20 vnt.	5%	26,45	529,00	
	Viso 3 pozicija				9522,00	
4	Pravedėjai					
4.1	Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,025") skersmuo, 4500-4700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cm dengtas fluorino danga lenktu galiuku	Iki 10 vnt.	5%	85,93	859,30	Terumo corporation
4.2	Pravedėjas: viela 0,89 mm (0,025") skersmuo, 4500-4700 mm ilgis, pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio distalinis galas siralinė žyma 7-9 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, kryžminė žyma 9-40 cm ± 1 cm atstumu nuo distalinio galo, hidrofilinė danga 7 cm ± 1 cm dengtas fluorino danga tiesu galiuku	Iki 10 vnt.	5%	85,93	859,30	Terumo corporation
	Viso 4 pozicija				1718,60	
6	EMR rinkinys suderinamas su gastroskopu GIF-H180J, dabinis ilgis 1650-1700mm, komplekte: kateteris, injekcinė adata, polipektominė kilpa, distalinis antgalis	Iki 3 vnt.	5%	217,22	651,66	Olympus
15	Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1900-1950mm, krepšelio atsidarymas 20-22mm, standžios vielos, 8 vielų.	Iki 8 vnt.	21%	278,42	2227,36	Olympus
16	Papilatomas: autoklavuojamas, darbui su styga pravedėja 0,035", endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1900-1950mm, distalinio galo diametras 4,5Fr. distalinio galo ilgis 7mm, pjovimo vielos ilgis 25mm, trijų spindžių, tinka darbui rentgeno kontrolėje.	Iki 12 vnt.	21%	280,82	3369,84	Olympus
17	Griebiančios žnyplės: autoklavuojamos, stentų šalinimui, žiurkės dantų-aligatoriaus nasrų formos, atsidarymo plotis 6-7mm, rotuojamos, Darbinis ilgis: 1800-1850 mm Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm	Iki 2 vnt.	21%	661,98	1323,96	Olympus
20	Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1900-1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,035", distalinis galiukas standartinio tipo, distalinis galiukas 4F diametro.	Iki 5 vnt.	21%	62,57	312,85	Olympus
21	Kaniulės: autoklavuojamos, darbinis ilgis 1900-1950mm, tinkama kanalui 2,2mm, suderinama su vedliu 0,025", distalinis galiukas kūgio formos, distalinis galiukas 3,5F diametro.	Iki 5 vnt.	21%	62,57	312,85	Olympus
22	Polipektominė kilpa: autoklavuojama, ovalo formos, kilpos diametras: 25-28mm, kilpos vielos diametras 0,41-0,44mm, darbinis ilgis: 2300-2350mm, suderinamas su lignoninėje turima rankena MH-264	Iki 4 vnt.	21%	107,02	428,08	Olympus
23	Polipektominė kilpa: autoklavuojama,	Iki 4 vnt.	21%	107,02	428,08	Olympus

	ovalo formos, kilpos diametras: 14-18mm, kilpos vielos diametras 0,41-0,44mm, darbinis ilgis: 2300-2350mm, suderinamas su lignoninėje turima rankena MH-264					
24	Polipektominės kilpos šarvas: autoklavuojama, darbinis ilgis: 2300-2350mm, suderinamas su lignoninėje turima rankena MH-264	Iki 8 vnt.	21%	69,31	554,48	Olympus
25	Valdymo rankena polipektominės kilpos, autoklavuojama	Iki 4 vnt.	21%	104,79	419,16	Olympus
26	Stento įvedimo sistema, daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 8,5 Fr. Stentus, ilgis 1500-1600 mm	1 vnt.	21%	182,59	182,59	Olympus
27	Stento įvedimo sistema, daugkartinio naudojimo, tinkanti įvesti 10 Fr. Stentus, ilgis 1500-1600 mm	1 vnt.	21%	182,59	182,59	Olympus
29	Endoskopinės ligavimo kilpos suderinamos su lignoninėje turima rankena MA-479, darbinis ilgis 2300, kanalas 2.8 mm, skersmuo 30mm skersmens	Iki 20 vnt.	21%	30,00	600,00	Olympus
30	Injekcinės adatos gastrokopijai, vienkartinės, dabinis ilgis 1600-1650mm, adatos diametras 23G, adatos ilgis 4-5 mm, suderinama su lignoninėje turimu šarvu MAJ-67	Iki 24 vnt.	5%	61,95	1486,80	Olympus
31	Injekcinės adatos gastrokopijai, vienkartinės, dabinis ilgis 2300-2350mm, adatos diametras 23G, adatos ilgis 4 mm, suderinama su lignoninėje turimu šarvu MAJ -70	Iki 12 vnt.	5%	61,95	743,40	Olympus
36	Endoskopiniai stemplės metaliniai išsiplečiantys stentai					
36.1	Endoskopiniai viršutinio ir vidurinio stemplės trečdalis metaliniai išsiplečiantys stentai					
	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Dengimo modifikacijos: 1) stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas; 2) pusiau dengti stentai (nedegtais galais). Turi būti galimybė pasirinkti pilnai dengtą stentą apvaliu kaulo formos galu gerybinės striktūros stentavimui ir dengtą stentą su mažiausiai keturiomis išilginėmis antimigracinių gardelių eilėmis migracijos rizikos sumažinimui. Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje turi būti 18 mm, 20 mm, 22 mm; ilgis turi būti nuo 70 mm iki 160 mm ± 10 mm. Stentas turi turėti lasso tipo siūlus abiejuose galuose padėties koregavimui ar ištraukimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokonstrastinių auksinių arba analogiškų žymeklių. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinę įdėjimo priemone. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.	Iki 5 vnt.	5%	611,10	3055,50	M.I.Tech
36.2	Endoskopiniai apatinio stemplės trečdalis metaliniai išsiplečiantys stentai					
	Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar analogiškos vielos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Dengimo modifikacijos: 1) stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele, kuri 1 - 6 mm ilgesnė negu stento nitinolinis karkasas; 2) pusiau dengti stentai (nedengtu prksimaliuoju galu migracijos sumažinimui). Distaliniame stento gale turi būti silikoninis arba analogiškas antrefliuksinis vožtuvas, ne trumpesnis negu 70 mm. Stento išorinis skersmuo darbinėje dalyje turi būti nuo 18 mm iki 22 mm; ilgis turi būti nuo 90 mm iki 170 mm ± 10 mm. Stentas turi turėti lasso tipo siūlus abiejuose galuose padėties koregavimui ar ištraukimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokonstrastinių auksinių arba analogiškų žymeklių. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartinę ne mažesne nei 24 Fr įdėjimo priemone. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.	Iki 12 vnt.	5%	611,10	7333,20	M.I.Tech
	Viso 36 pozicija				10388,70	

40	Akmenų ištraukimo krepšeliai: autoklavuojami, endoskopo kanalui 2,8mm, darbinis ilgis 1900-1950 mm, krepšelio atsidarymas 22-24mm, standžios vielos, 4 vielų.	Iki 8 vnt.	21%	262,59	2100,72	Olympus
----	---	------------	-----	--------	---------	---------

“Užsakovas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
 Liepojos 41,
 LT-92288 Klaipėda
 A/S LT827180500000120325
 AB "Šiaulių bankas", Klaipėdos filialas
 Banko kodas 71805
 Įmonės kodas 190468035



„Tiekėjas”

Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos fil.
 L. Zamenhofo g. 3,
 LT-06332 Vilnius
 A/S LT077044060008063000
 AB SEB bankas
 Banko kodas 70440
 Įmonės kodas 304103972

[Faint, illegible text]

[Handwritten signature]