



Adresas: UAB "Mingeda" ir Ko
Krokuvos g. 11-65, LT-09314 Vilnius
Tel.: 8-5-2724271, Faks: 8-5-2724227,
el.paštas:info@mingeda.lt
Įmonės kodas: 124122896
PVM kodas: LT241228917

PASIŪLYMAS
2020 03 26d

Dėl pusiau automatinių AKS aparatų ir nuotolinio temperatūros matavimo termometrų pirkimo
Pagal:

1. LSMUL Kauno klinikos kviečia Jus dalyvauti neskelbiamoje apklausoje. Perkamų prekių sąrašas bei kiekiai pateikiami:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės (paslaugos) pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina už 1vnt be PVM	Suma be PVM	Suma su PVM
1.	Pusiau automatiniai AKS aparatai UA-705 A&D Company, Japonija	Vnt.	29	50,00	1450,00	1754,50
2.	Nuotolinio temperatūros matavimo terometrai BK-8005 Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd., Kinija	Vnt.	8	90,00	720,00	871,20

2. Pasiūlymas turi atitikti pirkimo sąlygas. Pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas patvirtina, kad sutinka su pirkimo sąlygomis ir kad siūlomos prekės atitinka lentelėje „**Techninė specifikacija**“ pateiktus reikalavimus.
3. Prekių tiekimo terminas – ne vėliau kaip per 1 savaitę nuo užsakymo pateikimo.
4. Pasiūlymas turi būti pateiktas elektroniniu paštu (zivile.budaite@kaunoklinikos.lt) iki **2020-03-27, 9:00** val.
5. Pasiūlymas su priedais turi būti parengtas lietuvių kalba.
6. Pasiūlyme turi būti nurodyta:
 - 6.1. Siūlomos prekės pavadinimas, kiekis, kaina Eur (su PVM): vieneto ir bendra.
 - 6.2. Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir/arba kodas.
7. Reikalaujama, kad Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą savarankiškai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis, nurodytų, kokius subtiekejus sutartinių įsipareigojimų vykdymui jis ketina pasitelkti (jei ketina). Jų pasitelkimas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Pirkimo sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju Tiekėjas pilnai privalo prisiimti atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį. Pastaba: Pardavėjas, iš anksto raštu suderinęs su Pirkėju, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekejus, tačiau pakeisti subtiekejai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subtiekejai nurodyti Pasiūlyme. Be raštiško Pirkėjo sutikimo pasitelkti kitus, nei apklausos Pasiūlyme nurodyti, subtiekejus draudžiama.
8. Pasiūlymas bus vertinamas eurai, pagal kainos kriterijų.
9. Apmokėjimo terminas – ne vėliau kaip per 30 dienų po prekių pristatymo.
10. Priklausomai nuo sutarties sumos, neskelbiamą apklausą laimėjęs Tiekėjas bus kviečiamas pasirašyti žodinę sutartį arba rašytinę pridedamos formos sutartį (esant 1000 Eur (be PVM) ir didesnei sutarties sumai, sutartis sudaroma raštu).

SVARBU: 2017 m. birželio 19 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius įsakymu Nr. 1S-91 patvirtino „Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas“, kuriuo vadovaujantis perkančiosios organizacijos per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo privalo paskelbti laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis bei jų pakeitimus. Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjų pasiūlymai turi būti teikiami aiškiai nurodant, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti „Konfidencialu“ ir kurie nebus faile (-uose) pažymėti žodžiu „Konfidencialu“.

LSMUL Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos
Vyresnioji inžinierė,
pirkimų organizatorė

Živilė Budaitė

Pasiūlymą pasirašo:
UAB "Mingeda" ir Ko
Direktorius Arvydas Juozas Katalinas

Medicininės technikos techninė specifikacija

Pirma pirkimo dalis: Pusiau automatinis arterinio kraujo spaudimo aparatas
UA-705 A&D Company, Japonija (kiekis 29 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės, orientaciniai prekių kiekiai	Siūlomos parametrų reikšmės
1.1.	Paskirtis	Pusiau automatinis, kliniškai patikrintas (tinkantis naudoti gydymo įstaigoje) ant stalo ar kito horizontalaus paviršiaus statomas aparatas, skirtas arterinio kraujo spaudimo ir pulso matavimui	UA-705 A&D Company, Japonija Atitinka
1.2.	Manžetės pripūtimas iki reikiamo slėgio	Rankinis pumpavimas gumine kriaušė	Atitinka
1.3.	Oro iš manžetės išleidimas	Rankinis, greitu oro išleidimo vožtuvu	Atitinka
1.4.	Arterinio kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	Nuo 30 iki 280 mmHg	20-280 mmHg
1.5.	Pulso matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	Nuo 40 iki 180 kartų/min.	40 iki 180 kartų/min
1.6.	Matavimo tikslumas	1. Arterinio kraujo spaudimo matavimo paklaida ne didesnė kaip ± 3 mmHg arba 2% (priklausomai kuris didesnis); 2. Pulso matavimo paklaida ne didesnė kaip ± 5 % nuo rodomos išmatuoto parametro vertės	Atitinka
1.7.	Matavimo rezultatų ir informacinių pranešimų atvaizdavimas	Matavimo rezultatai ir informaciniai pranešimai atvaizduojami skaitmeniniame ekrane (LCD tipo arba lygiaverčiame)	Atitinka
1.8.	Automatinis trijų matavimų rezultatų vidurkinimo režimas	Būtinai	Visų matavimų vidurkio skaičiavimas
1.9.	Matavimo rezultatų (su matavimo datos ir laiko informacija) atmintis	Ne mažiau kaip 14 matavimų	30 matavimų (datos ir laiko neturi) atmintis
1.10.	Aparato manžetė	Prailginta, tinkanti vidutinės ir didelės apimties (nuo 24 cm iki 42 cm) suaugusiojo paciento rankai. <u>Pastaba:</u> alternatyviai gali būti siūlomos dvi skirtingo dydžio manžetės, apimančios aukščiau nurodytą rankos apimties diapazoną).	Viena manžetė tinkanti nuo 22 cm iki 42 cm paciento rankai.
1.11.	Aparato darbui tinkami maitinimo šaltiniai	1. Standartinis (-ai) galvaninis (-ai) maitinimo elementas (-ai); Arba: 2. Standartinis (-ai) galvaninis (-ai) maitinimo elementas (-ai) ir 230V, 50 Hz elektros tinklas (<i>būtinai tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas, kad kiekvienas aparatas bus pateiktas komplekte su darbiniu maitinimo elementų komplektu bei (jei taikoma) adapteriu maitinimui iš elektros tinklo</i>)	Standartinis (-ai) galvaninis (-ai) maitinimo elementas (-

1.12.	Ženklinimas serijiniu numeriu	Būtinas (<i>būtinąs tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas, kad kiekvienas aparatas bus paženklintas unikaliu, nesikartojančiu serijiniu numeriu, o serijinio numerio užrašas bus ilgalaikis, t.y. nenusitrinantis, neišblunkantis</i>)	Atitinka
1.13.	Metrologinė patikra	Būtina (<i>būtinąs tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas, kad aparatas bus pateiktas su galiojančia metrologine patikra</i>)	Atitinka
1.14.	Žymėjimas CE ženklu (pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus)	Būtinas (<i>kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio dokumento, liudijančio aparato žymėjimą CE ženklu, kopija</i>)	Atitinka
1.15.	Garantija	Aparato garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai, manžetės (-čių) – ne trumpesnis kaip 1 metai	Aparato garantija 5 metai, manžetės (-čių) – 1 metai
1.16.	Kartu su aparatu pateikiami dokumentai	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Atitinka

Papildomas reikalavimas:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

**Antra pirkimo dalis: Nuotoliniai temperatūros matavimo termometrai
BK-8005 Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd., Kinija (kiekis 8 vnt.)**

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametų reikšmės, orientaciniai prekių kiekiai	Siūloma parametro reikšmė
2.1.	Paskirtis	Automatinis, kliniškai testuotas (tinkantis naudoti gydymo įstaigoje) rankinis belaidis prietaisas, skirtas paciento kūno temperatūros ir kitų objektų paviršiaus temperatūros matavimui	BK-8005 Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd., Kinija Atitinka
2.2.	Temperatūros matavimo būdas	Bekontaktinis. Paciento temperatūra matuojama kaktos arba smilkinio srityje.	Atitinka
2.3.	Temperatūros matavimo vienetai	°C	
2.4.	Temperatūros matavimo trukmė	Ne ilgiau kaip 3 sekundės	1 s
2.5.	Kūno paviršiaus temperatūros matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	Nuo 34 iki 42 °C	32 -42 °C
2.6.	Kūno paviršiaus temperatūros matavimo paklaida	Ne daugiau kaip $\pm 0,2$ °C (matavimo intervale nuo 35 iki 42 °C)	Atitinka
2.7.	Objektų paviršiaus temperatūros matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)	Nuo 5 iki 80 °C	5 iki 80 °C
2.8.	Objektų paviršiaus temperatūros matavimo paklaida	Ne daugiau kaip ± 2 °C arba ne daugiau kaip $\pm 4\%$ (matavimo intervale nuo 5 iki 80 °C)	$\pm 0,3$ °C
2.9.	Matavimo rezultatų ir informacinių pranešimų atvaizdavimas	Matavimo rezultatai ir informaciniai pranešimai atvaizduojami skaitmeniniame ekrane (LCD tipo arba lygiaverčiame)	Atitinka
2.10.	Pranešimas apie matavimo pabaigą	Apie matavimo pabaigą prietaisas praneša garsiniu signalu. Turi būti galimybė, esant poreikiui, garsinio signalo funkciją išjungti.	Atitinka

2.11.	Informaciniai pranešimai prietaiso ekrane:	1. Išmatuota temperatūra nesiekia gamintojo numatyto matavimo diapazono apatinės ribinės vertės; 2. Išmatuota temperatūra viršija gamintojo numatyto matavimo diapazono viršutinę ribinę vertę; 3. Išseko maitinimo elementas;	1. Atitinka; 2. Atitinka 3. Atitinka;
2.12.	Prietaiso automatinio išsijungimo funkcija	Būtina	Atitinka
2.13.	Matavimo rezultatų (su matavimo datos ir laiko informacija) atmintis	Išsaugomi ne mažiau kaip 25 paskutinių matavimų rezultatai	32 paskutinių matavimų rezultatai
2.14.	Termometro elektros maitinimo šaltinis	Standartinis (-iai) vidinis (-iai) maitinimo elementas (-ai), užtikrinantis (-ys) ne mažiau kaip 1900 temperatūros matavimų atlikimą (<i>būtinai tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas, kad kiekvienas termometras bus pateiktas komplekte su maitinimo elementu (-ais)</i>)	Atitinka
2.15.	Ženklinimas serijiniu numeriu	Būtinai (<i>būtinai tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas, kad kiekvienas termometras bus paženklintas unikaliu, nesikartojančiu serijiniu numeriu, o serijinio numerio užrašas bus ilgalaikis, t.y. nenusitrinantis, neišblunkantis</i>)	Atitinka
2.16.	Metrologinė patikra	Būtina (būtinai tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas, kad termometras bus pateiktas su galiojančia metrologine patikra)	Atitinka
2.17.	Žymėjimas CE ženklu (pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus)	Būtinai (<i>kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio dokumento, liudijančio termometro žymėjimą CE ženklu, kopija</i>)	Atitinka
2.18.	Garantija	Ne trumpesnė kaip 36 mėnesiai	36 mėnesiai
2.19.	Kartu su termometru pateikiami dokumentai	Naudojimo instrukcija lietuvių kalba	Atitinka

Papildomas reikalavimas:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.