

UAB „Slaugivita”
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas LT454403610

Marijampolės specialieji socialinės globos namai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO**

2020 m. gegužės 6 d., Nr. 20/21233

(Data)

Šiauliai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Slaugivita“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Daiva Čekienė
Telefono numeris	841 522439
Fakso numeris	841 595279
El. pašto adresas	info@slaugivita.com
Atsiskaitomoji sąskaita	LT98 7300 0100 8946 0228

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygose, pateiktose CVP IS;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Įsipareigojame naudoti Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją tik sutartyje numatytiems tikslams pasiekti.

Mes siūlome šias Prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Vnt. kaina Eur su PVM
1.	Stacionarus ligonių keltuvas (GH3, Basic High; V. Guldmann A/S)	vnt.	1	3904,76	4100,00
	Iš viso:	X	X	X	4100,00

Bendra pasiūlymo kaina 4100,00 (keturi tūkstančiai vienas šimtas eurų 00 ct)
(suma žodžiais)

Eur su PVM.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 195,24 Eur.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Gamintojo dokumentai	34
2.	Igaliojimas pasirašyti dokumentus	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (informacija laikytina konfidencialia)	Pateikto dokumento puslapis (-iai)

Viešųjų pirkimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė

(Vardas ir pavardė)

STACIONARAUS LIGONIŲ KELTUVO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nr.	Gaminio charakteristika	Reikalavimai	Atitikimas Nurodyti gamintoją ir modelį
1.	Paskirtis	Kėlimo sistema, skirta kelti pacientus iš /į lovos, vežimėlio, nuo grindų.	V. Guldmann A/S; GH3, Basic High. Kėlimo sistema, skirta kelti pacientus iš /į lovos, vežimėlio, nuo grindų. <i>Gamintojo dokumentai, psl.2</i>
2	Komplektacija	Bėgių sistema, elektrinis keltuvas (1vnt.) su kėlimo diržo laikikliu (1vnt) ir valdymo pulteliu (1vnt), kėlimo diržas (1vnt).	Bėgių sistema, elektrinis keltuvas (1vnt.) su kėlimo diržo laikikliu (1vnt) ir valdymo pulteliu (1vnt), kėlimo diržas (1vnt). <i>Gamintojo dokumentai, psl.6,4,17,16</i>
3.	Bėginės sistemos bėgiai	Darbo zonos išmatavimai. Tiekėjas turi atvykti įvertinti patalpą ir parengti keltuvo išdėstymo planą (brėžinį).	Darbo zonos išmatavimai. Tiekėjas atvyks įvertinti patalpą ir parengti keltuvo išdėstymo planą (brėžinį). <i>Gamintojo dokumentai, psl.6,7</i>
4.	Keltuvo keliamoji galia	Ne mažiau kaip 200 kg.	200 kg. <i>Gamintojo dokumentai, psl.4</i>
5.	Kėlimo greitis	Pilnai pakrauto ne mažiau kaip 4 cm/s.	Pilnai pakrauto 4 cm/s. <i>Gamintojo dokumentai, psl.19</i>
6.	Kėlimo greitis	Minimaliai pakrauto ne mažiau kaip 6 cm/s. Turi būti galimybė nustatyti lėtesnį greitį.	Minimaliai pakrauto 10 cm/s. Galima nustatyti lėtesnį greitį. <i>Gamintojo dokumentai, psl.19</i>
7.	Keltuvo diržo ilgis	Ne mažiau kaip 250 (±2) cm.	250 cm. <i>Gamintojo dokumentai, psl.20</i>
8.	Keltuvo valdymas	Pultelio pagalba.	Pultelio pagalba. <i>Gamintojo dokumentai, psl.19</i>
9.	Bendras keltuvo svoris	Ne daugiau kaip 10 kg.	9,6 kg. <i>Gamintojo dokumentai, psl.19</i>
10.	Avarinis stabdymas ir nuleidimas	Virvės pagalba, patempus nuleidžiamas. Turi būti mechaninis variklio diržo nuleidimas būdas.	Virvės pagalba, patempus nuleidžiamas. Yra mechaninis variklio diržo nuleidimas būdas. <i>Gamintojo dokumentai, psl.20</i>
11.	Krovimas	Keltuvas turi būti kraunamas automatiškai per bėgius.	Keltuvas kraunamas automatiškai per bėgius. <i>Gamintojo dokumentai, psl.3</i>
12.	Įspėjamieji signalai	Turi būti įspėjantys signalai apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą.	Yra įspėjantys signalai apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą. <i>Gamintojo dokumentai, psl.21</i>
13.	Pultelis	Laidinis pultelis su mygtukais „aukštn“ ir „žemyn“. Pultelis turi turėti tvirtinimo laikiklius, kurie tvirtinasi prie diržų skersinio.	Laidinis pultelis su mygtukais „aukštn“ ir „žemyn“. Pultelis turi tvirtinimo laikiklius, kurie tvirtinasi prie diržų skersinio. <i>Gamintojo dokumentai, psl.22, 23,4</i>
14.	Diržų skersinis	Skersinis diržų laikiklis nuimamas tik paspaudus	Skersinis diržų laikiklis nuimamas tik paspaudus saugos mygtuką. Skersinis yra

		saugos mygtuką. Skersinis yra dengtas plastik, kabliukai nerūdijančio metalo.	dengtas plastik, kabliukai nerūdijančio metalo. <i>Gamintojo dokumentai, psl.17</i>
15.	Baterija	24V, 2,8Ah, baterijos įkroviklis 100-240V 50-60 Hz, baterijos įkrovimo trukmė ne ilgesnė nei 2 valandos. Baterija pagaminta iš NiMH 2,8 arba lygiavertės medžiagos.	24V, 2,8Ah, baterijos įkroviklis 100-240V 50-60 Hz, baterijos įkrovimo trukmė 2 valandos. Baterija pagaminta iš NiMH 2,8 medžiagos. <i>Gamintojo dokumentai, psl.21</i>
16.	Apsaugos klasė	Keltuvui ne žemesnė nei IP 20. Valdymo pulteliui IP 44.	Keltuvui IP 20. Valdymo pulteliui IP 44. <i>Gamintojo dokumentai, psl.21</i>
17.	Triukšmas	Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 52 dB.	Keltuvo keliamas darbinis triukšmas 52 dB. <i>Gamintojo dokumentai, psl.19</i>
18.	Klasifikavimas ir sertifikavimas	CE, ISO arba kitas produkto kokybės atitikimą patvirtinantis sertifikatas.	CE produkto kokybės atitikimą patvirtinantis sertifikatas. <i>Gamintojo dokumentai, psl.24-26</i>
19.	Akreditacija	Tiekėjas turi būti akredituotas valstybės kreditavimo įstaigos atlikti stacionariems lubiniams keltuvams kasmetinę techninės būklės tikrinimą .	Tiekėjas yra akredituotas valstybės kreditavimo įstaigos atlikti stacionariems lubiniams keltuvams kasmetinę techninės būklės tikrinimą . <i>Gamintojo dokumentai, psl.26</i>
20.	Standartinis kėlimo diržas aukšta nugara 1vnt.	Kėlimo diržas prilaikantis paciento galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Dydžiai nuo XS iki XL. Maksimalus keliamo paciento svoris ne mažesnis nei 250 kg. Turi turėti pagalbines rankenėles, diržo pozicionavimo kišenėlę ir sustiprintą kojų dalį. Turi būti skalbiamas iki 80° C vandenyje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje.	Kėlimo diržas prilaikantis paciento galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Dydžiai nuo XS iki XL. Maksimalus keliamo paciento svoris 255 kg. Turi pagalbines rankenėles, diržo pozicionavimo kišenėlę ir sustiprintą kojų dalį. Skalbiamas iki 80° C vandenyje, džiovinamas džiovyklėje žemoje temperatūroje. <i>Gamintojo dokumentai, psl.15,14</i>
21.	Dokumentai įrodantys atitikimą techniniams reikalavimams.	Būtina pateikti gamintojo paruoštus, originalo kalba ir lietuviškus gaminio aprašymus su pažymėtais specifikacijai atitinkančiais parametrais, pateikti gamintojo internetinio puslapio nuorodą, kurioje būtų galima patikrinti atitikimą reikalavimams.	Pateiktas gamintojo paruoštas, originalo kalba ir lietuviškas gaminio aprašymas su pažymėtais specifikacijai atitinkančiais parametrais. <i>Gamintojo dokumentai, psl.1-23</i> Pateikta gamintojo internetinio puslapio nuoroda, kurioje galima patikrinti atitikimą reikalavimams. https://www.guldmann.com/int/products/ceili-ng-hoist-systems/lifting-modules/gh3

		Būtina pateikti gamintojo įgaliojimą parduoti ir atlikti gaminių aptarnavimą. Pareikalavus tiekėjas turi pateikti keltuvo variklio, skersinio ir diržų pavyzdžius.	https://www.guldmann.com/int/products/lifting-accessories/lifting-hangers/lifting-hanger https://www.guldmann.com/int/products/sling/abc-slings/basic-high Pateiktas gamintojo įgaliojimas parduoti ir atlikti gaminių aptarnavimą. <i>Gamintojo dokumentai, psl.28-29</i> Pareikalavus tiekėjas pateiks keltuvo variklio, skersinio ir diržų pavyzdžius.
22.	Garantinis laikotarpis	Ne trumpesnis kaip 2 metai.	2 metai.