



Uždaroji Akcinė Bendrovė „ANALIZĖ“

Studentų g. 9, 53361 Akademija, Kauno raj. Tel./faks.: (8-37) 397316, 397377 El/ p analyze@takas.lt Rejestro tvarkytojas
VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas Rejestro Nr. 91-553, Kodas 132797911, PVM
mokėtojo kodas LT327979113 Atsisk. Sąsk. LT33 7044 0600 0292 9971 AB SEB bankas

VšĮ Karoliniškių poliklinikai

**PASIŪLYMAS
DĖL ANESTETIKŲ IR ODONTOLOGINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO**

2015 Gegužės 29 Nr. PAS 05/29-02

(Data)

Kauno raj.

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Analizė“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Studentų g. 9 LT-53361 Akademija, Kauno raj. Jovarų g. 2
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	132797911, LT327979113
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT33 7044 0600 0292 9971 AB SEB bankas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Linas Urba
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Linas Urba
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Roberta Štombergienė Pardavimų vadybininkė
Telefono numeris	8 37 563754, +370 620 19910
Fakso numeris	8 37 328085
El. pašto adresas	roberta@analyzedental.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
 - supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas visą CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Numatomas kiekis 1 metams	Vieneto kaina be PVM, Eur	Viso kiekio kaina be PVM, Eur	Viso kiekio kaina su PVM, Eur	Siūlomos prekės gamintojas	Siūlomos prekės komercinis pavadinimas	Siūloma pakuotė
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 pirkimo dalis – anestetikai							
1	Su epinefrinu, karpulėmis	20000 vnt.	0,362	7240	7602	3M	Ubistesin forte	50
2	Be epinefrino, karpulėmis	1000 vnt.	0,376	376	394,80	3M	mepivastesin	50
3	Karpulinės adatos	21000 vnt.	0,03	630	661,50	Technofar	sirio	100
Bendra 1 pirkimo dalies kaina:					8658,30	-	-	-
	2 pirkimo dalis – intraligamentinis švirkštas							
1	Intraligamentinis cilindrinis karpulių švirkštas	10 vnt.	155,58	1555,80	1882,52	Medesy	intarliogamentinis	10

Bendra pasiūlymo kaina dėl 1 pirkimo dalies (įskaitant PVM) yra Aštuoni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni Eur ir trisdešimt sentų [įrašyti sumą žodžiais] 8658,30 .

Bendra pasiūlymo kaina dėl 2 pirkimo dalies (įskaitant PVM) yra Vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt du Eurai ir penkiasdešimt du centai [įrašyti sumą žodžiais] 1882,52 .

Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, jog siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Tą patvirtindami **kartu su pasiūlymu teikiame užpildytą siūlomų prekių techninės specifikacijos lentelę**, parengtą pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įmonės pažymėjimas	1
2	Didmeninio platinimo licencija	3
3	Įstatai	4
4	Geros Praktikos Platinimo Pažymėjimas	1
5	Deklaracija	2
6	Pažyma patvirtinanti jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomus dokumentus	2
7	Kvalifikacijos dokumentai	6 aplankalai

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuos numatyto termino.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Linus Urba
(vardas ir pavardė)

ANESTETIKŲ IR ODONTOLOGINIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus (ju nepateikus pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų):

1. **Atitikties sertifikatas** arba lygiavertis dokumentas;
2. **Prekės aprašymo ir naudojimo instrukcija**;
3. **kiti dokumentai**, nurodomi prie atskirų pirkimo dalių.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių techninės charakteristikos	Numatomas poreikis 1 metams	Siūlomų prekių atitikimas nustatytoms techninėms charakteristikoms
1 pirkimo dalis „Anestetikai“				
Kartu su pasiūlymu būtina pateikti vaisto registracijos liudijimo skaitmeninę kopiją				
1.1	Su epinefrinu, karpulėmis	40 mg artikaino hidrochlorido, 0,012 mg epiefrino hidrochlorido, 0,6 mg (maks.) bevandenio natrio sulfite (maks. 0,31mgSO ₂ natriochlorido, vandens inj. Skirtas: Infiltracinei ir laidinei nejautrai, atliekant danties ekstrakciją ir trepanaciją, osteotomiją, Caldwell-Luc operaciją, cistektomiją, apikektomiją. Medikamentas turi būti supakuotas saugioje metalinėje dėžutėje su apsauga nuo sudaužymo. Karpulės po 1,7 ml., iš vidaus turi būti padengtos silikonu.	20000 vnt.	40 mg artikaino hidrochlorido, 0,012 mg epiefrino hidrochlorido, 0,6 mg (maks.) bevandenio natrio sulfite (maks. 0,31mgSO ₂ natriochlorido, vandens inj. Skirtas: Infiltracinei ir laidinei nejautrai, atliekant danties ekstrakciją ir trepanaciją, osteotomiją, Caldwell-Luc operaciją, cistektomiją, apikektomiją. Medikamentas turi būti supakuotas saugioje metalinėje dėžutėje su apsauga nuo sudaužymo. Karpulės po 1,7 ml., iš vidaus turi būti padengtos silikonu.
1.2	Be epinefrino, karpulėmis	30.00 mg mepivakaino hidrochlorido, be vazokonstriktorių Anilidų tipo anestetikas Karpulės iš vidaus turi būti padengtos silikonu, Medikamentas turi būti supakuotas metalinėje dėžutėje, po 50 vnt. Skirtas: Infiltracinei ir laidinei nejautrai, atliekant danties ekstrakciją ir trepanaciją, osteotomiją, Caldwell-Luc operaciją, cistektomiją, apikektomiją. Medikamentas turi būti supakuotas saugioje metalinėje dėžutėje su apsauga nuo sudaužymo. Karpulės po 1,7 ml., iš vidaus turi būti padengtos silikonu.	1000 vnt.	30.00 mg mepivakaino hidrochlorido, be vazokonstriktorių Anilidų tipo anestetikas Karpulės iš vidaus turi būti padengtos silikonu, Medikamentas turi būti supakuotas metalinėje dėžutėje, po 50 vnt. Skirtas: Infiltracinei ir laidinei nejautrai, atliekant danties ekstrakciją ir trepanaciją, osteotomiją, Caldwell-Luc operaciją, cistektomiją, apikektomiją. Medikamentas turi būti supakuotas saugioje metalinėje dėžutėje su apsauga nuo sudaužymo. Karpulės

				po 1,7 ml., iš vidaus turi būti padengtos silikonu.
1.3	Karpulinės adatos	Turi atitikti ES arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Dydžiai: 03x12,16, 25mm, 04x34mm, aštrios, europiniam antgaliui, netraumuojančios audinių, nesideformuojančios, panaudojus pritaikytos nuimti adatų nuėmimo konteineriuose, <u>turi būti žymėjimas ant adatos (taškiukas), kuris žymi adatos „nukirtimo“ vietą.</u>	21000 vnt.	Turi atitikti ES arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Dydžiai: 03x12,16, 25mm, 04x34mm, aštrios, europiniam antgaliui, netraumuojančios audinių, nesideformuojančios, panaudojus pritaikytos nuimti adatų nuėmimo konteineriuose, <u>turi būti žymėjimas ant adatos (taškiukas), kuris žymi adatos „nukirtimo“ vietą.</u>
2 pirkimo dalis „Intraligamentinis švirkštas“. Turi atitikti ES arba lygiaverčių standartų reikalavimus				
2.1	Intraligamentinis cilindrinis karpulių švirkštas	Skirtas intraligamentinei ir intraseptalinei anestezijai, turi atitikti „Sopira Citoject“ arba būti jam lygiavertis, <u>abu švirkšto galai turi būti aptakios pieštuko formos,</u> adatostvirtinimovietairkorpusasturisudaryti 45 laipsnių kampą, su „paprasto naudojimo“ dozavimo svirtimi, Tiksliai sriegiu paprastam naudojimui (tvarkymui). skirtas naudoti su standartinėmis kasetėmis iki 1,8 ml. Turi tiktai europiniam karpulinio švirkšto antgaliui tinkančios standartinės adatos, dozuojama paspaudimu, sušvirkščiant apie 0.06 ml. Anestetiko. Turi būti sterilizuojamas ir autoklavuojamas	10vnt.	Skirtas intraligamentinei ir intraseptalinei anestezijai, turi atitikti „Sopira Citoject“ arba būti jam lygiavertis, <u>abu švirkšto galai turi būti aptakios pieštuko formos,</u> adatostvirtinimovietairkorpusasturisudaryti 45 laipsnių kampą, su „paprasto naudojimo“ dozavimo svirtimi, Tiksliai sriegiu paprastam naudojimui (tvarkymui). skirtas naudoti su standartinėmis kasetėmis iki 1,8 ml. Turi tiktai europiniam karpulinio švirkšto antgaliui tinkančios standartinės adatos, dozuojama paspaudimu, sušvirkščiant apie 0.06 ml. Anestetiko. Turi būti sterilizuojamas ir autoklavuojamas