

PASIŪLYMAS DĖL CBRN MEDŽIAGŲ APTIKIMO IR IDENTIFIKAVIMO PRIETAISO PIRKIMO

2020-05-11

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)</i>	UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex"
Tiekėjo adresas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	Laisvės pr. 117A-37, LT-06118 Vilnius
Įmonės (kodas) (-ai)	120375749
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Generalinė direktorė Zinaida Tamaševičienė
Telefono numeris	+370 5 2737292
Fakso numeris	Nenaudojamas
El. pašto adresas	info@novatex.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Kvietime teikti pasiūlymus;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
- 4) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
- 5) Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Naujas, CBRN medžiagų aptikimo ir identifikavimo prietaisas

Gamintojas: FLIR (JAV)

Modelis, versija (jei yra): GRIFFIN G510

Naujas, nešiojamas prietaisas CBRN medžiagų aptikimui ir identifikavimui

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS (PATEIKITE KONKREČIUS DUOMENIS)
1.	Prietaiso funkciniai reikalavimai	Prietaisas turi būti naujas, prietaisas privalo gebėti analizuoti medžiagas esančias dujinėje, skystoje ar kietoje būsenoje; prietaiso veikimo principas – masės spektrometras (MS) - dujų chromatografas (GC); prietaisas turi turėti integruotus: kaitinamų pavyzdžių zoną, oro pompą ir skysčio injektorius; prietaisas turi veikti paieškos ir identifikavimo režimuose; paieškos režimu medžiagų aptikimas turi vykti realiu laiku (priimtinas kelių sekundžių uždelsimas); pilno identifikavimo laikas ne	Prietaisas naujas, gali analizuoti medžiagas esančias dujinėje, skystoje ar kietoje būsenoje (tam skirti priedai įtraukti į kainą). Prietaiso veikimo principas MS/GC; Prietaisas turi integruotus: kaitinamų pavyzdžių zoną, oro pompą ir skysčio injektorius; Pasirenkamas paieškos arba identifikavimo režimai; paieškos režimu medžiagų aptikimas vyksta realiu laiku; pilno identifikavimo laikas nuo 4 iki 15 min. priklausomai nuo medžiagos; prietaisas pritaikytas darbui

		daugiau 15 min.; prietaisas turi būti pritaikytas darbui užterštose aplinkose ir dekontaminavimui, apsaugos klasė ne žemesnė nei IP-65; parengto naudojimui prietaiso masė ne didesnė nei 19 kg. Prietaisas turi veikti autonomiškai (nuo baterijų), bei turėti galimybę prijungti jį prie kintamos įtampos 220-240 V 50 Hz. Šaltinio (šiuo režimu jis turi įkrauti įdėtus akumuliatorius); prietaisas turi turėti liečiamą displejų ir (ar) valdymo mygtukus leidžiančius dirbti su guminėmis pirštinėmis, prietaiso pateikiama vaizdinė identifikavimo informacija: nustatyta medžiaga ir jos spektras, rezultato patikimumas, kita svarbi informacija; Prietaiso pasirengimo darbo laikas ne daugiau 15 min.; prietaisas turi identifikuoti ne mažiau kaip 200.000 medžiagų; prietaisas turi turėti galimybę jungtis prie kompiuterio duomenų perkėlimui. Prietaiso naudojimo meniu turi būti anglų kalba, lietuvių kalba būtų privalumas.	užterštose aplinkose ir dekontaminavimui, apsaugos klasė IP-65; Prietaiso masė 16,3 kg įskaitant akumuliatorius, dujų nešiklio kasetę ir vakuumo sistemą. Prietaisas gali veikti autonomiškai (nuo baterijų) bei nuo kintamos įtampos 220-240 V 50 Hz. šaltinio (šiuo režimu jis taip pat įkrauna akumuliatorius); prietaisas turi liečiamą displejų ir leidžiantį dirbti dėvint apsaugines priemones, prietaiso pateikiama vaizdinė identifikavimo informacija: nustatyta medžiaga ir jos spektras, rezultato patikimumas, kita; Prietaiso pasirengimo darbo laikas - 15 min. nuo šalto paleidimo iki pilno pasiruošimo darbui; Prietaiso biblioteka susideda iš kelių bibliotekų, bendras medžiagų kiekis viršija 200.000 medžiagų; prietaisas turi galimybę jungtis prie kompiuterio duomenų perkėlimui. Programinė įranga vienam kompiuteriui įtraukta į kainą. Prietaiso naudojimo meniu yra anglų kalba.
3.	Prietaisas turi atitikti šiuos ar jiems prilygintus standartus	Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65 CE (sertifikatas, ar kopija) Atsparumas išoriniam poveikiui turi būti išbandytas pagal MIL STD 810G standarto procedūrą 516.7	IP65 CE deklaracijos kopija pridedama Atsparumas išoriniam poveikiui išbandytas pagal MIL STD 810G standarto procedūrą 516.7
4.	Prietaiso darbinė temperatūra	Ne siauresnė nei nuo 0°C iki +40°C	nuo 0°C iki +40°C
5.	Prietaiso maitinimas	Prietaiso darbo laikas su vienu baterijų komplektu paieškos režimu ne mažiau 4 val. identifikavimo ne mažiau 2 val.	Prietaiso darbo laikas su vienu baterijų komplektu paieškos režimu 4 val. identifikavimo - 2 val.

Transportavimo ir saugojimo lagaminas

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS (PATEIKITE KONKREČIUS DUOMENIS)
1.	Medžiagos	Tvirtas, prietaiso ir jo priedų saugojimui skirtas, sandariai užsidarantis lagaminas	Įtrauktas į kainą
2.	Spalva	juoda	Juoda

Priedai prietaisui

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS (PATEIKITE KONKREČIUS DUOMENIS)
1.	Būtinai prietaiso priedai	2 komplektai akumuliatorių, išorinis akumuliatorių įkroviklis, priedas išoriniam prietaiso maitinimui iš 220-240 V el. tinklo, Europinis el. kištukas „tipas F“; priedai ar priedėliai skystų mėginių paėmimui (jei tokie reikalingi ir jie neįeina į bazinį priedų rinkinį); priedai skystų ar birių tiriamų medžiagų ruošinių paruošimui. Skaiciuojant ne mažiau 200 mėginių. (jei tokie reikalingi ir jie neįeina į bazinį priedų rinkinį); darbui būtinos eksploatacinės medžiagos (nešančių dujų kasetės ar pan.) – ne mažiau kaip 1500 matavimų atlikti (jei jos būtinos prietaiso darbui); laidai ir programinė įranga prietaiso prijungimui prie kompiuterio	2 papildomi akumuliatoriai, akumuliatorių įkroviklis, maitinimo kabeliai yra prietaiso ir įkroviklio standartinė dalis; skystiems ir biriems mėginiams naudojamas G510 pavyzdžių paruošimo rinkinys bei GC/MS injektoriaus aptarnavimo rinkinys; helio nešančių dujų kasetė 13L – pakuotė iš 20 vnt., užtenka 1500 – 2000 mėginių; laidai ir programinė įranga prietaiso prijungimui prie kompiuterio yra standartinėje prietaiso komplektacijoje

Paslaugos susijusios su prietaiso įsigijimu

EIL. NR.	PARAMETRAS	KIEKIS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS (PATEIKITE KONKREČIUS DUOMENIS)
1.	Trumpa prietaiso naudotojo atmintinė anglų kalba	1	Trumpa, telpanti lagamine, prietaiso naudojimo instrukcija	Bus pateikta
2.	Trumpa prietaiso naudotojo atmintinė lietuvių kalba	2	Trumpa, laminuota, telpanti lagamine prietaiso naudojimo instrukcija	Bus pateikta
3.	Išsami naudojimo ir priežiūros instrukcija anglų kalba	1	Išsami prietaiso naudojimo ir priežiūros instrukcija). Atspausdinta arba elektroniniu pdf formatu	Bus pateikta
4.	Išsami naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba	1	Išsami prietaiso naudojimo ir priežiūros instrukcija elektroniniu pdf formatu	Bus pateikta
5.	Garantinis aptarnavimas		Ne trumpesnis nei 1 metų garantinis aptarnavimas nuo perdavimo Departamentui momento	1 metai.
6.	Prietaiso bibliotekos palaikymas		Prietaiso bibliotekos palaikymas ir atnaujinimas ne trumpiau nei 12 mėn.	Prietaiso bibliotekos palaikymas ir atnaujinimas 12 mėn.
7.	Pardavėjo lėšomis organizuoti mokymai naudotis prietaisu	20 pareigūnų	2 pareigūnams instruktorių lygmens mokymai 18 pareigūnų naudotojo lygmens mokymai	Bus apmokyti 20 pareigūnų

Kaina

Eil. Nr.	Gaminys (paslauga)	Kiekis	Mat. vnt.	Kaina, EUR
1.	Naujas, CBRN medžiagų aptikimo ir identifikavimo prietaisas	1	vnt.	118'723.00
2.	Transportavimo ir saugojimo lagaminas	1	vnt.	[traukta į prietaiso kainą]
3.	Priedai prietaisui			3'269.00
4.	Paslaugos susijusios su prietaiso įsigijimu			0.00
Kaina be PVM, Eur				121'992.00
PVM, Eur				25'618.32
Kaina su PVM, Eur				147'610.32

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pirkimo objektas apima visas užduotis bei išlaidas/ mokesčius, reikalingas sutarčiai įvykdyti.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM žodžiais: vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai dešimt Eur. 32 cnt.

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės.

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame Karinių produktų skyriaus vadovą Algirdą Jankūną, 8 611 56384.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Kvalifikacinis reikalavimas kurį šis dokumentas patvirtina	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD dokumentas (02 espd-response)	I, II, III	15
2.	Brošiūra (03 FLIR_GRIFFIN_G510)	6.11.6	2
3.	CE deklaracija (04 G510 EC Declaration of Conformity)	TS 1.1.3	1

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje arba nurodomas dokumento pavadinimas

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

**Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo
viešai prieinamus informacijos šaltinius.**

parengtus prekių aprašymus arba nurodas į

Generalinė direktorė Zinaida Tamaševičienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

