

PANAUDOS SUTARTIS Nr. 04. 2 - 20 - 0011

2020 m. 05. 18., Klaipėda

Thermo Fisher Diagnostics Oy (toliau - Panaudos davėjas),
adresas: Ratastie 2, P.O.BOX 100, FI-01621 Vantaa, Suomija, tel. 8 68253782, įmonės kodas FI 17495281,
atstovaujama direktoriaus direktorės Josefina Alander - viena šalis,

ir

VšĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖ LIGONINĖ, (toliau - Panaudos gavėjas),
adresas: Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Tel. (8 46) 39 65 02, Faks. (8 46) 39 66 25,
Įm. kodas 190468035, PVM mokėtojo kodas LT9046803514,
atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio - kita šalis,

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią panaudos sutartį (toliau - Sutartis)/ Panaudos davėjas ir Panaudos gavėjas kiekvienas atskirai toliau Sutartyje gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu - „Šalimis“.

1. Sutarties objektas

1.1. Panaudos davėjas perduoda neatlygintinai valdyti ir naudotis nuosavybės teise jam priklausančią įrangą (toliau - Įranga), o Panaudos gavėjas įsipareigoja priimti ir naudoti Įrangą pagal paskirtį (įrašyti paskirtį ir skyriaus pavadinimą) ir grąžinti ją tokios būklės, kokios ji jam buvo perduota atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Įrangos vertė Eur.

2. Panaudos davėjo įsipareigojimai:

2.1. Panaudos davėjas įsipareigoja perduoti įvesti į eksploataciją Įrangą Panaudos gavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Įrangą perduoda kartu su jos naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.

2.2. Panaudos davėjas įsipareigoja supažindinti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama Įranga personalą) su Įrangos naudojimo specifiška, apmokyti dirbti personalą per 3 darbo dienas nuo Įrangos instaliavimo. Panaudos davėjas įsipareigoja visą sutarties galiojimo laikotarpį teikti konsultacijas visais su Įrangos naudojimu susijusiais klausimais.

2.3. Pasibaigus Sutarties terminui atsiimti Įrangą iš Panaudos gavėjo per 14 darbo dienų.

2.4. Panaudos davėjas įsipareigoja nemokamai atlikti Įrangos remonto ir priežiūros darbus (įskaitant detalių keitimą) pagal gamintojo nurodytas rekomendacijas. Jei tokių darbų neįmanoma atlikti skubiai, panaudos davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikti neatlygintinam naudojimui analogišką įrangą iki bus sutaisyta.

3. Panaudos gavėjo įsipareigojimai

3.1. Panaudos gavėjas įsipareigoja perduotą Įrangą naudoti pagal tiesioginę jos paskirtį (nurodyta 1.1. punkte), remiantis naudojimo instrukcijomis bei visais Panaudos davėjo nurodymais ir apmokymais.

3.2. Panaudos gavėjas įsipareigoja išlaikyti ir saugoti jam pagal šią Sutartį perduotą Įrangą.

3.3. Pasibaigus Sutarties terminui grąžinti Įrangą Panaudos davėjui tos būklės, kurios ji buvo perduodant, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Panaudos gavėjas priima ir grąžina Įrangą Panaudos davėjui pagal abiejų šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą.

3.4. Panaudos gavėjas įsipareigoja neperduoti Įrangos tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio Panaudos davėjo sutikimo.

3.5. Informuoti panaudos davėją apie Įrangos gedimą.



4. Sutarties galiojimas

- 4.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 36 mėnesius, kol galioja reagentų tiekimo sutartis.
- 4.2. Sutartis gali būti keičiama tik abiejų Šalių bendru sutarimu. Visi sutarties pakeitimai ir priedai galios, jeigu jie bus sudaryti raštu ir tinkamai pasirašyti visų Šalių ar jų įgaliotų atstovų.
- 4.3. Kiekviena Šalis turi teisę vienašališkai be priežasties nutraukti šią Sutartį raštu pranešus kitai Šaliai prieš 60 kalendorinių dienų. Kiekviena Šalis, prieš nutraukdama sutartį, privalo pilnai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus kitai Šaliai.

5. Nenugalima jėga (Force majeure)

- 5.1. Esant nenugalimai jėgai (force majeure) arba kitoms aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimą Nr. 840 (1996, Žin. 68-1652), kurios nepriklauso nuo sutarties šalių valios, šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo ir šalis laiku nepranešusi apie neįveikiamos jėgos aplinkybes, tampa atsakinga už nuostolių, kurių galima buvo išvengti, atlyginimą kitai šaliai.

6. Ginčų sprendimo tvarka

- 6.1. Visi iš šios sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai sprendžiami derybomis tarp Šalių. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, jis perduodamas spręsti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui pagal Panaudos gavėjo buveinės adresą.

7. Kitos sąlygos

- 7.1. Visus klausimus, susijusius su informacijos apie Panaudos gavėją pateikimu, Panaudos davėjas privalo iš anksto suderinti su Panaudos gavėju atstovu.
- 7.2. Jeigu keičiasi Šalių buveinės ar Sutartyje nurodytų Šalių banko sąskaitų rekvizitai, tai ši Šalis privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo duomens pasikeitimo informuoti apie tai kitą Šalį.

8. Baigiamosios nuostatos

- 8.1. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią. Kiekviena Šalis gauna po vieną Sutarties egzempliorių.

9. Priedai:

- 9.1. Įrangos techninė specifikacija

PANAUDOS GAVĖJAS

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

*Atstovas - gavėjas
įvaduotoja infrastruktūr.*
Nijolė Motužienė
Vyriausiasis gydytojas



PANAUDOS DAVĖJAS

Thermo Fisher Diagnostics Oy

Direktorius

JOSEFINA ALANDER

**PIRKIMO OBJEKTO DALIS - DIAGNOSTINIAI REAGENTAI, PRIEMONĖS IR EKSPLOATACINĖS
MEDŽIAGOS PILNAI AUTOMATIZUOTAI ALERGOLOGINIŲ IR AUTOIMUNINIŲ TYRIMŲ
SISTEMAI, ĮSIGYJANT PILNAI AUTOMATIZUOTĄ ALERGOLOGINIŲ IR AUTOIMUNINIŲ
TYRIMŲ SISTEMĄ PANAUDAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Modelis	Phadia 100 / 200
Gamintojas	Phadia AB (Thermo Fisher Scientific)
Kilmės šalis	Švedija

Bendrieji reikalavimai

1. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas (CE ženklintas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79 /EC).
2. Tiekėjai privalo tinkamai pagrįsti atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems techniniams parametrams.
3. Įrangos pagaminimo metai - ne vėlesni nei 2013 metai.
4. Tiekėjai turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją, esant gamintojo pakeitimams - informuoti, bei skubiai atnaujinti: analizatoriuje, kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu būdu ir kita.
5. Tiekėjai turi kuo skubiau informuoti vartotoją ir atlikti gamintojo pateiktus/numatytus programinės įrangos versijų pakeitimus/atnaujinimus, bei pateikti detalią informaciją apie pakeitimus, atnaujinimus, įtaką pacientų tyrimų rezultatams ir kita.
6. Tiekėjai ar gamintojų atstovai turi pravesti detalų personalo mokymą darbui su analizatoriais, turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas lietuvių/anglų kalbomis (išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita), bei turi būti garantuotas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.


Turi būti garantuotas (darbo dienomis 8- 17 val.) personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, eksploatacinių medžiagų ir kitais aktualiais klausimais. Tiekėjai turi garantuoti nuolatinį personalo ir gydytojų klinikistų mokymą ir konsultavimą aktualiais tyrimų atlikimo eigose iškilusiais klausimais, pristatyti gamintojo ar kitų vartotojų naujausią mokslinę informaciją, susijusią su nurodytų tyrimų atlikimu, rezultatų interpretavimu, ikianalizinių veiksnių įtaką tyrimų kokybei. Sudaryti galimybę dalyvauti gamintojo organizuojamuose specializuotuose seminaruose, konferencijose (pvz. nuotoliniu būdu).

7. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Techninė priežiūra turi būti vykdoma griežtai laikantis įrangos gamintojo nurodytu dažnumu (pvz. ketvirtinės, mėnesinės, metinės ir kita) ir rekomenduojamu įrangos dalių/ priemonių/ eksploatacinių medžiagų savalaikiu pakeitimu, kad tyrimų atlikimui būtų naudojama techniškai tvarkinga įranga. Tiekėjai turi pateikti detalų, gamintojo reglamentuotą tiekėjų ar gamintojo atstovų atliekamą, įrangos/analizatorių/sistemos/programinės įrangos techninių priežiūrų/atnaujinimų/remonto planą (atlikimo dažnis, priemonės ir kita) ir sąnaudines lėšas, bei paskaičiuoti kiek tai sudarytų papildomų lėšų 1 tyrimui, per numatytąjį laikotarpį. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus.

Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24 val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Tiekėjai turi garantuoti kvalifikuotą techninį įrangos aptarnavimą, remontą, atliekamą gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais galiojančiais teisės aktais.

Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti įrangos būklę.



8. Turi būti pateiktas detalus, personalui priskirtas atlikti analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas) bei joms atlikti nustatytas/skiriamas laikas.
9. Automatinė analizinė sistema turi integruotis į ligoninės turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Turi būti paciento ėminių duomenų įvedimas tyrimų atlikimui ir rezultatų perdavimas užsakovui: per HIS/LIS ir tradiciniu būdu (įvedimas: ėminio/paciento/užsakovo identifikacija ir kita; perdavimas/ataskaitos: spausdintas variantas). Tyrimams gauti iš LIS / tyrimų rezultatus nusiųsti į LIS turi palaikyti ASTM arba HL7 v2 standartus.

Eil. Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė
	Automatinis alergologinių autoimuninių tyrimų analizatorius - 1 vnt.	
1	Sistemos paskirtis	Pilnai automatizuota sistema, skirta atlikti alergologinius ir auto imuninius tyrimus.
2	Tyrimo metodas	Fluorencimunofermentinis
3	Automatinio alergologinių ir autoimuninių tyrimų analizatoriaus komplektacija ir papildoma įranga, užtikrinanti nepertraukiamą alergologinių ir autoimuninių tyrimų atlikimą	Kartu su sistema yra pateiktas kompiuteris su programine įranga, monitoriumi, klaviatūra, pele, spausdintuvu ir nepertraukiamu maitinimo šaltiniu. Brūkšninių kodų skaituvas
4	Jeigu yra siūlomas lygiavertis tyrimo metodas automatinis alergologinių ir autoimuninių tyrimų analizatorius	Turi būti pasiūlyta lygiavertė automatinė analizinė sistema, pilnai atitinkanti visus techninius parametrus, galinti atlikti visus išvardintus tyrimus ir atitinkanti jiems nurodytus reikalavimus. Tiekėjai teikiantys lygiavertį pasiūlymą privalo numatyti ir pasirūpinti visomis papildomomis priemonėmis, darbui būtina įranga ir kita (pvz. vandens gryninimo sistemos, nepertraukiamas maitinimo šaltinis, atliekų talpos ir t.t.), reikalingomis pilnam sistemos veikimo užtikrinimui.
5	Alergologiniai ir autoimuniniai tyrimai, atliekami automatinio analizatoriumi	Viena sistema visai alergijos ir autoimuninių ligų diagnostikai. Pavieniai alergenai ir alergenų mišiniai, jų komponentai, ne mažiau 700 analizių. Platus autoantikūnų spektras autoimuninių ligų diagnostikai.
6	Kokybiniai techniniai reikalavimai analizatoriui	Analizatorius turi reagentų atpažinimo funkciją, nuskaitant brūkšninius kodus ir galiojimo laikus.
7	Brūkšninių kodų identifikavimo sistema	Turi brūkšninių kodų identifikavimo sistema (reagentų, pacientų ėminių)
8	Racionalus reagentų/priemonių/ eksploatacinių medžiagų panaudojimas	Yra užtikrintas racionalus reagentų/priemonių/ eksploatacinių medžiagų panaudojimas- galimybė įsigyti reikiamą reagentą atskirai, nepriklausomai nuo kitų reagentų ar priemonių. Reagentų pakuotės nedidelės, 10 -20 tyrimų alergologiniams tyrimams, ne daugiau 48 tyrimų autoantikūnų nustatymui. Sistema atlieka tiek atrankinius tyrimus, tiek nustatyti paciento jautrumą pasirinktiems pavieniams specifiniams alergenams ar komponentams. Eksploatuojama sistema nereikalauja papildomų laboratorinių indų, dozatorių antgalių, filtrų, folijų ir t.t.
9	Našumas	48 tyrimų per/ciklą. Tyrimo trukmė 2,5 val.
10	Reikalavimas mėgintuvėliams	Automatinė analizinė sistema priima įvairaus dydžio mėgintuvėlius -išorinis diametras ne mažiau 10mm, vidinis diametras ne mažiau 5 mm, aukštis iki 120mm.
11	Automatinė praskiedimo sistema	Turi mėginių automatinio praskiedimo sistema.
12	Susietų tyrimų sistema	Yra susietų tyrimų galimybė, užsakyti keletą tyrimų vienu kartu.
13	Darbo vadovas	Yra pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis: išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita.
14	Kalibravimo sistema	Yra lanksti kalibravimo procedūra: galimybė naudoti išsaugotą kalibracinę kreivę sekantiems matavimams, viena kalibracinė kreivė pasirinkto metodo visiems tyrimams, kalibracinės kreivės automatinis įvertinimas /tinkamumas (pavyko/nepavyko) tolimesniam tyrimų atlikimui. Kalibratoriai išpildyti specialiuose, stabilumą užtikrinančiuose konteineriuose, stabilumą išlaikantys iki nurodytos galiojimo datos. Kalibracijų stabilumas ne mažiau 4 savaitių (priklausomai nuo tyrimo) , kol atitinka kokybės kontrolės reikalavimus.
15	Kokybės kontrolės sistema	Yra integruota vartotojui patogi kokybės kontrolės valdymo sistema: kontrolinių medžiagų tyrimo rezultatų pateikimas/peržiūra/analizė, Levey-Jennings grafikai, Westgard'o taisyklių pritaikymas, ataskaitų pateikimas ir analizės duomenys

		pagal pageidaujamus kriterijus (vidurkis, SD, CV(%) pagal gamintoją, rezultatus, kontrolines medžiagas, jų serijos numerius, nustatytam periodui ir kita).
16	Kontrolinės medžiagos	Įrangos gamintojo siūlomos analizių/tyrimų kontrolinės medžiagos yra paruoštos naudojimui, jų nereikia skiesti ar kitaip ruošti, išpilstytos specialiuose stabilumą užtikrinančiuose konteineriuose, stabilumą išlaikantys iki nurodytos galiojimo datos. Kontrolinės medžiagos yra ne mažiau 2-3 skirtingų lygių, apimančios normos ir patologijos ribas, su priskirtųjų analizinių verčių duomenimis (nurodytas vidurkis, $\pm 3SD$ intervalo ribos).
17	Programinė įranga	Programinė įranga yra sukonfiguruota vartotojui naudotis patogiu, bei informatyviu formatu: kasdieniniam darbui, duomenų atnaujinimui, reagentų ir visų priemonių valdymui, pacientų ir tyrimų rezultatų valdymui, kalibravimo ir kokybės kontrolės valdymui, klaidų/pranešimų/sutrikimų valdymui ir kita (ženklinais mygtukais, įspėjamaisiais simboliais, moduliais).
18	Analizatorių priežiūra	Yra pateiktas detalus, laboratorijos personalui priskirtas atlikti, analizatorių priežiūros planas, atliekamos procedūros - kasdieninės, savaitinės, mėnesinės, kitos ir joms atlikti sunaudojamos priemonės (pagal gamintojo instrukcijas), nustatytas/ skiriamas laikas.
19	Reagentų stabilumas/galiojimo laikas	Pirmą kartą atidarius reagentą, galiojimas ne trumpiau 9 mėn. arba iki galiojimo datos.

PANAUDOS GAVĖJAS

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
A.V.

Infrastruktūros skyriaus vadovė
Nijolė Motužienė



PANAUDOS DAVĖJAS

Thermo Fisher Diagnostics Oy
A.V.

Josefina Alander

JOSEFINA ALANDER