

UAB „Sormedica”
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMO FORMA

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI PIRKIMO

2020-04-15

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Sormedica“
Tiekėjo adresas	V. Kuzmos g. 28, LT-08431 Vilnius
Įmonės kodas	123961895
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkė Akvilė Racevičiūtė
Telefono numeris	(8 5) 219 5710
Fakso numeris	(8 5) 219 5439
El. pašto adresas	info@sormedica.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	Swedbank” AB A.s. Nr. LT36 7300 0101 5538 1477 Banko kodas – 73000

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Perkamų medicininių priemonių intervencinei radiologijai sąrašas

Atviro konkurso 2 priedas

Eil. Nr.	Priemonės specifikacijos	Poreikis metams (iki vnt.)	Mato vnt.	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Mato vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
9.	Diagnostiniai kateteriai sustiprintu korpusu	100	vnt.	Performa	5	11,55	1.155,00	Merit medical
	Skirti angiografijai			Skirti angiografijai				
	Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą			Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą				
	Kateterio korpusas sutvirtintas dvigubu metaliniu tinkleliu gerai sukimo kontrolei			Kateterio korpusas sutvirtintas dvigubu metaliniu tinkleliu gerai sukimo kontrolei				
	Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis			Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis				
	Didelė rezistencija užlinkimui			Didelė rezistencija užlinkimui				
	Išorinis diametras 4F, 5F, 6F			Išorinis diametras 4F, 5F, 6F				
	Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą			Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą				
	Skysčio pralaidumas: 4F/90cm- 20ml/s, 4F/110cm-18ml/s, 5F/90cm-27 ml/s, 5F/110cm-24ml/s			Skysčio pralaidumas: 4F/90cm- 20ml/s, 4F/110cm-18ml/s, 5F/90cm-27 ml/s, 5F/110cm-24ml/s				
	Skysčio spaudimo tolerancija: 1000 psi			Skysčio spaudimo tolerancija: 1000 psi				
	Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio			Įvairios distalinio galo konfigūracijos, įvairaus ilgio				
10.	Diagnostiniai kateteriai sustiprintu korpusu, su hidrofiline danga	30	vnt.	Impress hydrophilic	5	50,40	1.512,00	Merit medical
	Skirti angiografijai			Skirti angiografijai				
	Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis			Galiukas atraumatinis, labai minkštas, rentgenokontrastinis				
	Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą			Multisegmentinė konstrukcija, suteikianti gerą judesio kontrolę ir pozicijos stabilumą				
	Kateterio korpusas sutvirtintas dvigubu metaliniu tinkleliu gerai sukimo kontrolei			Kateterio korpusas sutvirtintas dvigubu metaliniu tinkleliu gerai sukimo kontrolei				
	Distalinė kateterio dalis dengta hidrofiline danga			Distalinė kateterio dalis dengta hidrofiline danga				
	Didelė rezistencija užlinkimui			Didelė rezistencija užlinkimui				
	Išorinis diametras įvairus: 4F; 5F			Išorinis diametras įvairus: 4F; 5F				
	Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą			Didelio vidinio diametro, sąlygojančio aukštą skysčio srovės pralaidumą				
	Skysčio spaudimo tolerancija: iki 750 psi (4F); iki 1000 psi (5F)			Skysčio spaudimo tolerancija: iki 750 psi (4F); iki 1000 psi (5F)				

	Įvairios distalinio galo konfigūracijos: Simmons/Sidewinder 1; Simmons/Sidewinder 2; Simmons/Sidewinder 3; Hinck Headhunter 1; Bentson-Hanafee – Wilson 1; Bentson-Hanafee – Wilson 2; Bentson-Hanafee – Wilson modified; MANI; Vertebral; Cobra Small; Cobra Middle; Cobra Large; J Curve Large; Yashiro; Straight; Straight tapered; Non-tapered angled; Non-tapered angled type 90; Angled tapered; Multipurpose; COE2; Internal mammary short tip			Įvairios distalinio galo konfigūracijos: RIM, Headhunter 1, Headhunter 3, Bentson 1, Bentson 2, Newton 1, Newton 2, Newton 3, Newton 4, Mani, Vertebral, Modified Cerebral, Berenstein, MW2, Simmons 1, Simmons 2, Modified Simmons, Cobra 1, Cobra 2, Hook 0.8, Hook 1.0, Shepherd Hook 0.8, Shepherd Hook 1.0, Renal Double Curve, Hockey Stick, Motarjeme, Motarjeme Cane, Reuter, Mikaelsson, KA 2, Straight Selective, Modified Hook Selectives, RBI, Osborn, Multipurpose, Shepherd Flush, Ultra Bolus Flush, Modified Bolus Flush, Pigtail Flush, Straight Flush, Modified Hook Flush				
	Įvairaus ilgio: 100cm; 110cm; 120cm			Įvairaus ilgio: 100cm; 110cm; 120cm				
11.	Diagnosticinės hidrofilinės vielos-pravedėjai	350	vnt.	Laureate	5	43,05	15067,5	Merit medical
	Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai			Nitinolinės šerdies vielos-pravedėjai				
	Vienos dalies konstrukcija			Vienos dalies konstrukcija				
	Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui			Viela padengta poliuretano danga su volframu geram rentgeno matomumui				
	Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą			Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga, pagerinančia slydimą				
	Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"			Skirtingo diametro: 0,018", 0,032", 0,035", 0,038"				
	Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, 3mm "J", "Bolía")			Įvairios distalinio galo konfigūracijos (tiesus, 45° lenktas, 3mm "J", "Bolía")				
	Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)			Įvairaus ilgio (50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm)				
	Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)			Distalinis smailėjantis galas įvairaus ilgio (1cm, 3cm, 5cm, 8cm)				
	Įvairaus kietumo (minkštos, standartinės)			Įvairaus kietumo (minkštos, standartinės)				
	Sukimo kontrolė 1:1			Sukimo kontrolė 1:1				
34.	Periferiniai nerūdijančio plieno stentai klubinėms arterijoms, užmauti ant baliono, OTW 0,035"	30	rink.	Restorer	5	231	6930	iVascular
	Stentas pagamintas iš 316L nerūdijančio plieno			Stentas pagamintas iš 605L				
	Stento (baliono) diametras įvairus: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm			Stento (baliono) diametras įvairus: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm				
	Stento ilgis įvairus: nuo 18mm			Stento ilgis įvairus: nuo 18mm				
	Suderinamas su introduiseriu: 6F; 7F			Suderinamas su introduiseriu: 6F; 7F				
	Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: nuo 0,070"			Suderinamas su nukreipiančiu kateteriu: nuo 0,070"				
	Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis			Sumontuotas ant balionėlio su dviem rentgenokontrastinėmis žymėmis				
	Balionėlis: dviejų sluoksnių, žemo profilio			Balionėlis: dviejų sluoksnių, žemo profilio				
	Naudojama viela-pravedėjas: 0,035"			Naudojama viela-pravedėjas: 0,035"				

	Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire")			Sistemos dizainas: visa baliono sistema maunama ant vielos ("OTW - over-the-wire")				
	Sistemos darbinis ilgis: vidutinio ilgio sistemos (80-85cm); ilgos sistemos (120-135cm)			Sistemos darbinis ilgis: vidutinio ilgio sistemos (80-85cm); ilgos sistemos (120-135cm)				
	Nominalus baliono slėgis: ne mažiau kaip 8atm			Nominalus baliono slėgis: ne mažiau kaip 8atm				
	Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: ne mažiau kaip 16atm			Apskaičiuotas baliono plyšimo slėgis: ne mažiau kaip 16atm				
46.	Aukšto slėgio švirkštas angioplastikoms ("indefliatorius")	20	rink.	BasixCompak	5	23,1	462	Merit medical
	Skirtas naudoti angioplastikos metu kontroliuojamam balionų išplėtimui/ištuštinimui			Skirtas naudoti angioplastikos metu kontroliuojamam balionų išplėtimui/ištuštinimui				
	Su slėgio matuokliu: iki 30atm			Su slėgio matuokliu: iki 30atm				
	Talpa: nuo 20ml iki 30ml			Talpa: nuo 20ml iki 30ml				
	Aukšto slėgio prailgintojas su besisukančia Liuer-M jungtimi			Aukšto slėgio prailgintojas su besisukančia Liuer-M jungtimi				
	Rinkinyje: aukšto slėgio kranelis, adata, suktukas, "Y"-trišakis			Rinkinyje: aukšto slėgio kranelis, adata, suktukas, "Y"-trišakis				
48.	Žemo slėgio švirkštas skysčių atitraukimui	30	vnt.	VacLock	5	5,77	173,1	Merit medical
	Skirtas naudoti rankiniam kontrasto ir skysčių leidimui bei atitraukimui neigiamu slėgiu			Skirtas naudoti rankiniam kontrasto ir skysčių leidimui bei atitraukimui neigiamu slėgiu				
	Stūmoklis gali būti užrakintas pasukant (kelios pozicijos), neigiamo slėgio išlaikymui			Stūmoklis gali būti užrakintas pasukant (kelios pozicijos), neigiamo slėgio išlaikymui				
	Talpa: 10ml, 20ml, 30ml			Talpa: 10ml, 20ml, 30ml				
	Su Liuer-lock jungtimi			Su Liuer-lock jungtimi				
49.	Hemostatinis besisukantis vožtuvas (RHV) su viena kieta atšaka	10	vnt.	AccessPLUS	5	18,9	189	Merit medical
	Skirtas sumažinti kraujavimo pradžią procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą			Skirtas sumažinti kraujavimo pradžią procedūros metu, padidina operacinio lauko švarą ir procedūros saugumą				
	Su besisukančia Liuer-lock M jungtimi			Su besisukančia Liuer-lock M jungtimi				
	Su kieta šonine atšaka (Liuer-F jungtis), atsišakančia smailiu kampu ("Y")			Su kieta šonine atšaka (Liuer-F jungtis), atsišakančia smailiu kampu ("Y")				
	Skaidrus korpusas, įgalinantis stebėti įvedamas sistemas			Skaidrus korpusas, įgalinantis stebėti įvedamas sistemas				
	Suderinamas su priemonėmis nuo 1F iki 9F			Suderinamas su priemonėmis nuo 1F iki 9F				

* Pažymime, kad kiekvienos pirkimo dalies atskirų pozicijų kainos, prekių gamintojai, modeliai, katalogo nr. ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.

Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekes atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrūkta ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabrūkta kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Sormedica“ įgaliojimas (konfidencialu)	1
2.	UAB „Sormedica“ Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (toliau - EBVPD)	13
3.	UAB „Sormedica“ registrų centro jungtinė pažyma (konfidencialu)	3
4.	UAB „Sormedica“ registrų centro išplėstinis išrašas (konfidencialu)	2
5.	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	164


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	„Sormedica“ įgaliojimas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
2.	UAB „Sormedica“ registrų centro jungtinė pažyma (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
3.	UAB „Sormedica“ registrų centro išplėstinis išrašas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
4.	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Rinkodaros ir marketingo
asistentė
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)


(Parašas*)

Justė Paulauskaitė
(Vardas ir pavardė*)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.