

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 pirkimo objekto dalis. Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai.

Preliminarūs kiekis – 1200 vnt.

Modelis PC-60AD. Gamintojas HOYA Medical Singapore Pte Ltd

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį: Katalogas 2 PD katalogas.pdf
1.	Medžiaga	Optinė dalis iš hidrofobinio akrilato su UV spindulių filtru, pilnas matomos mėlynos šviesos pralaidumas. Vandens kiekis medžiagoje ne daugiau 1%.	Optinė dalis iš hidrofobinio akrilato su UV spindulių filtru, pilnas matomos mėlynos šviesos pralaidumas. Vandens kiekis medžiagoje 0,21%.
2.	Ilgis	Nuo 12,5 mm iki 13,0 mm	12,5 mm
3.	Optikos diametras	6,0 mm	6 mm
4.	Optikos kraštas	Stačiakampis	Stačiakampis
5.	Optinės dalies išgaubtumas	Asferinis	Asferinis
6.	Laužiamoji galia	Nuo +6,0 D iki +30,0 D, žingsnis kas 0,5 D	Nuo +6,0 D iki +30,0 D, žingsnis kas 0,5 D
7.	Atraminų elementų forma	„C“, „L“, „J“ ar jų modifikacijos	C modifikacija
8.	Konstrukcija	Trijų dalių, atraminiai elementai iš PMMA	Trijų dalių, atraminiai elementai iš PMMA
9.	Pateikimo sąlygos	Teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje	Teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje

3 pirkimo objekto dalis. Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai su filtru, mažinančiu mėlynos šviesos pralaidumą.

Preliminarūs kiekis – 2000 vnt.

Modelis iSert 251. Gamintojas HOYA Medical Singapore Pte Ltd

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomos parametru reikšmės, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį: Katalogas 3 PD katalogas.pdf
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, mažinantis mėlynos šviesos pralaidumą. Vandens kiekis medžiagoje ne daugiau 1 %.	Hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, mažinantis mėlynos šviesos pralaidumą. Vandens kiekis medžiagoje 0,25% %.
2.	Ilgis	Nuo 12,5 mm iki 13,0 mm	12,5 mm
3.	Optikos diametras	6,0 mm	6,0 mm
4.	Optikos kraštas	Stačiakampis	Stačiakampis
5.	Optikos išgaubtumas	Asferinis	Asferinis

6.	Laužiamoji galia	Nuo +6,0 D iki +30,0 D, žingsnis kas 0,5 D	Nuo +6,0 D iki +30,0 D, žingsnis kas 0,5 D
7.	Atraminių elementų forma	„C“, „L“, „J“ ar jų modifikacijos	C modifikacija
8.	Konstrukcija	Vienos dalies	Vienos dalies
9.	Pateikimo sąlygos	Teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje	Teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje

4 pirkimo objekto dalis. Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai be filtro mėlynai šviesai.

Preliminarūs kiekis – 200 vnt.

Modelis Envista MX60. Gamintojas Bausch&Lomb Inc.

Eil. Nr.	Parametrai, pavadinimas	Reikalaujamos parametru reikšmės	Siūlomoms parametru reikšmės, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį: : Katalogas 4 PD katalogas.pdf
1.	Medžiaga	Hidruotas iki pusiausvyros būsenos fiziologiniu druskų tirpalu hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, pilnas matomos mėlynos šviesos pralaidumas. Vandens kiekis medžiagoje ne daugiau 5%.	Hidruotas iki pusiausvyros būsenos fiziologiniu druskų tirpalu hidrofobinis akrilatas su UV spindulių filtru, pilnas matomos mėlynos šviesos pralaidumas. Vandens kiekis medžiagoje 4%.
2.	Ilgis	Nuo 12,5 mm iki 13,0 mm	12,5 mm
3.	Optikos diametras	6,0 mm	6 mm
4.	Optikos kraštas	Užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru	Užpakalinis kraštas stataus kampo 360 laipsnių perimetru
5.	Optikos išgaubtumas	Neutraliai asferinis, nesukeliantis papildomų aberacijų	Neutraliai asferinis, papildomų aberacijų
6.	Laužiamoji galia	Nuo 0,0 iki +34,0 D: Nuo 0,0 iki +10,0 D, žingsnis kas 1 D, Nuo +10,0 D iki +30,0 D, žingsnis kas 0,5 D, Nuo +30,0 D iki +34,0 D, žingsnis kas 1 D	Nuo 0,0 iki +34,0 D: Nuo 0,0 iki +10,0 D, žingsnis kas 1 D, Nuo +10,0 D iki +30,0 D, žingsnis kas 0,5 D, Nuo +30,0 D iki +34,0 D, žingsnis kas 1 D
7.	Atraminių elementų forma	„C“, „L“, „J“ ar jų modifikacijos	C modifikacija
8.	Konstrukcija	Vienos dalies	Vienos dalies
9.	Pateikimo sąlygos	Teikiamas hidruotas su fiziologiniu druskų tirpalu, sterilizuotas gama spinduliais	Teikiamas hidruotas su fiziologiniu druskų tirpalu, sterilizuotas gama spinduliais

PRIVALOMI REIKALAVIMAI:

- Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylių optinėje dalyje.
- Visi siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. Tiekėjas privalo pateikti skaitmeninės galiojančių CE sertifikatų kopijas (CE sertifikatų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinai, jei CE sertifikatas pateikiamas anglų kalba).
- Perkančioji organizacija intraokulinių lęšių užsakymus vykdo pagal poreikį. Intraokulinių lęšių dydžiai bei jų kiekiai nurodomi užsakyme. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, siūlomų intraokulinių lęšių 1 (vieno) vnt. įkainis turi būti vienodas.
- Tiekėjas privalo savo sąskaita pristatyti perkančiajai organizacijai intraokulinius lęšius su kasetėmis implantavimui turimiems chirurginiams instrumentams arba su vienkartiniais injektoriais, arba intraokulinius lęšius preimplantuotus į injektorius.

5. Tiekėjas privalo savo sąskaita pristatyti perkančiajai organizacijai užsakytus intraokulinius lęšius per 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančios organizacijos užsakymo pateikimo.
6. Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas privalo pateikti siūlomų intraokulinių lęšių 3 (tris) vnt. dažniausiai naudojamų intraokulinių (užpakalinės kameros sulankstomų) lęšių dydžių (nuo + 20,0 D iki +22,0 D) pavyzdžius – įvertinti. Prašydama pateikti pavyzdžius, perkančioji organizacija nurodys pavyzdžių laužiamąją galią.
7. Bus vertinami tik tiekėjo pasiūlyti ir intraokulinių lęšių gamintojų kataloguose (markeriu pažymėta) ir/ar intraokulinių lęšių gamintojų parengtuose bei tiekėjo patvirtintuose siūlomų intraokulinių lęšių aprašuose nurodyti bei objektyviai gaminami intraokuliniai lęšiai. Tiekėjo pasiūlymai su intraokulinių lęšių gamintojo įsipareigojimu pagaminti intraokulinius lęšius pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų.
8. Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 (du) metai nuo jų pateikimo perkančiajai organizacijai.
9. Tiekėjai turi turėti ir pateikti perkančiajai organizacijai dokumentus, įrodančius, kad tiekėjai yra parduodamų intraokulinių lęšių gamintojo oficialūs atstovai arba turi susitarimą/leidimą ar kitą dokumentą su intraokulinių lęšių gamintoju, leidžiančiu jam vykdyti intraokulinių lęšių prekybą/tiekimą.