


2020 m. liepos 9 d.  
 Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties  
 Nr. S-0000-2020  
 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
 NEUROINTERVENCIJOS MEDICINOS PRIEMONĖS

Pirkimo dalies Nr.	PREKĖS PAVADINIMAS IR REIKALAUJAMOS SAVYBĖS (prekės aprašymas)	Perkamas preliminarus kiekius (metams) vienetais	Siūlomo parametro atitikimas reikalavimams ir atitikimo patvirtinimas (katalogo numeris ir puslapis kataloge, katalogo puslapyje pažymint siūlomą parametrą)	Siūlomos prekės firminis pavadinimas, gamintojas, prekės kodas kataloge	Mato vieneto kaina be PVM eurais	Bendra pasiūlymo kaina be PVM, eurais	PVM procento dydis	Bendra pasiūlymo kaina su PVM
11	<p>PTKA viela rutinėms procedūroms</p> <p>-skirtos rutinėms procedūroms;</p> <p>-Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio, vieniša smailėjanti šerdis konstrukcija su vijomis distaliame gale;</p> <p>-30cm hidrofilinė danga distalinėje dalyje užtikrina optimalų vielos slidumą, hidrofilinė danga proksimalinėje vielos dalyje užtikrina pasukimą, kontaktuojama su skysčiais viela nekeičia diametro (no swelling);</p> <p>-1,5cm vielos galiukas be padengimo, ypatingam jautrumui išlaikyti;</p> <p>-3cm ilgio rentgenokontrastinė distalinė dalis padengta paladžio vijomis, itin tvirta ir išlaikanti formą;</p> <p>-Yra aukso žymeklis, kurio dėka tiksliai išmatuojamas stenozės ilgis;</p> <p>-Proksimalinis vielos galas su geltonu žymekliu vietai atpažinti;</p> <p>-Vielos lankstis ir gero praeinamumo, tiesi ir J formos;</p> <p>Ilgis: 190 ir 300 cm.</p>	100	<p>Siūlomo parametro atitikimas reikalavimams ir atitikimo patvirtinimas (katalogo numeris ir puslapis kataloge, katalogo puslapyje pažymint siūlomą parametrą)</p> <p>-Skirtos rutinėms procedūroms;</p> <p>-Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio, vieniša smailėjanti šerdis konstrukcija su vijomis distaliame gale;</p> <p>-30cm hidrofilinė danga distalinėje dalyje užtikrina optimalų vielos slidumą, hidrofilinė danga proksimalinėje vielos dalyje užtikrina vielos tikslų pasukimą, kontaktuojama su skysčiais viela nekeičia diametro (no swelling);</p> <p>-1,5cm vielos galiukas be padengimo, ypatingam jautrumui išlaikyti;</p> <p>-3cm ilgio rentgenokontrastinė distalinė dalis padengta paladžio vijomis, itin tvirta ir išlaikanti formą;</p> <p>-Yra aukso žymeklis, kurio dėka tiksliai išmatuojamas stenozės ilgis;</p> <p>-Proksimalinis vielos galas su geltonu žymekliu vietai atpažinti;</p> <p>-Vielos lankstis ir gero praeinamumo, tiesi ir J formos;</p> <p>Ilgis: 190 ir 300cm.</p> <p>Abbott Vascular katalogas Nr.1, psl.1-2;          Abbott Vascular katalogas Nr.2, psl. 1-2</p>	Abbott Vascular HT Turmac, HT BMW Universal II	64,00	6400,00	5	6 720,00

Pirkėjas  
 VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

Pardavėjas  
 UAB „Bonameda“



Direktorius pavaduotojas medicinai  
 Algirdas Liutkus

