

**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS**DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI PIRKIMO**

2020-02-05 Nr. _____

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Sorimpeksas"
Tiekėjo adresas	Šiaulių g. 16 A, Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	135733248, LT357332412
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT647300010002276949, AB Swedbank, banko kodas 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Ramūnas Žalnerauskas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Daiva Macijauskienė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Ramūnas Žalnerauskas
Telefono numeris	8 37 361766
Fakso numeris	8 37 324447
El. pašto adresas	daiva@sorimpeksas.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu ir/arba įprastu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

**Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)*

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA**Kainų pasiūlymas užpildytas ir pateikiamas pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“**

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

Pirk. dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos charakteristikos
1.	Vaistais padengti vainikinių arterijų stentai Resolute Onyx	<ol style="list-style-type: none"> padengti biologiškai suderinamu polimeru; 1 p.d. Konfidencialu. Brošiūros 1, 9, 13, 49 psl. padengti -limus klasės medikamentu; 1 p.d. Konfidencialu. Brošiūros 1,9 psl. pagaminti iš metalų lydinio, bet ne iš nerūdijančio plieno, atviros ląstelės struktūros, tęstinės sinusoidinės konstrukcijos, 1 p.d. Konfidencialu. Brošiūros -1, 10, 11, 21,36 psl. 1 p.d. Konfidencialu. Instrukcija – 1 psl. naudojami su 0,014" PTVA vielomis 1 p.d. Konfidencialu. Instrukcija – 1, 5,14 psl. stento akutės plotas ne mažesnis nei 3,0 mm²; baliono išplėstos akutės diametras ne didesnis nei 3,0 mm; 1 p.d. Konfidencialu. Brošiūros – 39 psl. sistema žemo profilio: proksimalioji dalis ne storesnė nei 2,1 F, distalinė dalis kartu su stentu - ne storesnė nei 2,7F; įėjimo profilis - iki 0,019"; 1 p.d. Konfidencialu. Brošiūros – 2, 12, 36 psl. 1 p.d. Konfidencialu. Instrukcija – 1, 14 psl. stento diametras - nuo 2.00 mm iki 5,00 mm, ilgis - nuo 8 mm iki 38 mm; 1 p.d. Konfidencialu. Brošiūros – 23 psl. tinka įvairaus kalibro vainikinėms arterijoms, stentavimui be predilatacijos; 1 p.d. Konfidencialu. Brošiūros – 23, 48, 49 psl. 1 p.d. Konfidencialu. Instrukcija -1, 6,14 psl. nominalusis slėgis - ne daugiau 9 atm, išbandytasis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažesnis nei 16 atm; 1 p.d. Konfidencialu. Brošiūros – 49 psl. du rentgeno kontrastiniai žymekliai ant baliono visiems ilgiams, geras rentgeno kontrastavimasis: galimybė išplėsti stentą papildomai 1,5 mm nuo nominalaus diametro; 1 p.d. Konfidencialu. Brošiūros – 2, 12 psl. 1 p.d. Konfidencialu. Instrukcija – 7, 8, 14 psl. balioninio kateterio išsitempimas tiksliai kontroliuojamas; 1 p.d. Konfidencialu. Brošiūros – 1 psl. sistema saugi: nesėkmės atveju stentas lengvai ištraukiamas ant to paties balioninio kateterio; 1 p.d. Konfidencialu. Instrukcija – 8, 14 psl. sistema leidžia priėjimą prie šoninių šakų iki 3,0 mm diametro (stento vietoje); 1 p.d. Konfidencialu. Brošiūros – 21 psl. sistema praeina per 4F introduiserį ir 5F nukreipiantį kateterį 1 p.d. Konfidencialu. Brošiūros – 2 psl. 1 p.d. Konfidencialu. Instrukcija – 1,5,14 psl. su minimais stentais yra paskelbta klinikinių tyrimų pagal kuriuos, po vieno mėnesio palikus tik vieną antitrombocitinį vaistą, gydymo rezultatai nėra blogesni. 1 p.d. Konfidencialu. Brošiūros – 1, 30,31 psl. 1 p.d. Konfidencialu. Instrukcija – 4 psl.

5.	PTVA balioniniai kateteriai su - limus klasės vaistu padengtais balionėliais siaurių arterijų ir stentų restenozės plėtimui InPact Falcon	<ol style="list-style-type: none"> 1) balioninio kateterio storis proksimaliai - ne daugiau 1,7 F, o distaliai - ne daugiau 2,5 F; 2) visų dydžių balionėliai suderinami su 5 F nukreipiančiuoju kateteriu; 3) balioninio kateterio galiukas ne storesnis nei 0016"; 4) nominalusis balionėlio slėgis — ne mažiau 6 atm; 5) balionėlio išbandytasis plyšimo slėgis (RBP) - ne mažiau 16 atm; 6) įstūmimo sistema tinka 0,014'' vielai, greito pakeitimo tipo (Rx); 7) -limus vaisto dozė - ne mažiau 1.27 mikrogramų kvadratiniam mm; 8) Yra paskelbti klinikinių tyrimų duomenys. nurodantys. kad neatrinktiems pacientams pakartotinių angioplastikų po metų yra ne daugiau nei 3 proc. 2,5 mm skersmens arterijoms; 9) vaistu padengto balionėlio paviršius slidus, tai yra, hidrofilinis; 10) kateterio ilgis - ne mažiau 140 cm; 11) balionelių ilgiai - nuo 1 cm iki 4 cm; 12) balionelių diametrai - nuo 1,5 mm iki 4 mm. <p>5 p.d. Konfidencialu. Brošiūra In.Pact_Falcon 1 – 22 psl.</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pastabos: lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (techninė specifikacija) jų eilės tvarka.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Direktorius įgaliojimas	1
2.	EBVPD pažyma	13
3.	Konfidencialu. CE	18
4.	Konfidencialu. Brošiūros	71
5.	Konfidencialu. Instrukcija	14
6.	Konfidencialu. RC pažyma	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekejai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Konfidencialu. CE
Konfidencialu. Brošiūros
Konfidencialu. Instrukcija
Konfidencialu. RC pažyma

Viešųjų pirkimų vadybininkė

Daiva Macijauskienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)