

SUTARTIS Nr. SR20-99

14-20-0052

2020 m.

08

mėn. 10 d.

Klaipėda,

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Graina“ atstovaujama direktoriaus A. Padvariškio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (495507) laimėtą mobilų rentgeno aparatą MobileDart Evolution MX8, Shimadzu, Japonija, kurio vnt. kaina yra 114.490,20 Eur (vienas šimtas keturiolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt eurų 20 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Mobilus rentgeno aparatas MobileDart Evolution MX8, Shimadzu, Japonija

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės
1.	Aukšto dažnio generatorius	1 vnt.
1.1	Maksimali galia	32 kW
1.2	Įtampos diapazonas	(40 – 133) kV
1.3	Srovės ir laiko sandaugos diapazonas	(0,32 – 320) mAs
1.4	Maksimali srovė	400 mA
1.5	Anatominės programos	Taip, yra
2.	Rentgeno vamzdis	1 vnt.
2.1	Besisukantis anodas	Taip, yra
2.2	Židinio dėmių skaičius	2
2.3	Didžiojo židinio nominali galia	36,4 kW
2.4	Mažojo židinio nominali galia	19,9 kW
2.5	Anodo šiluminė talpa	300 kHU
3.	Kolimatorius	1 vnt.
3.1	Sklendžių valdymas iš abiejų pusių	Taip, yra
3.2	LED tipo indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas	Taip, yra
3.3	Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas	Taip, yra
3.4	Kolimatoriaus pasukimas	± 90°
4.	Mechaninės charakteristikos	
4.1	Motorizuotas judėjimas	Taip, yra

4.2	Maksimalus motorizuoto judėjimo greitis	5 km/h
4.3	Kolonos tipo rentgeno vamzdžio laikiklis	Taip, yra
4.4	Kolonos pasukimas kampu	$\pm 270^\circ$
4.5	Rentgeno vamzdžio horizontalaus judėjimo diapazonas	Nuo 63,8 cm iki 120,3 cm
4.6	Rentgeno vamzdžio vertikalaus judėjimo diapazonas	Nuo 68 cm iki 202,5 cm
4.7	Rentgeno vamzdžio pavertimo kampas	120 °
4.8	Aukštis transportavimo metu	127 cm
4.9	Plotis	56 cm
4.10	Svoris	440 kg
4.11	Integruotas dėklas rentgeno spindulių detektoriui	Taip, yra
5.	Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu)	Taip, yra
6.	Skaitmeninis, bevielis rentgeno spindulių detektorius	1 vnt.
6.1	Ryšys su technologo darbo vieta	Bevielis
6.2	Scintiliatoriaus tipas	CsI
6.3	Detektoriaus aktyvios zonos dydis	35 cm x 42,6 cm
6.4	Pikselio dydis	125 μ m
6.5	Apsauga nuo skysčių	IP57
6.6	Svoris	2,3 kg
6.7	Vidinė atmintis rentgeno vaizdų saugojimui	Taip, yra
6.8	Baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle	Taip, yra
6.9	Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (su integruota rankena)	Taip, yra
7.	Technologo darbo vieta	1 vnt.
7.1	Informacijos iš detektorių nuskaitymas	Taip, yra
7.2	Ekspozicijos parametrų valdymas	Taip, yra
7.3	Galimybė užprogramuoti rentgeno diagnostinio tyrimo protokolus	432 protokolai
7.4	Gautų vaizdų peržiūra	Taip, yra
7.5	Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage)	Taip, yra
7.6	Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)	Taip, yra
7.7	Lietimui jautrus monitorius	Ekrano įstrižainė 19"

8.	Kiti reikalavimai	
8.1	Kliūčių daviklis	Taip, yra
8.2	Avarinio stabdžių paleidimo funkcija	Taip, yra
8.3	Garantinis laikotarpis	24 mėn.

2. Sutarties vertė

Sutarties (iki 4 vnt.) vertė – 457.960,80 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt eurų 80 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (24 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų gavus lėšas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų, taip pat valstybės biudžeto lėšų arba liginės lėšų. Negavus finansavimo, sutartis gali būti nutraukiama.

3.2. Jeigu “Pirkėjas” neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, “Pardavėjas” gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. “Pardavėjas” garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. “Pardavėjas” įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. “Pardavėjas”, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas “Pirkėją”, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos “Pirkėjui” nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti “Pardavėjas” įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. “Pardavėjas” pristato “Pirkėjui” nurodytas prekes į jo buveinę laike 40 (keturiasdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka “Pardavėjas”.

5.4. Jeigu "Pardavėjas" per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, "Pirkėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

7.1.1. šalių susitarimu;

7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8. Ginčai

8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.



9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjas sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



“Pardavėjas”

UAB „Graina“
Durpyno g. 22
Panevėžys, LT-36237
A/S LT637044060002635618
AB SEB bankas
Panevėžio filialas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 147736647



Direktorius
Arūnas Padvariškis

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

**PASIŪLYMO FORMA
DĖL MOBILAUS RENTGENO APARATO PIRKIMO
Pirkimo Nr. 495507**

2020-07-16 Nr. KD20-236
Panevėžys

Tiekėjo pavadinimas	UAB „GRAINA“
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT – 36237 Panevėžys
Įmonės kodas	147736647
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Administratorė VP specialistė Vilma Gudonienė
Telefono numeris	(8 45) 507798
Fakso numeris	(8 45) 433540
El. pašto adresas	info@graina.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A.s. LT63 7044 0600 0263 5618 AB SEB bankas, Banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/
NEPASITELKIAMI

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	-
Išipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:
- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
 - tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Techninė specifikacija KONF	3
3.	Kvalifikacijos dokumentai KONF: - Registrų centro jungtinė pažyma; - Registrų centro išplėstinis išrašas.	10
4.	Prekių aprašymai KONF	23
5.	CE sertifikatas	2
6.	Igaliojimas pasirašyti dokumentus	1
7.	EBVPD	13

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina, EUR su PVM
1.	Mobilus rentgeno aparatas Modelis: „MobileDart Evolution MX8“ Gamintojas: Shimadzu, Japonija	457.960,80

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

KONFIDENCIALAUS CVP IS sistemoje pateikto dokumento pavadinimas
Techninė specifikacija KONF
Kvalifikacijos dokumentai KONF
Prekių aprašymai KONF

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Žiūrėti CVP IS sistemoje prisegtus dokumentus pavadinimais:

„Techninė specifikacija KONF“ bei atžymas tikrinti prisegtame dokumente pavadinimu: „Prekių aprašymas KONF“.

„Prekių aprašymas KONF“.

Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su konkurso sąlygomis ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė
(Vardas ir pavardė)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė VILMA
GUDONIENĖ
Data: 2020-07-16 18:34:47

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

2020-07-16

Techniniai reikalavimai mobiliam rentgeno aparatui

Pateikiame užpildytą siūlomos prekės specifikaciją, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo bei lietuvių kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujamai parametro reikšmei pagal konkurso sąlygose nurodytas technines charakteristikas.

Atžymas tikrinti CVP IS prisegtame dokumente pavadinimu:
„Prekių aprašymas KONF“

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Aukšto dažnio generatorius	1 vnt.	1 vnt.
1.1	Maksimali galia	≥ 30 kW	32 kW <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 3</u>
1.2	Įtampos diapazonas	$\geq (40 - 130)$ kV	(40 – 133) kV <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 3</u>
1.3	Srovės ir laiko sandaugos diapazonas	$\geq (0,4 - 320)$ mAs	(0,32 – 320) mAs <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 3</u>
1.4	Maksimali srovė	≥ 400 mA	400 mA <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 3</u>
1.5	Anatominės programos	Būtina	Taip, anatominės programos <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 3</u>
2.	Rentgeno vamzdis	1 vnt.	1 vnt.
2.1	Besisukantis anodas	Būtina	Taip, besisukantis anodas <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 9</u>
2.2	Židinio dėmių skaičius	≥ 2	2 <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
2.3	Didžiojo židinio nominali galia	≥ 30 kW	36,4 kW <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 9</u>
2.4	Mažojo židinio nominali galia	≥ 18 kW	19,9 kW <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 9</u>
2.5	Anodo šiluminė talpa	≥ 300 kHU	300 kHU <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
3.	Kolimatorius	1 vnt.	1 vnt.
3.1	Sklendžių valdymas iš abiejų pusių	Būtina	Taip, sklendžių valdymas iš abiejų pusių <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 12</u>
3.2	LED tipo indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas	Būtina	Taip, LED tipo indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
3.3	Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas	Būtina	Taip, automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
3.4	Kolimatoriaus pasukimas	$\geq \pm 90^\circ$	$\pm 90^\circ$ <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
4.	Mechaninės charakteristikos		
4.1	Motorizuotas judėjimas	Būtina	Taip, motorizuotas judėjimas <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4.2	Maksimalus motorizuoto judėjimo greitis	≥ 5 km/h	5 km/h <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
4.3	Kolonos tipo rentgeno vamzdžio laikiklis	Būtina	Taip, kolonos tipo rentgeno vamzdžio laikiklis <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 2</u>
4.4	Kolonos pasukimas kampu	$\geq \pm 270^\circ$	$\pm 270^\circ$ <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
4.5	Rentgeno vamzdžio horizontalaus judėjimo diapazonas	Ne siauresnis kaip nuo 64 cm iki 120 cm	Nuo 63,8 cm iki 120,3 cm <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
4.6	Rentgeno vamzdžio vertikalaus judėjimo diapazonas	Ne siauresnis kaip nuo 70 cm iki 200 cm	Nuo 68 cm iki 202,5 cm <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
4.7	Rentgeno vamzdžio pavertimo kampas	$\geq 120^\circ$	120° <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
4.8	Aukštis transportavimo metu	≤ 130 cm	127 cm <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
4.9	Plotis	≤ 56 cm	56 cm <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
4.10	Svoris	≤ 450 kg	440 kg <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
4.11	Integruotas dėklas rentgeno spindulių detektoriui	Būtina	Taip, integruotas dėklas rentgeno spindulių detektoriui <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 12</u>
5.	Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu)	Būtina	Taip, dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 2</u>
6.	Skaitmeninis, bevielis rentgeno spindulių detektorius	1 vnt.	1 vnt.
6.1	Ryšys su technologo darbo vieta	Bevielis	Taip, bevielis ryšys su technologo darbo vieta <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 19</u>
6.2	Scintiliatoriaus tipas	Csl	Csl <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 19</u>
6.3	Detektoriaus aktyvios zonos dydis	≥ 34 cm x 42 cm	35,0 cm x 42,6 cm <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 5</u>
6.4	Pikselio dydis	≤ 130 μ m	125 μ m <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 19</u>
6.5	Apsauga nuo skysčių	Ne prasčiau nei IPX6	IP57 <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 19</u>
6.6	Svoris	$\leq 2,6$ kg	2,3 kg <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 19</u>
6.7	Vidinė atmintis rentgeno vaizdų saugojimui	Būtina	Taip, vidinė atmintis rentgeno vaizdų saugojimui <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 5</u>
6.8	Baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle	Būtina	Taip, baterijos krovimas integruotame detektoriaus dėkle <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 20</u>
6.9	Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (su integruota rankena)	Būtina	Taip, galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (su integruota rankena) <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 18</u>
7.	Technologo darbo vieta	1 vnt.	1 vnt.
7.1	Informacijos iš detektorių nuskaitymas	Būtina	Taip, informacijos iš detektorių nuskaitymas <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 6</u>

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
7.2	Ekspozicijos parametrų valdymas	Būtina	Taip, ekspozicijos parametrų valdymas <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 23</u>
7.3	Galimybė užprogramuoti rentgeno diagnostinio tyrimo protokolus	Ne mažiau 100 protokolų	432 protokolai <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 3</u>
7.4	Gautų vaizdų peržiūra	Būtina	Taip, gautų vaizdų peržiūra <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 6</u>
7.5	Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage)	Būtina	Taip, vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 6</u>
7.6	Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist)	Būtina	Taip, galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 6</u>
7.7	Lietimui jautrus monitorius	Ekrano įstrižainė $\geq 19''$	Taip, lietimui jautraus monitoriaus įstrižainė 19" <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 15</u>
8.	Kiti reikalavimai		
8.1	Kliūčių daviklis	Būtina	Taip, kliūčių daviklis <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 21</u>
8.2	Avarinio stabdžių paleidimo funkcija	Būtina	Taip, avarinio stabdžių paleidimo funkcija <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 22</u>
8.3	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėn.	24 mėn.
9.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	Taip, kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo prekių aprašymai, kuriuose yra nurodyta visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Prekių aprašyme yra pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams, t. y. pabrauktas kiekvienos pozicijos kiekvienas atitikimas, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Prekių aprašymai pateikiami anglų ir lietuvių kalba. <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 1-23</u>
10.	Perkamas kiekis	Iki 4 vnt	4 vnt.
11.	PVM tarifas procentais		21
12.	Vnt. kaina Eur su PVM		114.490,20
13.	Viso kaina Eur su PVM		457.960,80
14.	Firminis pavadinimas, gamintojas		Modelis: „MobileDart Evolution MX8“ Gamintojas: Shimadzu, Japonija

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

Vilma Gudonienė