

SUTARTIS Nr. SR20-100
14-20-0053

Klaipėda,

2020 m. 08 mėn. 10 d.

1. Sutarties esmė

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Graina“ atstovaujama direktoriaus A. Padvariškio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytais sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (495500) laimėtus modulinius paciento monitorius BeneVision N15, Mindray, kurių vnt. kaina yra 10.300,00 Eur (dešimt tūkstančių trys šimtai eurų 00 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

Moduliniai paciento monitoriai BeneVision N15, Mindray

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės
1.	Moduliniai paciento monitoriai	
2.	Modulinis paciento monitorius	1 vnt.
3.	Ekranas	• Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD), lietimui jautrus • Ekranas įstrižainė 15,6 colių • Raiška (1920 x 1080) taškų • Vienu metu ekrane vaizduojama 10 kreivių • Palaikomos gestų funkcijos • Stebėjimo kampas 178°
4.	Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje	6 pozicijos
5.	Modulinis paciento monitorius gali priimti duomenis iš infuzinių, švirkštinių pumpų, dirbtinės ventiliacijos aparatų ir išsiųsti juos į centrinę monitoravimo sritį	Duomenys priimami tiesiogiai arba naudojant komunikacijos modulį
6.	Modulinio paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgą eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo	Aušinimas be ventiliatoriaus
7.	Galimybė paciento monitoriaus ekrane, peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus	Taip, yra
8.	Galimybė paciento monitorių funkcionalumą praplėsti netiesioginės kalorimetrijos monitoravimu	Taip, yra
9.	Modulinio paciento monitoriaus multiparametrų modulis	1 vnt.
10.	Multiparametrų modulyje registruojami parametrai	• EKG • Kvėpavimas • Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) • SpO₂ • Temperatūra • Neinvazinis kraujospūdis • Invazinis kraujospūdis
11.	Bendri reikalavimai paciento monitoriams	
12.	Monitoriaus LED indikatoriai	• Maitinimo indikatorius

		• Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius • Baterijos krovimo indikatorius
13.	Budėjimo režimas	Taip, yra
14.	Naktinis režimas	Taip, yra
15.	Privatumo režimas	Klinikinio monitoravimo režimas, kurio metu ekrane nerodomas paciento gyvybinės funkcijos, tačiau pacientas yra monitoruojamas – gaunami duomenys siunčiami į centrinę monitoravimo stotį ar kitą sistemą
16.	Duomenų atmintis	• 120 val. trukmės monitoravimo duomenų grafinis atvaizdavimas • 48 val. trukmės monitoravimo duomenų pilnas grafinis parametrų vaizdavimas • 1000 neinvazinio kraujospūdžio matavimų • 1000 aliarmų atvejų • 1000 aritmijų atvejų
17.	Šalutinio srauto CO2 monitoravimo modulis	1 vnt.
18.	Priedai paciento monitoriams (visam monitorių kiekiui)	
19.	3 elektrodų EKG kabelis	1 vnt.
20.	Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu	1 vnt.
21.	Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele	1 kompl.
22.	Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui	1 vnt.
23.	Šalutinio srauto CO2 monitoravimo priedai	1 vnt.
24.	Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo priedai (daugkartinio naudojimo jungimo laidas ir vienkartinis daviklis)	1 kompl.
25.	Bendrieji reikalavimai	
26.	Suteikiama garantija	* 24 mėn. garantija įrangai * 6 mėn. garantija įrangos priedams
27.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Taip, yra
28.	Reikalavimai techninei dokumentacijai	Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimas techninių specifikacijų reikalavimams įrodantys gamintojo parengtus techninius aprašus dokumentus.

2. Sutarties vertė

Sutarties (iki 14 vnt.) vertė – 144.200,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai eurų 00 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pervežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pervežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (24 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų gavus lėšas iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų, taip pat valstybės biudžeto lėšų arba ligininės lėšų. Negavus finansavimo, sutartis gali būti nutraukiama.

3.2. Jeigu “Pirkėjas” neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, “Pardavėjas” gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

4. Garantijos

4.1. “Pardavėjas” garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. “Pardavėjas” įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. “Pardavėjas”, jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas “Pirkėją”, kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos “Pirkėjui” nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti “Pardavėjas” įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Prekių pristatymas

5.1. “Pardavėjas” pristato “Pirkėjui” nurodytas prekes į jo buveinę laike 40 (keturiasdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka “Pardavėjas”.

5.4. Jeigu “Pardavėjas” per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, “Pirkėjas” gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. Prekių įpakavimas

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. “Pardavėjas” garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.



7. Sutarties nutraukimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

7.1.1. šalių susitarimu;

7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8. Ginčai

8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.



9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjas sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT 827180500000120325
AB "Šiaulių bankas"
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71805
Įmonės kodas 190468035



įmonės gyvytoja
infrastruktūrai
Motožienė

“Pardavėjas”

UAB „Graina“
Durpyno g. 22
Panevėžys, LT-36237
A/S LT637044060002635618
AB SEB bankas
Panevėžio filialas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 147736647



Direktorius
Arūnas Padvārškis

Uždaroji akcinė bendrovė „GRAINA“

Įmonės kodas 1477 36647, PVM mokėtojo kodas LT477366410, Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys,
A.s. LT63 7044 0600 0263 5618, AB SEB bankas, Banko kodas 70440, Tel.845 57 06 05, Faks.845 43 35 40
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

**PASIŪLYMO FORMA
DĖL MODULINIŲ PACIENTO MONITORIŲ PIRKIMO**

Pirkimo Nr. 495500

2020-07-16 Nr. KD20-234
Panevėžys

Tiekėjo pavadinimas	UAB „GRAINA“
Tiekėjo adresas	Durpyno g. 22, LT – 36237 Panevėžys
Įmonės kodas	147736647
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Administratorė VP specialistė Vilma Gudonienė
Telefono numeris	(8 45) 507798
Fakso numeris	(8 45) 433540
El. pašto adresas	info@graina.lt
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A.s. LT63 7044 0600 0263 5618 AB SEB bankas, Banko kodas 70440

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/
NEPASITELKIAMI

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas	2
2.	Techninė specifikacija KONF	4
3.	Kvalifikacijos dokumentai KONF: - Registrų centro jungtinė pažyma; - Registrų centro išplėstinis išrašas; - Gamintojo įgaliojimas.	12
4.	Prekių aprašymas KONF	27
5.	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus	1
6.	EBVPD	13

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM
1.	Moduliniai paciento monitoriai BeneVision N15, Mindray	144.200,00

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

KONFIDENCIALAUS CVP IS sistemoje pateikto dokumento pavadinimas
Techninė specifikacija KONF
Kvalifikacijos dokumentai KONF
Prekių aprašymas KONF

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Žiūrėti CVP IS sistemoje prisegtus dokumentus pavadinimais:

„Techninė specifikacija KONF“ bei atžymas tikrinti prisegtuose dokumentuose pavadinimais:

„Prekių aprašymas KONF“.

Pateikdami pasiūlymą, sutinkame su konkurso sąlygomis ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vilma Gudonienė

(Vardas ir pavardė)

Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė VILMA
GUDONIENĖ
Data: 2020-07-16 17:22:19

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei

2020-07-16

SPECIALIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Pateikiame užpildytą siūlomos prekės specifikaciją, nurodant kiekvieno techninio parametro atitikimą (tikslią parametro reikšmę) ir atitikimo patvirtinimą dokumente originalo bei lietuvių kalba (pažymint vietą, psl. Nr.) Perkančiosios organizacijos pageidaujamai parametro reikšmei pagal konkurso sąlygose nurodytas technines charakteristikas.

Atžymas tikrinti CVP IS prisegtuose dokumentuose pavadinimais:
„Prekių aprašymas KONF“

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalaujamų techninių parametų reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.	Moduliniai paciento monitoriai		
2.	Modulinis paciento monitorius	1 vnt.	BeneVision N15 modulinis paciento monitorius – 1 vnt. <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</u>
3.	Ekranas	- Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus - Ekranas įstrižainė ≥ 15 colių - Raiška $\geq (1920 \times 1080)$ taškų - Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 10 kreivių - Palaikomos gestų funkcijos - Stebėjimo kampas $\geq 170^\circ$	Spalvotas, skystųjų kristalų LCD, lietimui jautrus <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</u> Ekranas įstrižainė 15.6 colių <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</u> Raiška 1920 x 1080 taškų <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</u> Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama 10 kreivių <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</u> Palaikomos gestų funkcijos <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</u> Stebėjimo kampas 178° <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1</u>
4.	Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje	≥ 6 pozicijos	Talpinamų modulių kiekis paciento monitoriuje 6 pozicijos <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
5.	Modulinis paciento monitorius gali priimti duomenis iš infuzinių, švirkštinių pompų, dirbtinės ventiliacijos aparatų ir išsiųsti juos į centrinę monitoravimo soti	Duomenys priimami tiesiogiai arba naudojant komunikacijos modulį	Modulinis paciento monitorius gali priimti duomenis iš infuzinių, švirkštinių pompų, dirbtinės ventiliacijos aparatų ir išsiųsti juos į centrinę monitoravimo soti. Duomenys priimami tiesiogiai arba naudojant BeneLink komunikacijos modulį <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 5</u>
6.	Modulinio paciento monitoriaus aušinimas	Aušinimas be ventiliatoriaus	Modulinio paciento monitoriaus aušinimas be ventiliatoriaus

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalaujamų techninių parametų reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	užtikrinantis begarsę ir ilgą eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo		užtikrinantis begarsę ir ilgą eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 6</u>
7.	Galimybė paciento monitoriaus ekrane, peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus	Būtina	Galimybė paciento monitoriaus ekrane, peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 5, 8</u>
8.	Galimybė paciento monitorių funkcionalumą praplėsti netiesioginės kalorimetrijos monitoravimu	Būtina	Galimybė paciento monitorių funkcionalumą praplėsti netiesioginės kalorimetrijos monitoravimu. Netiesioginės kalorimetrijos modulių komplektas (Respiracijos modulis ir šalutinio srauto kapnografijosn(CO2) modulis su paramagnetiniu deguonies (O2) sensoriumi. <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 2, 3</u>
9.	Modulinio paciento monitoriaus multiparametrų modulis	1 vnt.	Modulinio paciento monitoriaus multiparametrų modulis - 1 vnt. <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 9</u>
10.	Multiparametrų modulis registruojami parametrai	- EKG - Kvėpavimas - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) - SpO₂ - Temperatūra - Neinvazinis kraujospūdis - Invazinis kraujospūdis	- EKG - Kvėpavimas - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) - SpO₂ - Temperatūra - Neinvazinis kraujospūdis - Invazinis kraujospūdis <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 9</u>
11.	Bendri reikalavimai paciento monitoriams		
12.	Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai	- Maitinimo indikatorius - Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius - Baterijos krovimo indikatorius	Monitoriaus LED indikatoriai - Maitinimo indikatorius <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 10</u> - Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u> - Baterijos krovimo indikatorius <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 11</u>
13.	Budėjimo režimas	Būtina	Budėjimo režimas <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 12</u>
14.	Naktinis režimas	Būtina	Naktinis režimas <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 13</u>
15.	Privatumo režimas	Klinikinio monitoravimo režimas, kurio metu ekrane nerodomas paciento gyvybinės funkcijos, tačiau pacientas yra monitoruojamas – gaunami	Klinikinio monitoravimo režimas, kurio metu ekrane nerodomas paciento gyvybinės funkcijos, tačiau pacientas yra monitoruojamas – gaunami duomenys siunčiami į centrinę monitoravimo stotį ar kitą sistemą

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalaujamų techninių parametų reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
		duomenys siunčiami į centrinę monitoravimo stotį ar kitą sistemą	<u>Prekių aprašymo psl. Nr. 13</u>
16.	Duomenų atmintis	• ≥ 120 val. trukmės monitoravimo duomenų grafinis atvaizdavimas • ≥ 48 val. trukmės monitoravimo duomenų pilnas grafinis parametų vaizdavimas • ≥ 1000 neinvazinio kraujospūdžio matavimų • ≥ 100 aliarmų atvejų • ≥ 100 aritmijų atvejų	Duomenų atmintis • 120 val. trukmės monitoravimo duomenų grafinis atvaizdavimas <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u> • 48 val. trukmės monitoravimo duomenų pilnas grafinis parametų vaizdavimas <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u> • 1000 neinvazinio kraujospūdžio matavimų <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u> • 1000 aliarmų atvejų <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u> • 1000 aritmijų atvejų <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 4</u>
17.	Šalutinio srauto CO2 monitoravimo modulis	1 vnt.	Šalutinio srauto CO2 monitoravimo modulis – 1 vnt. <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 2</u>
18.	Priedai paciento monitoriams (visam monitorių kiekiui)		
19.	3 elektrodų EKG kabelis	1 vnt.	3 elektrodų EKG kabelis – 1 vnt. <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 15</u>
20.	Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu	1 vnt.	Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis dedamas ant piršto – 1 vnt. <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 17</u> , pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu – 1 vnt. <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 16</u>
21.	Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele	1 kompl.	1 kompl. Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 19</u> pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 18</u>
22.	Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui	1 vnt.	Odos temperatūros matavimo davikliai suaugusiems, skirti daugkartiniam naudojimui – 1 vnt, <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 20</u>
23.	Šalutinio srauto CO2 monitoravimo priedai	1 vnt.	Šalutinio srauto CO2 monitoravimo priedai – 1 vnt. <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 21</u>
24.	Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo priedai (daugkartinio naudojimo)	1 kompl.	1 kompl. Invazinio kraujo spaudimo monitoravimo priedai daugkartinio

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalaujamų techninių parametų reikšmės	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
	jungimo laidas ir vienkartinis daviklis)		naudojimo jungimo laidas <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 22</u> vienkartinis daviklis <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 23</u>
25.	Bendrieji reikalavimai		
26.	Suteikiama garantija	* ≥ 24 mėn. garantija įrangai * ≥ 6 mėn. garantija įrangos priedams	Suteikiama garantija 24 mėn. įrangai 6 mėn. įrangos priedams
27.	Įrangos žymėjimas CE ženklu	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją)	Kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikato kopija <u>Prekių aprašymo psl. Nr. 24-27</u>
28.	Reikalavimai techninei dokumentacijai	Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus.	Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis pateikiama kartu su įranga. Techninių parametų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus pateikiame kartu su pasiūlymu. <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 1-27</u>
29.	Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. <u>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</u>	Būtina	Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose yra nurodyta visa informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Prekių aprašyme yra pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams, t. y. pabrauktas kiekvienos pozicijos kiekvienas atitikimas, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Prekių aprašymai pateikiami anglų ir lietuvių kalba. <u>Prekių aprašymas psl. Nr. 1-27.</u>
30.	Perkamas kiekis	Iki 14 vnt	Iki 14 vnt
31.	PVM tarifas procentais		21 %
32.	Vnt. kaina Eur su PVM		10.300,00
33.	Viso kaina Eur su PVM		144.200,00
34.	Firminis pavadinimas, gamintojas		Moduliniai paciento monitoriai BeneVision N15, Mindray

Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė

Vilma Gudonienė