



UAB „Medita“
(tiekėjo pavadinimas)

**Uždaroji akcinė bendrovė, P. Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius, Tel.: (8~5) 272 03 72, Faks. (8~5) 272 01 01,
El. p. info@medita.lt, www.medita.lt, Juridinių asmenų registras, 110323729, LT103237219**
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai Kauno miesto poliklinikai

**PASIŪLYMAS
DĖL MAGNETOTERAPIJOS PRIETAISO IR POLIARIZUOTOS ŠVIESOS TERAPIJOS PRIETAISO
PIRKIMO**

2020 m.rugpjūčio 19 d. Nr. 1
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Medita“
Jungtinės veiklos lyderis*	
Jungtinės veiklos partneris 1*	
ir t.t. *	
Įmonės ir PVM mokėtojo kodas	110323729; LT103237219
Tiekėjo adresas	P.Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Grupės vadovas Rokas Arlauskas
Telefono numeris	(8~5) 272 03 72, (8~5) 272 03 60
Fakso numeris	(8~5) 272 01 01
El. pašto adresas	info@medita.lt

* Jeigu reikia pridėkite/ištrinkite papildomas eilutes partneriams.

Pastaba: subtiekęs pagal šios formos nuostatas nėra traktuojamas kaip partneris. Jeigu šį pasiūlymą pateikia individualus tiekėjas, tiekėjo pavadinimas turi būti nurodomas kaip **“Paslaugų teikėjo pavadinimas”** (o visos kitos nereikalingos eilutės ištrinamos).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas, modelis, gamintojas	Vieneto kaina be PVM, EUR	Vieneto kaina su PVM, EUR	Kiekis, vnt.	Bendra kaina be PVM, EUR (3*5)	Bendra kaina su PVM, EUR (4*5)
1	2	3	4	5	6	7
2	Poliarizuotos šviesos terapijos prietaisas (<i>tiekėjas nurodo gamintoją, modelį</i>)	4958.68	6000	1	4958.68	6000.00
2-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina:					4958.68	6000.00
Bendra pasiūlymo kaina:					4958.68	6000.00

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) 6000 Eur (šeši tūkstančiai eurų ir 00 centų) iš jų PVM 1041.32 Eur (vienas tūkstantis keturiasdešimt vienas euras ir 32 centai).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelėse atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:_____.

** Pažymime, kad prekių gamintojai, katalogo Nr., modeliai ir prekių techninė specifikacija yra konfidenciali informacija, kuri nėra vieša ir negali būti viešinama.*

**MAGNETOTERAPIJOS PRIETAISO IR POLIARIZUOTOS ŠVIESOS TERAPIJOS PRIETAISO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Prekės privalo būti pažymėtos CE ženklu. Tiekėjas turi būti pateikti prekės gamintojo CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją originalo ir lietuvių kalba (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija*).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninis reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-64 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:

3.1. dokumentą patvirtinantį tiekėjo teisę instaliuoti prekę (tiekėjas yra prekės gamintojas arba prekės gamintojo paskirtas asmuo, išskyrus atvejus, nurodytus 3.2 punkte.)

3.2. Jeigu prekės gamintojas pridedamoje prie medicinos priemonės informacijoje (naudojimo instrukcijoje, techniniame pase ar kt.) nenurodo specialių reikalavimų prekę instaliuojančiam asmeniui, tuomet prekė gali instaliuoti asmuo, turintis aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, atitinkantį numatomų darbų sritį -pateikiami prekę instaliuosiančio asmens išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai.

3.3. dokumentą patvirtinantį tiekėjo teisę atlikti siūlomos prekės garantinį aptarnavimą (Medicinos priemonės garantinį aptarnavimą gali atlikti medicinos priemonės gamintojas, medicinos priemonės gamintojo įgaliotas asmuo).

3.4. dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu - prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia **prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba**. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

5. Įrangai suteikiama ne mažiau 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalba.

Eilės Nr.	Pavadinimas/Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.		
			Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)		
			Siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus	
	dokumento pavadinimas	pasiūlymo lapo numeris			
2	Poliarizuotos šviesos terapijos prietaisas Q.Light Pro Unit (gamintojas Q.Products AG, Šveicarija), 1 vnt.				
2.1.	Šviesos šaltinis -natūrali dienos šviesa	Būtina	Šviesos šaltinis - natūrali dienos šviesa	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	6psl.
2.2.	Poliarizuota šviesa	Būtina, šviesos poliarizacijos laipsnis ≥ 98 %	Poliarizuota šviesa šviesos poliarizacijos laipsnis ≥ 98 %	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	6psl.
2.3.	Skleidžiamos šviesos bangų ilgio spektras	Būtina, 385 - 1700 ±100 nm	385 - 1700nm	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	6psl.
2.4.	Vidutinis gydomosios galios tankis	40mW/cm2, 2,4 J cm2 standartiniu gydymo atstumu	40mW/cm2, 2,4 J cm2 standartiniu gydymo atstumu	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	6psl.
2.5.	Nėra UV spinduliavimo	Būtina	Nėra UV spinduliavimo	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	7psl.
2.6.	Šviesos spalvinė temperatūra	Būtina 4700 K ±200 K	4700 K	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	6psl.
2.7.	Galimybė pasirinkti parametrus pagal šviesos bangos ilgį atsižvelgiant į indikacijas	Būtina.	Galimybė pasirinkti parametrus pagal šviesos bangos ilgį atsižvelgiant į indikacijas	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	6;9psl.
		Skausmo malšinimui skleidžiamos šviesos spektras 630 ±50 nm - 1650±50 nm	Skausmo malšinimui skleidžiamos šviesos spektras 580 nm - 1700 nm	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	6;9psl.
		Žaizdų gydymui skleidžiamos šviesos spektras 425±50 nm - 1650±50 nm	Žaizdų gydymui skleidžiamos šviesos spektras 385 nm - 1700 nm	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	6;9psl.

2.8.	Reguliuojamas skleidžiamos šviesos srauto diametras	Būtina, keičiamas nuo 10 iki 35±5 cm ribose	Reguliuojamas skleidžiamos šviesos srauto diametras nuo 5 iki 40 cm ribose	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	6psl.
2.9.	Galimybė rinktis šviesos srautą su infraraudonųjų spindulių bangomis ar be jų	Būtina	Galimybė rinktis šviesos srautą su infraraudonųjų spindulių bangomis ar be jų	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	6psl.
2.10.	Prietaiso apsaugos klasė -II, tipas B	Būtina	Prietaiso apsaugos klasė -II, tipas B	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	7psl.
2.11.	Svoris (be stovo)	1,2±0,2 kg	1,2 kg	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	7psl.
2.12.	Stovas skirtas lempos pozicionavimui ir transportavimui	Būtinai. Su stabiliu pagrindu, ne mažiau keturiais, neslystančiais ratukais su stabdžiais. Stove integruoti elektros lizdai ir ne mažiau 5 m ilgio elektros kabelis su įžeminimu.	Su stabiliu pagrindu, keturiais, neslystančiais ratukais su stabdžiais. Stove integruoti elektros lizdai ir 5 m ilgio elektros kabelis su įžeminimu. (STANDARD tipo)	Nuoroda į gamintojo puslapį: https://qlight.ch/index.php/en/stands Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	7psl.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos, kaštai ir visi mokesčiai, susiję su tinkamu sutarties vykdymu pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir kaštus, kuriuos, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Pateikdami pasiūlymą, patvirtiname, jog visos siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

1. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti, subtiekęjus, kurių pajėgumais remiasi, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

1.1. Pasitelksiu šiuos subtiekęjus:

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalis (nurodomi darbai, veiklos ar pan.), numatyta atlikti subtiekimu pagrindais	Subtiekęjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas, atstovas

1.2. pasitelksiu šiuos specialistus (pildyti tuomet, jei pasiūlymo pateikimo momentui jie nėra Tiekėjo ar jo pasitelkiamo subtiekęjo darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti):

Eil. Nr.	Specialistai		
	Vardas ir pavardė	Kokiems sutartiniais įsipareigojimams pasitelkiamas specialistas	Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar subtiekęjo) bus įdarbintas šis specialistas sutarties laimėjimo atveju*
	(.....) <i>(lentelė pildoma toliau, jei pasitelkiami specialistai)</i>		

Pastaba: * - Jei specialistas bus įdarbintas subtiekęjo įmonėje, o Tiekėjas nurodo kelis planuojamus pasitelkti subtiekęjas – nurodoma kurio konkrečiai subtiekęjo įmonėje bus įdarbintas specialistas sutarties laimėjimo atveju.

1.3. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti kitus ūkio subjektus (jei jie yra žinomi), kurių kvalifikacija nesiremia siekdamas atitikti pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalis (nurodomi darbai, veiklos ar pan.), numatyta atlikti kitų ūkio subjektų	Kito ūkio subjekto pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas.
1	Kita <i>(pildoma, jei pasitelkiama)</i>	

2. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Dokumentus su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“) atskirai*:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1	UAB „Medita“ įgaliojimas (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
2	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
3	Ketinių protokolai (konfidencialu)	„Prisegti dokumentai“
4	Prekių gamintojai, modeliai, kodai ir techninė specifikacija (informacija)	

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus šio pasiūlymo 1 ir 2 punktus. Pasiūlymo 1 ir 2 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 1 ir/ar 2 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekejų nepasitelks/pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	UAB „Medita“ įgaliojimas (konfidencialu)	1
2	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	33
3	Ketinių protokolai (konfidencialu)	2

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Viešųjų pirkimų specialistė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Jurgita Žaliauskienė

(Vardas ir pavardė)