

UAB „LAISVA LINIJA“

(Uždaroji akcinė bendrovė, Mokslininkų g. 12A, LT-08412, Vilnius, tel.: +370 5 2729054, faks.: +370 5 2729067, el. p. info@laisvalinija.com. Įmonės kodas 123014889, PVM kodas: LT230148811. Duomenys kaupiami Valstybinės įmonės Registrų centras registre)

PASIŪLYMAS 1-43391652**Stacionaraus laboratorinio pH-metro**

2015- 07 - 31

data

Vilnius

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	UAB "LAISVA LINIJA"
Tiekėjo adresas	Mokslininkų g. 12A, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Justina Dirsytė
Telefono numeris	+370 5 2729054
Fakso numeris	+370 5 2729067
El. pašto adresas	info@laisvalinija.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo sąlygose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis	Kiekis (vnt.)	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su PVM
1.	Stacionarus laboratorinis pH-metras, skirtas skystų mėginių pH vertės nustatymui	1	1760	2129,60

Pasiūlymo kaina su PVM – **2129,60 Eur** - Du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt devyni eurai ir šešiasdešimt euro centų.

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įskaitant pristatymą, instaliavimą, apmokymą ir kt.) ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro - **369,60 Eur** trys šimtai šešiasdešimt devyni eurai ir šešiasdešimt euro centų

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose keltus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Viešųjų pirkimų tarnybos pažyma	1
2.	UAB "Laisva linija" LR JAR išplėstinis išrašas	4
3.	UAB "Laisva linija" registravimo pažymėjimas bei įstatai	5
4.	UAB "Laisva linija" ISO sertifikatas	1
5.	Tiekėjo deklaracija	1
6.	Tiekėjo deklaracija dėl serviso inžinieriaus kvalifikacijos	1
7.	Gamintojo įgaliojimas UAB "Laisva linija"	1
8.	VĮ Registrų centro išduota pažyma patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie UAB "Laisva linija"	2
9.	Įgaliojimas Justinai Dirsytei	1
10.	Techninė informacija, brošiūros	6

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali, VTMT šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	UAB "Laisva linija" įgaliojimas Justinai Dirsytei	"Prisegti dokumentai": "Įgaliojimas Justinai Dirsytei konfidencialus"
2	UAB "Laisva linija" LR JAR išplėstinis išrašas	"Prisegti dokumentai": „Laisva linija_Kvalifikacijos dokumentai"
3	UAB "Laisva linija" įstatai	"Prisegti dokumentai": „Laisva linija_Kvalifikacijos dokumentai"
4	VĮ Registrų centro išduota pažyma patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie UAB "Laisva linija"	"Prisegti dokumentai": "RC jungtine pazyma konfidenciali"

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Produktų specialistė

(pasirašyta saugiu
elektroniniu
parašu)

Justina Dirsytė

(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

**JUSTINA
DIRSYTĖ**

Digitally signed by JUSTINA DIRSYTĖ
DN: email=justina.dirsyte@mega.nii.lt, c=LT,
cn=JUSTINA DIRSYTĖ, sn=DIRSYTĖ,
givenName=JUSTINA, serialNumber=48909160751
Date: 2015.07.31 09:06:11 +03'00'

Stacionaraus laboratorinio pH-metro specifikacija

Sistema susideda iš:

Laboratorinio pH-metro su stovu elektrodui;
Elektrodo;
Maišyklės;
Temperatūros daviklio;
Sotaus kalio chloridinio tirpalo 3 mol/l (KCl);
Kalibravimo tirpalų rinkinio.

Eil.Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
1	Stacionaraus laboratorinio pH-metro paskirtis	Skystų mėginių pH vertės (parametro) matavimas tirpaluose.	Skystų mėginių pH vertės (parametro) matavimas tirpaluose.
2	Stacionaraus laboratorinio pH-metro korpusas	Korpusas privalo būti atsparus drėgmei, jo viršutinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno.	Korpusas yra atsparus drėgmei, jo viršutinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno
3	Stacionaraus laboratorinio pH-metro matavimo diapazonas	Matavimo ribos ne siauresnės kaip: pH vertei nuo -2,00 iki +16,00; įtampai nuo -1999 mV iki +1999 mV; temperatūrai nuo -50,0 °C iki + 150,0 °C.	Matavimo ribos yra : pH vertė nuo -2,00 iki +16,00; įtampa nuo -1999 mV iki +1999 mV; temperatūra nuo -50,0 °C iki + 150,0 °C.
4	Stacionaraus laboratorinio pH-metro matavimo tikslumas	Matavimo tikslumas ne blogesnis nei: pH < 0,01 pH vertei, įtampa < 0,1 % + 0,3 mV, temperatūra < 0,3 K.	Matavimo tikslumas yra: pH < 0,01 pH vertei, įtampa < 0,1 % + 0,3 mV, temperatūra < 0,3 K.
5	Stacionaraus laboratorinio pH-metro įėjimo varža	Įėjimo varža ne mažesnė nei 1×10^{12} omų.	Įėjimo varža yra 1×10^{12} omai.
6	Stacionaraus laboratorinio pH-metro įėjimo srovė	Įėjimo srovė ne didesnė nei 1×10^{-12} A (20 °C).	Įėjimo srovė yra 1×10^{-12} A (20 °C).
7	Stacionaraus laboratorinio pH-metro kalibravimas	Privalo turėti automatinio kalibravimo funkciją.	Turi automatinio kalibravimo funkciją.
8	Stacionaraus laboratorinio pH-metro matavimo ciklo trukmė	Ne ilgiau nei 2 sekundės.	1,5 s
9	Stacionaraus laboratorinio pH-metro elektrodo stebėsena (monitoringas)	Privalo turėti automatinę elektrodo būklės nustatymo funkciją.	Turi automatinę elektrodo būklės nustatymo funkciją.
10	Elektrodo temperatūros kompensacija	Privalo turėti temperatūros kompensacijos automatinę ir rankinę funkcijas.	Turi temperatūros kompensacijos automatinę ir rankinę funkcijas
11	Stovas elektrodui	I komplektaciją privalo įeiti stovas elektrodui laikyti.	I komplektaciją įeina stovas
12	Elektrodo stovo funkcija	Privalo turėti automatinę elektrodo pamerkimo į tirpalą funkciją.	Turi automatinę elektrodo pamerkimo į tirpalą funkciją.

13	Stacionaraus laboratorinio pH-metro maitinimas.	Maitinimas 230 V, dažnis 50/60 Hz.	Maitinimas 230 V, dažnis 50/60 Hz.
14	Stacionaraus laboratorinio pH-metro elektrodas	Universalus-platininis stiklinio korpuso elektrodas su temperatūriniu jutikliu.	Universalus-platininis stiklinio korpuso elektrodas su temperatūriniu jutikliu.
15	Kalibravimo tirpalai	I komplektaciją privalo įeiti ne mažiau trijų taškų kalibravimo tirpalų rinkinys, kuris yra sudarytas iš pH 4,00; pH 7,00; pH 9,22. Visų kalibravimo tirpalų tūris ne mažiau nei po 250 ml.	I komplektaciją įeina trijų taškų kalibravimo tirpalų rinkinys, kuris yra sudarytas iš pH 4,00; pH 7,00; pH 9,22. Visų kalibravimo tirpalų tūris yra po 250 ml.
16	Sotus kalio chloridinis tirpalas	Sotus kalio chloridinis tirpalas, kurio koncentracija ne mažesnė nei 3 mol/l (KCl). Tirpalo tūris ne mažiau nei 200 ml.	Sotus kalio chloridinis tirpalas, kurio koncentracija ne mažesnė nei 3 mol/l (KCl). Tirpalo tūris 250 ml.
17	Stacionaraus laboratorinio pH-metro garantija	Ne mažiau 36 mėnesių nuo prietaiso įvedimo į eksploataciją datos ir pogarantinis aptarnavimas.	Garantija bus suteikta 36 mėnesiams nuo prietaiso įvedimo į eksploataciją datos ir pogarantiniam aptarnavimui.
18	Dokumentacija, instrukcijos	Naudojimo ir aptarnavimo vadovo arba naudojimo instrukcijos spausdinta versija lietuvių arba anglų kalba.	Prekės perdavimo metu bus pateiktas naudojimo ir aptarnavimo vadovas arba naudojimo instrukcija spausdinta versija anglų kalba.
19	Darbuotojų apmokymas	Tiekėjas privalo apmokyti ne mažiau nei du laboratorijoje dirbančius darbuotojus savarankiškai dirbti su stacionariu laboratoriniu pH-metru.	Tiekėjas apmokys ne mažiau nei du laboratorijoje dirbančius darbuotojus savarankiškai dirbti su stacionariu laboratoriniu pH-metru
20	Stacionaraus laboratorinio pH-metro patikra ir kalibravimas	Laboratoriniui pH-metrui turi būti atlikta patikra ir kalibravimas. Matavimo ribos: pH nuo -2,00 iki 16,00 ir įtampa ± 1999 mV. Matavimai turi būti atlikti akredituotoje kalibravimo laboratorijoje, kuri akredituota pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005.	Laboratoriniui pH-metrui bus atlikta patikra ir kalibravimas. Matavimo ribos: pH nuo -2,00 iki 16,00 ir įtampa ± 1999 mV. Matavimai bus atliekami akredituotoje kalibravimo laboratorijoje, kuri akredituota pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005.
21	Papildomos sąlygos	Tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo tiekti, instaliuoti ir aptarnauti prietaisą. Instaliavimas atliekamas gamintojo sertifikuoto inžinieriaus.	Tiekėjas yra įgaliotas gamintojo tiekti, instaliuoti ir aptarnauti prietaisą. Instaliavimas bus atliekamas gamintojo sertifikuoto inžinieriaus.

**JUSTINA
DIRSYTĖ**

Digitally signed by JUSTINA DIRSYTĖ
DN: email=justina.dirsyte@mega.nii.lt,
c=LT, cn=JUSTINA DIRSYTĖ,
sn=DIRSYTĖ, givenName=JUSTINA,
serialNumber=48909160751
Date: 2015.07.31 16:20:00 +03'00'