

VšĮ Karoliniškių poliklinikai

**PASIŪLYMAS  
DĖL MEDICINOS ĮRANGOS IR PRIEMONIŲ BEI MEDICININIŲ BALDŲ PIRKIMO**

2015.06.15 Nr.150615-01

(Data)

Mažeikiai

(Sudarymo vieta)

|                                                                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i> | UAB “KAVITA”                      |
| Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>         | Gamyklos g.48, LT-89104 Mažeikiai |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, pareigos, vardas, pavardė                 | Produkto vadovė Jolanta Smilgienė |
| Telefono numeris                                                                                     | 8-443-65166                       |
| Fakso numeris                                                                                        | 8-443-65866                       |
| El. pašto adresas                                                                                    | jolanta.s@kavita.com              |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;
- 2) atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas visą CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

| Eilės Nr.                                      | Prekių pavadinimas                              | Prekių kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Viso kiekio kaina, Eur be PVM | Viso kiekio kaina, Eur su PVM | Siūlomos prekės gamintojas | Siūlomos prekės modelis/komercinis pavadinimas |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>IX pirkimo dalis. Įranga oftalmologijai</b> |                                                 |               |                           |                               |                               |                            |                                                |
| 1.                                             | Nešiojamas binokulinis autorefraktometras       | 1 vnt.        | 8150,00                   | 8150,00                       | 9861,50                       | Plusoptix GmbH(Vokietija)  | Plusoptix A12                                  |
| 2.                                             | Autorefraktokeratometras                        | 1 vnt.        | 5890,00                   | 5890,00                       | 7126,90                       | Shin-Nippon(Japonija)      | K-900                                          |
| 3.                                             | Bleforostatatas suaugusiems                     | 4 vnt.        | 42,00                     | 168,00                        | 203,28                        | Katena(JAV)                | K1-5010                                        |
| 4.                                             | Bleforostatas vaikiškas                         | 2 vnt.        | 60,00                     | 120,00                        | 145,20                        | Katena(JAV)                | K1-5355                                        |
| 5.                                             | Netiesioginio vaizdo oftalmoskopas              | 2 vnt.        | 2336,00                   | 4672,00                       | 5653,12                       | Heine(Vokietija)           | Sigma 150                                      |
| 6.                                             | Plyšinė lempa                                   | 1 vnt.        | 2950,00                   | 2950,00                       | 3569,50                       | Shin-Nippon(Japonija)      | SL-40                                          |
| 7.                                             | Plyšinis retinoskopas su rankena ir baterijomis | 1 vnt.        | 850,00                    | 1028,50                       | 1028,50                       | Heine(Vokietija)           | Beta 200                                       |
| 8.                                             | Nekontaktinis tonometras                        | 1 vnt.        | 9670,00                   | 9670,00                       | 11700,70                      | Topcon(Japonija)           | CT-1                                           |
| 9.                                             | Bandomųjų lęšių rėmelis                         | 2 vnt.        | 180,00                    | 360,00                        | 435,60                        | Shin-Nippon(Japonija)      | TF-1                                           |
| 10.                                            | LANG testas                                     | 1 vnt.        | 190,00                    | 190,00                        | 229,90                        | Luneau(Prancūzija)         | 7190042                                        |
| 11.                                            | Pusiau permatomas akių uždengėjas               | 3 vnt.        | 75,00                     | 225,00                        | 272,25                        | Luneau(Prancūzija)         | 8630-1650-10                                   |
| 12.                                            | Antifog skystis prieš rasojimą                  | 40 vnt.       | 6,00                      | 240,00                        | 290,40                        | Continental Style(Italija) | Super-Ottik                                    |
| <b>IX pirkimo dalies pasiūlymo kaina:</b>      |                                                 |               |                           | <b>33.663,50</b>              | <b>40.516,85</b>              | -                          | -                                              |

**Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) dėl 9 pirkimo dalies yra Keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai šešiolika Eurų, 85ct.**

Pateikdami pasiūlymą patvirtiname, jog visos siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. **Kartu su pasiūlymu teikiama užpildyta pirkimo dalies (-ių), dėl kurios (-ių) teikiamas pasiūlymas, techninės specifikacijos lentelė (-ės) (dokumentas, parengtas pagal konkurso sąlygų 2 priedą).**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas  | Dokumento puslapių skaičius |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1.      | Jungtinė registrų centro pažyma | 2                           |
| 2.      | Įgaliojimai                     | 2                           |
| 3.      | CE sertifikatai                 | 24                          |
| 4.      | Bukletai                        | 35                          |
| 5.      | Įgaliojimas                     | 1                           |
| 6.      | Deklaracija                     | 1                           |

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuos numatyto termino.

Produkto vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens  
pareigų pavadinimas\*)

(Parašas)

Jolanta Smilgienė

(Vardas ir pavardė)

Atviro konkurso sąlygų  
2 priedas**MEDICINOS ĮRANGOS IR PRIEMONIŲ BEI MEDICININIŲ BALDŲ PIRKIMO  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****9 pirkimo dalis  
ĮRANGA OFTALMOLOGIJAI**

Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas siūlomų prekių aprašymas, patvirtinantis prekių atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams, taip pat kiti dokumentai, nurodyti toliau pateiktoje prekių techninėje specifikacijoje.

**1. Nešiojamas binokulinis autorefraktometras (1 vnt.)*****Plusoptix A12, Pusoptix GmbH(Vokietija)***

| Eil. Nr. | Parametrai                                                         | Parametrų reikšmės                                                                                                                                                                                                             | Siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į <u>kartu su pasiūlymu teikiamus</u> gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus nurodant <u>pasiūlymo lapą</u>                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Konstruktinis išpildymas                                           | Rankose laikomas nešiojamas binokulinis matavimo prietaisas su integruotu kompiuteriu ir liečiamu skystų kristalų (LCD) ekranu, maitinamas iš pakraunamų baterijų. Matavimo eiga ir rezultatai rodomi integruotame LCD ekrane. | Rankose laikomas nešiojamas binokulinis matavimo prietaisas su integruotu kompiuteriu ir liečiamu skystų kristalų (LCD) ekranu, maitinamas iš pakraunamų baterijų. Matavimo eiga ir rezultatai rodomi integruotame LCD ekrane, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 1</b> |
| 2.       | Refrakcijos režimai                                                | 1. Binokulinis (išmatuojamos abi akys vienu metu)<br>2. Monokulinis                                                                                                                                                            | 1. Binokulinis (išmatuojamos abi akys vienu metu), <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 1</b><br>2. Monokulinis, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 1</b>                                                                                                                        |
| 3.       | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -7 D iki +5 D (matavimo žingsnis 0,25 D).                                                                                                                                                                                  | Nuo -7 D iki +5 D (matavimo žingsnis 0,25 D). <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 1</b>                                                                                                                                                                                  |
| 4.       | Matuojamos cilindro refrakcijos ribos (ne siauresnės už)           | Nuo -7 D iki +5 D (matavimo žingsnis 0,25 D).                                                                                                                                                                                  | Nuo -7 D iki +5 D (matavimo žingsnis 0,25 D). <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 1</b>                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                       |                                                                                               |                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | nurodytas)                                                            |                                                                                               |                                                                                |
| 5.  | Ašių matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)                      | Nuo 0° iki 180° (matavimo žingsnis 1°).                                                       | Nuo 0° iki 180° (matavimo žingsnis 1°).<br><b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 1</b>   |
| 6.  | Tyrimui atlikti reikalingas ir matuojamas vyzdžio diametras           | 4.0 – 8.0 mm (matavimo žingsnis 0.1 mm)                                                       | 4.0 – 8.0 mm (matavimo žingsnis 0.1 mm), <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 1</b>     |
| 7.  | Matavimo laikas                                                       | Kintamas, vidutiniškai 0,5 s                                                                  | Kintamas, vidutiniškai 0,5 s, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 1</b>                |
| 8.  | Matavimo atstumas                                                     | 1m ± 5 cm                                                                                     | 1m ± 5 cm, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 1</b>                                   |
| 9.  | Matavimo taikinio garsas                                              | Čiulbantis garsas vaikų dėmesiui pritraukti                                                   | Čiulbantis garsas vaikų dėmesiui pritraukti, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 1</b> |
| 10. | Integruotas valdymo ekranas                                           | Liečiamas LCD, ne mažesnės kaip 5,7 colio įstrižainės                                         | Liečiamas LCD, 5,7 colio įstrižainės, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 1</b>        |
| 11. | Prietaise integruotos jungtys 2 x USB, 1 x VGA and 1 x R J-45 sąsajos | 2x USB, WLAN, SD-kortelės jungtis                                                             | 2x USB, WLAN, SD-kortelės jungtis, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 1</b>           |
| 12. | SD atminties kortelė                                                  | Ne mažiau 4 GB talpos                                                                         | 4 GB talpos, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 1</b>                                 |
| 13. | Garantija                                                             | Ne mažiau 12 mėn.                                                                             | 12 mėn.                                                                        |
| 14. | Siūlomoms įrangos žymėjimas CE arba lygiaverčiu ženklu                | Būtinas ( <b>kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas</b> ) | Pateikiamas CE sertifikatas, <b>žiūr. CE sertifikatai.pdf, psl. 1-2</b>        |

## 2. AUTOREFRAKTOKERATOMETRAS (1 vnt.)

Accuref K-900, Shin-Nippon(Japonija)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas                     | Prašomo parametro reikšmė  | Siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į <b>kartu su pasiūlymu teikiamus</b> gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus nurodant pasiūlymo lapą |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Matuojamos sferinės refrakcijos ribos     | Ne mažiau kaip iki ±30D    | iki ±30D, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 6</b>                                                                                                                                               |
| 2.       | Sferinės refrakcijos matavimo žingsnis    | 0.12/0.25 D, pasirinktinai | 0.12/0.25 D, pasirinktinai, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 6</b>                                                                                                                             |
| 3.       | Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos  | Ne mažiau kaip iki ±10D    | iki ±10D, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 6</b>                                                                                                                                               |
| 4.       | Cilindrinės refrakcijos matavimo žingsnis | 0.12/0.25 D, pasirinktinai | 0.12/0.25 D, pasirinktinai, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 6</b>                                                                                                                             |



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

**Kavita**

Įmonės kodas: 166725580, PVM mokėtojo kodas: LT667255811  
 Buveinės adresas: Gamyklos g. 48, LT-89104, Mažeikiai, Lietuva  
 AB SEB bankas, banko kodas: 70440, A.S.: LT07 7044 0600 0001 7238

|     |                                                    |                                                                                 |                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Matuojama ašis                                     | Ne mažiau kaip $0^0 - 180^0$                                                    | $0^0 - 180^0$ , <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                                     |
| 6.  | Ašies matavimo žingsnis                            | Ne daugiau kaip $1^0$                                                           | $1^0$ , <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                                             |
| 7.  | Refrakcijos matavimo galimybė su IOL               | Būtina                                                                          | Refrakcijos matavimo galimybė su IOL, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>               |
| 8.  | Ragenos Vertex Distance nustatymai                 | 0, 10, 12, 13,5 15 mm pasirinktinai                                             | 0, 10, 12, 13,5 15 mm pasirinktinai, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                |
| 9.  | Refrakcijos matavimo greitis                       | Ne daugiau kaip 0,1s                                                            | 0,07s, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                                              |
| 10. | Minimalus matuojamo vyzdžio diametras              | Ne daugiau kaip nuo 2.00mm                                                      | 2.00mm, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                                             |
| 11. | Matuojamos ragenos kreivumo spindulio ribos        | Ne daugiau kaip nuo 5mm ir ne mažiau kaip iki 10mm                              | 5mm - 10mm, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                                         |
| 12. | Ragenos kreivumo spindulio matavimo žingsnis       | Ne daugiau kaip 0,01mm                                                          | 0,01mm, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                                             |
| 13. | Ragenos refrakcijos matavimo ribos                 | Ne daugiau kaip nuo 33,75D ir ne mažiau kaip iki 67,50D                         | 33,75D - 67,50D, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                                    |
| 14. | Matuojamos ragenos refrakcijos žingsnis            | 0.12/0.25 D, pasirinktinai                                                      | 0.12/0.25 D, pasirinktinai, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                         |
| 15. | Matuojamos ragenos astigmatizmo ribos              | Ne mažiau kaip iki $\pm 10D$                                                    | iki $\pm 10D$ , <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                                     |
| 16. | Ragenos astigmatizmo kampo matavimo žingsnis       | Ne daugiau kaip $1^0$                                                           | $1^0$ , <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                                             |
| 17. | Atstumo tarp vyzdžių matavimas                     | Ne mažiau kaip iki 85mm                                                         | 85mm, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                                               |
| 18. | PD matavimas artumui ir toliui                     | Būtinai                                                                         | PD matavimas artumui ir toliui, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                     |
| 19. | Vyzdžio diametro matavimas skotopiniame apšvietime | Būtinai                                                                         | Vyzdžio diametro matavimas skotopiniame apšvietime, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i> |
| 20. | Vyzdžio diametro matavimas fotopiniame apšvietime  | Būtinai                                                                         | Vyzdžio diametro matavimas fotopiniame apšvietime, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>  |
| 21. | Vyzdžio diametro matavimo ribos                    | Ne daugiau kaip nuo $\varnothing 2mm$ ir ne mažiau kaip iki $\varnothing 8,5mm$ | $\varnothing 2mm - \varnothing 8,5mm$ , <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>             |
| 22. | Vyzdžio diametro matavimo žingsnis                 | $0,1 \pm 0,01 mm$                                                               | 0,1m, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</i>                                               |
| 23. | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvirimo          | Būtina                                                                          | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvirimo kampą                                      |

LITHUANIA  
 UAB KAVITA  
 Gamyklos g. 48,  
 LT-89104 Mažeikiai, Lietuva  
 Tel. +370 443 65166  
 Fax. +370 443 66885  
 info@kavita.lt  
 www.kavita.lt

LATVIA  
 SIA KAVITA  
 K. Barona 119,  
 LV-1012 Rīga, Latvija  
 Tel. / Fax. +371 678 42048  
 info@kavita.lv  
 www.kavita.lv

ESTONIA  
 UAB KAVITA  
 Gamyklos g. 48,  
 LT-89104 Mažeikiai, Lietuva  
 Tel. +370 443 65166  
 Fax. +370 443 66885  
 estonia@kavita.lt  
 www.kavita.lt

GEORGIA  
 LTD Kavita  
 Tsinamzgyrshvili str. 110,  
 0112 Tbilisi, Georgia  
 Tel.: +995 32 967367  
 Mob.tel. +995 79 609609  
 info@kavita.ge  
 www.kavita.ge

|     |                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | kampa vertikaliai ir horizontaliai                                            |                                                                                                      | vertikaliai ir horizontaliai, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</b>                                                  |
| 24. | Liečiamas (touchscreen) LCD monitorius                                        | Būtina                                                                                               | Liečiamas (touchscreen) LCD monitorius, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</b>                                        |
| 25. | Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje, nespausdinant printeriu | Būtina                                                                                               | Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje, nespausdinant printeriu, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</b> |
| 26. | Rezultatų spausdinimas                                                        | Integruoto printerio pagalba                                                                         | Integruoto printerio pagalba, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</b>                                                  |
| 27. | Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą                            | Būtinis                                                                                              | Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</b>                            |
| 28. | Svoris                                                                        | Ne daugiau kaip 15kg                                                                                 | 13kg, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</b>                                                                          |
| 29. | Maitinimo šaltinis                                                            | Iš ~220 V, 50 Hz elektros tinklo                                                                     | Iš ~220 V, 50 Hz elektros tinklo, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.6</b>                                              |
| 30. | Garantija                                                                     | Ne mažiau 12 mėn.                                                                                    | 12 mėn.                                                                                                         |
| 31. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE arba lygiaverčiu ženklu                         | Būtinis ( <b><u>kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas</u></b> ) | Pateikiamas CE sertifikatas, <b>žiūr. CE sertifikatai.pdf, psl. 3-4</b>                                         |

### 3. BLEFOROSTATAS SUAUGUSIEMS (4 vnt.)

**K1-5010 Barraquer, Katena(JAV)**

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija)                            | Parametro reikšmė                                                                                    | Siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į <b><u>kartu su pasiūlymu teikiamus gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus nurodant pasiūlymo lapą</u></b> |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Tipas, konstrukcija                                   | Barraquer, nerūdijančio plieno viela                                                                 | Barraquer, nerūdijančio plieno viela, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 7</b>                                                                                                                          |
| 2        | Mentelės ilgis                                        | 15-18mm                                                                                              | 15-18mm, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 7</b>                                                                                                                                                       |
| 3        | Bendras instrumento ilgis                             | 40-50mm                                                                                              | 40-50mm, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 7</b>                                                                                                                                                       |
| 4        | Siūlomos įrangos žymėjimas CE arba lygiaverčiu ženklu | Būtinis ( <b><u>kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas</u></b> ) | Pateikiamas CE sertifikatas, <b>žiūr. CE sertifikatai.pdf, psl. 5-12</b>                                                                                                                         |



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

**Kavita**

Įmonės kodas: 166725580, PVM mokėtojo kodas: LT667255811  
 Buveinės adresas: Gamyklos g. 48, LT-89104, Mažeikiai, Lietuva  
 AB SEB bankas, banko kodas: 70440, A.S.: LT07 7044 0600 0001 7238

|    |           |                   |         |
|----|-----------|-------------------|---------|
| 5. | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. | 12 mėn. |
|----|-----------|-------------------|---------|

**4. BLEFOROSTATAS VAIKIŠKAS (2 vnt.)****K1-5355 Barraque, Katena(JAV)**

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija)                            | Parametro reikšmė                                                                             | Siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į <u>kartu su pasiūlymu teikiamus gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus nurodant pasiūlymo lapą</u> |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Tipas, konstrukcija                                   | Barraquer , nerūdijančio plieno viela                                                         | Barraquer , nerūdijančio plieno viela, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.</i>                                                                                                                    |
| 2        | Mentelės ilgis                                        | 9-10mm                                                                                        | 9-10mm, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 7</i>                                                                                                                                                 |
| 3        | Bendras instrumento ilgis                             | 30-35mm                                                                                       | 30-35mm, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 7</i>                                                                                                                                                |
| 4        | Siūlomos įrangos žymėjimas CE arba lygiaverčių ženklų | Būtinas ( <u>kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas</u> ) | Pateikiamas CE sertifikatas, <i>žiūr. CE sertifikatai.pdf, psl. 5-12</i>                                                                                                                  |
| 5        | Garantija                                             | Ne mažiau 12 mėn.                                                                             | 12 mėn.                                                                                                                                                                                   |

**5. NETIESIOGINIO VAIZDO OFTALMOSKOPAS (2vnt.)****Sigma 150, Heine(Vokietija)**

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija)                          | Parametro reikšmė                                                                          | Siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į <u>kartu su pasiūlymu teikiamus gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus nurodant pasiūlymo lapą</u> |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Konstruktinis išpildymas                            | Dėvimas ant galvos binokuliarinis netiesioginio vaizdo oftalmoskopas                       | Dėvimas ant galvos binokuliarinis netiesioginio vaizdo oftalmoskopas, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 8</i>                                                                                   |
| 2.       | Maitinimas                                          | Oftalmoskopas maitinamas iš akumuliatorinės baterijos, pateikiamas komplekte su įkrovikliu | Oftalmoskopas maitinamas iš akumuliatorinės baterijos, pateikiamas komplekte su įkrovikliu, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 11</i>                                                            |
| 3.       | Reostatas tolygiam šviesos intensyvumo reguliavimui | Būtinas                                                                                    | Reostatas tolygiam šviesos intensyvumo reguliavimui, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl. 12</i>                                                                                                   |
| 4.       | Oftalmoskopo šviesos                                | Ksenoninė – halogeninė                                                                     | Ksenoninė – halogeninė                                                                                                                                                                    |

LITHUANIA  
 UAB KAVITA  
 Gamyklos g. 48,  
 LT-89104 Mažeikiai, Lietuva  
 Tel. +370 443 65166  
 Fax. +370 443 66885  
 info@kavita.lt  
 www.kavita.lt

LATVIA  
 SIA KAVITA  
 K. Barona 119,  
 LV-1012 Rīga, Latvija  
 Tel. / Fax. +371 678 42048  
 info@kavita.lv  
 www.kavita.lv

ESTONIA  
 UAB KAVITA  
 Gamyklos g. 48,  
 LT-89104 Mažeikiai, Lietuva  
 Tel. +370 443 65166  
 Fax. +370 443 66885  
 estonia@kavita.lt  
 www.kavita.lt

GEORGIA  
 LTD Kavita  
 Tsinamzgyrshvili str. 110,  
 0112 Tbilisi, Georgia  
 Tel.: +995 32 967367  
 Mob.tel. +995 79 609609  
 info@kavita.ge  
 www.kavita.ge



|     |                                                       |                                                                                               |                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | šaltinis                                              | lemputė, 6V/5W                                                                                | lemputė, 6V/5W, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.8</i>                                                             |
| 5.  | Oftalmoskopoapertūros                                 | Ne mažiau dviejų integruotų skirtingų apertūrų                                                | 2 integruotų skirtingų apertūrų, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.8</i>                                            |
| 6.  | Oftalmoskopo šviesos filtrai                          | Integruotas “be raudis”                                                                       | Integruotas “be raudis”, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.8</i>                                                    |
| 7.  | Tarpvyzdinio atstumo reguliavimo ribos                | Ne siauresnės kaip $48 \div 74$ mm;                                                           | $48 \div 74$ mm, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.8</i>                                                            |
| 8.  | Optinės sistemos ypatumai:                            | Apšvietimo spindulio paderinimas $\geq \pm 3^\circ$ ribose; nepralaidus dulkėms;              | Apšvietimo spindulio paderinimas $\pm 3^\circ$ ribose; nepralaidus dulkėms, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.8</i> |
| 9.  | Komplektacija                                         | Komplektuojamas su specialiu 25D lęšiu                                                        | Komplektuojamas su specialiu 25D lęšiu, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.12.1</i>                                  |
| 10. | Tvirtinimo šalmas                                     | Lengvas, su paminkštinimu, reguliuojamas pagal galvos apimtį ir aukštį                        | Lengvas, su paminkštinimu, reguliuojamas pagal galvos apimtį ir aukštį, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.9</i>     |
| 11. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE arba lygiaverčių ženklų | Būtinai ( <u>kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas</u> ) | Pateikiamas CE sertifikatas, <i>žiūr. CE sertifikatai.pdf, psl. 13-14</i>                                    |
| 12. | Garantija                                             | Ne mažiau 12 mėn.                                                                             | 12 mėn.                                                                                                      |

**6. PLYŠINĖ LEMPA (1 vnt.)****SL-40, Shin-Nippon(Japonija)**

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė                                                                  | Siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į <u>kartu su pasiūlymu teikiamus gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus nurodant pasiūlymo lapą</u> |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Tipas                      | Stacionari, Zeiss tipo, t.y. apšvietimo modulis žemiau plyšinės lempos mikroskopo. | Stacionari, Zeiss tipo, t.y. apšvietimo modulis žemiau plyšinės lempos mikroskopo, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13-14</i>                                                                   |
| 2        | Mikroskopas                | Binokulinis, <i>Greenough</i> tipo                                                 | Binokulinis, <i>Greenough</i> tipo, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</i>                                                                                                                     |
| 3        | Padidininiai               | Perjungiami, ne mažiau 2 padidininimų:<br>10x<br>16x                               | Perjungiami, <b>ne mažiau 2</b> padidininimų:<br>10x<br>16x<br><i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</i>                                                                                          |
| 4        | Apžiūros laukas            | Prie 10x – ne mažiau kaip 17,0                                                     | Prie 10x – 17,0 mm                                                                                                                                                                        |

|    |                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                      | mm<br>Prie 16x - ne mažiau kaip 10,0mm                                                              | Prie 16x - 10,5mm, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</b>                                                                                   |
| 5  | Okuliarai                                                            | 10,0±0,1 x,<br>galimybė pasirinkti 18,0±0,1 x                                                       | 10,0 x,<br>galimybė pasirinkti 18,0 x,<br><b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</b>                                                            |
| 6  | Okuliarų dioptrijų paderinimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)     | ±5,0 D                                                                                              | ±5,0 D, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</b>                                                                                              |
| 7  | Okuliarų PD reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)           | 55-80 mm                                                                                            | 52-81 mm, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</b>                                                                                            |
| 8  | Plyšio pločio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)         | 0,0 – 15,0 mm, nuosekliai keičiamas                                                                 | 0,0 – 15,0 mm, nuosekliai keičiamas, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</b>                                                                 |
| 9  | Plyšio ilgis                                                         | Ne mažiau 6 perjungiamipasirinkimai: 0,2mm/1mm/3mm/5mm/8mm/15mm                                     | 6 perjungiami pasirinkimai: 0,2mm/1mm/3mm/5mm/8mm/15mm, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</b>                                              |
| 10 | Šviesos šaltinis                                                     | 6V maitinimo įtampos, 20±5W galingumo halogeninė lempa                                              | 6V maitinimo įtampos, 20W galingumo halogeninė lempa, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</b>                                                |
| 11 | Filtrai                                                              | Mėlynos spalvos (Kobalto), žalios spalvos (beraudis), infraraudonųjų spindulių (šilumą sugeriantis) | Mėlynos spalvos (Kobalto), žalios spalvos (beraudis), infraraudonųjų spindulių (šilumą sugeriantis), <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</b> |
| 12 | Plyšinės lempos judėjimo ribos pirmyn-atgal                          | Ne mažiau 70 mm                                                                                     | 72 mm, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</b>                                                                                               |
| 13 | Plyšinės lempos judėjimo ribos į šonus                               | Ne mažiau 100 mm                                                                                    | 100 mm, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</b>                                                                                              |
| 14 | Plyšinės lempos judėjimo ribos aukštyn-žemyn                         | Ne mažiau 30 mm                                                                                     | 30 mm, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</b>                                                                                               |
| 15 | Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku | Būtina                                                                                              | Komplektuojama, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.14</b>                                                                                      |
| 16 | Maitinimo šaltinis                                                   | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo                                                                      | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.13</b>                                                                      |
| 17 | Garantija                                                            | Ne mažiau 12 mėn.                                                                                   | 12 mėn.                                                                                                                                |

## 7. PLYŠINIS RETINOSKOPAS SU RANKENA IR BATERIJOMIS (1 vnt.)

### Beta 200, C-262.20.384, Heine(Vokietija)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija)                            | Parametro reikšmė                                                                                                       | Siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į <u>kartu su pasiūlymu teikiamus</u> gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus nurodant pasiūlymo lapą |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Retinoskopo konstrukcinis išpildymas                  | Rankinis retinoskopas, komplektuojamas su rankena-laikikliu, kuriame įmontuota pakraunama 3,5V baterija.                | Rankinis retinoskopas, komplektuojamas su rankena-laikikliu, kuriame įmontuota pakraunama 3,5V baterija, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.15</i>                                                |
| 2        | Reostatas                                             | Įmontuotas darbinėje rankenoje, naudojamas šviesos intensyvumui reguliuoti. Reguliavimas tolygus.                       | Įmontuotas darbinėje rankenoje, naudojamas šviesos intensyvumui reguliuoti. Reguliavimas tolygus, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.15</i>                                                       |
| 3        | Retinoskopo šviesos šaltinis                          | Halogeninė - ksenoninė lemputė                                                                                          | Halogeninė - ksenoninė lemputė, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.15</i>                                                                                                                         |
| 4        | Optinės sistemos ypatumai                             | Specialios optinės sistemos pagalba šviesos spindulys sufokusuojamas į reguliuojamo pločio plyšio formos šviesos srautą | Specialios optinės sistemos pagalba šviesos spindulys sufokusuojamas į reguliuojamo pločio plyšio formos šviesos srautą, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.15</i>                                |
| 5        | Integruotas poliarizacinis filtras                    | Būtinai, eliminuojantis pašalinės tiesioginės šviesos srautą ir jos atspindžius akies viduje                            | Integruotas poliarizacinis filtras, eliminuojantis pašalinės tiesioginės šviesos srautą ir jos atspindžius akies viduje, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.15</i>                                |
| 6        | Rankena su baterija ir pakrovėju                      | Komplekte viena rankena su vidine pakraunama baterija ir pakrovėjas                                                     | Komplekte viena rankena su vidine pakraunama baterija ir pakrovėjas, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.16</i>                                                                                    |
| 7        | Siūlomos įrangos žymėjimas CE arba lygiaverčiu ženklu | Būtinai ( <u>kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas</u> )                           | Pateikiamas CE sertifikatas, <i>žiūr. CE sertifikatai.pdf, psl. 17-18</i>                                                                                                                 |
| 8        | Garantija                                             | Ne mažiau 12 mėn.                                                                                                       | 12 mėn.                                                                                                                                                                                   |

## 8. NEKONTAKTINIS TONOMETRAS (1 vnt.)

### CT-1, Topcon(Japonija)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas                                                                    | Prašomo parametro reikšmė                                                                                                                            | Siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į <u>kartu su pasiūlymu teikiamus</u> gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus nurodant pasiūlymo lapą  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Tipas                                                                                    | Bekontaktis                                                                                                                                          | Bekontaktis, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.19</i>                                                                                                                                             |
| 2.       | Akispūdžio matavimo riba                                                                 | Dviejų diapazonų:<br>1) ne daugiau kaip nuo 1 ir ne mažiau kaip iki 30mmHg<br>2) ne daugiau kaip nuo 1 ir ne mažiau kaip iki 60mmHg<br>pasirinktinai | Dviejų diapazonų:<br>1) ne daugiau kaip nuo 1 ir ne mažiau kaip iki 30mmHg<br>2) ne daugiau kaip nuo 1 ir ne mažiau kaip iki 60mmHg<br>pasirinktinai,<br><i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.18</i> |
| 3.       | Matavimo atstumas                                                                        | ≤ 11 mm                                                                                                                                              | 8-9 mm, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.19</i>                                                                                                                                                  |
| 4.       | Matavimų ekranas                                                                         | Liečiamas ≤ 8,5 WVGA, LCD spalvotas monitorius                                                                                                       | Liečiamas 8,5 WVGA, LCD spalvotas monitorius, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.18</i>                                                                                                            |
| 5.       | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvirimo ir pasukimo kampą vertikaliai ir horizontaliai | Būtina                                                                                                                                               | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvirimo ir pasukimo kampą vertikaliai ir horizontaliai, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.17</i>                                                                |
| 6.       | Optinė galva su fiksavimo taikiniu                                                       | 5°±1° kampu žemyn                                                                                                                                    | 5° kampu žemyn, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.19</i>                                                                                                                                          |
| 7.       | Kairės/Dešinės akies automatinis atpažinimas ir rodymas                                  | Būtinai                                                                                                                                              | Kairės/Dešinės akies automatinis atpažinimas ir rodymas, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.20</i>                                                                                                 |
| 8.       | Matavimo būdas                                                                           | Automatinis/ rankinis                                                                                                                                | Automatinis/ rankinis, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.20</i>                                                                                                                                   |
| 9.       | Minkšto oro gūsio padavimas                                                              | Būtinai                                                                                                                                              | Minkšto oro gūsio padavimas, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.19</i>                                                                                                                             |
| 10.      | Automatinis rezultatų skaičiavimas ir rodymas                                            | Būtinai                                                                                                                                              | Automatinis rezultatų skaičiavimas ir rodymas, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.19</i>                                                                                                           |
| 11.      | Savikontrolės sistema                                                                    | Būtina                                                                                                                                               | Savikontrolės sistema, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.19</i>                                                                                                                                   |
| 12.      | Prietaisas gali būti statomas prie sienos ir kampe                                       | Būtina                                                                                                                                               | Prietaisas gali būti statomas prie sienos ir kampe, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.21</i>                                                                                                      |
| 13.      | Pasmakrio laikiklis                                                                      | Būtina                                                                                                                                               | Pasmakrio laikiklis, <i>žiūr. Bukletai.pdf,</i>                                                                                                                                            |

|     |                                                             |                                                                                                        |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                                                                                        | <b>psl.19</b>                                                                       |
| 14. | Sujungimas su išoriniais įrenginiais                        | RS-232C jungtis, USB, LAN                                                                              | RS-232C jungtis, USB, LAN, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.18</b>                        |
| 15. | Automatinis išsijungimo režimas                             | Būtinasis                                                                                              | Automatinis išsijungimo režimas, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.19</b>                  |
| 16. | Klaidų rodymas kai matavimo rezultatas nepekankamai stiprus | Rodoma IOP reikšmė arba ,ERR‘                                                                          | Rodoma IOP reikšmė arba ,ERR‘, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.19</b>                    |
| 17. | Integruotas filtras nuo dulkių pučiamam orui                | Būtinasis                                                                                              | Integruotas filtras nuo dulkių pučiamam orui, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.18</b>     |
| 18. | Integruotas spausdintuvas                                   | Būtinasis                                                                                              | Integruotas spausdintuvas, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.19</b>                        |
| 19. | Galimybė įsivesti ir spausdinti inicialus čekyje            | Būtinasis                                                                                              | Galimybė įsivesti ir spausdinti inicialus čekyje, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.19</b> |
| 20. | Spausdinimo popieriaus plotis                               | ≤58mm                                                                                                  | 58mm, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.22</b>                                             |
| 21. | Bekontaktinio tonometro energijos šaltinis                  | 220-240V 50/60Hz, 75 VA                                                                                | 220-240V 50/60Hz, 75 VA, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.18</b>                          |
| 22. | Prietaiso svoris                                            | Ne daugiau 19,5 kg                                                                                     | 19,5 kg, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.18</b>                                          |
| 23. | Siūlomoms įrangos žymėjimas CE arba lygiaverčiu ženklu      | Būtinasis ( <b><u>kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas</u></b> ) | Pateikiamas CE sertifikatas, <b>žiūr. CE sertifikatai.pdf, psl. 21-22</b>           |
| 24. | Garantija                                                   | Ne mažiau 12 mėn.                                                                                      | 12 mėn.                                                                             |

## 9. BANDOMŲJŲ LĘŠIŲ RĖMELIS (2 vnt.)

### TF-1, Shin-Nippon(Japonija)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas                | Prašomo parametro reikšmė    | Siūlomi techniniai parametrai ir jų reikšmės su nuoroda į <b><u>kartu su pasiūlymu teikiamus gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus nurodant pasiūlymo lapą</u></b> |
|----------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Pagamintas iš lengvo metalo          | Svoris ne didesnis nei 85 g. | Svoris 85 g. , <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.27</b>                                                                                                                                                 |
| 2.       | Reguliuojamais kojelių ilgiais       | Būtina                       | Reguliuojamais kojelių ilgiais, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.27</b>                                                                                                                                |
| 3.       | Reguliuojamu kojelių pasvirimo kampu | Būtina                       | Reguliuojamu kojelių pasvirimo kampu, <b>žiūr. Bukletai.pdf, psl.27</b>                                                                                                                          |
| 4.       | Reguliuojama nosies                  | Reguliuojamas aukštis ir     | Reguliuojamas aukštis ir kampas                                                                                                                                                                  |

|    |                                                  |                                     |                                                                        |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | atrama                                           | kampas rėmelio atžvilgiu            | rėmelio atžvilgiu, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.27</i>                   |
| 5. | Reguliuojamais cilindų kampais                   | Būtina                              | Reguliuojamais cilindų kampais, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.27</i>      |
| 6. | Cilindrinės ašies ženklinimas ant rėmelio        | Pagal Tabo skalę                    | Pagal Tabo skalę, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.27</i>                    |
| 7. | Reguliuojamu tarp vyzdiniu atstumu               | Ne siauresnėse ribose, nei 48-80 mm | Ne siauresnėse ribose, nei 48-80 mm, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.27</i> |
| 8. | Maksimalus vienmomentinis bandomųjų lęšių kiekis | Nemažiau 4 poros                    | 4 poros, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.27</i>                             |

## 10. LANG TESTAS (1 vnt.)

7190042, Luneau(Prancūzija)

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas                | Prašomo parametro reikšmė                                                                         | Siūlomos charakteristikos                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Stereo testo tipas                   | Lang tipo rankose laikomas testas, stereo matymo įvertinimui, nenaudojant jokių papildomų akinių. | Lang tipo rankose laikomas testas, stereo matymo įvertinimui, nenaudojant jokių papildomų akinių, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.28</i> |
| 2.       | Žymėjimas CE arba lygiaverčiu ženklu | Būtinai ( <u>kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas</u> )     | Pateikiamas CE sertifikatas, <i>žiūr. CE sertifikatai.pdf, psl. 23-24</i>                                                           |

## 11. PUSIAU PERMATOMAS AKIŲ UŽDENGĖJAS (3 vnt.)

8630-1650-10, Luneau(Prancūzija)

| Eil. Nr. | Techninis parametras              | Parametro reikšmė             | Siūlomi techniniai parametrai                                    |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Pusiau permatomas akių uždengėjas | Bendras ilgis ne mažiau 24 cm | Bendras ilgis ne mažiau 24 cm, <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.29</i> |

## 12. ANTIFOG SKYSTIS PRIEŠ RASOJIMĄ (40 vnt.)

SuperOtik, Continental Style(Italija)

| Eil. Nr. | Techninis parametras           | Parametro reikšmė                                                                                            | Siūlomi techniniai parametrai                                                                                                           |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | ANTIFOG skystis prieš rasojimą | Aerozolis skirtas valyti akinių lęšius ir kitus stiklinius paviršius (su įvairia danga). Talpa 30ml±10 proc. | Aerozolis skirtas valyti akinių lęšius ir kitus stiklinius paviršius (su įvairia danga). Talpa 30ml., <i>žiūr. Bukletai.pdf, psl.30</i> |