

UAB „GOODPOINT“

**Įmonės kodas: 302658060, PVM mokėtojo kodas: LT 100007231115, Teisinė forma: Uždaroji
akcinė bendrovė; Buveinės registracijos adresas: Saulėgražų g.26, LT – 46326 Kaunas,
kontaktinė informacija:**

Tel. +370 622 02222; Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

1 priedas

PASIŪLYMAS

**DĖL STERILIZACIJOS PROCESO EFEKTYVUMO KONTROLĖS PRIEMONĖS IR
ĮPAKAVIMO MEDŽIAGOS PIRKIMO**

_____2020 m. rugsėjo 10 d._____ Nr. __01_____

(Data)

Kaunas_____

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Goodpoint
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Saulėgražų g. 26, LT-46326 Kaunas
Įmonės kodas	Į.k. 302658060
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Giedrius Platūkis
Telefono numeris	+370 622 02222
Fakso numeris	nėra
El. pašto adresas	info@gpoint.lt

Š

iuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais kvietime pateikti pasiūlymą mažos vertės pirkime reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Mes siūlome šias prekes:

Sterilizacijos proceso efektyvumo kontrolės priemonių ir įpakavimo medžiagų sąrašas ir kiekiai.

(1 lentelė)

Pirk. d. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Maksimalus poreikis 12 mėn.	Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo kodas	1 mato vnt. kaina Eur be PVM	Pakuotės kaina Eur be PVM	PVM dydis (%)	Bendra kaina Eur su PVM	Reikalavimai kokybei
1	Vidiniai cheminiai paketų (integruojantys) indikatoriai	vnt.	3500	SP 4 type indicator SA, SP Medikal, 104.010.0500	0,05	25	21	211,75	žiūr. 2.2 priedą
2	Biologiniai indikatoriai garinių sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei įvertinti - plastmasiniai mėgintuvėliai (bioampulės)	vnt.	150	SCBI Steam, SP Medikal, 107.001.0100	1,76	176,00	21	319,44	žiūr. 2.2 priedą

3	Biologiniai indikatoriai etileno oksido sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei įvertinti - plastmasiniai mėgintuvėliai (bioampulės)	vnt.	20	SCBI EO, SP Medikal, 107.003.0100	2,20	220,00	21	53,24	žiūr. 2.2 priedą
Viso 4 pirkimo daliai:									
5	Vienkartiniai popieriniai filtrai konteneriams 230 ± 20 x 230 ± 20 mm	vnt.	5000	Filter, SP Medikal, 901.102.1000	0,05	50,00	21	302,50	

Bendra pasiūlymo kaina 886,93 (Aštuoni šimtai aturiasdešimt šeši Eur, 93 cnt) Eur su PVM. 1, 2, 3 ir 5 pirkimo dalims tame skaičiuje PVM 153,93 (šimtas penkiasdešimt trys Eur, 93 cnt).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes ketiname dalį sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų perduoti vykdyti subtiekejams ir pateikiame šią informaciją apie subtiekejus*:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Subtiekejo pavadinimas ir adresas
1.		

* Pildoma, jei ketinama pasitelkti subtiekejus

Informuojame, kad pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pateikto dokumento puslapis (-iai-)

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina / vieneto kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Jei tiekėjas nepateikia informacijos apie pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, laikoma, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Tiekėjas turi **atidžiai ir pagrįstai** nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Puslapio Nr.
1.	Pasiūlymas	3 psl.	
2.	Siūlomos produkcijos aprašai	6	

Pasiūlymas galioja iki 2020 lapkričio 15 d. _____

Direktorius

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parąšas)

Giedrius Platūkis

(Vardas ir pavardė)

Sterilizacijos proceso efektyvumo kontrolės priemonių ir įpakavimo medžiagų kokybės ir techniniai reikalavimai

(1 lentelė)

Pirk. dalies Nr.	Kokybės ir techniniai reikalavimai	Siūlomo parametro reikšmė** su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį
1	Vidiniai cheminiai paketų (integruojantys) indikatoriai - skirti vakuumo garo sterilizatoriams; - skirtas nustatyti ar pakuotės viduje buvo pasiektos sterilizacijai reikalingos sąlygos: daugiaparametriniai, atskiria garus nuo oro, temperatūrą, laiką, slėgį; - popierinė vienguba etiketė su lipduku, kurioje nurodyta indikatorinė klasė; - ant cheminio indikatoriaus nurodyta indikatorinis dažų spalvos pasikeitimas juosta/ taškas bei temperatūrinis režimas $121^{\circ}\text{C} \geq 15 \text{ min.}; 134^{\circ}\text{C} \geq 3,5 \text{ min.}$ - Indikatorius tinkamas klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų; - privalo atitikti standartus - 4 klasės LST EN ISO 11140-1 reikalavimus; HN 47-1:2012 XVI sk. 96.4.p	Vidiniai cheminiai paketų (integruojantys) indikatoriai - skirti vakuumo garo sterilizatoriams; - skirtas nustatyti ar pakuotės viduje buvo pasiektos sterilizacijai reikalingos sąlygos: daugiaparametriniai, atskiria garus nuo oro, temperatūrą, laiką, slėgį; - popierinė vienguba etiketė su lipduku, kurioje nurodyta indikatorinė klasė; - ant cheminio indikatoriaus nurodyta indikatorinis dažų spalvos pasikeitimas juosta/ taškas bei temperatūrinis režimas $121^{\circ}\text{C} \geq 15 \text{ min.}; 134^{\circ}\text{C} \geq 3,5 \text{ min.}$ - Indikatorius tinkamas klijuoti į dokumentus, nenaudojant klijų; atitinka standartus - 4 klasės LST EN ISO 11140-1
2	Biologiniai indikatoriai garinių sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei įvertinti - plastmasiniai mėgintuvėliai (bioampulės) - bioampulės su bakt. <i>stearotherophilus</i>, kurių viduje yra stiklinė ampulė su mitybos terpe bei popierine plokšte su išdžiovintomis bakterijų sporomis, bei ph indikatorine juoste; - sporų populiacija iki 10^5; tinka inkubuoti standartiniuose inkubatoriuose $> 48 \text{ val.}$; - prie kiekvienos indikatorių gamybinės partijos pateikiamas originalus kokybės tyrimų sertifikatas (atskiras kiekvienai gamybos partijai), kuriame išvardinta informacija apie indikatorių inkubavimo ypatumus, darbo instrukcija; - privalo atitikti standartus - LST EN ISO 11138-1 ir LST EN ISO 11138-3 reikalavimus; HN 47-1:2012 XVI sk. 95.1.p.	Biologiniai indikatoriai garinių sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei įvertinti - plastmasiniai mėgintuvėliai (bioampulės) - bioampulės su bakt. <i>stearotherophilus</i>, kurių viduje yra stiklinė ampulė su mitybos terpe bei popierine plokšte su išdžiovintomis bakterijų sporomis, bei ph indikatorine juoste; - sporų populiacija iki 10^5; tinka inkubuoti standartiniuose inkubatoriuose $> 48 \text{ val.}$; - prie kiekvienos indikatorių gamybinės partijos bus pateikiamas originalus kokybės tyrimų sertifikatas (atskiras kiekvienai gamybos partijai), kuriame išvardinta informacija apie indikatorių inkubavimo ypatumus, darbo instrukcija; atitinka standartus - LST EN ISO 11138-1 ir LST EN ISO 11138-3 reikalavimus
3	Biologiniai indikatoriai etileno oksido sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei įvertinti - plastmasiniai mėgintuvėliai (bioampulės) - bioampulės su bakt. <i>atropheus subtilis</i> kurių viduje yra stiklinė ampulė su mitybos terpe bei popierine plokšte su išdžiovintomis bakterijų sporomis, bei ph indikatorine juoste; - sporų populiacija 10^5; - tinka inkubuoti standartiniuose inkubatoriuose $> 48 \text{ val.}$; - prie kiekvienos indikatorių gamybinės partijos pateikiamas originalus kokybės tyrimų sertifikatas (atskiras kiekvienai gamybos partijai), kuriame išvardinta informacija apie indikatorių inkubavimo ypatumus, darbo instrukcija; - privalo atitikti standartus - LST EN ISO 11138-1 ir LST EN ISO 11138 2 reikalavimus; HN 47-1:2012 XVI sk. 95.2.p.	Biologiniai indikatoriai etileno oksido sterilizatorių darbo efektyvumo kontrolei įvertinti - plastmasiniai mėgintuvėliai (bioampulės) - bioampulės su bakt. <i>atropheus subtilis</i> kurių viduje yra stiklinė ampulė su mitybos terpe bei popierine plokšte su išdžiovintomis bakterijų sporomis, bei ph indikatorine juoste; - sporų populiacija 10^5; - tinka inkubuoti standartiniuose inkubatoriuose $> 48 \text{ val.}$; - prie kiekvienos indikatorių gamybinės partijos bus pateikiamas originalus kokybės tyrimų sertifikatas (atskiras kiekvienai gamybos partijai), kuriame išvardinta informacija apie indikatorių inkubavimo ypatumus, darbo instrukcija; atitinka standartus - LST EN ISO 11138-1 ir LST EN ISO 11138 2 reikalavimus

Pastaba: Nuorodos į standartą, konkretų prekės ženklą, gamintoją, prekės kilmę ir/ar panašiai, turi būti skaitomos ir suprantamos kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.