

PASIŪLYMO FORMA**CO2 LAZERINĖS SISTEMOS MIKRO/MAKRO APDIRBIMUI PIRKIMAS, NR. VU16336**2020-04-29

(Data)

Kaunas

(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

Tiekėjo pavadinimas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB ELINTOS MATAVIMO SISTEMOS
Tiekėjo įmonės kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių įmonių kodus)	135896117
Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	LT358961113
Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Pardavimo vadovas Vilniaus regionui Darius Skirmantas
Kontaktinio asmens telefono numeris	+37068710753
Kontaktinio asmens el. pašto adresas	darius@elintosms.lt

/Pastaba. Pildoma, jei ketinamas pasitelkti subtiekęjas (-ai)/kiti asmenys, kurių pajėgumais remiamasi

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiekęjo (-ų) (-ų) adresas (-ai)	-
Subtiekęjui (-ams) tenkančių įsipareigojimų dalies aprašymas	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. pirkimo sąlygose;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Jame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šias prekes, paslaugas ar darbus, o į nurodytas kainas (įkainius) įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi tiekėjo mokėtini mokesčiai:

II pirkimo dalis – Termovizorius su lęšiu*2.2. lentelė. Siūloma kaina*

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5
1.	Termovizorius FLI RSYSTEMS A655SC	vnt.	1	16165,00
2.	Makrolęšis Flir systems T198059	vnt.	1	4091,00
3.	Suma be PVM:			20256,00
	PVM:			4253,76
4.	Suma su PVM:			24509,76

Pastabos:

1) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

2) Lentelėje pateikta bendra pasiūlymo suma, pagal kurią bus nustatoma tiekėjo pasiūlymo lyginamoji kaina. Jei tiekėjas pateiks pasiūlymo kainas be PVM, o pristatys prekes/suteikus paslaugas/atlikus darbus, PVM turės būti mokamas perkančiosios organizacijos, prie tiekėjo pasiūlymo palyginamosios kainos bus pridėdama mokėtina PVM suma.

3 lentelė. Kartu su pasiūlymu teikiama informacija*

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Būtina* (taip / ne)	Konfidencialumas (taip / ne)
Užpildyta pasiūlymo forma	Taip	Ne
EBVPD deklaracija (užpildyta dalyvio, kiekvieno jo jungtinės veiklos partnerio bei subtiekejo, jei tokių yra)	Taip	Ne
Igaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei jį pasirašo ne dalyvio vadovas)	Neteikiama	
Jungtinės veiklos sutarties kopija	Neteikiama	
Galimybę pasinaudoti kitų ūkio subjektų ištekliais patvirtinantys dokumentai	Neteikiama	
Taikoma I ir II pirkimo dalims: Užpildyta techninė specifikacija, parengta pagal 1 priedą, nurodant siūlomas prekių parametrų reikšmes	Taip	Ne
Taikoma I pirkimo dalies CO2 lazerinei sistemai ir II pirkimo daliai: Siūlomos įrangos techninius parametrus patikimai patvirtinantys dokumentai (pvz. gamintojo prekės aprašymas (brošiūra) arba nuoroda į gamintojo psl., kuriame būtų nurodyti visi techninėje specifikacijoje nustatyti techniniai reikalavimai, išskyrus * pažymėtus techninės specifikacijos punktus: I pirkimo dalies 7 ir 8 p. bei II pirkimo dalies 19 p.)	Taip	Ne
Taikoma I pirkimo dalies Pluošto nuvedimo komponentams: Kiekvieno komponento gamintojo kodas, pagal kurį viešai prieinamoje internetinėje erdvėje galima būtų įsitinkinti parametrų atitikimu keliamiems reikalavimams	Taip	Ne


Pastaba: Tiekėjo nurodomas konfidencialumas perkančiajai organizacijai nėra privalomas ir bus vertinamas kiekvienu atveju individualiai. Rekomendacinė informacija dėl konfidencialumo pateikiama <https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730625-Kaip-turi-b%C5%ABti-suprantamas-konfidencialumas-vie%C5%A1uosiuose-pirkimuose->.

* tiekėjui nepateikus 3 lentelėje „Kartu su pasiūlymu teikiama informacija“ nurodytų „Būtinių“ dokumentų, pasiūlymas bus atmestas

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Direktorius Vytautas Narbutas
[pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė]



[parašas]

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pristatymo terminas – ne daugiau kaip 4 mėn.

Prekės turi būti pristatytos į užsakovo laboratoriją (VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al.10, LT-10223 Vilnius, Lietuva).

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai įrangai. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais.

II pirkimo dalis. Termovizorius su lęšiu. Kiekis – 1 vnt.

Eil. Nr.	Reikalaujamas parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	Atitikimas
1.	Detektoriaus skyra	640x480 arba didesnė	640x480
2.	Spektrinis diapazonas	7,5-14 um arba didesnis	7,5-14 um
3.	Detektoriaus tipas	Neaušinamas	Neaušinamas
4.	Temperatūrinis diapazonas	-20 iki 1500° C arba platesnis	-40 iki 2000° C
5.	Šiluminis jautris	<50 mK	<50 mK
6.	Registravimo kadrų skaičius (maksimalus laukas)	≥ 50 Hz	50 Hz (100/200Hz „Windowing“ režime
7.	Dinaminis diapazonas	14 bitų arba didesnis	16 bitų
8.	Prievadai ir valdymas	Gigabit Ethernet, USB	Gigabit Ethernet, USB
9.	Apsaugos klasė	IP30 arba aukštesnė	IP30
10.	Keičiami lęšiai	Taip	Taip
11.	Fokusavimas	Rankinis arba automatinis	Rankinis arba automatinis
12.	Suderinimas su išorinėmis programomis LabvieW ir Matlab	Taip	Taip
13.	Išorinis trigeris	Taip	Taip
14.	Makrolęšis:		
14.1	<i>Darbinis atstumas:</i>	<i>85 mm ± (5 mm)</i>	<i>84mm</i>
14.2	<i>Regos laukas</i>	<i>30 mm x 20 mm arba didesnis</i>	<i>32mm x 24 mm</i>
14.3	<i>Lęšio skiriamoji geba</i>	<i>≤ 50μm</i>	<i>≤ 50μm</i>
15.	Pateikiama su programine įranga:	Taip	Taip
16.	Programinė įranga geba: analizuoti dinaminis termo vaizdus	Taip	Taip
17.	Programinė įranga turi Gauso, atimties, slenkančios atimties filtrus	Taip	Taip
18.	Programinė įranga geba: grafiškai pateikti norimos analizės f-jos temperatūros pokyčius per laiko skalę iš radiometrinės sekos	Taip	Taip
19.*	Kitos sąlygos:		
19.1	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai	24 mėnesiai, 10 metų detektoriumi.