

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DIAGNOSTINIAMS REAGENTAMS PIRKTI

2 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai/paskirtis	Pakuotė/ rinkinys	Mato vienetas	Orientac. perkamas pakuočių kiekis	1 mato vnt. įkainis EUR su PVM	Tiekėjo siūloma pakuotė	Siūlomos pakuotės įkainis EUR su PVM	Orientac. suma Eur be PVM	PVM dydis %	Orientac. suma Eur su PVM	Gamintojas, katalogo Nr, psl.	Siūlomos prekės kodas	1 testo įkainis EUR su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Žemiau išvardinti diagnostikos reagentai, skirti mutacijų nustatymui KRAS genuose tikro laiko PGR metodu. Perkami diagnostikos reagentai turi būti to paties gamintojo, skirti <i>in vitro</i> diagnostiniam naudojimui (<i>for in vitro diagnostic use</i>) ir suderinami su Cobas 4800 sistema bei kompiuterine analizės įranga (Cobas z 480 analizatoriumi) skirta automatizuotai amplifikacijai, nustatymui ir diagnostinei analizei. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjo teikiamų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentų kopijas. Prekės turi atitikti kokybės ir techninės specifikacijos reikalavimus.														
366	KRAS mutacijų nustatymo rinkinys	Rinkinys skirtas DNR, išskirtos iš formaline fiksuoto ir parafinu impregnuoto žmogaus kolorektalinio vėžio audinio, KRAS geno mutacijų nustatymui 12, 13 ir 61 kodonuose tikro laiko PGR metodu. Į rinkinį turi įeiti: Kras tikro laiko PGR reakcijos mišinys, KRAS geno12/13 kodonų oligonukleotidų mišinys specifinėms mutacijoms, KRAS geno 61 kodono oligonukleotidų mišinys specifinėms mutacijoms, KRAS mutacijų teigiama kontrolė. Pastaba. Jei į rinkinį įeis papildomi KRAS geno oligonukleotidų mišiniai specifinėms mutacijoms nustatyti, tai prioritetą bus skiriamas būtent tokiam rinkiniui.	Nuo 24 iki 50 testų	pakuotė	22	65,10	50	3255,00	68200,00	5	71610,00	Entrogen, KRAS-RT50	KRAS-RT50	65,10