



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir UAB Tradintek, toliau vadinama **Tiekėju**, atstovaujama komercijos direktoriaus Tomo Mickūnaičio, veikiančio pagal įgaliojimą, laimėjusi 2020 m. rugpjūčio 9 d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „*Medicinos prietaisų ir instrumentų (ausų, nosies, gerklės ligų ir urologijos centrums) pirkimas ECOC1521,1522*“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 501293) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui medicinos prietaisus endoskopinių instrumentų rinkinius ausų, nosies, gerklės tvarstomojo kabinetui, ausies chirurgijai, nosies ertmės ir sinusų chirurgijai, gerklų chirurgijai (toliau – Prekės), juos instaliuoti / įdiegti, apmokyti personalą, o Pirkėjas įsipareigoja priimti juos ir už juos sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotos kainos kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuota prekių kaina ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 36.770,00 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt Eur 00 ct.). PVM suma 7.721,70 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt vienas Eur 70 ct.). **Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 44.491,70 Eur** (keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt vienas Eur 70 ct.).

2.3. Kaina sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių kainą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir kaina nustatyti šios Sutarties priede Nr.1.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu, jas instaliuoti / įdiegti, apmokyti personalą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos. Esant nenumatytoms objektyvioms nuo Pardavėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 4.1.1 papunktyje, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, bet ne ilgesniam kaip 15 (penkiolikos) dienų terminui rašytiniu šalių susitarimu:

4.1.1. Prekių pristatymo į vietą (instaliavimo (įdiegimo), personalo apmokymo) termino pratęsimas galimas esant šioms aplinkybėms (bet kuriai ar kelioms), įskaitant, bet neapsiribojant:

4.1.1.1. dėl ypatingų oro sąlygų, kurios gali pakenkti tinkamam Prekių pristatymui ir įdiegimui;

4.1.1.2. dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, apie kurias Pardavėjas buvo pranešęs Pirkėjui, ir kurios sutrukdė Pardavėjui tiekti Prekes;

- 4.1.1.3. kai Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir todėl Pardavėjas negali tiekti Prekių;
- 4.1.1.4. kai ne dėl Pardavėjo kaltės sustabdytas Prekių tiekimas;
- 4.1.1.5. dėl teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo, naujų teisės aktų įsigaliojimo;
- 4.1.1.6. dėl valstybės institucijų pareigūnų veikimo / neveikimo, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo Sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui;
- 4.1.1.7. kitos aplinkybės.
- 4.2. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).
- 4.3. Paskirtas atsakingas asmuo - Alfredas Tamošiūnas, el. paštas: alfredas.tamošiūnas@santa.lt

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
- 5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
- 6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.
- 7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.
- 7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

- 8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6 (šeši) mėnesius.
- 9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;
- 9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.
- 9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:
- 9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius.

10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekių pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.3 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekius apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekių, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekių išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekių, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekių.

10.8. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.10. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.11. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo Lina Aleknė.

PRIDEDAMA. Specifikacija ir kaina.

1. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB Tradintek
J. Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius
Įmonės kodas 124942182
PVM mok. Kodas LT249421811
A.s. LT65 7044 0600 0136 8083
AB SEB bankas, b. k. 70440

Komercijos direktorius
Tomas Mickūnaitis
A.V.

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

Direktoriaus valdytoja
Aušra Bilotienė-Murčienė

Vyriausioji buhalterė
Lina Aleknė
Lankinamasis Ekonomistas
ir planavimo
tarybos narys
Lina Aleknė

Vyriausiasis teisininkas
Darius Čiulionis

Viešųjų pirkimų specialistė

Vyr. viešųjų pirkimų
specialistė
Lina Aleknė
2020-10-13



SPECIFIKACIJA IR KAINA

I. SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai: garantinis laikotarpis perkamoms prekėms 36 mėnesiai, prekės CE sertifikuotos (CE ženklas). CE sertifikatus privaloma pateikti tiekiant prekes, privalomas pilnas įrangos instaliavimas, paleidimas ir funkcionalumo testavimas, tiekiant ir instaliuojant prekes privalomas darbuotojų apmokymas darbui su įranga.

2 PIRKIMO DALIS - Endoskopinių instrumentų rinkinys ausų, nosies, gerklės tvarstomojo kabinetui, 1 kompl.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai	Kiekis vnt.	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės reikalavimams)
1.	Nosies žirkklės 449002	Heymann tipo, vidutinio dydžio, darbinis ilgis $9,5 \pm 0,5$ cm.	2	Heymann tipo, vidutinio dydžio, darbinis ilgis 9,5 cm.
2.	Ausies vamzdelis 122007	Hartmann tipo, išorinis diametras $7,5 \pm 0,2$ mm.	10	Hartmann tipo, išorinis diametras 7,5 mm.
3.	Ausies vamzdelis 122006	Hartmann tipo, išorinis diametras $6 \pm 0,2$ mm.	14	Hartmann tipo, išorinis diametras 6 mm.
4.	Ausies vamzdelis 122004	Hartmann tipo, išorinis diametras $4 \pm 0,2$ mm.	10	Hartmann tipo, išorinis diametras 4 mm.
5.	Pincetas 533212	Adson-Brown tipo, audiniams, atraumatinis, smulkiai dantytas, ilgis $12 \pm 0,5$ cm.	2	Adson-Brown tipo, audiniams, atraumatinis, smulkiai dantytas, ilgis 12 cm.
6.	Ausies kiuretė 153301	Buck tipo, buka, dydis 1, ilgis $14,5 \pm 0,5$ cm.	2	Buck tipo, buka, dydis 1, ilgis 14,5 cm.
7.	Ausies kiuretė 153302	Buck tipo, buka, dydis 2, ilgis $14,5 \pm 0,5$ cm.	2	Buck tipo, buka, dydis 2, ilgis 14,5 cm.
8.	Nosies pincetas 426516	Jansen tipo, durtuvo formos, ilgis $16,5 \pm 0,5$ cm.	10	Jansen tipo, durtuvo formos, ilgis 16,5 cm.
9.	Ausies pincetas 157000	Troltsch tipo, dantytas, darbinis ilgis $7,5 \pm 0,3$ cm.	5	Troltsch tipo, dantytas, darbinis ilgis 7,5 cm.
10.	Žnyplės tamponams 455400	Noyes-Hartmann tipo, dantytomis žiaunomis, darbinis ilgis $11 \pm 0,5$ cm.	2	Noyes-Hartmann tipo, dantytomis žiaunomis, darbinis ilgis $11 \pm 0,5$ cm.
11.	Ausies žnyplės 221100	Hartmann tipo, ypač delikačios, dantytos, $1 \times 4,5 \pm 0,2$ mm, darbinis ilgis $8 \pm 0,3$ cm.	3	Hartmann tipo, ypač delikačios, dantytos, $1 \times 4,5$ mm, darbinis ilgis 8 cm.
12.	Nosies žnyplės 456502	Blackley-Wilde tipo, 45°kampu lenktos į viršų, dydis 2, darbinis ilgis $11 \pm 0,5$ cm.	1	Blackley-Wilde tipo, 45°kampu lenktos į viršų, dydis 2, darbinis ilgis 11 cm.
13.	Kampinis žandinio sinuso siurblys 586025	v. Eicken tipo, Luer-Lock, ilgos lenkimo, skersmuo $2,5 \pm 0,1$ mm, ilgis $12,5 \pm 0,5$ cm.	2	v. Eicken tipo, Luer-Lock, ilgos lenkimo, skersmuo 2,5 mm, ilgis 12,5 cm.
14.	Kampinis žandinio sinuso siurblys 586030	v. Eicken tipo, Luer-Lock, ilgos lenkimo, skersmuo $3 \pm 0,1$ mm, ilgis $12,5 \pm 0,5$ cm.	2	v. Eicken tipo, Luer-Lock, ilgos lenkimo, skersmuo 3 mm, ilgis 12,5 cm.
15.	Nosies siurblys 529207	Frazier tipo, su skylute siurbimo intensyvumui reguliuoti, lenktas, išorinis diametras 7 Fr., darbinis ilgis $10 \pm 0,3$ cm, visas ilgis $18 \pm 0,5$ cm.	2	Frazier tipo, su skylute siurbimo intensyvumui reguliuoti, lenktas, išorinis diametras 7 Fr., darbinis ilgis 10 cm, visas ilgis 17,5 cm.
16.	Nosies siurblys 529209	Frazier tipo, su skylute siurbimo intensyvumui reguliuoti, lenktas, išorinis diametras 9 Fr., darbinis ilgis $10 \pm 0,3$ cm, visas ilgis $18 \pm 0,5$ cm.	2	Frazier tipo, su skylute siurbimo intensyvumui reguliuoti, lenktas, išorinis diametras 9 Fr., darbinis ilgis 10 cm, visas ilgis 17,5 cm.

17.	Ausies siurblys 203423	Baron tipo, kampinis, su skylute siurbimo jėgai reguliuoti, Luer tipo jungtis, išorinis diametras 2,3 mm, darbinis ilgis $8 \pm 0,3$ cm.	5	Baron tipo, kampinis, su skylute siurbimo jėgai reguliuoti, Luer tipo jungtis, išorinis diametras 2,3 mm, darbinis ilgis 8 cm.
18.	Nosies žirklys 511414DS	Joseph tipo, lenktos, ilgis $8 \pm 0,3$ cm.	3	Joseph tipo, lenktos, ilgis 8 cm.
19.	Šviesos šaltinis	Nešiojamas, LED, tvirtinamas tiesiai prie endoskopo, šviesumas ≥ 110 lm, svoris ≤ 150 gr., greitai prijungiamas.	1	Nešiojamas, LED, tvirtinamas tiesiai prie endoskopo, šviesumas > 110 lm, svoris 150 gr., greitai prijungiamas.

Bendrieji reikalavimai instrumentams:

1. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
2. Siūlomi instrumentai yra vieno gamintojo, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių).
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, vertinimui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.
4. Būtinai siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu, prekės kodas, gamintojo ženklas – ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
5. Instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.

3 PIRKIMO DALIS - Endoskopinių instrumentų rinkinys ausies chirurgijai, 1 kompl.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai	Kiekis vnt.	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės
1.	Teleskopas 7220AA 39301AS	1. Tiesus; 2. Matymo kryptis: 0° ; 3. Skersmuo: $3 \pm 0,1$ mm; 4. Platus matymo kampo; 5. Ilgis $14 \pm 0,5$ cm; 6. Autoklavuojama; 7. Komplekte: plastikinis konteineris sterilizavimui bei laikymui, talpinantis ≥ 2 vnt.	2	1. Tiesus; 2. Matymo kryptis: 0° ; 3. Skersmuo: 3 mm; 4. Platus matymo kampo; 5. Ilgis 14 cm; 6. Autoklavuojama; 7. Komplekte: plastikinis konteineris sterilizavimui bei laikymui, talpinantis 2 vnt.
2.	Teleskopas 7220FA	1. Tiesus; 2. Matymo kryptis: 45° ; 3. Skersmuo: $3 \pm 0,1$ mm; 4. Platus matymo kampo; 5. Ilgis $14 \pm 0,5$ cm; 6. Autoklavuojama; 7. Komplekte: plastikinis konteineris sterilizavimui bei laikymui, talpinantis ≥ 2 vnt.	2	1. Tiesus; 2. Matymo kryptis: 45° ; 3. Skersmuo: 3 mm; 4. Platus matymo kampo; 5. Ilgis 14 cm; 6. Autoklavuojama; 7. Komplekte: plastikinis konteineris sterilizavimui bei laikymui, talpinantis 2 vnt.
3.	Kaniulė siurbimui 204359C	1. Kūginė; 2. Lenkta $3 \pm 0,1$ mm; 3. Išorinis skersmuo $1 \pm 0,1$ mm; 4. Ilgis $8 \pm 0,5$ cm; 5. Luer-Lock tipo jungtis.	1	1. Kūginė; 2. Lenkta 3 mm; 3. Išorinis skersmuo 1 mm; 4. Ilgis 8 cm; 5. Luer-Lock tipo jungtis.
4.	Kaniulė siurbimui 204361C	1. Kūginė; 2. Lenkta $6 \pm 0,1$ mm; 3. Išorinis skersmuo $1 \pm 0,1$ mm; 4. Ilgis $8 \pm 0,5$ cm; 5. Luer-Lock tipo jungtis.	1	1. Kūginė; 2. Lenkta 6 mm; 3. Išorinis skersmuo 1 mm; 4. Ilgis 8 cm; 5. Luer-Lock tipo jungtis.
5.	Kaniulė siurbimui 204362C	1. Kūginė; 2. Lenkta $6 \pm 0,1$ mm; 3. Išorinis skersmuo $1,3 \pm 0,1$ mm; 4. Ilgis $8 \pm 0,5$ cm;	1	1. Kūginė; 2. Lenkta 6 mm; 3. Išorinis skersmuo 1,2 mm; 4. Ilgis 8 cm; 5. Luer-Lock tipo jungtis.

		5. Luer-Lock tipo jungtis.		
6.	Kaniulė siurbimui 204365C	1. Kūginė; 2. Lenkta $8 \pm 0,1$ mm; 3. Išorinis skersmuo $1,3 \pm 0,1$ mm; 4. Ilgis $8 \pm 0,5$ cm; 5. Luer-Lock tipo jungtis.	1	1. Kūginė; 2. Lenkta 8 mm; 3. Išorinis skersmuo 1,2 mm; 4. Ilgis 8 cm; 5. Luer-Lock tipo jungtis.
7.	Kaniulė siurbimui 204366C	1. Kūginė; 2. Lenkta $8 \pm 0,1$ mm; 3. Išorinis skersmuo $1,7 \pm 0,1$ mm; 4. Ilgis $8 \pm 0,5$ cm; 5. Luer-Lock tipo jungtis.	1	1. Kūginė; 2. Lenkta 8 mm; 3. Išorinis skersmuo 1,6 mm; 4. Ilgis 8 cm; 5. Luer-Lock tipo jungtis.
8.	Kaniulė siurbimui 204367C	1. Kūginė; 2. Lenkta $6 \pm 0,1$ mm; 3. Išorinis skersmuo $1,7 \pm 0,1$ mm; 4. Ilgis $8 \pm 0,5$ cm; 5. Luer-Lock tipo jungtis.	1	1. Kūginė; 2. Lenkta 6 mm; 3. Išorinis skersmuo 1,6 mm; 4. Ilgis 8 cm; 5. Luer-Lock tipo jungtis.
9.	Rankena 204200, 600019	1. Fisch tipo arba lygiavertė; 2. Suderinama su siūlomomis kaniulėmis siurbimui; 3. Luer tipo jungtis; 4. Ilgis $5,6 \pm 0,2$ mm; 5. Su adapteriu sukimui.	1	1. Fisch tipo; 2. Suderinama su siūlomomis kaniulėmis siurbimui; 3. Luer tipo jungtis; 4. Ilgis 5,5 mm; 5. Su adapteriu sukimui.
10.	Disektorius 226213	1. Thomassin tipo arba lygiavertis; 2. Dvipusis, distaliniai galiukai lenkti $90 \pm 3^\circ$ kampų; 3. Ilgis $18 \pm 0,5$ cm.	1	1. Thomassin tipo; 2. Dvipusis, distaliniai galiukai lenkti 90° kampų; 3. Ilgis 18 cm.
11.	Kiuretė 224004	1. House tipo arba lygiavertė dviguba kiuretė; 2. Šaukštelių dydžiai $(1 \times 1,5) \pm 0,1$ mm ir $(2 \times 3,5) \pm 0,1$ mm; 3. Ilgis $18 \pm 0,5$ cm.	1	1. House tipo dviguba kiuretė; 2. Šaukštelių dydžiai $(1 \times 1,6)$ mm ir $(2 \times 3,5)$ mm; 3. Ilgis 18 cm.
12.	Peilis 227230	1. Apvalus peilis su siurbimo kanalu; 2. Skersmuo $3 \pm 0,1$ mm; 3. Ilgis $19 \pm 0,5$ cm.	2	1. Apvalus peilis su siurbimo kanalu; 2. Skersmuo 3 mm; 3. Ilgis 19 cm.
13.	Peilis 226810	1. Apvalus peilis; 2. Lenktas $45 \pm 3^\circ$ kampų; 3. Skersmuo $1 \pm 0,1$ mm; 4. Ilgis $16 \pm 0,5$ cm.	1	1. Apvalus peilis; 2. Lenktas 45° kampų; 3. Skersmuo 1 mm; 4. Ilgis 16 cm.
14.	Peilis 226810	1. Apvalus peilis; 2. Lenktas $45 \pm 3^\circ$ kampų; 3. Skersmuo $1 \pm 0,1$ mm; 4. Ilgis $16 \pm 0,5$ cm.	1	1. Apvalus peilis; 2. Lenktas 45° kampų; 3. Skersmuo 1 mm; 4. Ilgis 16 cm.
15.	Peilis 226820	1. Apvalus peilis; 2. Lenktas $45 \pm 3^\circ$ kampų; 3. Skersmuo $2 \pm 0,1$ mm; 4. Ilgis $16 \pm 0,5$ cm.	1	1. Apvalus peilis; 2. Lenktas 45° kampų; 3. Skersmuo 2 mm; 4. Ilgis 16 cm.
16.	Kaniulė siurbimui 203720	1. Cilindro formos; 2. Išorinis skersmuo $2 \pm 0,1$ mm; 3. Darbinis ilgis $9 \pm 0,5$ cm.	1	1. Cilindro formos; 2. Išorinis skersmuo 2 mm; 3. Darbinis ilgis 9 cm.
17.	Kaniulė siurbimui 203410	1. Baron tipo arba lygiavertė; 2. Kampinė; 3. Su plokšte suėmimui ir vakuumo reguliavimui; 4. Išorinis skersmuo $1 \pm 0,1$ mm;	1	1. Baron tipo; 2. Kampinė; 3. Su plokšte suėmimui ir vakuumo reguliavimui; 4. Išorinis skersmuo 1 mm;

		5. Darbinis ilgis $7,5 \pm 0,5$ cm.		5. Darbinis ilgis 7,5 cm.
18.	Kaniulė siurbimui 203417	1. Baron tipo arba lygiavertė; 2. Kampinė; 3. Su plokšte suėmimui ir vakuumo reguliavimui; 4. Išorinis skersmuo $1,8 \pm 0,1$ mm; 5. Darbinis ilgis $7,5 \pm 0,5$ cm.	1	1. Baron tipo; 2. Kampinė; 3. Su plokšte suėmimui ir vakuumo reguliavimui; 4. Išorinis skersmuo 1,8 mm; 5. Darbinis ilgis 7,5 cm.
19.	Žnyplės ausiai 221150	1. Hartmann tipo arba lygiavertė; 2. Delikačios, dantytos; 3. Dydis $(1 \times 4,5) \pm 0,1$ mm; 4. Ilgis $12,5 \pm 0,5$ cm.	1	1. Hartmann tipo; 2. Delikačios, dantytos; 3. Dydis $(1 \times 4,5)$ mm; 4. Ilgis 12,5 cm.
20.	Kandiklis 222800	1. House-Dieter tpo arba lygiavertė; 2. Kandantis į viršų; 3. Darbinis ilgis $8 \pm 0,3$ cm.	1	1. House-Dieter tipo; 2. Kandantis į viršų; 3. Darbinis ilgis 8 cm.
21.	Žirklys 222600	1. Belluci tipo arba lygiavertė; 2. Ašmenų ilgis $8 \pm 0,1$ mm; 3. Delikačios; 4. Darbinis ilgis $8 \pm 0,3$ cm.	1	1. Belluci tipo arba lygiavertė; 2. Ašmenų ilgis 8 mm; 3. Delikačios; 4. Darbinis ilgis 8 cm.
22.	Kabliukas 225204	1. Lenktas $90 \pm 3^\circ$ kampų; 2. Dydis $0,4 \pm 0,5$ mm; 3. Ilgis $16 \pm 0,5$ cm.	1	1. Lenktas 90° kampų; 2. Dydis 0,4 mm; 3. Ilgis 16 cm. Techniniai aprašai 3PD, psl. 14.
23.	Kabliukas 225206	1. Lenktas $90 \pm 3^\circ$ kampų; 2. Dydis $0,6 \pm 0,5$ mm; 3. Ilgis $16 \pm 0,5$ cm.	1	1. Lenktas 90° kampų; 2. Dydis 0,6 mm; 3. Ilgis 16 cm.
24.	Kabliukas 225208	1. Lenktas $90 \pm 3^\circ$ kampų; 2. Dydis $0,8 \pm 0,5$ mm; 3. Ilgis $16 \pm 0,5$ cm.	1	1. Lenktas 90° kampų; 2. Dydis 0,8 mm; 3. Ilgis 16 cm.
25.	Kabliukas 225210	1. Lenktas $90 \pm 3^\circ$ kampų; 2. Dydis $1 \pm 0,5$ mm; 3. Ilgis $16 \pm 0,5$ cm.	1	1. Lenktas 90° kampų; 2. Dydis 1 mm; 3. Ilgis 16 cm.
26.	Kabliukas 225405	1. Lenktas $45 \pm 3^\circ$ kampų; 2. Dydis $0,5 \pm 0,5$ mm; 3. Ilgis $16 \pm 0,5$ cm.	1	1. Lenktas 45° kampų; 2. Dydis 0,5 mm; 3. Ilgis 16 cm.
27.	Kabliukas 225410	1. Lenktas $45 \pm 3^\circ$ kampų; 2. Dydis $1 \pm 0,5$ mm; 3. Ilgis $16 \pm 0,5$ cm.	1	1. Lenktas 45° kampų; 2. Dydis 1 mm; 3. Ilgis 16 cm.
28.	Kandiklis vielai 227401	1. Fisch-McGee tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus;* 3. Darbinis ilgis $8 \pm 0,3$ cm.	3	1. Fisch-McGee tipo; 2. Tiesus; 3. Darbinis ilgis 8 cm.
29.	Padėklas instrumentams 239728	1. Ausies instrumentų sterilizavimui bei laikymui; 2. Perforuotas; 3. Talpinantis ≥ 20 vnt ausies instrumentų.	1	1. Ausies instrumentų sterilizavimui bei laikymui; 2. Perforuotas; 3. Talpinantis 20 vnt ausies instrumentų.

Bendrieji reikalavimai instrumentams:

1. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
2. Siūlomi instrumentai turi būti vieno gamintojo, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių).
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, vertinimui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.
4. Būtinai siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu, prekės kodas, gamintojo ženklas – ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

5. Instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.

4 PIRKIMO DALIS - Endoskopinių instrumentų rinkinys nosies ertmės ir sinusų chirurgijai, 1 kompl.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai	Kiekis vnt.	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės
1.	Kiuretė 628702	Ančio kiuretė, ovali, maža, ilgis $19 \pm 0,5$ cm	1	Ančio kiuretė, ovali, maža, ilgis 19 cm.
2.	Kiuretė 628714	Kaktinio ančio kiuretė KUHN-BOLGER tipo, lenkta 90° kampū, ovali, pjaunanti į priekį, ilgis $19 \pm 0,5$ cm	1	Kaktinio ančio kiuretė KUHN-BOLGER tipo, lenkta 90° kampū, ovali, pjaunanti į priekį, ilgis 19 cm.
3.	Zondas 629820	Žandinio ančio angos zondas, abu galai yra rutuliuko formos, rutuliukų skersmuo $1,2 \pm 0,1$ mm ir $2,0 \pm 0,1$ mm, ilgis $19 \pm 0,5$ cm	1	Žandinio ančio angos zondas, abu galai yra rutuliuko formos, rutuliukų skersmuo 1,2 mm ir 2,0 mm, ilgis 19 cm.
4.	Kaniulė 586025	Ančio kaniulė EICKEN tipo, su uždaroma pirštu anga, LUER-lock jungtis, ilga kreivė, išorinis skersmuo 2,5 mm, ilgis $12,5 \pm 0,5$ cm	1	Ančio kaniulė EICKEN tipo, su uždaroma pirštu anga, LUER-lock jungtis, ilga kreivė, išorinis skersmuo 2,5 mm, ilgis 12,5 cm.
5.	Kaniulė 586030	Ančio kaniulė EICKEN tipo, su uždaroma anga, LUER-lock jungtis, ilga kreivė, išorinis skersmuo 3 mm, ilgis $12,5 \pm 0,5$ cm	1	Ančio kaniulė EICKEN tipo, su uždaroma anga, LUER-lock jungtis, ilga kreivė, išorinis skersmuo 3 mm, ilgis 12,5 cm.
6.	Kandiklis 459016	Ančio kandiklis STAMMBERGER tipo, kerpantis atgal, mova rotuojama 360° , su fiksuojančiu varžteliu, darbinis ilgis $10 \pm 0,5$ cm, išardomas į 2 dalis	1	Ančio kandiklis STAMMBERGER tipo, kerpantis atgal, mova rotuojama 360° , su fiksuojančiu varžteliu, darbinis ilgis 10 cm, išardomas į 2 dalis.
7.	Žnyplės 653000	Ančio griebiančios žnyplės HEUWIESER tipo, žiaunos lenktos žemyn, nejudanti žiauna lenkta 90° kampū, judanti žiauna atsidaro iki 120° kampū atgal, darbinis ilgis $10 \pm 0,5$ cm	1	Ančio griebiančios žnyplės HEUWIESER tipo, žiaunos lenktos žemyn, nejudanti žiauna lenkta 90° kampū, judanti žiauna atsidaro iki 120° kampū atgal, darbinis ilgis 10 cm.
8.	Žnyplės 653005	Ančio griebiančios žnyplės HEUWIESER tipo, su labai didele kreive priekinei kišenei, žiaunos lenktos žemyn, nejudanti žiauna lenkta 115° kampū, judanti žiauna atsidaro iki 140° kampū atgal, darbinis ilgis $10 \pm 0,5$ cm	1	Ančio griebiančios žnyplės HEUWIESER tipo, su labai didele kreive priekinei kišenei, žiaunos lenktos žemyn, nejudanti žiauna lenkta 115° kampū, judanti žiauna atsidaro iki 140° kampū atgal, darbinis ilgis 10 cm.
9.	Žnyplės 456001B	Nosies žnyplės BLAKESLEY Rhinoforce II tipo, tiesios, 1 dydžio, darbinis ilgis $13 \pm 0,5$ cm	1	Nosies žnyplės BLAKESLEY Rhinoforce II tipo, tiesios, 1 dydžio, darbinis ilgis 13 cm.
10.	Žnyplės 456509B	Nosies žnyplės BLAKESLEY-Castelnuovo Rhinoforce II tipo, instrumento galas lenktas į viršų 25° žnyplių kaušeliai lenkti į viršų 45° kampū, 2,5mm pločio, darbinis ilgis $13 \pm 0,5$ cm	1	Nosies žnyplės BLAKESLEY-Castelnuovo Rhinoforce II tipo, instrumento galas lenktas į viršų 25° žnyplių kaušeliai lenkti į viršų 45° kampū, 2,5 mm pločio, darbinis ilgis 13 cm.
11.	Žnyplės 456801B	Nosies žnyplės BLAKESLEY-WILDE Rhinoforce II tipo, lenktos į viršų 90° kampū, 1 dydžio, darbinis ilgis $13 \pm 0,5$ cm	1	Nosies žnyplės BLAKESLEY-WILDE Rhinoforce II tipo, lenktos į viršų 90° kampū, 1 dydžio, darbinis ilgis 13 cm.
12.	Žirkklės 449201	Nosies žirkklės Rhinoforce II tipo, tiesios, darbinis ilgis $13 \pm 0,5$ cm	1	Nosies žirkklės Rhinoforce II tipo, tiesios, darbinis ilgis 13 cm.

13.	Žirklys 449250	Nosies žirklys Zurich tipo, kirpimo ilgis 18±0,5 mm, tiesios, darbinis ilgis 14±0,5 cm	1	Nosies žirklys Zurich tipo, kirpimo ilgis 18 mm, tiesios, darbinis ilgis 14 cm.
14.	Žnyplės 451002B	GRÜNWALD-HENKE Rhinoforce II tipo nosies žnyplės, kiaurai kandančios (through-cutting) 2 dydžio (4mm) darbinis ilgis 13±0.5cm	2	GRÜNWALD-HENKE Rhinoforce II tipo nosies žnyplės, kiaurai kandančios (through-cutting) 2 dydžio (4mm) darbinis ilgis 13 cm.
15.	Kandiklis 651050	Kandiklis STAMMBERGER tipo, cirkuliariai kerpantis sfenoidalinei, etmoidalinei ir choanų atrezijai, skersmuo 4,5 mm, darbinis ilgis 18±0,5 cm	1	Kandiklis STAMMBERGER tipo, cirkuliariai kerpantis sfenoidalinei, etmoidalinei ir choanų atrezijai, skersmuo 4,5 mm, darbinis ilgis 18 cm.
16.	Zondas 629830	Kaktinio ančio zondas KUHN tipo, dviejų galų, abu galai lenkti 77° kampu, vienas galas tiesus, kitas lenktas į vidinę pusę, ilgis 22±0,5 cm	1	Kaktinio ančio zondas KUHN tipo, dviejų galų, abu galai lenkti 77° kampu, vienas galas tiesus, kitas lenktas į vidinę pusę, ilgis 22 cm.
17.	Žnyplės 452834	Nosies žnyplės miniatiūrinės RHINOFORCE II tipo, kiaurai kandančios (through-cutting), turi 30° palinkimą į viršų, žnyplių galiukai plokšti, lenkti į viršų 45° kampu, kandimo ilgis 1,5mm darbinis ilgis 13±0.5cm	1	Nosies žnyplės miniatiūrinės RHINOFORCE II tipo, kiaurai kandančios (through-cutting), turi 30° palinkimą į viršų, žnyplių galiukai plokšti, lenkti į viršų 45° kampu, kandimo ilgis 1,5 mm darbinis ilgis 13 cm.
18.	Žnyplės 452831	Nosies žnyplės miniatiūrinės RHINOFORCE II tipo, kiaurai kandančios (through-cutting), žnyplių galiukai plokšti tiesūs, kandimo ilgis 1,5mm darbinis ilgis 13±0.5cm	1	Nosies žnyplės miniatiūrinės RHINOFORCE II tipo, kiaurai kandančios (through-cutting), žnyplių galiukai plokšti tiesūs, kandimo ilgis 1,5 mm darbinis ilgis 13 cm.
19.	Žnyplės 452841	Castelnuovo Rhinoforce II tipo miniatiūrinės žnyplės, kiaurai kandančios (through-cutting), turi 65° palinkimą į viršų, žnyplių galiukai plokšti, kada iš atgal į priekį, kandimo ilgis 1,5mm darbinis ilgis 13±0.5cm	1	Castelnuovo Rhinoforce II tipo miniatiūrinės žnyplės, kiaurai kandančios (through-cutting), turi 65° palinkimą į viršų, žnyplių galiukai plokšti, kada iš atgal į priekį, kandimo ilgis 1,5 mm darbinis ilgis 13 cm.
20.	Siurbimo vamzdelis 529309	Siurbimo vamzdelis FRAZIER tipo, 9 Fr., su žymekliu nuo 5 iki 9 cm, darbinis ilgis 10±0,5 cm	1	Siurbimo vamzdelis FRAZIER tipo, 9 Fr., su žymekliu nuo 5 iki 9 cm, darbinis ilgis 10 cm.
21.	Bipolinis pincetas 843219	Bipoliais pincetas, izoliuotas, kampinis, bukas, nosiai, su integruotu kanalu kraujavimo stabdymui, su uždengiama pirštu anga, ilgis 19±0,5 cm	2	Bipoliais pincetas, izoliuotas, kampinis, bukas, nosiai, su integruotu kanalu kraujavimo stabdymui, su uždengiama pirštu anga, ilgis 19 cm.
22.	Bipolinis laidas 847000V	Naudojamas su bipoliniu pincetu ir tinkantis operacinėje naudojamam elektroauterio konsolei.	1	Naudojamas su bipoliniu pincetu ir tinkantis operacinėje naudojamam elektroauterio konsolei.

Bendrieji reikalavimai instrumentams:

1. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
2. Siūlomi instrumentai turi būti vieno gamintojo, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių).
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, vertinimui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.

4. Būtinasiūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu, prekės kodas, gamintojo ženklas – ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
5. Instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai.

5 PIRKIMO DALIS - Endoskopinių instrumentų rinkinys gerklų chirurgijai, 1 kompl.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai	Kiekis vnt.	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės
1.	Šviesolaidis 8574LF	Suderinamas su 8590 serijos laringoskopais.	1	Suderinamas su 8590 serijos laringoskopais.
2.	Kaniulė siurbimui 8574LM	Skirtas garams ir dūmams pašalinti, suderinamas su 8590 serijos laringoskopais, ilgis $16 \pm 0,5$ cm.	2	Skirtas garams ir dūmams pašalinti, suderinamas su 8590 serijos laringoskopais, ilgis 16 cm.
3.	Adapteris 497AC	Skirtas proksimaliniam apšvietimui.	1	Skirtas proksimaliniam apšvietimui.
4.	Laikiklis laringoskopui 8575K	Su atrama į krutinę, Gottingen tipo, reguliuojamas, strypo ilgis 34 ± 1 cm.	1	Su atrama į krutinę, Gottingen tipo, reguliuojamas, strypo ilgis 34 cm.
5.	Adapteris 8575V	Laringoskopo laikikliui, kampinis, skirtas padidinti atlenkimo kampą.	1	Laringoskopo laikikliui, kampinis, skirtas padidinti atlenkimo kampą.
6.	Atraminis stalelis 8575L	Gottingen tipo, skirtas laringoskopų laikikliams, autoklavuojamas, su slankiojančia lėkštute, reguliuojamo aukščio.	1	Gottingen tipo, skirtas laringoskopų laikikliams, autoklavuojamas, su slankiojančia lėkštute, reguliuojamo aukščio.
7.	Mikro žnyplės 8683G	Shapshay-Peretti tipo, griebiančios, lenktos į viršų ir į dešinę, dantytos, trikampio formos perforuotomis žiaunomis, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 20 ± 1 cm.	1	Shapshay-Peretti tipo, griebiančios, lenktos į viršų ir į dešinę, dantytos, trikampio formos perforuotomis žiaunomis, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 20 cm.
8.	Mikro žnyplės 8683H	Shapshay-Peretti tipo, griebiančios, lenktos į viršų ir į kairę, dantytos, trikampio formos perforuotomis žiaunomis, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 20 ± 1 cm.	1	Shapshay-Peretti tipo, griebiančios, lenktos į viršų ir į kairę, dantytos, trikampio formos perforuotomis žiaunomis, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 20 cm.
9.	Mikro žirkklės 8684C	Lenktos į dešinę, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 20 ± 1 cm.	1	Lenktos į dešinę, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 20 cm.
10.	Mikro žirkklės 8684D	Lenktos į kairę, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 20 ± 1 cm.	1	Lenktos į kairę, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 20 cm.
11.	Mikro žnyplės 8687A	„Aligatoriaus“ tipo žiaunomis, vertikalčiai atsidarančios žiaunos, su siurbimo kanalu garų pašalinimui, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 20 ± 1 cm.	1	„Aligatoriaus“ tipo žiaunomis, vertikalčiai atsidarančios žiaunos, su siurbimo kanalu garų pašalinimui, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 20 cm.
12.	Žnyplės 8654B	Lindholm tipo, balso stygoms atskirti, atraumatinės, distalinis galiukas su bukomis išlenktomis plokštelėmis, su užraktu, su jungtimi valymui, 25 ± 1 cm.	1	Lindholm tipo, balso stygoms atskirti, atraumatinės, distalinis galiukas su bukomis išlenktomis plokštelėmis, su užraktu, su jungtimi valymui, 24 cm.
13.	Elevatorius 8655C	Lenktas 90° kampu, darbinis ilgis 23 ± 1 cm.	1	Lenktas 90° kampu, darbinis ilgis 23 cm.
14.	Peilis 8656A	Pjautuvo formos, lenktas, delikatus, smailejantis nuo 3 iki 1 mm, bendras ilgis 23 ± 1 cm.	1	Pjautuvo formos, lenktas, delikatus, smailejantis nuo 3 iki 1 mm, bendras ilgis 23 cm.

15.	Peilis 8656C	Apvalus, vertikaliai pjaunantis, delikatus, smailėjantis nuo 3 iki 1 mm, bendras ilgis 23 ± 1 cm.	1	Apvalus, vertikaliai pjaunantis, delikatus, smailėjantis nuo 3 iki 1 mm, bendras ilgis 23 cm.
16.	Peilis 8656D	Lancet tipo, delikatus, smailėjantis nuo 3 iki 1 mm, bendras ilgis 23 ± 1 cm.	1	Lancet tipo, delikatus, smailėjantis nuo 3 iki 1 mm, bendras ilgis 23 cm.
17.	Disektorius 8656J	Tiesus, rutuliuko formos galiuku, skersmuo $1,3 \pm 0,1$ mm, bendras ilgis 23 ± 1 cm.	1	Tiesus, rutuliuko formos galiuku, skersmuo 1,3 mm, bendras ilgis 23 cm.
18.	Elevatorius 8656L	Elevatorius, silpnai lenktas, delikatus, bukas, bendras ilgis 23 ± 1 cm.	1	Elevatorius, silpnai lenktas, delikatus, bukas, bendras ilgis 23 cm.
19.	Injekcinė adata 8598B	Kleinsasser tipo, Luer-Lock jungtis, tiesi, darbinis ilgis 23 ± 1 cm.	1	Kleinsasser tipo, Luer-Lock jungtis, tiesi, darbinis ilgis 23 cm.
20.	Kaniulė siurbimui 8606D	Koaguliuojanti, su rankena, izoliuota, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, su stiletu valymui, išorinis skersmuo $2 \pm 0,1$ mm, darbinis ilgis 23 ± 1 cm, komplekte monopolinis laidas.	1	Koaguliuojanti, su rankena, izoliuota, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, su stiletu valymui, išorinis skersmuo 2 mm, darbinis ilgis 23 cm, komplekte monopolinis laidas.
21.	Elektrodas koaguliacijai 840036, 26176	Bipolinis, su siurbimo kanalu, darbinis ilgis 25 ± 1 cm, komplekte AD bipolinis laidas.	2	Bipolinis, su siurbimo kanalu, darbinis ilgis 26 cm, komplekte AD bipolinis laidas.
22.	Dantų apsauga 8575RA	Metalinė, plati.	1	Metalinė, plati.
23.	Dantų apsauga 8575RB	Metalinė, vidutinio dydžio.	1	Metalinė, vidutinio dydžio.
24.	Teleskopas 8712CA	1. Lateralinis; 2. Matymo kryptis: 70° ; 3. Skersmuo: $5 \pm 0,1$ mm; 4. Plataus matymo kampo; 5. Ilgis 25 ± 1 cm; 6. Autoklavuojama; 7. Komplekte: konteineris sterilizavimui.	1	1. Lateralinis; 2. Matymo kryptis: 70° ; 3. Skersmuo: 5 mm; 4. Plataus matymo kampo; 5. Ilgis 24 cm; 6. Autoklavuojama; 7. Komplekte: konteineris sterilizavimui.
25.	Mikro laringoskopas 8715AA	1. Andrea-Dias tipo; 2. Reguliuojamas optinis didinimas 60 ir 150 kartų; 3. Autoklavuojamas.	1	1. Andrea-Dias tipo; 2. Reguliuojamas optinis didinimas 60 ir 150 kartų; 3. Autoklavuojamas.
26.	Kaniulė siurbimui 8602KV	Kleinsasser tipo, galiukas rutulio formos, lenkta į viršų, išorinis skersmuo $2 \pm 0,2$ mm mm, darbinis ilgis 23 ± 1 cm.	2	Kleinsasser tipo, galiukas rutulio formos, lenkta į viršų, išorinis skersmuo 2 mm, darbinis ilgis 23 cm.
27.	Kaniulė siurbimui 8603KV	Kleinsasser tipo, galiukas rutulio formos, lenkta į viršų, išorinis skersmuo $3 \pm 0,2$ mm mm, darbinis ilgis 23 ± 1 cm.	1	Kleinsasser tipo, galiukas rutulio formos, lenkta į viršų, išorinis skersmuo 3 mm, darbinis ilgis 23 cm. Techniniai aprašai 5PD, psl. 18.
28.	Žnyplės 8663BH	Steiner tipo, griebiančios, lenktos į dešinę, dantytos, mova izoliuota, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 23 ± 1 cm.	1	Steiner tipo, griebiančios, lenktos į dešinę, dantytos, mova izoliuota, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 23 cm.
29.	Žnyplės 8663CH	Steiner tipo, griebiančios, lenktos į kairę, dantytos, mova izoliuota, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 23 ± 1 cm.	1	Steiner tipo, griebiančios, lenktos į kairę, dantytos, mova izoliuota, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 23 cm.
20.	Kabučių aplikatorius	Laryngoforce II tipo, žiaunos lenktos į kairę, su jungtimi	1	Laryngoforce II tipo, žiaunos lenktos į kairę, su jungtimi

	8665L	valymui, darbinis ilgis 23 ± 1 cm, komplekte ≥ 200 vnt. kabučių.		valymui, darbinis ilgis 23 cm, komplekte 200 vnt. kabučių.
21.	Kabučių aplikatorius 8665R	Laryngoforce II tipo, žiaunos lenktos į dešinę, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 23 ± 1 cm.	1	Laryngoforce II tipo, žiaunos lenktos į dešinę, su jungtimi valymui, darbinis ilgis 23 cm.
22.	Žnyplės 8615AS, 847002	Bipolinės, su siurbimo kanalu, žiaunos lenktos 45° kampu į viršų, darbinis ilgis 23 ± 1 cm, komplekte bipolinis laidas.	1	Bipolinės, su siurbimo kanalu, žiaunos lenktos 45° kampu į viršų, darbinis ilgis 23 cm, komplekte bipolinis laidas.

Bendrieji reikalavimai instrumentams:

1. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
2. Siūlomi instrumentai turi būti vieno gamintojo, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių).
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, vertinimui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.
4. Būtinai siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu, prekės kodas, gamintojo ženklas – ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

Medicinos prietaiso šie dokumentai pateikiami tiekiant ir instaliuojant prietaisus	
Pavadinimas	Reikalavimai dokumentų turiniui
1. Vartotojo instrukcija:	Ženklinta CE ir notifikuotos įstaigos numeriu
1.1. Anglų kalba	Gamintojo išleistas originalas, kuris pateikiamas su gaminiu/prietaisu (User manual). Neprivaloma, jei pagaminta Lietuvoje
1.2. Lietuvių kalba	Tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas iš anglų kalbos.
2. Techninė dokumentacija	Gamintojo išleisti techninės eksploatacijos dokumentai (Technical/ Service/ Operation manuals): aprašai, brėžiniai, aptarnavimo bei remonto instrukcijos ir pan. Pateikiama: anglų k., gali būti ir lietuvių k.
3. Techninės priežiūros (TP) reglamentas	Periodiškai atliekamų TP darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglementuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo-dezinfekavimo instrukcija	Aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
5. CE sertifikatas ar atitikties deklaracija	CE sertifikatas su notifikuotos įstaigos numeriu arba CE atitikties deklaracija (93/42/EEB). Kopija (anglų k.) ir vertimas į lietuvių k.
6. Instruktuotų (apmokytų) darbuotojų sąrašas	Dokumente nurodoma: prietaiso pavadinimas/modelis, instruktuotų darbuotojų vardas, pavardės, pareigos, instruktažo data ir vieta (padalinys), Tiekėjo pavadinimas ir jo darbuotojo, atlikusio instruktavimą, pareigos, vardas ir pavardė. Visi dokumente išvardinti asmenys pasirašo.
7. Įdiegimo aktas (MTS Instaliavimo aktas)	Dokumente nurodomi duomenys, vadovaujantis "Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo" reikalavimais. Aktą parengia MTS inžinierius. Aktą pasirašo ligoninės padalinio-naudotojo vedėjas, MTS vedėjas bei inžinierius ir Tiekėjo darbuotojas, įgaliotas atlikti prietaiso instaliavimą.

1. Visi dokumentai (ir/ar jų kopijos) teikiami popieriniu pavidalu. Papildomai gali būti teikiama CD ar lygiavertėse laikmenose pdf formatu.
2. Punktuose 1, 2, 3, ir 5 išvardinti dokumentai turi būti patvirtinti Tiekėjo parašu ir antspaudu (jei jį turi).
3. Instruktuotų asmenų sąrašas atskirai nesudaromas, jei darbuotojų skaičius mažas (iki 5-6). Tada leidžiama jų parašus rinkti Medicinos technikos skyriaus instaliavimo akte. Jei tiekėjas pateikia pasą - sąrašas sudaromas ir pasirašoma pase.
4. Perdavimas: dokumentai pagal punktus 1, 2, 4 ir 5 perduodami padalinio naudotojo vyr. slaugytojai-slaugos administratorei, likusieji - Medicinos technikos skyriaus inžinieriui, kuris dalyvauja instaliavime.


II. KAINA

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Modelis ir gamintojas	Kiekis, vnt.	Kaina 1 vnt. Eur be PVM	Kaina Eur be PVM	Kaina Eur su 21 % PVM
2	Endoskopinių instrumentų rinkinys ausų, nosės, gerklės tvarstomojo kabinetui	Karl Storz SE & Co Vokietija	1 komplektas	4.000,00	4.000,00	4.840,00
3	Endoskopinių instrumentų rinkinys ausies chirurgijai	Karl Storz SE & Co Vokietija	1 komplektas	4.870,00	4.870,00	5.892,70
4	Endoskopinių instrumentų rinkinys nosies ertmės ir sinusų chirurgijai	Karl Storz SE & Co Vokietija	1 komplektas	12.390,00	12.390,00	14.991,90
5	Endoskopinių instrumentų rinkinys gerklų chirurgijai	Karl Storz SE & Co Vokietija	1 komplektas	15.510,00	15.510,00	18.767,10
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM						36.770,00
PVM						7.721,70
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM						44.491,70

Pardavėjas

UAB Tradintek
J. Jasinskio g. 9, LT-01111 Vilnius
Įmonės kodas 124942182
PVM mok. Kodas LT249421811
A.s. LT65 7044 0600 0136 8083
AB SEB bankas, b. k. 70440

Komercijos direktorius
Tomas Mickūnaitis
A.V.




Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
Swedbank AB, b/k 73000
A.s. LT457300010035680793
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Felixas Jankevičius



Dir. storė padėjė
Aušra Bilotienė Motiejūnienė



Vyr. viešųjų pirkimų
specialistė
Lina Alekšė