

UAB „Amstandard LT“

Įmonės kodas: 302998796, PVM mokėtojo kodas: LT100007593417
Šilutės pl. 79, Klaipėda, Tel. +370 46 230323, mob. tel. +370 686 11299

PASIŪLYMAS DĖL DAUGIAFUNKCINIO KURO ANALIZATORIAUS PIRKIMO

2015-06-29

(Data)

Klaipėda

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Amstandard LT“
Tiekėjo adresas	Šilutės 79/ Mainų 8 94101 Klaipėda, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Jevgeni Riipulk
Telefono numeris	+370 46 230323; +370 686 11299
Fakso numeris	
El. pašto adresas	rima@amstandard.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šią prekę:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, eurai, be PVM*	PVM tarifas	PVM suma, eurai*	Bendra prekės kaina, eurai, su PVM*
1	2	3	4	5	6	7	8=5+7
1.	Daugiafunkcinis kuro analizatorius ERASPEC, gamintojas Eralytics GmbH	vnt.	1	32 490,00	21%	6 822,90	39 312,90
IŠ VISO							39 312,90

* Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurai, nurodant 2 skaičius po kablelio; antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5.

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka, vadovaudamasis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos arba PVM įstatymo 95 straipsniu. Tokiu atveju jis lentelės skilčių „PVM suma, eurai*“ nepildo.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra: (39 312,90) trisdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai dvylika Eur, 90 ct. (suma skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro (6 822,90) šeši tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt du Eur, 90 ct. (žodžiais ir skaičiais)

Siūlomos prekės visiškai atitinka kvietime nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Nr.	Techniniai parametrai (aprašymas)	Minimalūs reikalavimai	Siūlomo daigafunkcinio kuro analizatoriaus duomenys, aprašymas (pildo Tiekėjas)
1.	Panaudojimas	Degalų analizei, atitinka ASTM D5845, EN 238, ISO 15212, koreliacija su EN 14078, EN 13016, ISO 3405, ISO 5163, ISO 5164, ISO 5165	Degalų analizei, atitinka D5845, D6277, D7777, D7806, EN 238, EN14078, ISO 15212, IP559 koreliacija su ASTM D86, D323, D613, D976, D2699, D2700, D4814, D5191, D6378, ISO 3405, ISO 5163, ISO 5164, ISO 5165, EN 13016 (ERASPEC EN.pdf, 5 psl.; ERASPEC LT.pdf, 5 psl.)
2.	Visiškai automatinis įrenginys su ekranu (touch screen) duomenų suvedimui, tyrimų eigos bei rezultatų pateikimui	IR spektrometras su Fourier transformacija dviejų celių, NIR ir mid-IR ruožams, paženklintas CE ženklu	IR spektrometras su Fourier transformacija dviejų celių, NIR ir mid-IR ruožams, paženklintas CE ženklu. Benzinui naudojama 20µm celė, dyzelinui 100 µm celė. (ERASPEC EN.pdf, 5 psl, ERASPEC LT.pdf, 3 psl.)
3.	Bangos ilgių intervalas	Ne siauresnis, nei nuo 550 iki 7000 cm ⁻¹	Nuo 450 iki 7000 cm ⁻¹ (ERASPEC EN.pdf, 5 psl. ERASPEC LT.pdf, 5 psl.)
4.	Skiriamoji geba	Ne blogiau kaip 4 cm ⁻¹	4 cm ⁻¹ (ERASPEC EN.pdf, 3 psl.; ERASPEC LT.pdf, 3 psl.)
5.	Temperatūros palaikymas	Automatiškai kontroliuojama ir palaikoma	Automatiškai kontroliuojama ir palaikoma (ERASPEC EN.pdf, 5 psl.; ERASPEC LT.pdf, 5 psl.)
6.	Termostatas	Integruotas, be išorinių modulių	Integruotas, be išorinių modulių (ERASPEC EN.pdf, 5 psl.; ERASPEC LT.pdf, 5 psl.)
7.	Mėginio įvedimas	Automatinis	Automatinis (ERASPEC EN.pdf, 5 psl.; ERASPEC LT.pdf, 5 psl.)
8.	Mėginio filtravimas	Integruotas įrenginyje metalinis filtras	Integruotas įrenginyje metalinis 16 µm filtras (ERASPEC EN.pdf, 5 psl.; ERASPEC LT.pdf, 5 psl.)
9.	Valymas	Automatinis tirpikliu arba kitu mėginiu	Automatinis tirpikliu arba kitu mėginiu (ERASPEC EN.pdf, 5 psl.; ERASPEC LT.pdf, 5 psl.)
10.	Matavimo vienetai	Procentai tūrio ir masės	Procentai tūrio ir masės (ERASPEC EN.pdf, 2, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 2, 4 psl.)
11.	Integruota kalibravimo duomenų bazė	Yra; specifikacijoje išvardintoms analitėms	Gamyklinis kalibravimas (ERASPEC EN.pdf, 5 psl.; ERASPEC LT.pdf, 5 psl.)

12.	Tankio matavimas (visiems produktams)	Virpančio U-vamzdelio metodu, nuo 0 iki 3 g/cm ³ , pakartojamumas ne blogesnis kaip $\pm 0,0005$ g/cm ³ , su galimybe rezultatą pateikti esant 15°C ir 20 °C temperatūrai	Virpančio U-vamzdelio metodu, nuo 0 iki 3 g/cm ³ , tikslumas $\pm 0,0005$ g/cm ³ (ERASPEC EN.pdf, 2, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 2, 4 psl.; Tankis, temp. pdf)
13.	Benzino RON matavimas	Ne siauresnis kaip nuo 75 iki 102 intervalas, pakartojamumas ne blogesnis kaip $\pm 0,2$	Nuo 70 iki 110 intervalas, tikslumas $\pm 0,2$ (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
14.	Benzino MON matavimo	Ne siauresnis kaip nuo 75 iki 90 intervalas, pakartojamumas ne blogesnis kaip $\pm 0,2$	Nuo 60 iki 100 intervalas, tikslumas $\pm 0,2$ (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
15.	Benzino RVP ir DVPE matavimo intervalas	Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 95 kPa	Nuo 35 iki 100 kPa (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
16.	Benzino garų kamščio indeksas (VLI)	Yra	Yra (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
17.	Benzino distiliavimo/garavimo matuojamos vertės	T50, T90, FBP, E70, E100, E150	IBP, T10, T50, T90, FBP E70, E100, E150, E200, E300 (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
18.	ETBE benzine matavimas	Ne siauresniame kaip 0 iki 25 % tūrio intervale, pakartojamumas ne blogesnis kaip $\pm 0,2$ %	Nuo 0 iki 25 % tūrio intervale, tikslumas $\pm 0,2$ (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
19.	MTBE, TAME, DIPE, izopropanolis, kt. oksigenatai benzine	Ne siauresniame kaip 0 iki 20 % tūrio intervale	MTBE, DIPE - nuo 0 iki 25 % tūrio intervale TAME - nuo 0 iki 25 % tūrio intervale (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
20.	2-butanolis, tret-butanolis benzine	Ne siauresniame kaip 0 iki 25 % tūrio intervale	Nuo 0 iki 25 % tūrio intervale (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
21.	Etanolis benzine	Ne siauresniame kaip 0 iki 25 % tūrio intervale	Nuo 0 iki 25 % tūrio intervale (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
22.	Metanolis benzine	Ne siauresniame kaip 0 iki 15 % tūrio intervale	Nuo 0 iki 15 % tūrio intervale (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
23.	Bendrasis deguonies kiekis benzine	Ne siauresniame kaip 0 iki 12 % tūrio intervale	Nuo 0 iki 12 % tūrio intervale (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
24.	Antidetonacinis priedas MMT benzine	Minimalus kiekis 0,5 mg/l	0 – 10000 mg/l (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
25.	Aromatiniai angliavandeniliai (benzenas, naftalenas) benzine	Ne siauresniame kaip 0 iki 10 % tūrio intervale	Nuo 0 iki 10 % tūrio intervale (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)

26.	Aromatiniai angliavandeniliai (toluenas, ksilenas, etilbenzenas, propilbenzenas, mesitilenas, izo-durenas, pseudokumenas, 2,3,4-etiltoluenas, kiti aromatiniai angliavandeniliai) benzine	Ne siauresniame kaip 0 iki 20 % tūrio intervale	Toluenas, ksilenas - nuo 0 iki 25 % tūrio intervale; etilbenzenas, propilbenzenas, mesitilenas, izo-durenas, pseudokumenas, 2,3,4-etiltoluenas, kiti aromatiniai angliavandeniliai - nuo 0 iki 20 % tūrio intervale (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
27.	Bendras aromatikos kiekis benzine	Ne siauresniame kaip 0 iki 60 % tūrio intervale	Nuo 0 iki 60 % tūrio intervale (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
28.	Bendras sočiųjų angliavandenilių kiekis benzine	Ne siauresniame kaip 0 iki 100 % tūrio intervale	Nuo 0 iki 100 % tūrio intervale (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
29.	Bendras olefinų kiekis benzine	Ne siauresniame kaip 0 iki 80 % tūrio intervale	Nuo 0 iki 80 % tūrio intervale (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
30.	Bendras diolefinų kiekis benzine	Ne siauresniame kaip 0 iki 15 % tūrio intervale	Nuo 0 iki 15 % tūrio intervale (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
31.	Dyzelino priedas 2-etilheksil nitratas (2-EHN)	Ne siauresniame kaip 50 iki 10 000 mg/l intervale	Dyzelino priedas 2-EHN - 50 – 20000 mg/l Cetatinis skaičius – 20-80 Cetatinis indeksas – 20-80 Dyzelino distiliavimo/garavimo matuojamos vertės - IBP, T10, T50, T65, T85, T90, T95, FBP; E250, E350 Bendras aromatikos kiekis dyzeline 0-60 v% PNA - 0-50 v% FAME, FAEE - 0-65 v% FAME diferencijavimas nuo augalinio aliejaus (ERASPEC EN.pdf, 4 psl.) ERASPEC LT.pdf, 4 psl.)
32.	Etalonai	Paliudytoji pamatinė medžiaga (CRM) – benzinas, kurio galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos	Paliudytoji pamatinė medžiaga (CRM) – benzinas, kurio galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos „99854-0 MTVM Motor Gasoline“

33.	Programinė įranga	Duomenų apie tiriamą mėginį įvedimas; Duomenų pateikimas ekrane ir PC; Apsauga nuo matavimo rezultatų keitimo, naikinimo, atmetimo; perspėjimai dėl klaidų; Automatinis matavimo duomenų perdavimas į PC; duomenų/rezultatų spausdinimas iš PC; Kalibravimo duomenų bazės papildymas bei naujų parametrų įvedimas per PC; Duomenų išsaugojimas kitoje laikmenoje.	Duomenų apie tiriamą mėginį įvedimas; Duomenų pateikimas ekrane ir PC; Apsauga nuo matavimo rezultatų keitimo, naikinimo, atmetimo; perspėjimai dėl klaidų; Automatinis matavimo duomenų perdavimas į PC; duomenų/rezultatų spausdinimas iš PC; Kalibravimo duomenų bazės papildymas bei naujų parametrų įvedimas per PC; Duomenų išsaugojimas kitoje laikmenoje. (ERASPEC EN.pdf, 5, 7 psl.) ERASPEC LT.pdf, 5, 7 psl.)
34.	Sąsajos su kitais prietaisais (kompiuteriu, spausdintuvu)	USB, RS-232, Ethernet arba lygiavertės	USB, RS-232, Ethernet (ERASPEC EN.pdf, 5 psl.) ERASPEC LT.pdf, 5 psl.)
35.	Priedai ir atsarginės dalys	Priedų ir atsarginių dalių kiekis bei pavadinimai pagal tiekėjo pasirinkimą, reikalingi pilnam prietaiso paleidimui ir darbo užtikrinimui, garantuojantys nepertraukiamą 2 metų darbą.	- Mėginių vamzdelis su Luer jungtimi; - Metaliniai filtrai 16 µm (5 vnt.) - Apsauginės plėvelės liečiamam ekranui (5 vnt.) - Plunksnakotis liečiamam ekranui
36.	Darbo aplinkos sąlygos	15–30°C	5–45°C (ERASPEC EN.pdf, 5 psl.) ERASPEC LT.pdf, 5 psl.)
37.	Maitinimas	220 V±10%, 50 Hz	85-264 V AC; 47-63 Hz (ERASPEC EN.pdf, 5 psl.) ERASPEC LT.pdf, 5 psl.)
38.	Įrenginio naudotojo vadovas	Būtinasis (spaudinys ir elektroninė versija)	Įrenginio naudotojo vadovas (spaudinys ir elektroninė versija USB atmintinėje)
39.	Garantija	2 metai	2 metai

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Dokumento konfidencialumas*		Dokumento konfidencialumą patvirtinantys teisės aktai
			Taip	Ne	
1.	Pasiūlymas	6		✓	
2.	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) (Pazyma.pdf)	2		✓	
3.	LR juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas (ESI.pdf)	2		✓	
4.	Atstovavimo gamintojui pažyma (Eralytics_Amstandard_Lithuania.pdf)	1		✓	
5.	Atstovavimo gamintojui pažymos vertimas (Eralytics atstovavimas vertimas.pdf)	1		✓	
6.	Specialistų sąrašas (Specialistu sarasas.pdf)	1		✓	
7.	Apmokymo sertifikatas (AmStandard_JevgeniRiipulk_Lithuania.pdf)	1		✓	
8.	Apmokymo sertifikato vertimas (Apmokymo sertifikatas vertimas.pdf)	1		✓	
9.	Techninė specifikacija (ERASPEC EN.pdf)	8		✓	
10.	Techninė specifikacija lietuvių kalba su komentarais ir nuorodomis į techninių parametų punktus (ERASPEC LT.pdf)	8		✓	
11.	Ištrauka iš instrukcijos dėl tankio pateikimo prie kitokios temperatūros (Tankis,temp. pdf.)	1		✓	

*Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Apklausos sąlygose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Jevgeni Riipulk
(Vardas ir pavardė)

*Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.