

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Parametro reikšmė (siūlyti prekes ne blogesnių parametrų)	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametą)
1	Abipusė spintelė prie paciento lovos su reguliuojamo aukščio maitinimo staliuku	Būtina	Abipusė spintelė prie paciento lovos su reguliuojamo aukščio maitinimo staliuku
2	Ne mažiau vienas stalčius ir viena spintelė apačioje. Spintelė turi būti su reguliuojamu (atlenkiamu, pasukamu, nukreipiamu ar pan.) staliuku/ stalviršiu, skirtu pacientų maitinimui	Būtina	vienas stalčius ir viena spintelė apačioje. Spintelė su reguliuojamu pasukamu, staliuku/ stalviršiu, skirtu pacientų maitinimui
3	Išoriniai matmenys	Aukštis 82 cm ± 3 cm Plotis 53 cm ± 5 cm Gylis 45 cm ± 2 cm	Aukštis 85 cm Plotis 58 cm Gylis 43 cm
4	Spintelės pervežimas 4 ratukais	Būtina	Spintelės pervežimas 4 ratukais
5	Atlenkiamas maitinimo stalelis reguliuojamo aukščio	Ne mažiau kaip 3 reguliuojamos padėtys	3 reguliuojamos padėtys
6	Garantija ne mažiau 24 mėn	Būtina	24 mėn
7	Žymėjimas CE ženklu	Būtina	CE atitikties deklaracija