

Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas

Adresas: J. Jasinskio g. 16c, LT-01112 Vilnius, Lietuva

Juridinio asmens kodas: 302432264

Filialo steigėjo PVM mokėtojo kodas: LT100004911916

Registro tvarkytojas: VĮ „Registrų centras“

VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL LINIJINIO GREITINTUVO ONCOR IMPRESSION PLUS IR KOMPIUTERINĖS
PLANAVIMO SISTEMOS TECHNINĖS PROFILAKTIKOS, PRIEŽIŪROS IR REMONTO**

2015.06.18 Nr.20150618

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Paslaugos teikėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas
Paslaugos teikėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J. Jasinskio g. 16c, LT-01112 Vilnius, Lietuva
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Kęstutis Čiplys, generalinis direktorius
Telefono numeris	+370 5 2391500
Fakso numeris	+370 5 2391501
El. pašto adresas	Info.lt@siemens.com
Banko rekvizitai, atsiskaitomoji sąskaita	LT482140030000306467 Bankas: Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, Banko kodas 21400; SWIFT kodas NDEALT2X

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt>; pirkimas 235299

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1	Pasiūlymas su nurodytais priedais
2	Įmonės registravimo pažymėjimas
3	Įmonės nuostatų kopija
4	Gamintojo įgaliojimas verstis atitinkama veikla
5	Pažyma
6	RSC licencija
7	Personalo kvalifikacijos pažymėjimai

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius
(Paslaugos teikėjo arba jo
įgalioto asmens pareigų
pavadinimas*)

(Parašas*)

Kęstutis Čiplys
(Vardas ir pavardė*)

Dalius Diržanauskas
MED įrangos serviso
vadovas

Aidas Lašas
Komercijos vadovas

Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas

Adresas: J. Jasinskio g. 16c, LT-01112 Vilnius, Lietuva

Juridinio asmens kodas: 302432264

Filialo steigėjo PVM mokėtojo kodas: LT100004911916

Registro tvarkytojas: VĮ „Registrų centras“

VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASLAUGOS TIEKĖJO DEKLARACIJA

2015.06.18 Nr.20150618-2

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1. Aš, generalinis direktorius Kęstutis Čiplys,

(Paslaugos Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas ,
(Paslaugos Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) VŠĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame LINIJINIO GREITINTUVO ONCOR IMPRESSION PLUS IR KOMPIUTERINĖS
PLANAVIMO SISTEMOS TECHNINĖS PROFILAKTIKOS, PRIEŽIŪROS IR REMONTO atviro
konkurso pirkime. Pirkimas 235299,

skelbtame konkurso skelbime CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;

https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/rwlproposal_s.asp?PID=242277,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį paslaugos tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba paslaugos tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai bei nėra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jei nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo daugiau kaip vieni metai, arba paslaugos tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo, arba dėl paslaugos tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Paslaugos tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

Generalinis direktorius

(Paslaugos tiekėjo arba jo
įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Kęstutis Čiplys

(Vardas ir pavardė)

Siemens Osakeyhtiö Lietuvas filialas

Adresas: J. Jasinskio g. 16c, LT-01112 Vilnius, Lietuva

Juridinio asmens kodas: 302432264

Filialo steigėjo PVM mokėtojo kodas: LT100004911916

Registro tvarkytojas: VĮ „Registrų centras“

**PASLAUGOS TIEKĖJO (JURIDINIO ASMENS, KITOS ORGANIZACIJOS AR JO (JOS)
PADALINIO) SĄŽININGUMO DEKLARACIJA**

2015.06.18 Nr.20150618-3

(Data, numeris)

Vilnius

(Vieta)

Aš, Kęstutis Čiplys,

(paslaugos tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

vadovaujantis (atstovaujantis) SiemensOsakeyhtiö Lietuvas filialui

(paslaugos tiekėjo pavadinimas)

(toliau – ūkio subjektas), kuris (-i) dalyvauja perkančiosios organizacijos atliekamame viešajame pirkime, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas:

1. nedavė ir neketina duoti perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų paslaugos tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą;

2. nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856) 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 3 straipsnyje ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (Žin., 2011, Nr. 85-4135) 6 straipsnyje nurodytus principus;


3. šiame viešajame pirkime veikia nepriklausomai ir jeigu vienas ar keli ūkio subjektai, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, dalyvauja tame pačiame viešajame pirkime ir pateikia savarankišką (-us) pasiūlymą (-us), jie laikytini mano vadovaujamo (atstovaujamo) ūkio subjekto konkurentais;

4. perkančiosios organizacijos prašymu per jos nustatytą terminą pateiks ūkio subjektų, su kuriais mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas yra susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais, sąrašą.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamas (atstovaujamas) ūkio subjektas atsakys įstatymų nustatyta tvarka.

Generalinis direktorius

(Deklaraciją teikiančio asmens pareigos)


(Parašas)

Kęstutis Čiplys

(Vardas, pavardė)

PASLAUGŲ PIRKIMO OBJEKTAS

Vykdamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo“ (toliau – aprašas), nustatančio medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros reikalavimus, žemiau pateiktiems išorinės spindulinės terapijos sistemos prietaisams privaloma techninė priežiūra.
Techninė priežiūra – techninės priemonės ir veiksmai naudojamam medicinos prietaisui darbingumui ir tvarkingumui išlaikyti. Šiems darbams nepriskiriama kasdieninė naudotojo atliekama medicinos prietaiso priežiūra, kurią gamintojas numatęs naudojimo instrukcijoje ar kitoje pridedamoje informacijoje (pvz., prietaiso kalibravimas, testavimas, dezinfekavimas, valymas, sterilizavimas ar pan.).

1 lentelė

Eil. Nr.	Medicinos prietaiso pavadinimas	Tipas/Modelis	Partijos/serijos numeris	Medicinos prietaiso pagaminimo data	Paslaugos kaina, Eurais su PVM
1	Linijinis greitintuvas su pacientų pozicionavimo LAP lazerių sistema ir spindulinio gydymo planavimui skirtu kompiuteriniu tomografu su imitavimo įranga, pritaikyta virtualiai simuliacijai bei pacientų pozicionavimo LAP lazerių sistema, kompiuterine pacientų verifikacijos, administravimo ir duomenų apdorojimo sistema.	ONCOR Impression Plus Siemens SOMATOM SENSATION OPEN DOZIMETRIST THERAPIST LANTIS	5571 49491	2009 2008	303.800,00
2	Kompiuterinė spindulinės terapijos planavimo sistema	Xio		2009	36.300,00
3	Linijinio greitintuvo aušinimo sistema	Air cooled liquid chillers EcoLean 1x EAC 251 SM 4 HN		2012	8.555,00
4	Aušinimo sistemos parametrų valdymo ir stebėjimo stotis	KKT KRAUS TSA.02			1.272,00
	Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM ir visais mokesčiais				349.927,00


Generalinis direktorius
Kęstutis Čiplys


Aidas Lašas
Komercijos vadovas


Dalius Diržanauskas
MED įrangos serviso
vadovas

LINIJINIO GREITINTUVO ONCOR IMPRESSION PLUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REGLAMENTAS

(gamintojas reglamentuoja techninę priežiūrą vykdyti kas 3 mėnesius)

Nr.	Reglamentuoto darbo pavadinimas	Periodiškumas			
		3 mėn.	6 mėn.	9 mėn.	12 mėn.
1	Dabartinių „softpots“ (nustatymų) išsaugojimas.	X			
2	Aparato valymas ir tikrinimas. Oro filtrų tikrinimas.	X			
3	Elektros jungčių tikrinimas.	X			
4	M31 modulatorius blokas. Valymas, tikrinimas.	X			
5	S44 Maitinimo blokas, valymas, įtampų tikrinimas.	X			
6	S35 kaitrino kaitinimo įtampų tikrinimas.	X			
7	S33/S34 modulio valymas.	X			
8	S32 modulio valymas.	X			
9	S45 pasukimo pavaros tepimas.	X			
10	S31 Galios paskirstymo skydo valymas.	X			
11	S42 Elektromagnetas. Maitinimo tikrinimas.	X			
12	S41 modulio valymas.	X			
13	S40A Kaitinimo / High Voltage modulio tikrinimas.	X			
14	S40B Vakuomo modulio tikrinimas.	X			
15	S40C Aukštos įtampos elektros bloko valymas ir tikrinimas.	X			
16	S38 Elektromagnetinio bloko terminal block valymas ir tikrinimas.	X			
17	S53 Encoderių bloko valymas ir patikra.	X			
18	S37 Dalelių pluošto lenkimo magnetas. Valymas ir tikrinimas.	X			
19	H33 Aksesuarai. Laikiklio tikrinimas.	X			
20	H31/H43 tikrinimas.	X			
21	Valdymo konsolės profilaktika.	X			
22	Paciento stalviršis. Tikrinimas. 550 TXT gydymo lentelės.	X			
23	Baterijos. Keitimas.	X			
24	Elektros sistemų patikra.	X			
25	Avarinių „Stop“ funkcijos patikrinimas.	X			
26	M31 modulatorius bloko įtampos, tikrinamas.	X			

27	S35 klaistrono kaitinamo maitinimo korekcija.	X			
28	S42 Elektromagneto maitinimo įtampos korekcija.	X			
29	S36 Aušinimo pompos tikrinimas.	X			
30	Apsauginio įžeminimo (PE), išbandymas.	X			
31	Mechaniniai parametrų tikrinimas, oro filtrų keitimas		X		
32	Dabartinių „softpots“ (nustatymų) išsaugojimas.		X		
33	S36 Aušinimo pompos tikrinimas. Vandens dejonizatoriaus kasetės keitimas. Vandens papildymas šaldymo sistemoje.		X		
34	G53 Atsvara. Valymas ir patikrinimas.		X		
35	G31/G32 modulio valymas ir tikrinamas		X		
36	G45 bloko valymas ir tikrinamas.		X		
37	G49 gantrio jungiamojo bloko valymas ir tikrinamas		X		
38	G57 dozimetrijos maitinimo bloko valymas ir įtampų tikrinamas		X		
39	G56 +24 V dozimetrijos maitinimo valymas ir tikrinamas. Gantrio hub erdvės valymas		X		
40	G55 Fokusavimo ričių maitinimo bloko atstatymas, valymas ir tikrinamas		X		
41	G46 Relinio valdymo bloko valymas ir tikrinamas		X		
42	MLC valdymo bloko valymas ir tikrinamas		X		
43	G37 vandens srauto bloko ir srauto jutiklių valymas ir tikrinamas		X		
44	Galios kondicionieriaus valymas ir patikrinta.		X		
45	Transformatoriaus įtampų tikrinamas.		X		
46	Lazerių suvedimo tikrinamas		X		
47	Rankinio valdymo pulto ir avarinis sustabdymo valymas ir tikrinamas		X		
48	Avarinių STOP mygtukų funkcijos patikrinimas.		X		
49	S35 klaistrono kaitinimo įtampų tikrinimas		X		
50	S42 Elektromagnetas. Maitinimo tikrinimas.		X		
51	S40B VAC maitinimo bloko srovės ir įtampos fiksavimas.		X		
52	S40C aukštos įtampos elektros bloko įtampos matavimas.		X		
53	S37 Lenkimo magneto srovės ir įtampos fiksavimas.		X		
54	S36 Aušinimo pompos tikrinimas.		X		
55	Valdymo konsolės visų rūšių ir energijos tikrinimas ir derinimas.		X		
56	TX550 paciento stalo - kalibravimas, veikimo patikrinimas		X		
57	Dabartinių „softpots“ (nustatymų) išsaugojimas.			X	
58	Aparato valymas ir tikrinimas. Oro filtrų tikrinimas.			X	
59	Elektros jungčių tikrinimas.			X	

60	M31 modulatorius blokas. Valymas, tikrinimas.			X	
61	S53 Gantrio veleno Encoder bloko valymas ir patikrinta			X	
62	H32/H40 Žemutinės pavaros valymas , tikrinamas ir suteptas			X	
63	H33 Akseuarų laikiklio valymas ir tikrinamas H31/H43 vandens linijos valymas ir tikrinamas			X	
64	Valdymo konsolės visų rūšių ir energijos tikrinimas ir derinimas.			X	
65	TX550 paciento stalo - kalibravimas, veikimo patikrinimas.			X	
66	Avarinių STOP mygtukų funkcijos patikrinimas.			X	
67	Gantrio guolių tepimas			X	
68	M31 modulatorius bloko įtampas , tikrinamas			X	
69	S36 Aušinimo pompos tikrinimas			X	
70	Apsauginio įžeminimo (PE) tikrinimas.			X	
71	Mechaniniai parametrų tikrinimas, oro filtrų keitimas.				X
72	Dabartinių „softpots“ (nustatymų) išsaugojimas.				X
73	S36 Aušinimo pompos tikrinimas. Vandens deijonizatoriaus kasetės keitimas. Vandens papildymas šaldymo sistemoje				X
74	G39 AFC bloko valymas ir tikrinamas.				X
75	G38 jonų siurblio bloko valymas tikrinamas, įtampų matavimas.				X
76	G40 tolinačio - valymas ir tikrinamas, kalibravimas.				X
77	G41 bloko valymas ir tikrinamas.				X
78	S45 pasukimo pavaros tepimas.				X
79	G42 dozimetrijos bloko valymas ir tikrinamas, kalibravimas.				X
80	Avarinių STOP mygtukų funkcijos patikrinimas.				X
81	H33 Akseuarų laikiklio valymas ir tikrinamas.				X
82	Lazerių suvedimo tikrinamas.				X
83	TX550 paciento stalo - kalibravimas, veikimo patikrinimas.				X
84	Valdymo konsolės visų rūšių ir energijos tikrinimas ir derinimas.				X

Dalius Diržanauskas
MED įrangos serviso
vadovas

**SPINDULINĖS TERAPIJOS KOMPIUTERINĖS PLANAVIMO SISTEMOS XiO
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REGLAMENTAS**

Eil. Nr.	Darbų turinys	Darbų atlikimo periodiškumas
1.	Duomenų bazės archyavimas į išorinį kietąjį diską	1 kartą per 3 mėn.
2.	Planavimo sistemos atnaujinimas	Pagal gamintojo rekomenduojamus atnaujinimus
3.	Kompiuterių ir monitorių patikra ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
4.	Valdymo klaviatūros patikrinimas	1 kartą per 3 mėn.
5.	Vaizdų kokybės patikrinimas	1 kartą per 3 mėn.
6.	Atminties ir vaizdo procesoriaus patikrinimas	1 kartą per 3 mėn.
7.	Kabelių jungčių patikra ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
8.	Kompiuterio ir ventiliatorių valymas	1 kartą per 3 mėn.
9.	Kompiuterio baterijų patikrinimas	1 kartą per 3 mėn.

Dalius Diržanauskas
MED įrangos serviso
vadovas

**KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO SOMATOM SENSATION OPEN
SU IMITAVIMO ĮRANGA, PRITAIKYTA VIRTUALIAI SIMULIACIJAI TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS REGLAMENTAS**

(gamintojas reglamentuoja techninę priežiūrą vykdyti kas 6 mėnesius)

Siemens kompiuterinis tomografas SOMATOM SENSATION Open su LAP lazerių sistema	Dalinė profilaktika: - saugumo patikra; - stalo, stalo pavaros profilaktika; - gantrio valdymo mechanizmo profilaktika; - kontaktinių žiedų profilaktika; - jėgos kontaktinių šepetėlių profilaktika; - duomenų perdavimo šepetėlių profilaktika; - pagrindinio skenerio guolio profilaktika; - kolimatoriaus profilaktika; - oro filtrų profilaktika; - kompiuterių profilaktika; - vaizdų kokybės testas. LAP lazerių sistemos patikrinimas ir kalibravimas pagal gamintojo rekomendacijas Gedimų pašalinimas	Pirma metinė profilaktika
	Pilna profilaktika: - saugumo patikra; - stalo, stalo pavaros profilaktika; - gantrio valdymo mechanizmo profilaktika; - kontaktinių žiedų profilaktika; - jėgos kontaktinių šepetėlių profilaktika; - duomenų perdavimo šepetėlių profilaktika; - pagrindinio skenerio guolio profilaktika; - kolimatoriaus profilaktika; - oro filtrų profilaktika; - kompiuterių profilaktika; - vaizdų kokybės testas; - skenerio sukimo pavaros profilaktika. LAP lazerių sistemos patikrinimas ir kalibravimas pagal gamintojo rekomendacijas Gedimų pašalinimas	Antra metinė profilaktika <i>Dalius Diržanauskas</i> MED įrangos serviso vadovas 