

SUTARTIS 11-19-0010

Klaipėda,

2015 m. rugpjūtį mėn 27 d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Janušonio (toliau vadinama "Užsakovu") ir Siemens Osakeytio Lietuvos filialas atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Čiplio (toliau vadinama "Vykdymo"), vadovaujantis konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Vykdytojas įsipareigoja medicinos prietaisų techninę priežiūrą vykdyti pagal medicinos prietaiso gamintojo pateiktą reglamentą (sutarties priedas). Kompiuterinei pacientų verifikacijos, administravimo ir duomenų apdorojimo sistemai LANTIS, THERAPIST, DOZIMETRIST, LAP lazerių sistemai, linijinio greitintuvo aušinimo sistemai Air cooled liquid chillers EcoLean 1x EAC 251 SM 4 HN, aušinimo sistemos parametrų valdymo ir stebėjimo stočiai KKT KRAUS TSA.02, kompiuterinės spindulinės terapijos planavimo sistemos Xio, linijinio greitintuvo Oncor Impression Plus, kompiuterinio tomografo Somatom Sensatio Open su imitavo įranga techninę priežiūrą ir atnaujinimus atlikti pagal gamintojo reglamentą, o Užsakovas įsipareigoja priimti šias paslaugas ir apmokėti.

1.2 Pagal šią sutartį atliekamų paslaugų kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Paslaugos kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės konkurso "Linijinio greitintuvo Oncor Impression Plus ir kompiuterinės planavimo sistemos techninė profilaktika, priežiūra ir remontas" (pirkimo kodas 164634) pirkti rezultatais.

2. Paslaugos teikimo sąlygos ir terminai:

2.1 Apie medicinos prietaiso ar jo priedėlio gedimą ligoninės įgaliotas asmuo Vykdytojui praneša telefonu ir elektroniniu paštu. Vykdytojas, pagal iš ligoninės įgalioto asmens telefonu gautą pranešimą apie medicinos prietaiso gedimą, privalo atvykti ne vėliau, kaip 1 (vienos) darbo dienos laikotarpyje (išeiginės ir šventinės dienos neįskaitomos). Paslaugų atlikimo vieta – Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda.

2.2 Medicinos prietaisų techninę priežiūrą vykdoma pagal medicinos prietaiso gamintojo pateiktą reglamentą, (pridedama reglamentai priedas Nr. 2).

2.3 Ligoninėje turimai kompiuterinei pacientų verifikacijos, administravimo ir duomenų apdorojimo sistemai LANTIS, THERAPIST, DOZIMETRIST, LAP lazerių sistemai, linijinio greitintuvo aušinimo sistemai Air cooled liquid chillers EcoLean 1x EAC 251 SM 4 HN, aušinimo sistemos parametrų valdymo ir stebėjimo stočiai KKT KRAUS TSA.02, kompiuterinės spindulinės terapijos planavimo sistemos Xio, linijinio greitintuvo Oncor Impression Plus, kompiuterinio tomografo Somatom Sensatio Open su imitavo įranga techninę priežiūrą ir atnaujinimus atlikti pagal gamintojo reglamentą.

2.4 Į įstaigą techninei priežiūrai komandiruotus darbuotojus Vykdytojas aprūpina asmeninėmis apsaugos priemonėmis, darbo rūbais ir darbo įrankiais, nustatyta tvarka darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais instruktuoja darbo vietoje pagal Vykdytojo ir Užsakovo pateiktas darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas.

2.5 Jeigu Vykdytojas nuo gauto pranešimo apie medicinos prietaiso gedimą neatvyksta ne vėliau kaip 1 (vienos) darbo dienos laikotarpyje (išeiginės ir šventinės dienos neįskaitomos), Užsakovas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo neatliktų paslaugų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

2.6 Vykdytojas pilnai garantuoja sutarties priede nurodytų paslaugų teikimą, taip pat paslaugos kokybę.

3. Paslaugos kaina

3.1 Į paslaugos kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, maito mokesčiai, transporto paslaugos (atvykimo, komandiruotės išlaidos), personalo konsultacijų telefonu išlaidos, kaina už reikiamas atsargines detales, programinius atnaujinimus ir techninės priežiūros darbus (privalomi profilaktiniai darbai, derinimas, kalibravimas, programavimas, programų atnaujinimas numatyti gamintojo ir Lietuvos respublikos teisės aktais), ir visi kiti mokesčiai susiję su paslaugos atlikimu t.y. fiksuojama galutinė kaina.

3.2 Į pasiūlymo kainą įskaičiuota simulatorius, rentgeno vamzdis. Paslaugos kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1 Užsakovas sumoka už atliktas paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos po paslaugos atlikimo, kai Paslaugos pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo paslaugos atlikimo dienos.

Jeigu Užsakovas neatsiskaito per minėtą laiką po paslaugos atlikimo, Vykdytojas gali reikalauti 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1 Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos galioja iki 2016 m. rugpjūčio mėn. 24 d.

6. Ginčai:

6.1 Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bei gavus kitos šalies pritarimą.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

8.4. Jeigu paslauga bus atliekama ne kokybiškai ar ne laiku.

9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9.4. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.5. Ši sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

9.7. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

“Užsakovas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB “Šiaulių bankas”
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71804
Įmonės kodas 190468035



Vyresniojo gydytojo
pavardavardas medichai
EUGENIJUS ZALAGIS

“Vykdytojas”

Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16c
LT – 01112 Vilnius
A/s LT482140030000306467
Vilniaus filialas
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
Banko kodas 21400
Įmonės kodas 302432264



LIETUVIS ČIPLYS

... specialistė
(juristė)
Brutė Paulikienė

SUTARTIES 2015 m. 08 mėn. 24 d.
 PRIEDAS Nr. 1 11-15-0010

PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Medicinos prietaiso pavadinimas	Tipas/Modelis	Partijos/serijos numeris	Medicinos prietaiso pagaminimo data	Paslaugos kaina eurais su PVM
1	Linijinis greitintuvas su pacientų pozicionavimo LAP lazerių sistema, spindulinio gydymo planavimui skirtu kompiuteriniu tomografu su imitavimo įranga, pritaikyta virtualiai simuliacijai bei pacientų pozicionavimo LAP lazerių sistema, kompiuterine pacientų verifikacijos, administravimo ir duomenų sistema.	ONCOR Impression Plus Siemens SOMATOM SENSATION OPEN DOZIMETRIST THERAPIST LANTIS	5571 49491	2009 2008	303800,00
2	Kompiuterinė spindulinės terapijos planavimo sistema	Xio		2009	36300,00
3	Linijinio greitintuvo aušinimo sistema	Air cooled liquid chillers EcoLean 1x EAC 251 SM 4 HN		2012	8555,00
4	Aušinimo sistemos parametrų valdymo ir stebėjimo stotis	KKT KRAUS TSA.02			1272,00

“Užsakovas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
 Liepojos 41,
 92288 Klaipėda
 A/S LT827180500000120325
 AB “Šiaulių bankas”
 Klaipėdos filialas
 Banko kodas 71804
 Įmonės kodas 190468035



“Vykdytojas”

Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas
 J. Jasinskio g. 16c
 LT – 01112 Vilnius
 A/s LT482140030000306467
 Vilniaus filialas
 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
 Banko kodas 21400
 Įmonės kodas 302432264



Vyriausioji
 Birutė

SUTARTIES 2015 m. 08 mėn. 24 d.
PRIEDAS Nr. 2 11-15-0010

LINIJINIO GREITINTUVO ONCOR IMPRESSION PLUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REGLAMENTAS
(gamintojas reglamentuoja techninę priežiūrą vykdyti kas 3 mėnesius)

Nr.	Reglamentuoto darbo pavadinimas	Periodiškumas			
		3 mėn.	6 mėn.	9 mėn.	12 mėn.
1	Dabartinių „softpots“ (nustatymų) išsaugojimas.	X			
2	Aparato valymas ir tikrinimas. Oro filtrų tikrinimas.	X			
3	Elektros jungčių tikrinimas.	X			
4	M31 moduliatorius blokas. Valymas, tikrinimas.	X			
5	S44 Maitinimo blokas, valymas, įtampų tikrinimas.	X			
6	S35 klaistrono kaitinimo įtampų tikrinimas.	X			
7	S33/S34 modulio valymas.	X			
8	S32 modulio valymas.	X			
9	S45 pasukimo pavaros tepimas.	X			
10	S31 Galios paskirstymo skydo valymas.	X			
11	S42 Elektromagnetas. Maitinimo tikrinimas.	X			
12	S41 modulio valymas.	X			
13	S40A Kaitinimo / High Voltage modulio tikrinimas.	X			
14	S40B Vakuomo modulio tikrinimas.	X			
15	S40C Aukštos įtampos elektros bloko valymas ir tikrinimas.	X			
16	S38 Elektromagnetinio bloko terminal block valymas ir tikrinimas.	X			
17	S53 Encoderių bloko valymas ir patikra.	X			
18	S37 Dalelių pluošto lenkimo magnetas. Valymas ir tikrinimas.	X			
19	H33 Aksuarai. Laikiklio tikrinimas.	X			
20	H31/H43 tikrinimas.	X			
21	Valdymo konsolės profilaktika.	X			
22	Paciento stalviršis. Tikrinimas. 550 TXT gydymo lentelės.	X			
23	Baterijos. Keitimas.	X			
24	Elektros sistemų patikra.	X			
25	Avarinių „Stop“ funkcijos patikrinimas.	X			
26	M31 moduliatorius bloko įtampos, tikrinamas.	X			
27	S35 klaistrono kaitinimo maitinimo korekcija.	X			
28	S42 Elektromagneto maitinimo įtampos korekcija.	X			
29	S36 Aušinimo pompos tikrinimas.	X			
30	Apsauginio įžeminimo (PE), išbandymas.	X			
31	Mechaniniai parametrai tikrinimas, oro filtrų keitimas		X		
32	Dabartinių „softpots“ (nustatymų) išsaugojimas.		X		
33	S36 Aušinimo pompos tikrinimas. Vandens dejonizatoriaus kasetės keitimas. Vandens papildymas šaldymo sistemoje.		X		
34	G53 Atsvara. Valymas ir patikrinimas.		X		
35	G31/G32 modulio valymas ir tikrinamas		X		
36	G45 bloko valymas ir tikrinamas.		X		
37	G49 gantrio jungiamojo bloko valymas ir tikrinamas		X		
38	G57 dozimetrijos maitinimo bloko valymas ir įtampų tikrinamas		X		
39	G56 +24 V dozimetrijos maitinimo valymas ir tikrinamas. Gantrio hub erdvės valymas		X		
40	G55 Fokusavimo ričių matinimo bloko atstatymas, valymas ir tikrinamas		X		
41	G46 Relinio valdymo bloko valymas ir tikrinamas		X		
42	MLC valdymo bloko valymas ir tikrinamas		X		
43	G37 vandens srauto bloko ir srauto jutiklių valymas ir tikrinamas		X		
44	Galios kondicionieriaus valymas ir patikrinta.		X		
45	Transformatoriaus įtampų tikrinamas.		X		
46	Lazerių suvedimo tikrinamas		X		
47	Rankinio valdymo pulto ir avarinis sustabdymo valymas ir tikrinamas		X		
48	Avarinių STOP mygtukų funkcijos patikrinimas.		X		
49	S35 klaistrono kaitinimo įtampų tikrinimas		X		
50	S42 Elektromagnetas. Maitinimo tikrinimas.		X		
51	S40B VAC maitinimo bloko srovės ir įtampos fiksavimas.		X		
52	S40C aukštos įtampos elektros bloko įtampos matavimas.		X		
53	S37 Lenkimo magneto srovės ir įtampos fiksavimas.		X		
54	S36 Aušinimo pompos tikrinimas.		X		
55	Valdymo konsolės visų rūšių ir energijos tikrinimas ir derinimas.		X		
56	TX550 paciento stalo - kalibravimas, veikimo patikrinimas		X		

57	Dabartinių „softpots“ (nustatymų) išsaugojimas.			X	
58	Aparato valymas ir tikrinimas. Oro filtrų tikrinimas.			X	
59	Elektros jungčių tikrinimas.			X	
60	M31 modulatorius blokas. Valymas, tikrinimas.			X	
61	S53 Gantrio veleno Encoder bloko valymas ir patikrinta			X	
62	H32/H40 Žemutinės pavaros valymas , tikrinamas ir suteptimas			X	
63	H33 Aksesuarų laikiklio valymas ir tikrinamas H31/H43 vandens linijos valymas ir tikrinamas			X	
64	Valdymo konsolės visų rūšių ir energijos tikrinimas ir derinimas.			X	
65	TX550 paciento stalo - kalibravimas, veikimo patikrinimas.			X	
66	Avarinių STOP mygtukų funkcijos patikrinimas.			X	
67	Gantrio guolių tepimas			X	
68	M31 modulatorius bloko įtampos , tikrinamas			X	
69	S36 Aušinimo pompos tikrinimas			X	
70	Apsauginio įžeminimo (PE) tikrinimas.			X	
71	Mechaniniai parametrai tikrinimas, oro filtrų keitimas.				X
72	Dabartinių „softpots“ (nustatymų) išsaugojimas.				X
73	S36 Aušinimo pompos tikrinimas. Vandens deijonizatoriaus kasetės keitimas. Vandens papildymas šaldymo sistemoje				X
74	G39 AFC bloko valymas ir tikrinamas.				X
75	G38 jonų siurblio bloko valymas tikrinamas, įtampų matavimas.				X
76	G40 tolimačio - valymas ir tikrinamas, kalibravimas.				X
77	G41 bloko valymas ir tikrinamas.				X
78	S45 pasukimo pavaros tepimas.				X
79	G42 dozimetrijos bloko valymas ir tikrinamas, kalibravimas.				X
80	Avarinių STOP mygtukų funkcijos patikrinimas.				X
81	H33 Aksesuarų laikiklio valymas ir tikrinamas.				X
82	Lazerių suvedimo tikrinamas.				X
83	TX550 paciento stalo - kalibravimas, veikimo patikrinimas.				X
84	Valdymo konsolės visų rūšių ir energijos tikrinimas ir derinimas.				X

**SPINDULINĖS TERAPIJOS KOMPIUTERINĖS PLANAVIMO SISTEMOS XiO
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REGLAMENTAS**

Eil. Nr.	Darbų turinys	Darbų atlikimo periodiškumas
1.	Duomenų bazės archyvavimas į išorinį kietąjį diską	1 kartą per 3 mėn.
2.	Planavimo sistemos atnaujinimas	Pagal gamintojo rekomenduojamus atnaujinimus
3.	Kompiuterių ir monitorių patikra ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
4.	Valdymo klaviatūros patikrinimas	1 kartą per 3 mėn.
5.	Vaizdų kokybės patikrinimas	1 kartą per 3 mėn.
6.	Atminties ir vaizdo procesoriaus patikrinimas	1 kartą per 3 mėn.
7.	Kabelių jungčių patikra ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
8.	Kompiuterio ir ventiliatorių valymas	1 kartą per 3 mėn.
9.	Kompiuterio baterijų patikrinimas	1 kartą per 3 mėn.
10.	Gedimų pašalinimas	Kaip numatyta sutartyje

**KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO SOMATOM SENSATION OPEN
SU IMITAVIMO ĮRANGA, PRITAIKYTA VIRTUALIAI SIMULIACIJAI, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
REGLAMENTAS**

[illegible]

“Užsakovas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB “Šiaulių bankas”
Klaipėdos filialas
kodas 71804
Imonės kodas 190468035



“Vykdytojas”

Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16c
LT – 01112 Vilnius
A/s LT482140030000306467
Vilniaus filialas
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius Banko
Banko kodas 21400
Imonės kodas 302432264



Virīciskāji specialistē
(juristē)
Birutē Paulikē