

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. *LS-200*

2020m. lapkričio mėn.20 d., Alytus

VŠĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, įmonės kodas 190272175, atstovaujama direktoriaus Artūro Vasiliausko, toliau vadinama **Pirkėjas**, ir UAB „Arbor Medical Corporation LT“, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Daugėlos, toliau vadinamo **Pardavėjas**, sudarėme šią sutartį.

1. Sutarties objektas

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti, pristatyti, sumontuoti ir paruošti eksploatavimui medicininę įrangą, nurodytą priede Nr.1 (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti ir sumokėti už Prekes per 60 dienų nuo pristatymo. Prekės turi būti pristatytos per 2 darbo dienas po sutarties pasirašymo.

2. Prekių kokybė

2.1 Prekės kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

3. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka

3.1 Prekės kaina nurodyta sutarties priede Nr.1.

3.2 Prekės kaina apima visus mokesčius (PVM, muitai ir pan.) ir papildomas išlaidas (pristatymo išlaidos ir pan.).

3.3. Už gautą prekę Pirkėjas atsiskaito pavedimu ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tinkamai išrašytos PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos. Pardavėjas PVM sąskaitą faktūrą Pirkėjui turi pateikti naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu [<https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita>]).

4. Sutarties galiojimo terminas

4.1 Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos ir galioja iki 2021-01-31.

4.2 Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta abipusiu šalių susitarimu. Apie norimą sutarties pakeitimą ar nutraukimą suinteresuota šalis turi pranešti kitai šaliai raštu.

5. Prekių kokybės garantijos terminas

5.1 Pardavėjas suteikia 24 mėnesių trukmės prekių kokybės garantiją, neįskaitant gamintojo numatytų atvejų.

5.2 Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių pristatymo ir paruošimo eksploatacijai dienos.

6. Force majeure

6.1 Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, esant force majeure aplinkybėms, apibrėžtoms 1996 07 15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840 “Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”.

6.2 Šalis, kuri dėl force majeure aplinkybių negali vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti apie tai kitai šaliai. Tinkamai nepranešus, šalis nuo atsakomybės neatleidžiama.

6.3 Jei force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 60 dienų, bet kuri šalis turi teisę nutraukti šią sutartį, apie tai raštu pranešusi kitai šaliai.

6.4 Šalis, dėl force majeure aplinkybių negalėjusi vykdyti pagal šią sutartį prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu pranešti kitai šaliai apie nurodytų aplinkybių išnykimą.

7. Kitos sąlygos

7.1. Pirkėjas neturi teisės savo įsipareigojimų perduoti tretiesiems asmenims.

7.2. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami šalių susitarimu, o nesusitarus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.3. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai), turinčiais vienodą juridinę galią.

7.4. Pirkėjo atsakingas asmuo už šios sutarties vykdymą – inžinierius medicinos technikos priežiūrai ir remontui Giedrius Maskoliūnas, maskoliunas@ligonine.lt, +370 315 56399. Pardavėjo atsakingas asmuo už šios sutarties vykdymą: direktorius Mindaugas Daugėla, info@arborlt.lt, +370 37 464460.

Pirkėjas

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Ligoninės g. 12, LT – 62114 Alytus
Įmonės kodas 190272175
a/sLT737300010091752982
AB Swedbank, b/k 73000


Tiekėjas

UAB „Arbor Medical Corporation LT“
Baltų pr. 145, LT-47125 Kaunas
Įmonės kodas 301577716
A/s LT317044060007635671
AB SEB bankas, b/k 70440

Direktorius
Artūras Vasiliauskas



Direktorius
Mindaugas Daugėla



Pacientų stebėjimo monitoriaus techninė specifikacija

Gamintojas „Philips Healthcare“; Modelis: „IntelliVue MX100“

Eil. Nr.	Parametras (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomų parametrų reikšmės
1.	Monitorius tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiamas viena jungtimi	Būtina	Monitorius tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiamas viena jungtimi <i>MX100 EN.pdf, 27 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 28 psl.</i>
2.	Monitoriaus ekranas	1. Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui; 2. Įstrižainė ≥ 15 cm; 3. Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3 ; 4. Palaiko „swipe“ ir autorotacijos (priklausomai nuo modulio orientacijos) langų navigavimo funkcijas; 5. Braižymui atsparus monitoriaus ekranas.	1. Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui; <i>MX100 EN.pdf, 15 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 15 psl.</i> 2. Įstrižainė 15.5 cm (6.1 colio); <i>MX100_data_sheet.pdf, 2 psl.</i> 3. Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu 5; <i>MX100_data_sheet.pdf, 2 psl.</i> 4. Palaiko „swipe“ ir autorotacijos (priklausomai nuo modulio orientacijos) langų navigavimo funkcijas; <i>MX100 EN.pdf, 32 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 33 psl.</i> 5. Braižymui atsparus monitoriaus ekranas. (Corning® Gorilla® ekranas) <i>MX100_data_sheet.pdf, 4 psl.</i>
3.	Monitoriaus maitinimo šaltiniai	1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus ≥ 300 min. 2. Modulio akumuliatorius turi krautis prijungus jį prie išorinės tvirtinimo stotelės.	1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio, 300 min. <i>MX100 EN.pdf, 299 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 315 psl.</i> 2. Modulio akumuliatorius turi krautis, prijungus jį prie išorinės tvirtinimo stotelės. <i>MX100 EN.pdf, 299 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 315 psl.</i>
4.	Monitoriaus atsparumas	1. Turi atlaikyti kritimą iš ≥ 100 cm aukščio; 2. Atsparumas skysčiams ir dulkėms – ne blogesnė kaip IP32 atsparumo klasė	1. Atlaiko kritimą iš 100 cm aukščio; <i>atsparumas.pdf, 3 psl.</i> 2. Atsparumas skysčiams ir dulkėms IP32. <i>MX100 EN.pdf, 298 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 314 psl.</i>
5.	Naudojant monitorių monitoruojami parametrai:	1. EKG 2. Kvėpavimas; 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO ₂ ;	1. EKG; <i>MX100 EN.pdf, 15 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 15 psl.</i> 2. Kvėpavimas; <i>MX100 EN.pdf, 15 psl.</i>

		6. Invazinis kraujospūdis	<i>MX100 LT.pdf, 15 psl.</i> 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); <i>MX100 EN.pdf, 304 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 321 psl.</i> 4. Neinvazinis kraujospūdis; <i>MX100 EN.pdf, 15 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 15 psl.</i> 5. SpO ₂ ; <i>MX100 EN.pdf, 15 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 15 psl.</i> 6. Invazinis kraujospūdis. <i>MX100 EN.pdf, 15 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 15 psl.</i>
6.	Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:		
6.1.	ŠSD matavimo ribos	Ne siauresnės kaip 20-300 k/min	15 – 350 k/min <i>MX100 EN.pdf, 304 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 321 psl.</i>
6.2.	ST segmento matavimas	Būtinai	ST segmento matavimas <i>MX100 EN.pdf, 305 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 321 psl.</i>
6.3.	Išplėstinis aritmijų monitoravimas	1. Asistolija; 2. Tachikardija; 3. Bradikardija; 4. Pauzė; 5. Bigeminija; 6. Prieširdžių virpėjimas; 7. Skilvelių virpėjimas; 8. Nereguliarus ritmas; 9. Priešlaikiniai susitraukimai; 10. Stimuliacijos aptikimas.	1. Asistolija, <i>MX100 EN.pdf, 123 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 130 psl.</i> 2. Tachikardija, <i>MX100 EN.pdf, 123 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 131 psl.</i> 3. bradikardija, <i>MX100 EN.pdf, 123 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 131 psl.</i> 4. pauzė, <i>MX100 EN.pdf, 124 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 132 psl.</i> 5. bigeminija, <i>MX100 EN.pdf, 124 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 131 psl.</i> 6. prieširdžių virpėjimas, <i>MX100 EN.pdf, 125 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 132 psl.</i> 7. skilvelių virpėjimas, <i>MX100 EN.pdf, 123 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 130 psl.</i> 8. nereguliarus ritmas, <i>MX100 EN.pdf, 125 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 133 psl.</i> 9. prieššlaikiniai susitraukimai, <i>MX100 EN.pdf, 124 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 132 psl.</i> 10. stimuliacijos aptikimas. <i>MX100 EN.pdf, 124 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 132 psl.</i>
6.4.	Kvėpavimo dažnio matavimo ribos	Ne siauresnės kaip 0-150 k/min	0-170 k/min <i>MX100 EN.pdf, 307 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 323 psl.</i>
6.5.	Apnėjos aptikimas	Būtinai, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą	Apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą <i>MX100 EN.pdf, 307 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 324 psl.</i>
7.	Reikalavimai SpO ₂ kanalui:		

7.1.	SpO ₂ matavimo ribos	Ne siauresnės kaip 30-100%	0-100% <i>MX100 EN.pdf, 308 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 325 psl.</i>
7.2.	SpO ₂ matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu	Ne daugiau $\pm 2\%$ SpO ₂ (diapazone 80% - 100%)	2% SpO ₂ (diapazone 70% - 100%) <i>MX100 EN.pdf, 308 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 325 psl.</i>
7.3.	Pulso matavimo ribos	Ne siauresnės kaip 30-300 k/min	30-300 k/min <i>MX100 EN.pdf, 308 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 325 psl.</i>
8.	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:		
8.1.	Matavimo metodas	Oscilometrinis arba lygiavertis	Oscilometrinis <i>MX100 EN.pdf, 183 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 193 psl.</i>
8.2.	Matavimo ribos	Ne siauresnės kaip 10-250 mm Hg	10-270 mmHg <i>MX100 EN.pdf, 315 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 333 psl.</i>
8.3.	Darbo režimai	Rankinis, periodinis, STAT	Rankinis, periodinis, STAT <i>MX100 EN.pdf, 184 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 194 psl.</i>
9.	Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:		
9.1.	IKS matavimo diapazonas	Ne siauriau kaip nuo -40 iki +300 mmHg	Nuo -40 iki +300 mmHg <i>MX100 EN.pdf, 317 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 335 psl.</i>
9.2.	IKS matavimo paklaida	Ne daugiau $\pm 4\%$ arba ± 4 mmHg	± 4 mmHg <i>MX100 EN.pdf, 317 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 335 psl.</i>
10.	Duomenų perdavimas belaidžiu ryšiu (WLAN).	Būtina	Duomenų perdavimas belaidžiu ryšiu (WLAN) <i>MX100_data_sheet.pdf, 2 psl.</i>
11.	Komplektuojami monitorių priedai:		
11.1.	EKG elektrodų kabelis	1 vnt.	EKG elektrodų kabelis (1vnt.) <i>MX100 EN.pdf, 271 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 287 psl.</i>
11.2.	EKG elektrodai	1 kompl. (vienkartiniai)	1 kompl. (50 vnt.komplekte) Standartiniai vienkartiniai EKG elektrodai monitoriaus išbandymui.
11.3.	SpO ₂ matavimo daviklis suaugusiems	1 vnt. (daugkartinio naudojimo guminis, pirštinis, atsparus drėgmei (vandeniui), visas kabelio ilgis ≥ 3 metrai, skirtas suaugusiems)	1 vnt. (daugkartinio naudojimo guminis, pirštinis, atsparus drėgmei (vandeniui), visas kabelio ilgis 3 metrų, skirtas suaugusiems) <i>MX100 EN.pdf, 278 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 295 psl.</i> <i>Reusable_SpO2_Sensors.pdf, 1 psl. (lengva valyti ir dezinfekuoti pamerkiant arba mušluostant daugeliu populiariausių dezinfektantų tirpalų)</i>
11.4.	Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems	1 kompl., (komplekte mažiausiai 3-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetės skirtos suaugusiems - visų dydžių po 1 vnt.)	1 kompl., (komplekte 3-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetės, skirtos suaugusiems – visų dydžių po 1 vnt.) <i>MX100 EN.pdf, 274 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 290 psl.</i>
11.5.	Žarnelė manžetės prijungimui prie	1 vnt., (daugkartinio naudojimo, universali -	1 vnt., (daugkartinio


	monitoriaus	techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėmis)	naudojimo, universali – techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėmis) <i>MX100 EN.pdf, 274 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 290 psl.</i>
11.6.	Monitoriaus - transportinio gyvybinių funkcijų matavimo modulio tvirtinimo stotelė, pritaikyta tvirtinimui prie lovos	1 vnt.	1 vnt. <i>MX100 EN.pdf, 27 psl.</i> <i>MX100 LT.pdf, 28 psl.</i>
12.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus.	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba pateikiama kartu su įranga; 2. Serviso dokumentacija anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus pateikiama kartu su įranga.
13.	Pristatoma įranga ženklinama CE ženklu	Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	Kartu su pasiūlymu pateikiama CE sertifikato kopija.
14.	Įrangai suteikiama garantija	≥ 24 mėnesiai	24 mėnesiai

Pirkėjas

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
Ligoninės g. 12, LT – 62114 Alytus
Įmonės kodas 190272175
a/sLT737300010091752982
AB Swedbank, b/k 73000

Direktorius

Artūras Vasilauskas



Tiekėjas

UAB „Arbor Medical Corporation LT“
Baltų pr. 145, LT-47125 Kaunas
Įmonės kodas 301577716
A/s LT317044060007635671
AB SEB bankas, b/k 70440

Direktorius

Mindaugas Daugėla

