

VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2020 m. lapkričio 18 d. Nr. SR20-158/20201118/01

VšĮ Šakių ligoninė, atstovaujama vyr. gydytojo Algirdo Klimaičio, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau vadinama **Pirkėju**, ir **UAB „Graina“**, atstovaujama direktoriaus Atūno Padvariškio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Tiekėju**, toliau kartu šioje viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami o „šalimis“, o kiekvienas atskirai – „šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – sutartis):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja parduoti **portatyvinę ultragarsinę diagnostinę sistemą „TE7“**, Gamintojas: Mindray, 1 vnt. (toliau – Įranga), atitinkančią Priede Nr.1 nurodytus reikalavimus, pristatyti ją į pirkėjo buveinę, sumontuoti, teikti garantinį aptarnavimą, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šią Įrangą ir sumokėti už ją šioje sutartyje numatyta tvarka.

1.2. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti nurodyto modelio Įrangos, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito (naujesnio) modelio įrangą su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

2. SUTARTIES SUMA

2.1. Sutarties suma su PVM sudaro 33.976,80 su PVM (trisdešimt tris tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt šešis eurus 80 ct), tame skč. PVM suma 5.896,80 Eur.

2.2. Į bendrą sutarties sumą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, įskaitant įrangos pristatymą, patentus, leidimus, sąskaitų- faktūrų pateikimą naudojantis „E.sąskaita“ sistema, įdiegimo, paleidimo, garantinio aptarnavimo, personalo apmokymo išlaidos.

2.3. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

3. ĮRANGOS PRISTATYMAS

3.1. Pasirašius ir įsigaliojus sutarčiai, Įranga turi būti pristatyta ir sumontuota per 90 dienų.

3.2. Tiekėjas pristatęs Pirkėjui įrangą, privalo atlikti medicinos įrangos instaliavimo bei darbuotojų apmokymo darbus. Kartu su įranga pateikti visą būtiną dokumentaciją – medicinos prietaiso pasą, instaliavimo protokolą su išvadomis apie prietaiso išbandymą eksploatacijos vietoje, personalo instruktavimo aktą bei kitus dokumentus, susijusius su prekių perdavimu.

3.3. Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą ir jas pagrindžiančius dokumentus, privalo pateikti Pirkėjui naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“. Atsiradus objektyvioms, nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, dėl kurių sąskaitos negali būti pateiktos naudojantis elektronine paslauga „E.sąskaita“, jos gali būti pateikiamos el. paštu sakiu@ligonine.com

4. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTIJOS

4.1. Tiekėjas garantuoja, kad parduodama Įranga yra be defektų ir jų kokybė atitinka keliamas technines sąlygas ir standartus. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus montavimo metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita.

4.2. Įrangai suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija ir/ar ne mažesnė nei gamintojo suteikiama garantija nuo prietaisų sumontavimo, pajungimo dienos.

4.3. Įrangą garantiniu laikotarpiu aptarnauja ir remontuoja Tiekėjas arba Tiekėjo įgaliojimą turintis kitas ūkio subjektas Tiekėjo lėšomis.

5. ATSISKAITYMO SĄLYGOS

5.1. Avansinio mokėjimo Pirkėjas nenumato.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja už Įrangą, atitinkančią kokybės reikalavimus, atsiskaityti, pateikus atsiskaitymo dokumentus (PVM sąskaita faktūrą bei prekių perdavimo-priėmimo aktai) bankiniu

pavedimu į tiekėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai – netesybos (delspinigiai). Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Įrangos nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę iš Tiekėjo be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, gauti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepatiktų prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10% bendros sutarties kainos.

6.2. Jei Pirkėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus (vėluoja atsiskaityti sutartyje numatytais terminais), Tiekėjui pareikalavus, Pirkėjas moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neapmokėtos sumos vertės.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, ją patvirtinus pirkėjo ir tiekėjo atstovų parašais ir antspaudais ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.

7.2. Įrangos garantiniai įsipareigojimai galioja šios sutarties 4.2 punkte nurodytam laikotarpiui.

8. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

8.1. Nė viena iš šalių neatsako už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutarties neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio tokių aplinkybių ar jų padarinių atsiradimui.

8.2. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

8.3. Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių sutarties įvykdymas gali būti apribotas ar tapti neįmanomas ir jų įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per nustatytą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.

8.4. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri šalis gali nutraukti sutartį apie tai pranešusi kitai šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.

9. KITOS SĄLYGOS

9.1. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų būdu, jie sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės registracijos vietą.

9.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Pirkėjas:

VšĮ „Šakių ligoninė“

Bažnyčios g.37, LT-71123 Šakiai

Įmonės kodas 190808235

Ne PVM mokėtojas

A/s; LT09 7300 0100 4180 7476

AB Swedbank, banko kodas 73000

Tel; 8-345-60745 , 60719,

Faksas: 8-345-60149

El. P. sakiu@ligonine.com

Vyr. gydytojas Algirdas Klimaitis.....



Tiekėjas:

UAB „GRAINA“

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys

Įmonės kodas 1477 36647

A.s. LT63 7044 0600 0263 5618

AB SEB bankas, banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT477366410

Tel. (8 45) 57 06 05, Faks. (8 45) 43 35 40

<http://www.graina.lt>,

El.p. info@graina.lt

Direktorius Arūnas Padvariškis.....



Priedas Nr. 1 prie 2020-11-18 sutarties Nr. SR20-158/20201118/01 su UAB Graina

ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Siūloma parametro konkreti skaitinė reikšmė
1.	Ultragarsinė diagnostinė sistema	1. Portatyvi 2. Galimybė sistemą su laikikliu tvirtinti prie sienos arba konsolės	Ultragarsinė diagnostinė sistema TE7, Mindray 1. Portatyvi; 2. Galimybė sistemą su laikikliu tvirtinti prie sienos ir konsolės;
2.	Valdymo panelė ir vaizdo monitorius	1. Viename bloke, paviršius dezinfekuojamas 2. Ekranų/valdymo panelės įstrižainė ≥ 15 colių 3. Lietimui jautrus, veikia ir mūvint medicininę pirštinę 4. Palaikantis ekranų lietimą gestų funkcijas	Valdymo panelė ir vaizdo monitorius 1. Viename bloke, paviršius dezinfekuojamas; 2. Ekranų/valdymo panelės įstrižainė 15 colių 3. Lietimui jautrus, veikia ir mūvint medicininę pirštinę; 4. Palaikantis ekranų lietimą gestų funkcijas
3.	Vaizdo režimai	1. B, M 2. Spalvinis dopleris su automatiniu ROI (intereso zonos) padėties pozicionavimu 3. Galios nuolatinės bangos dopleris 4. Audinių harmoninis vaizdavimas 5. PW pulsinis dopleris su automatinės kraujotakos krypties atpažinimo ir PW kampo bei intereso vartų pločio korekcijos funkcija	Vaizdo režimai 1. B, M; 2. Spalvinis dopleris su automatiniu ROI (intereso zonos) padėties pozicionavimu; 3. Galios nuolatinės bangos dopleris 4. Audinių harmoninis vaizdavimas; 5. PW pulsinis dopleris su automatinės kraujotakos krypties atpažinimo ir PW kampo bei intereso vartų pločio korekcijos funkcija;
4.	Sistemos parengimo darbui trukmė	1. ≤ 30 sekundžių esant pilnai išjungtai sistemai 2. ≤ 5 sekundės esant paruošimo (<i>angl. Stand By</i>) būsenoje	Sistemos parengimo darbui trukmė 1. 30 sekundžių esant pilnai išjungtai sistemai; 2. 3 sekundės esant paruošimo (<i>angl. Stand By</i>) būsenoje
5.	Jungtys davikliams	≥ 3 jungtys nenaudojant papildomo daviklių šakotuvo	3 aktyvios jungtys davikliams nenaudojant papildomo daviklių šakotuvo
6.	Sistemos svoris su integruotu akumuliatoriumi	≤ 7 kg	Sistemos svoris su integruotu akumuliatoriumi 6.9 Kg.
7.	Integruotas maitinimo akumuliatorius	Užtikrinantis ≥ 120 min. darbo trukmę	Integruotas maitinimo akumuliatorius užtikrinantis 120 min. darbo trukmę.
8.	Maksimalus vaizduojamas gylis	≥ 40 cm	Maksimalus vaizduojamas gylis 40 cm.
9.	Maksimalus sistemos palaikomų daviklių dažnis	≥ 22 MHz	Maksimalus sistemos palaikomų daviklių dažnis 23 MHz.
10.	Maksimali kino juostos atmintis	$\geq 30\,000$ kadrų	Maksimali kino juostos atmintis 32346 kadrai.
11.	Klinikiniai darbo režimai	1. Smulkių kūno dalių 2. Kraujagyslių	Klinikiniai darbo režimai: 1. Smulkių kūno dalių;

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Siūloma parametro konkreti skaitinė reikšmė
		3. Pilvo organų	2. Kraujagyslių; 3. Pilvo organų.
12.	Automatinis PW kreivių matavimas realiaame laike	1. Būtina 2. Galimybė pasirinkti $\geq 1-5$ ciklų naudojamų automatinio matavimo vidurkiui 3. Automatinė kampo korekcija pagal kraujotakos kryptį	1. Automatinis PW kreivių matavimas realiaame laike; 2. Galimybė pasirinkti 1-5 ciklų naudojamų automatinio matavimo vidurkiui; 3. Automatinė kampo korekcija pagal kraujotakos kryptį
13.	Paciento duomenų ir vaizdų archyvavimo bei perdavimo galimybės	1. SSD tipo kietasis diskas, užtikrinantis greitą sistemos darbo pradžią 2. Vidinio kietojo disko talpa ≥ 120 GB 3. Integruotas bevielės ryšys (WIFI) 4. USB jungtys išorinėms laikmenoms	1. SSD tipo kietasis diskas, užtikrinantis greitą sistemos darbo pradžią; 2. Vidinio kietojo disko talpa 128 GB; 3. Integruotas bevielės ryšys (WIFI); 4. USB jungtys išorinėms laikmenoms;
14.	Pagrindinių ultragarsinės sistemos funkcijų valdymas balsu	Būtina	Pagrindinių ultragarsinės sistemos funkcijų valdymas balsu iVocal.
15.	Sistemos funkcijų praplėtimo galimybė	1. Punkcinės adatos pagerintos vizualizacijos režimas 2. Navigacijos modulis, skirtas punkcinės adatos krypties nustatymui ir vaizdavimui ultragarsiniame vaizde, indikuojant taip pat ir adatos galiuko poziciją 3. Nuolatinės bangos CW dopleris 4. Duomenų perdavimas į PACS sistemas DICOM standartu, palaikomos funkcijos: a.Store b.Storage Commitment	Sistemos funkcijų praplėtimo galimybė: 1. Punkcinės adatos pagerintos vizualizacijos režimas; 2. Navigacijos modulis, skirtas punkcinės adatos krypties nustatymui ir vaizdavimui ultragarsiniame vaizde, indikuojant taip pat ir adatos galiuko poziciją; 3. Nuolatinės bangos CW dopleris; 4. Duomenų perdavimas į PACS sistemas DICOM 3.0 standartu, palaikomos funkcijos: a.Store b.Storage Commitment
16.	Komplektacija:		
16.1.	Linijinis daviklis	1. Paviršiaus ilgis 38 ± 3 mm 2. Dažnio diapazonas $\geq (5,5 - 16,0)$ MHz, 3. ≥ 3 dažnio pasirinkčių, 4. ≥ 3 harmoninio dažnio pasirinkčių 5. Elementų skaičius ≥ 192	Linijinis daviklis L14-6Ns 1. Paviršiaus ilgis 38 mm; 2. Dažnio diapazonas 3,5 – 16,0 MHz, 3. 3 dažnio pasirinkčių; 4. 3 harmoninio dažnio pasirinkčių; 5. Elementų skaičius 192.
16.2.	Konvekcinis daviklis	1. Verstumas R 50 ± 5 2. Dažnio diapazonas $\geq (1,3-5,5)$ MHz 3. Elementų skaičius ≥ 128	Konvekcinis daviklis C5-2s 1. Verstumas R 50 mm; 2. Dažnio diapazonas 1,3-5,7 MHz 3. Elementų skaičius 128
16.3.	Mobilus stotelis	1. Reguliuojamo aukščio 2. Stotelio aukščio reguliavimo diapazonas ≥ 20 cm 3. Laikikliai ultragarsiniam geliui, dezinfekcinėms	Mobilus stotelis: 1. Reguliuojamo aukščio; 2. Stotelio aukščio reguliavimo diapazonas 29 cm; 3. Laikikliai ultragarsiniam geliui, dezinfekcinėms servetėlėms ir kitiems

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama reikšmė	Siūloma parametro konkreti skaitinė reikšmė
		servetėlėms ir kitiems priedams 4. Tvirtinamo echoskopo palenkimo kampo reguliacija	priedams; 4. Tvirtinamo echoskopo palenkimo kampo reguliacija.
17.	CE ženklavimas	Būtina	Taip, yra CE ženklavimas Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikatą
18.	Garantijos laikotarpis	≥ 24 mėn.	Garantijos laikotarpis 24 mėn.
19.	Naudojimo instrukcija ir serviso dokumentacija originalo ir lietuvių kalbomis	Būtina pateikti kartu su įranga	Kartu su įranga pateiksime naudojimo instrukciją ir serviso dokumentaciją originalo ir lietuvių kalbomis
20.	Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, teikti garantinę ir po garantinę priežiūrą	Būtina pateikti įgaliojimo kopiją	Kartu su pasiūlymu pateikiame gamintojo įgaliojimą parduoti siūlomą įrangą, teikti garantinę ir po garantinę priežiūrą

Pirkėjas:**VšĮ „Šakių ligoninė“**

Bažnyčios g.37, LT-71123 Šakiai
 Įmonės kodas 190808235
 Ne PVM mokėtojas
 A/s; LT09 7300 0100 4180 7476
 AB Swedbank, banko kodas 73000
 Tel; 8-345-60745 , 60719,
 Faksas: 8-345-60149
 El. P. sakiau@ligonine.com

Tiekėjas:**UAB „GRAINA“**

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
 Įmonės kodas 1477 36647
 A.s. LT63 7044 0600 0263 5618
 AB SEB bankas, banko kodas 70440
 PVM mokėtojo kodas LT477366410
 Tel. (8 45) 57 06 05, Faks. (8 45) 43 35 40
<http://www.graina.lt>,
 El.p. info@graina.lt

Vyr. gydytojas Algirdas Klimaitis.....



Direktorius Arūnas Padvariškis.....

