



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiklos programą

(„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0013))

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 5-193-20

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2020 m. lapkričio mėn. 16 d.
Šiauliai

VšĮ Šiaulių centro poliklinika, kodas 145370959 (toliau vadinama – **Pirkėjas**), kurios buveinė – Vytauto g. 101, LT-77156 Šiauliuose, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Maželio, veikiančio pagal įstaigos įstatus, viena Šalis, ir E. Navicko įmonė „Medica“, kodas 144301796 (toliau vadinama – **Tiekėjas**), kurios buveinė – Architektų g. 1 Šiauliai, atstovaujama Direktorius Egidijaus Navicko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, kita Šalis, sudarė šią prekių pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

Sutarties sudarymo pagrindas **Tiekėjo** pasiūlymas pateiktas konkursui dėl odontologinės darbo vietos įrangos pirkimo (pagal numatomą priemonę Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0013, ES struktūrinių fondų lėšos), (toliau – Konkursas).

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas Odontologo darbo vietos įranga *Ultimate Comfort*, Ritter Concept GmbH 2 komplektai (toliau – Prekės, Įranga) pirkimas-pardavimas, (taip pat ir pristatymas, instaliavimas/įdiegimas/pajungimas, testavimas, personalo apmokymas, garantinis aptarnavimas), kurių kaina nurodyta Sutarties 3.1 punkte bei asortimentas Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“:

1.1.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus;

1.1.2. Prekių komplektiškumas turi atitikti suderinto asortimento reikalavimus;

1.1.3. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtiniais reikmenimis, lietuviškomis technine ir naudojimo instrukcijomis, serviso dokumentacija, atitikties deklaracija (gaminio kokybės užtikrinimu)/sertifikatu (arba lygiaverčiais dokumentais, jei taikoma), kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas;

1.1.4. Į visą Prekių komplektą turi įeiti visos detalės ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos (įskaitant, bet neapsiribojant nurodytomis Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“, reikalingos normaliam Prekių naudojimui);

1.1.5. Tiekėjas turi turėti siūlomų prekių gamintojo arba oficialaus jų platintojo tiekėjui suteiktą teisę teikti siūlomų prekių garantinio aptarnavimo paslaugas arba turi turėti galiojančią sutartį su įmone, kuri turi prekių gamintojo arba oficialaus jo platintojo suteiktą teisę teikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekės pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas (Prekės pristatymas, instaliavimas/įdiegimas/pajungimas, personalo apmokymas)
VšĮ Šiaulių centro poliklinika, Vytauto g. 101, Šiauliai	Per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

1.2.1. Šalys susitaria, kad Prekės pristatymo terminas yra esminė sutarties sąlyga.

1.2.2. Tiekėjui pristatius Prekę, Pirkėjas kartu su Tiekėju įsipareigoja patikrinti Prekių kokybę ir komplektiškumą bei pasirašyti Prekių priėmimo-pardavimo aktą, kuriame pažymimi trūkumai ar pažeidimai, jei tokie nustatyti.

1.2.3. Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas įspėti Pirkėją raštu [fakso Nr. (8 41) 52 31 15, el. pašto adresas info@siauliupoliklinika.lt, telefono Nr. (8 41) 52 31 13] apie ketinimą pristatyti Prekę, kad Pirkėjas galėtų tinkamai pasiruošti Prekių priėmimui.

- 1.2.4. Prekę Pirkėjas priima tik darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.
- 1.3. Garantiniai įsipareigojimai:
- 1.3.1. Prekei Tiekėjas suteikia 24 mėnesių garantiją, skaičiuojamą nuo Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 1.3.2. Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nepanaikina Pirkėjo teisės reikšti pretenzijų Tiekėjui dėl paslėptų Prekių defektų, neatitikimų ar (ir) Prekių defektų, gedimų ar (ir) kitų neatitikimų Pirkimo sąlygų, įskaitant Techninės specifikacijos ir teisės aktų, reikalavimus, kurie nebuvo nustatyti Prekių perdavimo –priėmimo metu dėl techninių priežasčių, įskaitant ir galimybę tik paleidus Prekę, per tam tikrą laiką nuo jos paleidimo, nustatyti visus veikimo trūkumus ir neatitikimus.
- 1.3.3. Jei Prekės trūkumų neįmanoma pašalinti, o Tiekėjas nesutinka ar negali Prekės pakeisti savo sąskaita nauja per Sutarties 1.2 punkte nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutarties vykdymą šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir pareikalauti iš Tiekėjo sumokėti 10 % (dešimt procentų) Sutarties vertės dydžio baudą.
- 1.3.4. Prekės garantijos galiojimo metu Tiekėjas nemokamai Pirkėjui teikia konsultacijas ir paaiškinimus telefonu. Prekių gedimo atveju, kai konsultacijos telefonu neužtenka, atvyksta remontuoti Prekes per 24 valandas nuo pranešimo apie Prekių gedimą gavimo.
- 1.3.5. Šalys susitaria, kad Tiekėjo garantinių įsipareigojimų vykdymas yra esminė sutarties sąlyga.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

- 2.1. Sutartis įsigalioja nuo vėliausios parašo datos ir galioja 5 mėn. arba iki sutarties nutraukimo sutartyje ar įstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo apsikeisti Sutarties egzempliorių originalais.
- 2.2. Šalis nėra laikomi atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalies veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės.
- 2.3. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui, jeigu atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims.
- 2.4. Sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – bauda.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina eurais:

3.1.1. odontologo darbo vietos įranga:

Sutarties kaina be PVM	37545,00 Eurais (Trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt penki Eurais 00 ct.)
PVM	7 884,45 Eurais (Septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi Eurais 45 ct.)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	45 429,45 Eurais (Keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt devyni Eurais 45 ct.)

3.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas — **fiksuotos prekės kainos kainodara**. Prekių kaina, nurodyta Sutarties 1 priede yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Prekių pirkimu.

3.3. Mokėjimai atliekami tokia tvarka:

- 3.3.1. Vadovaujantis 2020-03-26 LR finansų ministro įsakymo Nr. 1K-75, 2.7 p. apmokėjimo terminai:
- ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;
 - ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo

23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją;

3.3.2. Tiekėjas finansinius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas) teikia Pirkėjui savo sąskaita, naudodamasis informacine sistema „E. sąskaita“ (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Jeigu Tiekėjas nepateikia E. sąskaitos, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

3.3.3. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

3.3.4. Pirkėjas už prekes atsiskaito Tiekėjui mokestiniu pavedimu į šioje Sutartyje Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

LT13 7180 0000 0807 0063

AB Šiaulių bankas

3.4. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo sąskaitą.

3.5. Tarpiniai mokėjimai nenumatomi.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

4.2. Jei Tiekėjas nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę, išpėjęs raštu, pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytos Prekės kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigiai negali viršyti 10 % (*dešimt procentų*) bendros Sutarties kainos su PVM bei Pirkėjas šią sumą gali išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

4.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 % (*dešimt procentų*) Sutarties kainos su PVM, Pirkėjas, prieš tai raštu išpėjęs Tiekėją, gali:

4.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

4.3.2. vienašališkai nutraukti Sutartį.

4.4. Jei Tiekėjas Sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti Pirkėjui Prekes pagal Sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties Pirkėjas priverstas nutraukti Sutartį dėl Prekių pirkimo, Tiekėjas moka Pirkėjui 10 % (*dešimt procentų*) Sutarties kainos su PVM, nurodytos 3.1. punkte, dydžio baudą.

4.5. Netinkamu prisiimtų įsipareigojimų vykdymu ir atitinkamai esminiu sutarties pažeidimu, suteikiančiu Pirkėjui teisę savo pasirinkimu taikyti šios sutarties 4.7. ir 4.8. punktuose numatytus veiksmus, įskaitant vienašalį sutarties nutraukimą, yra laikoma:

4.5.1. kai parduota Prekė neatitinka Sutartyje ir Konkurso sąlygose nustatytų kokybės reikalavimų ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

4.5.2. jei paaiškėja kad Tiekėjas apie Prekių kokybės ir/arba asortimento atitikties Pirkėjo nustatytiems reikalavimams pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

4.5.3. kai Tiekėjas nurodytu terminu Prekės nepristatė arba visai nutraukė Prekės pardavimą;

4.5.4. kai Tiekėjas nurodytais terminais nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus garantinius įsipareigojimus;

4.5.5. LR VPĮ 90 str. 1 d. nurodytos aplinkybės;

4.5.6. Kai Tiekėjui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Pirkėjui tampa žinoma apie kitoki priverstinį Tiekėjo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Tiekėjo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Tiekėjo yra priimamas ir įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

4.6. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešęs Pirkėjui raštu prieš 10 (*dešimt*) dienų, tik jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

4.6.1. Pirkėjas daugiau kaip 2 (du) kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos Sutartyje nustatytais terminais;

4.6.2. Pirkėjas daugiau kaip 2 (du) kartus nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos Sutartyje nustatytais terminais;

4.6.3. Pirkėjas nepaisydamas ne mažiau 2 (dviejų) raštiškų Tiekėjo įspėjimų, vengia vykdyti Sutartimi prisiimtas pareigas ir nereaguoja į Tiekėjo priminimus ir įspėjimus apie Sutarties sąlygų vykdymo būtinumą.

Iš eilės einančių priminimų ir/arba įspėjimų dažnumas negali būti trumpesnis nei 5 (penkios) darbo dienos.

4.7. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Tiekėjas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo numatyta Sutartyje.

4.8. Jeigu Pirkėjas nutraukia Sutartį 4.7 punkto pagrindu arba jeigu Tiekėjas nutraukia Sutartį joje nenumatytais pagrindais, Pirkėjas gali reikalauti iš Tiekėjo sumokėti baudą, lygią 10 % (dešimt procentų) Sutarties kainos su PVM, nurodytos Sutarties 3.1.1 punkte (atitinkamai Pirkimo objekto daliai) ir atlyginti tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Pirkėjui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

4.9. Sutarties pagrindu Šalies privalomos mokėti netesybos turi būti sumokėtos per 10 (dešimt) dienų nuo joms apmokėti išrašytos sąskaitos faktūros ar kito dokumento, kuriame pateikiamas reikalavimas sumokėti netesybas, gavimo dienos. Šios Sutarties pagrindu Šalies privalomi atlyginti nuostoliai turi būti apmokėti per 10 (dešimt) dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos.

4.10. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.

5. Susirašinėjimas

5.3. Pirkėjo vadovo paskirti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas:

Vardas, pavardė:	Rimas Milvydas
Pareigos	Skyriaus vedėjas
Adresas:	Vytauto g. 101, Šiauliai
Telefonas:	(8 41) 522 381
El. paštas:	milvydas@siauliupoliklinika.lt
Funkcijos	Sutarties vykdymas

Vardas, pavardė:	Dovilė Černiauskienė
Pareigos	specialistė
Adresas:	Vytauto g. 101, Šiauliai
Telefonas:	(8 41) 522 381
El. paštas:	dovile.cerniauskiene@siauliupoliklinika.lt
Funkcijos	Už sutarties paskelbimą

5.4. Tiekėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą:

Vardas, pavardė:	Eduardas Kamarevcevas
Pareigos	Veiklos vadovas
Adresas:	Nuklono g. 27, Šiauliai
Telefonas:	867641208
El. paštas:	eduardas@medica.lt

5.5. Tiekėjo ir Pirkėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:

Tiekėjui-

Vardas, pavardė:	Eduardas Kamarevcevas
Adresas:	Nuklono g. 27, Šiauliai
Telefonas:	867641208
El. paštas:	eduardas@medica.lt

Pirkėjui –

Vardas, pavardė:	VšĮ Šiaulių centro poliklinika
Adresas:	Vytauto g.101, LT-77156 Šiauliai

Telefonas:	(8 41) 5231 13
El. paštas:	info@siauliupoliklinika.lt

6. Tiekėjo teisė pasitelkti trečiuosius asmenis (subtiekimas), jungtinė veikla

6.3. Tiekėjas sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkia šiuos subtiekejus (nurodyti) netaikoma - tik toms sutartinių įsipareigojimų dalims, kurios numatytos Tiekėjo Pasiūlyme: (nurodyti) *(arba, tuo atveju, jei Tiekėjo Pasiūlyme Subtiekejams perduodami įsipareigojimai nenurodomi, rašoma „Tiekėjas Sutarčiai vykdyti neturi teisės pasitelkti Subtiekėjų“).*

6.4. Sutartinius įsipareigojimus, kuriuos Tiekėjas pasiūlyme Pirkimui numatė perduoti Subtiekejams, gali teikti tie Subtiekejai, kuriuos Tiekėjas iš anksto nurodė teikdamas Pasiūlymą Pirkimui.

6.5. Subtiekėjo keitimas galimas tik tiems sutartiniais įsipareigojimams, kuriuos Tiekėjas Pasiūlyme numatė jiems perduoti.

6.6. Subtiekėjų keitimas ar naujų Subtiekėjų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai Tiekėjas Pirkėjui pateikia prašymą dėl Subtiekėjo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo Subtiekėjo pasitelkimo, Subtiekėjo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (jei Pirkimo dokumentuose Subtiekejams buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauna raštišką Pirkėjo sutikimą dėl pasirinkto Subtiekėjo pakeitimo ar naujo Subtiekėjo pasitelkimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Tiekėjas Pirkėjui taip pat turi pateikti rašytinio pranešimo, pateikto Subtiekėjui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktą ir numatomą pakeitimo datą, kopiją. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskirama Sutarties dalimi.

6.7. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Sutartį vykdančys Subtiekejai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam Sutarties vykdymui. Už Subtiekėjų tiekiamų Prekių kokybę Pirkėjui atsako Tiekėjas.

6.8. Subtiekejams pageidaujant, Pirkėjas su jais atsiskaitys tiesiogiai. Apie šią galimybę Pirkėjas subtiekėją informuos atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Tiekėjo apie pasitelkiamą subtiekėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subtiekėjas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Pirkėją. Tokiu atveju su Pirkėju, Tiekėju ir subtiekėju bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, įskaitant teisę Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju pasirašymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

6.9. Sutartis iš Tiekėjo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: *ne*.

6.10. Atsiradus poreikiui keisti jungtinės veiklos sutartyje nurodytus partnerius kitais (jeigu Paslaugos teikiamos pagal jungtinės veiklos sutartį), privalo būti įvykdytos visos žemiau nurodytos sąlygos:

6.10.2. Tiekėjas Pirkėjui pateikia šiuos dokumentus:

6.10.2.1. pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio prašymą dėl jungtinės veiklos partnerio keitimo;

6.10.2.2. pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio prašymą pasitraukti iš jungtinės veiklos sutarties partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį naujam / pasiliekančiam jungtinės veiklos partneriui;

6.10.2.3. naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio raštišką sutikimą pakeisti pasitraukiantį jungtinės veiklos partnerį bei prisiimti visus pasitraukiančio jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal jungtinės veiklos sutartį bei naujojo / pasiliekančio jungtinės veiklos partnerio kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentus (jei taikoma).

6.10.3. Tiekėjas gauna Pirkėjo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius.

6.10.4. Tiekėjas pateikia Pirkėjui naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopiją, kurioje pasiliekančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje jungtinės veiklos sutartyje, o naujasis / pasiliekančias jungtinės veiklos partneris perims visus pasitraukiančiojo jungtinės veiklos partnerio įsipareigojimus pagal ankstesnę jungtinės veiklos sutartį.

6.11. Šio skyriaus nuostatų nesilaikymas yra laikomas esminių Sutarties pažeidimu.

7. Kitos nuostatos

7.3. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Tiekėjo pateiktas pasiūlymas dėl konkursui dėl odontologinės darbo vietos įrangos pirkimo (pagal numatomą priemonę Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0013,

ES struktūrinių fondų lėšos) ir kiti pirkimo dokumentai yra laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi ir gali būti naudojami aiškinant Sutarties sąlygas.

7.4. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

7.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.6. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

7.6.2. 1 priedas „Prekių kaina (įkainis), kiekis ir specifikacija“;

7.6.3. 2 priedas „Prekių priėmimo–perdavimo aktas“ forma.

Pirkėjo vardu

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika

Vytauto g. 101, LT-77156 Šiauliai

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 145370959

Tel. (8 41) 52 31 13

Faks. (8 41) 52 31 15

El. paštas: info@siauliupoliklinika.lt

Tiekėjo vardu

E. Navicko įmonė „Medica“

Architektų g. 1, Šiauliai LT-78366

Įmonės kodas 144301796

Tel. 8-6 76 41 208

PVM mokėtojo kodas LT443017917

AB Šiaulių bankas

Banko kodas 71800

A/s LT13 7180 0000 0807 0063

info@medica.lt

Direktorius

Egidijus Navickas

Direktorius

Mindaugas Maželis



Personalaus viešojo pirkimo
specifikacija
Julita Kanaukiene

1 priedas prie 2020-11-16 pirkimo-pardavimo Sutarties Nr. 5-193-20

PREKIŲ KAINA (KAINIS), KIEKIS IR SPECIFIKACIJA

Prie Sutarties pridedama Konkurso sąlygų Priede Nr.1 išdėstyta Techninė specifikacija ir Tiekėjo pasiūlytos kainos.

Pirkimo dalies Nr.	Prekių pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Vnt. kaina Eur su PVM	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM
1	Odontologo darbo vietos įranga <i>Ultimate Comfort, Ritter Concept GmbH</i>						
1.1	Odontologo darbo vietos įranga (vaikams)	vnt	1	18680,00	22 602,80	18680,00	22 602,80
1.2	Odontologo darbo vietos įranga (neįgaliesiems pacientams)	vnt	1	18865,00	22 826,65	18865,00	22 826,65
Bendra pasiūlymo kaina Eur:						37545,00	45 429,45

Techninė specifikacija – Odontologo darbo vietos įranga (1 vnt.) - vaikams

Reikalavimai, komplektacija, reikalaujamų parametrų reikšmės			Atitikimas kokybiniais ir techniniams reikalavimams. Nurodyti siūlomos prekės techninius parametrus. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)
Odontologinis įrenginys			
I.	Paciento kėdė	Nurodyti gamintoją ir modelį	Ritter (Vokietija), Ultimate Comfort
1	Kėdės judėjimo mechanizmas	Hidraulinis	Hidraulinis Priedas.pdf 6psl.
2	Pakeliamas svoris	≥ 120 kg	180 kg Priedas.pdf 6psl.
3	Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos	Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 40 cm Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 80 cm	Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - 40 cm Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - 80 cm Priedas.pdf 6psl.
4	Kėdė pritaikyta dirbti kairiarankiams ir dešiniarankiams	Būtina	Kėdė pritaikyta dirbti kairiarankiams ir dešiniarankiams Priedas.pdf 72psl
5	Paciento kėdės pasukimas apie vertikalią ašį ne mažiau 60°	Būtina	Paciento kėdės pasukimas apie vertikalią ašį 60° Priedas.pdf 79psl

			Priedas.pdf 73psl Priedas.pdf 80psl
6	Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir atlošu	Būtina	Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir atlošu Priedas.pdf 38psl
7	Paciento kėdės apmušalo danga	Atsparūs trinčiai ir dezinfekavimui, besiūliai, minkšti. (Būtina galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą bent iš 6 variantų, pateikti siūlomų dangos spalvų paletę prieš užsakant prekes).	Atsparūs trinčiai ir dezinfekavimui, besiūliai, minkšti. (galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą iš 6 variantų, bus pateikta siūlomos dangos spalvų paletė prieš užsakant prekes). Priedas.pdf 73psl Priedas.pdf 76psl Priedas.pdf 80psl Priedas.pdf 83psl
8	Paciento kėdės padėčių programavimas	Ne mažiau kaip 5 individualiai programuojamos paciento kėdės pozicijos	5 individualiai programuojamos paciento kėdės pozicijos Priedas.pdf 36-37psl
9	Paciento kėdės valdymas	Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento instrumentų dalies ir kojinių pedalu	Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento instrumentų dalies ir kojinių pedalu Priedas.pdf 18psl Priedas.pdf 20psl Priedas.pdf 28psl
10	Galvos atlošo padėties reguliavimas	Ne mažiau kaip 3 ašimis	3 ašimis Priedas.pdf 38psl
11	Porankiai	Būtinai abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis nulenkiamas	Abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis nulenkiamas Priedas.pdf 38psl
12	Kojūgalio apsauginė danga	Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę	Kojūgalis turi skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę Priedas.pdf 46psl
13	Kėdė ir įrenginys paruoštas šlapiai vakuumo sistemai ir nejungiamas prie kanalizacijos	Būtina	Kėdė ir įrenginys paruoštas šlapiai vakuumo sistemai ir nejungiamas prie kanalizacijos Priedas.pdf 30psl
14	Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos	Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į paciento kėdės priekį ir užsidengia bendru kėdės gaubtu	Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į paciento kėdės priekį ir užsidengia bendru kėdės gaubtu Priedas.pdf 14psl. Priedas.pdf 54psl

15	Paaugštinta kėdutė vaikams	Ne mažiau kaip dviejų dydžių. Dedama ant paciento kėdės minkštos dalies	Dviejų dydžių. Dedama ant paciento kėdės minkštos dalies Priedas.pdf 100psl
II. Gydytojo instrumentų dalis			
16	Būtinai gydytojo instrumentai	Daugiafunkcinis švirkštas 7 funkcijų tiesus (oras, vanduo, oras + vanduo), su šviesa ir pašildymu; Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu; Rankovė bešepetėliniam elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Rankovė bešepetėliniam elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Rankovė ultragarsiniam skaleriui.	Daugiafunkcinis švirkštas 7 funkcijų tiesus (oras, vanduo, oras + vanduo), su šviesa ir pašildymu; Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu; Rankovė bešepetėliniam elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Rankovė bešepetėliniam elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Rankovė ultragarsiniam skaleriui. Priedas.pdf 21psl Priedas.pdf 64psl
17	Instrumentų stalelio tvirtinimas	Instrumentų stalelio tvirtinamas po kėdės sėdima centrine dalimi ir kilnojasi kartu su kėde	Instrumentų stalelio tvirtinamas po kėdės sėdima centrine dalimi ir kilnojasi kartu su kėde Priedas.pdf 14psl.
18	Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo pneumatinis stabdis	Būtinai	Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo pneumatinis stabdis Priedas.pdf 19psl
19	Vertikalus instrumentų stalelio judėjimas	Ne mažiau kaip 540 mm	540 mm Priedas.pdf 14psl.
20	Instrumentų valdymo pedalis	Belaidis, spaudžiamas iš viršaus, su vandens tiekimo į instrumentus; įjungimo/išjungimo funkcija, įrankių prapūtimo funkcija; Ne mažiau 4 suprogramuotų kėdės padėčių valdymas; Mikrovariklių greičio reguliavimas	Belaidis, spaudžiamas iš viršaus, su vandens tiekimo į instrumentus; įjungimo/išjungimo funkcija, įrankių prapūtimo funkcija; 4 suprogramuotų kėdės padėčių valdymas; Mikrovariklių greičio reguliavimas Priedas.pdf 20psl
21	Instrumentų rankovių išvedimas	Iš instrumentų stalelio viršaus be fiksavimo atlenkus	Iš instrumentų stalelio viršaus be fiksavimo atlenkus Priedas.pdf 16psl.
22	Instrumentų stalelis turi turėti silikoninį sterilizuojamą kilimėlį ant kurio guldomi gydytojų instrumentai	Būtina	Instrumentų stalelis turi silikoninį sterilizuojamą kilimėlį ant kurio guldomi gydytojų instrumentai Priedas.pdf 47psl
23	Tiekiamo vandens kiekis į instrumentus reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai	Būtina	Tiekiamo vandens kiekis į instrumentus reguliuojamas kiekvienam

			instrumentui atskirai Priedas.pdf 24psl
24	Manometras	Instrumentų stalelyje darbinio oro informacijai	Instrumentų stalelyje darbinio oro informacijai Priedas.pdf 25psl
25	Darbinio paviršiaus aušinimas	Vienas reguliatorius visiems instrumentams	Vienas reguliatorius visiems instrumentams Priedas.pdf 24psl
26	Darbinio oro reguliatoriai	Trys reguliatoriai: turbinai ir dvejiems mikrovarikliams	Trys reguliatoriai: turbinai ir dviem mikrovarikliams Priedas.pdf 25psl
27	Padėklas odontologo darbo priemonėms	Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio), su silikoniniu sterilizuojamu kilimėliu, ne mažesnis 350 mm ilgio, 250 mm pločio.	Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio), su silikoniniu sterilizuojamu kilimėliu, 350 mm ilgio, 250 mm pločio. Priedas.pdf 13psl.
28	Instrumentų stalelis turi turėti dvi instrumentų valdymo panelės skirtingose pusėse kairiarankiams ir dešiniarankiams	Būtina	Instrumentų stalelis turi dvi instrumentų valdymo panelės skirtingose pusėse kairiarankiams ir dešiniarankiams Priedas.pdf 16psl. Priedas.pdf 71psl Priedas.pdf 80psl
29	Instrumentų stalelis turi turėti dvi stalelio padėties keitimo rankenas su stabdžiais skirtingose pusėse kairiarankiams ir dešiniarankiams	Būtina	Instrumentų stalelis turi dvi stalelio padėties keitimo rankenas su stabdžiais skirtingose pusėse kairiarankiams ir dešiniarankiams Priedas.pdf 16psl. Priedas.pdf 54psl
30	Instrumentų valdymo panelės	Jutikliniai valdymo elementai: - Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo jutikliai; -Programuojamų kėdės padėčių jutikliai; - Šviestuvo įjungimo / išjungimo jutiklis; -Vandens pašildymo ir pripildymo į stiklinę jutikliai; -Spjauyklės apiplavimo įjungimo jutiklis; -Negatoskopo įjungimo jutiklis.	Jutikliniai valdymo elementai: -Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo jutikliai; -Programuojamų kėdės padėčių jutikliai; - Šviestuvo įjungimo / išjungimo jutiklis; -Vandens pašildymo ir pripildymo į stiklinę jutikliai; -Spjauyklės apiplavimo įjungimo jutiklis; -Negatoskopo įjungimo jutiklis. Priedas.pdf 18psl
31	Jutiklio aktyvavimo garsinis signalas	Turi turėti išjungimo/įjungimo funkciją	Turi išjungimo/įjungimo funkciją Priedas.pdf 25psl
32	Negatoskopas	Instrumentų valdymo panelėse	Instrumentų valdymo panelėse Priedas.pdf 18psl.

33	Instrumentų valdymo panelės turi turėti funkciją įrenginio darbingumo testavimui-patikrinimui	Būtina	Instrumentų valdymo panelės turi funkciją įrenginio darbingumo testavimui-patikrinimui Priedas.pdf 37psl
III. Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis			
34	Būtinai asistento instrumentai	Kampinis švirkštas ne mažiau 3-jų funkcijų, korpusas su snapeliu lengvai nuimami sterilizavimui; Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurbliukų antgaliai); Polimerizavimo lempa.	Kampinis švirkštas 3-jų funkcijų, korpusas su snapeliu lengvai nuimami sterilizavimui; Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurbliukų antgaliai); Polimerizavimo lempa. Priedas.pdf 64psl
35	Spjaudyklės bloko tvirtinamas	Iš kėdės galo, kilnojasi kartu su kėde ir lengvai persistato darbui kairiarankiams ir dešiniarankiams	Iš kėdės galo, kilnojasi kartu su kėde ir lengvai persistato darbui kairiarankiams ir dešiniarankiams Priedas.pdf 72psl Priedas.pdf 78psl Priedas.pdf 81psl
36	Seilių ir dulkių antgalių laikiklis	Su optiniais siurblio aktyvavimo jutikliais	Su optiniais siurblio aktyvavimo jutikliais Priedas.pdf 74psl
37	Asistento valdymo panelė	Jutikliniai valdymo elementai: - Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo jutikliai; -Ne mažiau 3-jų programuojamų kėdės padėčių jutikliai; -Šviestuvo įjungimo / išjungimo jutiklis; -Vandens pašildymo ir pripildymo į stiklinę jutikliai; -Spjaudyklės apiplovimo įjungimo jutiklis.	Jutikliniai valdymo elementai: -Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo jutikliai; - 3-jų programuojamų kėdės padėčių jutikliai; -Šviestuvo įjungimo / išjungimo jutiklis; -Vandens pašildymo ir pripildymo į stiklinę jutikliai; -Spjaudyklės apiplovimo įjungimo jutiklis. Priedas.pdf 28psl Priedas.pdf 74psl
38	Spjaudyklė	Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 180°	Keraminė pasukama 180° Priedas.pdf 13psl. Priedas.pdf 45psl
39	Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas	Būtina	Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas Priedas.pdf 22psl
40	Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtras	Vienas bendras filtras	Vienas bendras filtras Priedas.pdf 30psl
41	Spjaudyklės vožtuvas	Bloke turi būti įmontuotas spjaudyklės skysčio išmetimo automatinis vožtuvas	Bloke įmontuotas spjaudyklės skysčio

			išmetimo automatinis vožtuvas Priedas.pdf 83psl
42	Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės	Skersmuo atitinkamai ne mažiau 11 mm ir 15 mm	Skersmuo atitinkamai 11 mm ir 15 mm Priedas.pdf 29psl
43	Asistento instrumentų dalies tvirtinimas prie spjaudyklės bloko	Tvirtinimas per ne mažiau kaip keturiais šarnyrais ir turi vertikalaus fiksavimo pantografą su fiksavimu bet kuriame aukštyje nenaudojant rankenėlių ar mygtukų	Tvirtinimas keturiais šarnyrais ir turi vertikalaus fiksavimo pantografą su fiksavimu bet kuriame aukštyje nenaudojant rankenėlių ar mygtukų Priedas.pdf 14psl. Priedas.pdf 74psl Priedas.pdf 76psl Priedas.pdf 81psl Priedas.pdf 83psl
IV. Apšvietimo sistema			
44	Apšvietimo lempa	LED arba lygiavertis ne mažiau 10 šviesos elementų	LED 10 šviesos elementų Priedas.pdf 39psl
45	Valdymo elementai	Valdymo rankenėlė šviesos intensyvumo keitimui ne mažiau kaip 8000-35000 lx ribose; Valdymo rankenėlė spalvos temperatūros keitimui ne mažiau kaip 4200-6000 K ribose.	Valdymo rankenėlė šviesos intensyvumo 8000-35000 lx ribose; Valdymo rankenėlė spalvos temperatūros keitimui 4200-6000 K ribose. Priedas.pdf 6psl.
46	Apšvietimo lempos montavimas	Prie spjaudyklės bloko	Prie spjaudyklės bloko Priedas.pdf 14psl.
47	Apšvietimo lempos pozicionavimas	Valdoma trimis ašimis	Valdoma trimis ašimis Priedas.pdf 39psl
48	Medicininis monitorius	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Istrižainė ne mažiau 21 colio; Viso korpuso spalva balta; Ekranas dengtas stiklu; Jungtys: VGA, DVI, CVBS, S- Video, HDMI.; Rezoliucija ne mažiau FHD 1920 x 1080.; Maitinimas DC 12V 2A; Matymo laukas ne mažiau 160°; Monitoriaus pajungimas prie gydytojo kompiuterio; Monitorius tvirtinamas prie šviestuvo stovo per laikiklį su ne mažiau 2 šarnyrais; Laikiklis turi turėti monitoriaus padėties keitimo rankeną.	Medical Monitor AG Neovo X-22 Istrižainė 21,5 colio; Viso korpuso spalva balta; Ekranas dengtas stiklu; Jungtys: VGA, DVI, CVBS, S-Video, HDMI.; Rezoliucija ne mažiau FHD 1920 x 1080.; Maitinimas DC 12V 2A; Matymo laukas 160°; Monitoriaus pajungimas prie gydytojo kompiuterio; Monitorius tvirtinamas prie šviestuvo stovo per laikiklį su 2 šarnyrais; Laikiklis turi monitoriaus padėties keitimo rankeną. Priedas.pdf 86-89psl Priedas.pdf 100psl
49	Polimerizacinė lempa	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį</u> Montuojama ant asistento staliuko; Privalomi veikimo laikai: 10s, 20s, 30s;	Ritter (Vokietija), Polymerization LED Montuojama ant asistento staliuko;

		Galia ne mažiau 1200mW/cm ² ; Svoris ne didesnis kaip 130 g.	Veikimo laikai: 10s, 20s, 30s; Galia 1200mW/cm ² ; Svoris 127 g. Priedas.pdf 64psl Priedas.pdf 90psl
50	Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu (2 vnt.)	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps./min.; Su vidiniu oro / vandens aušinimu; Su LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu; Ilgis ne daugiau kaip 80 mm; Svoris ne daugiau kaip 90 g; Sukimo momentas ne mažiau nei 3,3 Ncm.	TKD (Italija) Definitive LED Maksimalus apsisukimų skaičius 40 000 aps./min.; Su vidiniu oro / vandens aušinimu; Su LED šviesos šaltiniu; Ilgis 77,3 mm; Svoris 90 g; Sukimo momentas 3,3 Ncm. Priedas.pdf 92psl Priedas.pdf 95psl
51	Ultragarsinis skaleris	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Įmontuojamas; Ne mažiau dviejų šviesos srautų apšvietimas; Vibracijos dažnis ne siauresnėse ribose kaip 28-32 kHz; Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas keičiantis apkrovai; Skalerio kotelio darbinės dalies priekio skersmuo ne didesnis kaip 9,5 mm.	NSK (Japonija) Varios 2 Lux Įmontuojamas; Dviejų šviesos srautų apšvietimas; Vibracijos dažnis ribose 28-32 kHz; Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas keičiantis apkrovai; Skalerio kotelio darbinės dalies priekio skersmuo 9,5 mm. Priedas.pdf 96-99psl
52	Kampinis antgalis mikrovarikliui	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Mėlynas žiedas; Grąžto fiksacija mygtuku; Švarios galvutės sistema; Sterilizuojamas.	NSK (Japonija) Ti-Max X25L Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Mėlynas žiedas; Grąžto fiksacija mygtuku; Švarios galvutės sistema; Sterilizuojamas. Priedas.pdf 100psl
53	Turbininis antgalis su greita jungtimi	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Korpusas titaninis arba lygiavertis. Su vandens – oro aušinimu iš ne mažiau kaip 4 skylių; LED arba lygiaverčio tipo pašvietimas greitoje jungtyje; Galvutės skersmuo ne daugiau 11,2 mm; Galvutės aukštis ne daugiau 13,6 mm; Maksimalūs sūkliai ne mažiau kaip 400 000 aps./min.; Jungiamas per	NSK (Japonija) Ti-Max X600L Korpusas titaninis. Su vandens – oro aušinimu iš 4 skylių; LED tipo pašvietimas greitoje jungtyje; Galvutės skersmuo 11,2 mm; Galvutės aukštis 13,6 mm; Maksimalūs sūkliai 440 000 aps./min.; Jungiamas

		komplekte pateikiamą greito prijungimo jungtį; Švarios galvutės sistema; Sterilizuojamas.	per komplekte pateikiamą greito prijungimo jungtį; Švarios galvutės sistema; Sterilizuojamas. Priedas.pdf 100psl
54	Tiesus antgalis mikrovarikliui	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Mėlynas žiedas; Gražto fiksacija žiedu; Švarios galvutės sistema; Sterilizuojamas.	NSK (Japonija) Ti-Max X65L Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Mėlynas žiedas; Gražto fiksacija žiedu; Švarios galvutės sistema; Sterilizuojamas. Priedas.pdf 100psl
55	Apekso lokatorius	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Autonominis, nekraunamas; Matavimo laido ilgis ne trumpesnis kaip 1,8 m; Maitinimas na mažiau trijų vienetų AAA dydžio baterijomis; Spalvotas ekranas; Svoris ne didesnis nei 80 g; Naudojimo laikas ne mažiau nei 60 valandų nepakeitus baterijų; Automatinis išsijungimas jei nenaudojamas.	NSK (Japonija) iPexII Autonominis, nekraunamas; Matavimo laido ilgis 1,8 m; Maitinimas trijų vienetų AAA dydžio baterijomis; Spalvotas ekranas; Svoris 76 g; Naudojimo laikas 60 valandų nepakeitus baterijų; Automatinis išsijungimas jei nenaudojamas. Priedas.pdf 101-102psl
56	Gydytojo kėdutė	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Su atlošu; Ne mažiau kaip 5 ratukų; Rankinis sėdimosios dalies aukščio reguliavimas nuo 50 (±3) cm iki 60(±3) cm; Sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; Paviršius medicininės paskirties dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama.	Ritter (Vokietija), MabiloFlex 60 Su atlošu; 5 ratukų; Rankinis sėdimosios dalies aukščio reguliavimas 50 cm iki 60 cm; Sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; Paviršius medicininės paskirties dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama. Priedas.pdf 46psl Priedas.pdf 75psl Priedas.pdf 82psl
57	Asistento kėdutė	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Ne mažiau kaip 5 ratukų su lanku kojų atramai; Kėdės atlošas su alkūnės padėjimo atlošu;	Ritter (Vokietija), Assistant MabiloFlex 60 5 ratukų su lanku kojų atramai; Kėdės atlošas su alkūnės padėjimo atlošu;

		Sėdimosios dalies rankinis aukščio reguliavimas nuo 50 (± 3) cm iki 60(± 3) cm; Sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; Paviršius medicininės paskirties dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama.	Sėdimosios dalies rankinis aukščio reguliavimas nuo 50 cm iki 60 cm; Sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; Paviršius medicininės paskirties dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama. Priedas.pdf 46psl Priedas.pdf 75psl Priedas.pdf 82psl
58	Odontologinis staliukas	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Stalviršis akmens masės, baltos spalvos, su dviem apsauginiais krašteliais; Ištraukiama instrumentų lentynėlė su stiklu; Ne mažiau kaip 5 stalčiai; Stalčių priekinė dalis iš metalo; Stalo kojos su ratukais; 2 ratukai fiksuojami; Aukštis ≥ 80 cm, plotis 43 (± 3) cm, gylis 50 (± 3) cm. Stalo paviršius bei ištraukiama lentynėlė atspari odontologijos kabinete naudojamoms dezinfekcinėms medžiagoms.	MEDICA (Lietuva) LIUKS 5 Stalviršis akmens masės, baltos spalvos, su dviem apsauginiais krašteliais; Ištraukiama instrumentų lentynėlė su stiklu; 5 stalčiai; Stalčių priekinė dalis iš metalo; Stalo kojos su ratukais; 2 ratukai fiksuojami; Aukštis 83 cm, plotis 40 cm, gylis 50 cm. Stalo paviršius bei ištraukiama lentynėlė atspari odontologijos kabinete naudojamoms dezinfekcinėms medžiagoms. Priedas.pdf 103-108psl
59	Šlapio siurbimo vakuuminis siurblys su separatoriumi	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u>	Metasys (Austrija) siurblys Hybrid 1s ir amalgamos separatorius ECOII International
59.1	Maitinimas	230 V/50Hz	230 V/50Hz Priedas.pdf 116psl
59.2	Galingumas	Ne mažiau kaip 0,55 kW	0,55 kW Priedas.pdf 116psl
59.3	Vakuomo gylis	Ne mažiau 120 mbar	120 mbar Priedas.pdf 116psl
59.4	Siurbimo našumas	Ne mažiau 1100 l/min.	1100 l/min. Priedas.pdf 116psl
59.5	Veikimo režimas	Nepertraukiamas 100%	100% Priedas.pdf 116psl
59.6	Vakuomo siurblys ir separatorius turi veikti nuo vieno variklio	Būtina	Vakuomo siurblys ir separatorius veikia nuo vieno variklio Priedas.pdf 111psl
59.7	Vakuomo siurblio išmetamo oro biofiltras	Būtinai	Vakuomo siurblio išmetamo oro biofiltras Priedas.pdf 118psl

59.8	Amalgamos separatorius	Turi atitikti EN ISO 11143:2008-10 standartą ir amalgamos atskyrimo efektyvumas ne mažiau kaip 96%	Atitinka EN ISO 11143:2008-10 standartą ir amalgamos atskyrimo efektyvumas 99,386% Priedas.pdf 122-123psl
60	Garantija įrangai	≥ 24 mėn.	24 mėn.
61	Garantija antgaliams	≥ 12 mėn.	12 mėn.
62	CE ženklavimas	Būtina. Pateikiama su įranga.	CE ženklavimas Pateikiamas su įranga.

Techninė specifikacija – Odontologo darbo vietos įranga (1 vnt.) – neįgaliesiems pacientams

Reikalavimai, komplektacija, reikalaujamų parametru reikšmės		Atitikimas kokybiniais ir techniniams reikalavimams. Nurodyti siūlomos prekės techninius parametrus. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)	
I. Odontologinis įrenginys			
	Paciento kėdė	Nurodyti gamintoją ir modelį.	Ritter (Vokietija), Ultimate Comfort
1	Kėdės judėjimo mechanizmas	Hidraulinis	Hidraulinis Priedas.pdf 6psl.
2	Pakeliamas svoris	≥ 120 kg	180 kg Priedas.pdf 6psl.
3	Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos	Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 40 cm; Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 80 cm	Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - 40 cm Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - 80 cm Priedas.pdf 6psl.
4	Kėdė pritaikyta dirbti kairiarankiams ir dešiniarankiams	Būtina	Kėdė pritaikyta dirbti kairiarankiams ir dešiniarankiams Priedas.pdf 72psl Priedas.pdf 79psl
5	Paciento kėdės pasukimas apie vertikalią ašį ne mažiau 60°	Būtina	Paciento kėdės pasukimas apie vertikalią ašį 60° Priedas.pdf 73psl Priedas.pdf 80psl
6	Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir atlošu	Būtina	Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir atlošu Priedas.pdf 38psl
7	Paciento kėdės apmušalo danga	Atsparūs trinčiai ir dezinfekavimui, besiūliai, minkšti. (Būtina galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą bent iš 6 variantų, pateikti siūlomų dangos spalvų paletę prieš užsakant prekes).	Atsparūs trinčiai ir dezinfekavimui, besiūliai, minkšti. (galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą iš 6 variantų, bus pateikta siūlomos dangos spalvų paletė prieš užsakant prekes). Priedas.pdf 73psl Priedas.pdf 76psl Priedas.pdf 80psl Priedas.pdf 83psl

8	Paciento kėdės padėčių programavimas	Ne mažiau kaip 5 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys	5 individualiai programuojamos paciento kėdės pozicijos Priedas.pdf 36-37psl
9	Paciento kėdės valdymas	Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento instrumentų dalies ir kojiniu pedalu	Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento instrumentų dalies ir kojiniu pedalu Priedas.pdf 18psl Priedas.pdf 20psl Priedas.pdf 28psl
10	Galvos atlošo padėties reguliavimas	Ne mažiau kaip 3 ašimis	3 ašimis Priedas.pdf 38psl
11	Porankiai	Būtinai abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis nulenkiamas	Abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis nulenkiamas Priedas.pdf 38psl
12	Kojūgalio apsauginė danga	Kojūgalis turi turėti skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę	Kojūgalis turi skaidrią, lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę Priedas.pdf 46psl
13	Kėdė ir įrenginys paruoštas šlapiai vakuumo sistemai ir nejungiamas prie kanalizacijos	Būtinai	Kėdė ir įrenginys paruoštas šlapiai vakuumo sistemai ir nejungiamas prie kanalizacijos Priedas.pdf 30psl
14	Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos	Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į paciento kėdės priekį ir užsidengia bendru kėdės gaubtu	Suspausto oro padavimas, atsiurbimas, vandens tiekimas, elektros pajungimai susiveda į paciento kėdės priekį ir užsidengia bendru kėdės gaubtu Priedas.pdf 14psl. Priedas.pdf 54psl
15	Paciento kėdės galvos pagalvėlė	Privalo atsilenkti į kitą pusę, kad galėtų privažiuoti su neįgaliojo vežimėliu ir pacientas sėdėdamas vežimėlyje galėtų atremti galvą į paciento kėdės pagalvėlę	Atsilenkia į kitą pusę, kad galėtų privažiuoti su neįgaliojo vežimėliu ir pacientas sėdėdamas vežimėlyje galėtų atremti galvą į paciento kėdės pagalvėlę Priedas.pdf 34psl Priedas.pdf 38psl
II. Gydytojo instrumentų dalis			
16	Būtinai gydytojo instrumentai	Daugiafunkcinis 7 funkcijų tiesus švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo), su šviesa ir pašildymu; Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu; Rankovė bešepetėliniam elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Rankovė bešepetėliniam elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Rankovė ultragarsiniam skaleriui	Daugiafunkcinis švirkštas 7 funkcijų tiesus (oras, vanduo, oras + vanduo), su šviesa ir pašildymu; Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu; Rankovė bešepetėliniam elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu; Rankovė bešepetėliniam elektriniam mikrovarikliui su pašvietimu;

			Rankovė ultragarsiniam skaleriui. Priedas.pdf 21psl Priedas.pdf 64psl
17	Instrumentų stalelio tvirtinimas	Instrumentų stalelio tvirtinamas po kėdės sėdima centre dalimi ir kilnojasi kartu su kėde	Instrumentų stalelio tvirtinamas po kėdės sėdima centre dalimi ir kilnojasi kartu su kėde Priedas.pdf 14psl.
18	Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo pneumatinis stabdis	Būtinai	Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo pneumatinis stabdis Priedas.pdf 19psl
19	Vertikalus instrumentų stalelio judėjimas	Ne mažiau kaip 540 mm	540 mm Priedas.pdf 14psl.
20	Instrumentų valdymo pedalas	Belaidis, spaudžiamas iš viršaus, su vandens tiekimo į instrumentus; įjungimo/išjungimo funkcija, įrankių prapūtimo funkcija; Ne mažiau 4 suprogramuotų kėdės padėčių valdymas; Mikrovariklių greičio reguliavimas	Belaidis, spaudžiamas iš viršaus, su vandens tiekimo į instrumentus; įjungimo/išjungimo funkcija, įrankių prapūtimo funkcija; 4 suprogramuotų kėdės padėčių valdymas; Mikrovariklių greičio reguliavimas Priedas.pdf 20psl
21	Instrumentų rankovių išvedimas	Iš instrumentų stalelio apačios ar viršaus be fiksavimo atlenkus	Iš instrumentų stalelio viršaus be fiksavimo atlenkus Priedas.pdf 16psl.
22	Instrumentų stalelis turi turėti silikoninį sterilizuojamą kilimėlį ant kurio guldomi gydytojų instrumentai	Būtina	Instrumentų stalelis turi silikoninį sterilizuojamą kilimėlį ant kurio guldomi gydytojų instrumentai Priedas.pdf 47psl
23	Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai	Būtina	Tiekiamo vandens kiekis į instrumentus reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai Priedas.pdf 24psl
24	Manometras	Instrumentų stalelyje darbinio oro informacijai	Instrumentų stalelyje darbinio oro informacijai Priedas.pdf 25psl
25	Darbinio paviršiaus aušinimas	Vienas reguliatorius visiems instrumentams	Vienas reguliatorius visiems instrumentams Priedas.pdf 24psl
26	Darbinio oro reguliatoriai	Trys reguliatoriai: turbinai ir dviems mikrovarikliams	Trys reguliatoriai: turbinai ir dviem mikrovarikliams Priedas.pdf 25psl
27	Padėklas odontologo darbo priemonėms	Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio), su silikoniniu sterilizuojamu kilimėliu, ne mažesnis 350 mm ilgio, 250 mm pločio.	Keičiamos padėties (tvirtinamas prie sukiojamo laikiklio), su silikoniniu sterilizuojamu kilimėliu, 350 mm ilgio, 250 mm pločio. Priedas.pdf 13psl.
28	Instrumentų stalelis turi turėti dvi instrumentų valdymo panelės skirtingose pusėse	Būtina	Instrumentų stalelis turi dvi instrumentų valdymo panelės skirtingose pusėse kairiarankiams ir

	kairiarankiams ir dešiniarankiams		dešiniarankiams Priedas.pdf 16psl. Priedas.pdf 71psl Priedas.pdf 80psl
29	Instrumentų stalelis turi turėti dvi stalelio padėties keitimo rankenas su fiksatoriais skirtingose pusėse kairiarankiams ir dešiniarankiams	Būtina	Instrumentų stalelis turi dvi stalelio padėties keitimo rankenas su stabdžiais skirtingose pusėse kairiarankiams ir dešiniarankiams Priedas.pdf 16psl. Priedas.pdf 54psl
30	Instrumentų valdymo panelės	Jutikliniai valdymo elementai: Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo jutikliai; Programuojamų kėdės padėčių jutikliai; Šviestuvo įjungimo / išjungimo jutiklis; Vandens pašildymo ir pripildymo į stiklinę jutikliai; Spjaudyklės apiplovimo įjungimo jutiklis; Negatoskopo įjungimo jutiklis	Jutikliniai valdymo elementai: -Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo jutikliai; -Programuojamų kėdės padėčių jutikliai; - Šviestuvo įjungimo / išjungimo jutiklis; -Vandens pašildymo ir pripildymo į stiklinę jutikliai; -Spjaudyklės apiplovimo įjungimo jutiklis; -Negatoskopo įjungimo jutiklis Priedas.pdf 18psl.
31	Jutiklio aktyvavimo garsinis signalas	Turi turėti išjungimo/įjungimo funkciją	Turi išjungimo/įjungimo funkciją Priedas.pdf 25psl
32	Negatoskopas	Instrumentų valdymo panelėse	Instrumentų valdymo panelėse Priedas.pdf 18psl.
33	Instrumentų valdymo panelės turi turėti funkciją įrenginio darbingumo testavimui-patikrinimui	Būtina	Instrumentų valdymo panelės turi funkciją įrenginio darbingumo testavimui-patikrinimui Priedas.pdf 37psl
III. Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis			
34	Būtinai asistento instrumentai	Kampinis švirkštas ne mažiau 3-jų funkcijų, korpusas su snapeliu lengvai nuimami sterilizavimui. Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurbliukų antgaliai). Polimerizavimo lempa	Kampinis švirkštas 3-jų funkcijų, korpusas su snapeliu lengvai nuimami sterilizavimui; Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurbliukų antgaliai); Polimerizavimo lempa. Priedas.pdf 64psl
35	Spjaudyklės bloko tvirtinamas	Iš kėdės galo, keliasi kartu su kėde ir lengvai persistato darbui kairiarankiams ir dešiniarankiams	Iš kėdės galo, kilnojasi kartu su kėde ir lengvai persistato darbui kairiarankiams ir dešiniarankiams Priedas.pdf 72psl Priedas.pdf 78psl Priedas.pdf 81psl
36	Seilių ir dulkių antgalių laikiklis	Su optiniais siurblio aktyvavimo jutikliais	Su optiniais siurblio aktyvavimo jutikliais Priedas.pdf 74psl

37	Asistento valdymo panelė	Jutikliniai valdymo elementai: Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo jutikliai; Ne mažiau 3-jų programuojamų kėdės padėčių jutikliai; Šviestuvo įjungimo / išjungimo jutiklis; Vandens pašildymo ir pripildymo į stiklinę jutikliai; Spjaukyklės apiplovimo įjungimo jutiklis.	Jutikliniai valdymo elementai: -Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo jutikliai; - 3-jų programuojamų kėdės padėčių jutikliai; -Šviestuvo įjungimo / išjungimo jutiklis; -Vandens pašildymo ir pripildymo į stiklinę jutikliai; -Spjaukyklės apiplovimo įjungimo jutiklis. Priedas.pdf 28psl Priedas.pdf 74psl
38	Spjaukyklė	Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 180°	Keraminė pasukama 180° Priedas.pdf 13psl. Priedas.pdf 45psl
39	Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaukyklės plovimo laikas	Būtina	Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaukyklės plovimo laikas Priedas.pdf 22psl
40	Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovių filtras	Vienas bendras filtras	Vienas bendras filtras Priedas.pdf 30psl
41	Spjaukyklės vožtuvas	Bloke turi būti įmontuotas spjaukyklės skysčio išmetimo automatinis vožtuvas	Bloke įmontuotas spjaukyklės skysčio išmetimo automatinis vožtuvas Priedas.pdf 83psl
42	Seilių ir dulkių nusiurbimo rankovės	Skersmuo atitinkamai ne mažiau 11 mm ir 15 mm	Skersmuo atitinkamai 11 mm ir 15 mm Priedas.pdf 29psl
43	Asistento instrumentų dalies tvirtinimas prie spjaukyklės bloko	Tvirtinimas per ne mažiau kaip keturiais šarnyrais ir turi vertikalaus fiksavimo pantografą su fiksavimu bet kuriame aukštyje nenaudojant rankenėlių ar mygtukų	Tvirtinimas keturiais šarnyrais ir turi vertikalaus fiksavimo pantografą su fiksavimu bet kuriame aukštyje nenaudojant rankenėlių ar mygtukų Priedas.pdf 14psl. Priedas.pdf 74psl Priedas.pdf 76psl Priedas.pdf 81psl Priedas.pdf 83psl
IV. Apšvietimo sistema			
44	Apšvietimo lempa	LED arba lygiavertis ne mažiau 10 šviesos elementų	LED 10 šviesos elementų Priedas.pdf 39psl
45	Valdymo elementai	Valdymo rankenėlė šviesos intensyvumo keitimui ne mažiau kaip 8000-35000 lx ribose; Valdymo rankenėlė spalvos temperatūros keitimui ne mažiau kaip 4200-6000 K ribose	Valdymo rankenėlė šviesos intensyvumo 8000-35000 lx ribose; Valdymo rankenėlė spalvos temperatūros keitimui 4200-6000 K ribose. Priedas.pdf 6psl.
46	Apšvietimo lempos montavimas	Prie spjaukyklės bloko	Prie spjaukyklės bloko Priedas.pdf 14psl.
47	Apšvietimo lempos pozicionavimas	Valdoma trimis ašimis	Valdoma trimis ašimis Priedas.pdf 39psl

48	Medicininis monitorius	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Istrižainė ne mažiau 21 colio; Viso korpuso spalva balta; Ekranas dengtas stiklu; Jungtys: VGA, DVI, CVBS, S-Video, HDMI; Rezoliucija ne mažiau FHD 1920 x 1080; Maitinimas DC 12V 2A; Matymo laukas ne mažiau 160°; Monitoriaus pajungimas prie gydytojo kompiuterio; Monitorius tvirtinamas prie šviestuvo stovo per laikiklį su ne mažiau 2 šarnyrais; Laikiklis turi turėti monitoriaus padėties keitimo rankeną.	Medical Monitor AG Neovo X-22 Istrižainė 21,5 colio; Viso korpuso spalva balta; Ekranas dengtas stiklu; Jungtys: VGA, DVI, CVBS, S-Video, HDMI; Rezoliucija ne mažiau FHD 1920 x 1080.; Maitinimas DC 12V 2A; Matymo laukas 160°; Monitoriaus pajungimas prie gydytojo kompiuterio; Monitorius tvirtinamas prie šviestuvo stovo per laikiklį su 2 šarnyrais; Laikiklis turi monitoriaus padėties keitimo rankeną. Priedas.pdf 86-89psl Priedas.pdf 100psl
49	Polimerizacinė lempa	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį</u> Montuojama ant asistento staliuko; Privalomi veikimo laikai: 10s, 20s, 30s; Galia ne mažiau 1200mW/cm².; Svoris ne daugiau 130 g.	Ritter (Vokietija), Polymerization LED Montuojama ant asistento staliuko; Veikimo laikai: 10s, 20s, 30s; Galia 1200mW/cm².; Svoris 127 g. Priedas.pdf 64psl Priedas.pdf 90psl
50	Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu (2 vnt.)	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps./min.; Su vidiniu oro / vandens aušinimu; Su LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu; Ilgis ne daugiau kaip 80 mm; Svoris ne daugiau kaip 90 g; Sukimo momentas ne mažiau nei 3,3Ncm.	TKD (Italija) Definitive LED Maksimalus apsisukimų skaičius 40 000 aps./min.; Su vidiniu oro / vandens aušinimu; Su LED šviesos šaltiniu; Ilgis 77,3 mm; Svoris 90 g; Sukimo momentas 3,3 Ncm. Priedas.pdf 92psl Priedas.pdf 95psl
51	Ultragarsinis skaleris	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį .</u> Įmontuojamas; Ne mažiau dviejų šviesos srautų apšvietimas; Vibracijos dažnis ne siauresnėse ribose kaip 28-32 kHz; Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas keičiantis apkrovai; Skalerio kotelio darbinės dalies priekio skersmuo ne didesnis kaip 9,5 mm.	NSK (Japonija) Varios 2 Lux Įmontuojamas; Dviejų šviesos srautų apšvietimas; Vibracijos dažnis ribose kaip 28-32 kHz; Automatinis amplitudės ir dažnio santykio keitimas keičiantis apkrovai; Skalerio kotelio darbinės dalies priekio skersmuo 9,5 mm. Priedas.pdf 96-99psl

52	Kampinis antgalis mikrovarikliui	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Mėlynas žiedas; Gražto fiksacija mygtuku; Švarios galvutės sistema; Sterilizuojamas.	NSK (Japonija) Ti-Max X25L Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Mėlynas žiedas; Gražto fiksacija mygtuku; Švarios galvutės sistema; Sterilizuojamas. Priedas.pdf 100psl
53	Turbininis antgalis su greita jungtimi	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Korpusas titaninis arba lygiavertis. Su vandens – oro aušinimu iš ne mažiau kaip 4 skylių; LED arba lygiaverčio tipo pašvietimas greitoje jungtyje; Galvutės skersmuo ne daugiau 11,2 mm; Galvutės aukštis ne daugiau 13,6 mm; Maksimalūs sūkliai ne mažiau kaip 400 000 aps./min.; Jungiamas per komplekte pateikiamą greito prijungimo jungtį; Švarios galvutės sistema Sterilizuojamas.	NSK (Japonija) Ti-Max X600L Korpusas titaninis. Su vandens – oro aušinimu iš 4 skylių; LED tipo pašvietimas greitoje jungtyje; Galvutės skersmuo 11,2 mm; Galvutės aukštis 13,6 mm; Maksimalūs sūkliai 440 000 aps./min.; Jungiamas per komplekte pateikiamą greito prijungimo jungtį; Švarios galvutės sistema; Sterilizuojamas. Priedas.pdf 100psl
54	Tiesus antgalis mikrovarikliui	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Mėlynas žiedas; Gražto fiksacija žiedu; Švarios galvutės sistema; Sterilizuojamas.	NSK (Japonija) Ti-Max X65L Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; Su pašvietimu; Sūkių perdavimo santykis 1:1; Mėlynas žiedas; Gražto fiksacija žiedu; Švarios galvutės sistema; Sterilizuojamas. Priedas.pdf 100psl
55	Apekso lokatorius	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Autonominis, nekraunamas; Matavimo laido ilgis ne trumpesnis kaip 1,8 m; Maitinimas na mažiau trijų vienetų AAA dydžio baterijomis; Spalvotas ekranas; Svoris ne didesnis nei 80 g; Naudojimo laikas ne mažiau nei 60 valandų nepakeitus baterijų; Automatinis išsijungimas jei nenaudojamas.	NSK (Japonija) iPexII Autonominis, nekraunamas; Matavimo laido ilgis 1,8 m; Maitinimas trijų vienetų AAA dydžio baterijomis; Spalvotas ekranas; Svoris 80 g; Naudojimo laikas 60 valandų nepakeitus baterijų; Automatinis išsijungimas jei nenaudojamas. Priedas.pdf 101-102psl
56	Gydytojo kėdutė	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Su atlošu;	Ritter (Vokietija), MobiloFlex 60

		Ne mažiau kaip 5 ratukų; Rankinis sėdimosios dalies aukščio reguliavimas nuo 50 (± 3) cm iki 60(± 3) cm; Sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; Paviršius medicininės paskirties dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama.	Su atlošu; 5 ratukų; Rankinis sėdimosios dalies aukščio reguliavimas 50 cm iki 60 cm; Sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; Paviršius medicininės paskirties dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama. Priedas.pdf 46psl Priedas.pdf 75psl Priedas.pdf 82psl
57	Asistento kėdutė	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Ne mažiau kaip 5 ratukų su lanku kojų atramai; Kėdės atlošas su alkūnės padėjimo atlošu; Sėdimosios dalies rankinis aukščio reguliavimas nuo 50 (± 3) cm iki 60(± 3) cm; Sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; Paviršius medicininės paskirties dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama.	Ritter (Vokietija), Assistant MobiloFlex 60 5 ratukų su lanku kojų atramai; Kėdės atlošas su alkūnės padėjimo atlošu; Sėdimosios dalies rankinis aukščio reguliavimas nuo 50 cm iki 60 cm; Sėdima dalis sukasi aplink savo ašį; Paviršius medicininės paskirties dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama. Priedas.pdf 46psl Priedas.pdf 75psl Priedas.pdf 82psl
58	Odontologinis staliukas	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u> Stalviršis akmens masės, baltos spalvos, su dviem apsauginiais krašteliais; Ištraukiama instrumentų lentynėlė su stiklu; Ne mažiau kaip 5 stalčiai; Stalčių priekinė dalis iš metalo; Stalo kojos su ratukais; 2 ratukai fiksuojami; Aukštis ≥ 80 cm, plotis 43 (± 3) cm, gylis 50 (± 3) cm. Stalo paviršius bei ištraukiama lentynėlė atspari odontologijos kabinete naudojamoms dezinfekcinėms medžiagoms.	MEDICA (Lietuva) LIUKS 5 Stalviršis akmens masės, baltos spalvos, su dviem apsauginiais krašteliais; Ištraukiama instrumentų lentynėlė su stiklu; 5 stalčiai; Stalčių priekinė dalis iš metalo; Stalo kojos su ratukais; 2 ratukai fiksuojami; Aukštis 83 cm, plotis 40 cm, gylis 50 cm. Stalo paviršius bei ištraukiama lentynėlė atspari odontologijos kabinete naudojamoms dezinfekcinėms medžiagoms. . Priedas.pdf 103-108psl
59	Šlapio siurbimo vakuuminis siurblys su separatoriumi	<u>Nurodyti gamintoją ir modelį.</u>	Metasys (Austrija) siurblys Hybrid 1s ir amalgamos

			separatorius ECOII International
59.1	Maitinimas	230 V/50Hz	230 V/50Hz Priedas.pdf 116psl
59.2	Galingumas	Ne mažiau kaip 0,55 kW	0,55 kW Priedas.pdf 116psl
59.3	Vakuomo gylis	Ne mažiau 120 mbar	120 mbar Priedas.pdf 116psl
59.4	Siurbimo našumas	Ne mažiau 1100 l/min	1100 l/min. Priedas.pdf 116psl
59.5	Veikimo režimas	Nepertraukiamas 100%	100% Priedas.pdf 116psl
59.6	Vakuomo siurblys ir separatorius turi veikti nuo vieno variklio	Būtina	Vakuomo siurblys ir separatorius veikia nuo vieno variklio Priedas.pdf 111psl
59.7	Vakuomo siurblio išmetamo oro biofiltras	Būtinai	Vakuomo siurblio išmetamo oro biofiltras Priedas.pdf 118psl
59.8	Amalgamos separatorius	Turi atitikti EN ISO 11143:2008-10 standartą ir amalgamos atskyrimo efektyvumas ne mažiau kaip 96%	Atitinka EN ISO 11143:2008-10 standartą ir amalgamos atskyrimo efektyvumas ne mažiau kaip 99,386% Priedas.pdf 122-123psl
60	Garantija įrangai	≥ 24 mėn.	24 mėn.
61	Garantija antgaliams	≥ 12 mėn.	12 mėn.
62	CE ženklavimas	Būtina. Pateikiama su įranga.	CE ženklavimas Pateikiamas su įranga.

Pirkėjo vardu

Viešojo įstaiga Šiaulių centro poliklinika
Vytauto g. 101, LT-77156 Šiauliai

Direktorius
Mindaugas Maželis



Tiekėjo vardu

E. Navicko įmonė „Medica“
Architektų g. 1, Šiauliai LT-78366

Direktorius
Egidijus Navickas



Šiaulių miesto savivaldybės
Administracija
Lia Konaukėnė

2 priedas prie 2020 m. _____ mėn. _____ d. pirkimo-pardavimo Sutarties Nr. _____

PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr. _____

2020 m. _____ d.
Šiauliai

Pirkėjas: VšĮ Šiaulių centro poliklinika, juridinio asmens kodas 145370959, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 101, LT-77156 Šiauliai, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Maželio
Tiekėjas: E. Navicko įmonė „Medica , juridinio asmens kodas 144301796, kurio registruota buveinė yra adresu Architektų g. 1 Šiauliai, atstovaujama Direktoriaus Egidijaus Navicko
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Tiekėjas šiuo Prekių perdavimo-priėmimo aktu patvirtina, kad jis pristatė, nunešė į nurodytą pastato vietą, sumontavo, testavo ir apmokė Pirkėjo nurodytus darbuotojus naudotis Prekėmis ir Pirkėjui perduoda šias Prekes:
Odontologo darbo vietos įranga *Ultimate Comfort*, Ritter Concept GmbH 2 komplektai nurodytas Sutartyje.

Pirkėjas:

☐ Priima ir patvirtina, kad: visos Prekės pristatytos, nuneštos į nurodytą pastato vietą, sumontuotos, testuotos ir apmokė Pirkėjo nurodytus darbuotojus laiku bei atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (*sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kt.*), jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti tarpinio Prekių perdavimo-priėmimo momentu. Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai.

☐ Prekės buvo pristatytos ir kiti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti praleidus Sutartyje nustatytą terminą:

☐ Nepriima visų ar dalies Prekių dėl šių perdavimo-priėmimo metu nustatytų Prekių trūkumų/neatitikimų: (jei nepriimama dalis prekių, nurodoma, kurios)

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamoji šio akto dalis)

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus.

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ savo sąskaita ir priemonėmis atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Perdavė Tiekėjo atstovas	Priėmė Pirkėjo atstovas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)

2 priedas prie 2020 m. _____ mėn. ____ d. pirkimo–pardavimo Sutarties Nr. _____

PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS Nr. _____

2020 m. _____ d.

Šiauliai

Pirkėjas: VšĮ Šiaulių centro poliklinika, juridinio asmens kodas 145370959, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 101, LT-77156 Šiauliai, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Maželio
Tiekėjas: E. Navicko įmonė „Medica , juridinio asmens kodas 144301796, kurio registruota buveinė yra adresu Architektų g. 1 Šiauliai, atstovaujama Direktoriaus Egidijaus Navicko
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Tiekėjas šiuo Prekių perdavimo–priėmimo aktu patvirtina, kad jis pristatė, nunešė į nurodytą pastato vietą, sumontavo, testavo ir apmokė Pirkėjo nurodytus darbuotojus naudotis Prekėmis ir Pirkėjui perduoda šias Prekes:
Odontologo darbo vietos įranga *Ultimate Comfort*, Ritter Concept GmbH 2 komplektai nurodytas Sutartyje.

Pirkėjas:

☐ Priima ir patvirtina, kad: visos Prekės pristatytos, nuneštos į nurodytą pastato vietą, sumontuotos, testuotos ir apmokė Pirkėjo nurodytus darbuotojus laiku bei atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (*sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kt.*), jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti tarpinio Prekių perdavimo–priėmimo momentu. Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai.

☐ Prekės buvo pristatytos ir kiti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti praleidus Sutartyje nustatytą terminą:

☐ Nepriima visų ar dalies Prekių dėl šių perdavimo–priėmimo metu nustatytų Prekių trūkumų/neatitikimų: (*jei nepriimama dalis prekių, nurodoma, kurios*)

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamoji šio akto dalis)

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus.

Tiekėjas įpareigojamas iki/per _____ savo sąskaita ir priemonėmis atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

Perdavė Tiekėjo atstovas	Priėmė Pirkėjo atstovas
(Data)	(Data)
(Parašas)	(Parašas)
(Vardas, pavardė)	(Vardas, pavardė)
(Pareigos)	(Pareigos)