

UAB „Dameda”
Sėlių g. 8, 08124, Vilnius
Tel. +370 5 2621547, tel./faks. +370 5 2313956
Valstybės įmonės Registrų centras Vilniaus filialas
Įmonės kodas 123322285
PVM mokėtojo kodas LT233222811

PASIŪLYMAS
DĖL PORTATYVINĖS VANDENS VALYMO ĮRANGOS, SKIRTOS HEMODIALIZĖS
APARATAMS

2020 lapkričio 12 d.
(data)

Vilnius
(vieta)

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB Dameda, 123322285, Sėlių g. 8, 08124, Vilnius
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekiejai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekiejui, aprašymas
1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekiejus)

Eil. Nr.	Subtiekiejo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekiejui, aprašymas
1.		
2.		

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	EBVPD*	13	Ne	
2.	AquaWTU brošiūra EN	2	Taip	Visas dokumentas. Techniniai gamintojo sprendimai.
3.	AquaWTU brošiūra LT	2	Taip	Visas dokumentas. Techniniai gamintojo sprendimai.
4.	<u>AquaWTU duomenų lapas EN</u>	3	Taip	Visas dokumentas. Techniniai gamintojo sprendimai.
5.	<u>AquaWTU duomenų lapas LT</u>	3	Taip	Visas dokumentas. Techniniai gamintojo sprendimai.
6.	CE sertifikatas EN	2	Ne	
7.	CE Sertifikatas LT	2	Ne	

*Atskirą EBVPD pildo:

- 1) tiekėjas;
- 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
- 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra);
- 4) kiekvienas subtiektas atskirai;
- 5) kiekvienas fizinis asmuo, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str., su kuriuo laimėjimo atveju tiekėjas ketina sudaryti darbo sutartį.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- 1) esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.
- 2) esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- 3) sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- 4) siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede **“Prekių sąrašas ir techninė specifikacija”**;
- 5) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- 6) pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;
- 7) pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Vygantas Kazlauskas

(Vardas, pavardė)

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PORTATYVINĖ VANDENS VALYMO ĮRANGA, SKIRTA HEMODIALIZĖS APARATAMS

PREKIŲ SĄRAŠAS

Mes siūlome šią prekę:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina* Eur be PVM
1.	Portatyvinė vandens valymo įranga, skirta hemodializės aparatams Fresenius Medical Care AquaWTU 125	Vnt.	1	12 400,00
PVM dydis 21 % ir suma Eur				2604,00
Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina Eur su PVM				15 004,00

Bendra 1 pirkimo objekto dalies kaina su PVM penkiolika tūkstančių keturi eurai, 00 ct Eur (suma žodžiais), kur PVM sudaro du tūkstančiai šeši šimtai keturi eurai, 00 ct. Eur.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir yra:

Modelis AquaWTU 125, gamintojas Fresenius Medical Care, kilmės šalis Vokietija

Pirkimo Objekto Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį:
			Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas	katalogo/ buketo/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkretūs teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas
1.	Portatyvinė vandens valymo įranga, skirta hemodializės aparatams - 1 (vnt).			
1.1.	Paskirtis	Medicininiam vandens valymui ≥ 2 hemodializės aparatams.	Medicininiam vandens valymui iki 2 aparatų	Duomenų lapas 2 psl. Brošiūra 2 psl.
1.2.	Konstruktivinis įrenginio išpildymas	1. Portatyvus. 2. Sumontuotas vienoje spintoje. 3. Turintis pirminius vandens filtrus su nepertraukiamo tiekimo vandens minkštinimo filtru.	Mobilus, be „mirusių zonų“, keičiamo dydžio pirminis filtras, minkštinimo filtras	Brošiūra 2 psl.
1.3.	Įrenginio valdymas	Mikroprocesorinė kontrolė.	Įrenginį valdo mikroprocesorius	Brošiūra 2 psl.
1.4.	Įrenginio atitiktis	Įrenginys yra ideali sistema, atitinkanti ISO dializės vandens kokybės standartų reikalavimus (ISO 23500-1:2019; ISO 23500-2:2019; ISO 23500-3:2019).	ISO 23500:2019 ISO 26722:2014 ISO 13959:2014	Duomenų lapas 1 psl.
1.5.	Našumas	Ne mažiau kaip 125 l/val., esant 15° C.	Iki 125 l/val. esant 15° C temperatūrai	Duomenų lapas 2 psl. Brošiūra 2 psl.
1.6.	Reikalavimai valomo vandens slėgiui	Ne mažesnė ribose nei 3,5-5,5 bar.	3,5 – 6 bar	Duomenų lapas 2 psl. Brošiūra 2 psl.

Pirkimo Objekto Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomos parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: <i>katalogo/ bukletą/brošiūrą/ aprašymo puslapio Nr. ;</i> puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkretūs teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas
1.7.	Reikalavimai valomo vandens temperatūrai	Ne mažesnė ribose nei 8-30 ⁰ C.	5-30° C	Duomenų lapas 2 psl. Brošiūra 2 psl.
1.8.	Reikalavimai valyto vandens kokybei	Atitinka ES farmakopėjos standartus hemodializei.	Atitinka standartus	Duomenų lapas 1 psl.
1.9.	Įrenginys privalo turėti pagrindinių parametrų kontrolines jungtis, leidžiančias pilnai kontroliuoti įrenginio darbą:	RS232 serijos (interface) jungtis arba lygiavertė.	RS232 jungtis duomenų perdavimui	Brošiūra 2 psl.
1.10.	Priešfiltris	1. Būtinas. 2. Vienkartinis. 3. Ne daugiau kaip 5 µm.	Keičiamo dydžio (5-10 µm) priešfiltris	Brošiūra 2 psl.
1.11.	Vandens minkštinimo filtras	1. Būtinas. 2. Tūriu kontroliuojamas.	Tūriu kontroliuojamas vandens minkštinimo filtras	Brošiūra 2 psl.
1.12.	Vandens minkštinimo sistemos regeneracija	Automatinė, nedarbinio/darbinio ciklo metu.	Automatinė regeneracija	Duomenų lapas 1 psl. Brošiūra 2 psl.
1.13.	Anglies filtras	1. Būtinas. 2. Vienkartinis. 3. Ne daugiau kaip 5 µm. 4. Impregnuotas anglimi.	5 µm anglies filtras	Duomenų lapas 1 psl. Brošiūra 2 psl.

Pirkimo Objekto Nr.	Techninis parametras	Reikalaujama techninio parametro reikšmė	Siūloma techninio parametro reikšmė Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas	Siūlomo prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, <u>nurodant atitiktį:</u> <i>katalogo/ bukletą/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ;</i> puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas
1.14.	Reverso osmozės filtras	Būtinai.	RO modulyje integruotas filtras	Brošiūra 2 psl.
1.15.	Siurblys	1. Būtinai. 2. Aušinamas oru.	Oru aušinamas siurblys	Brošiūra 2 psl.
1.16.	Triukšmingumas	Ne daugiau kaip 47 dB.	Priklausomai nuo sistemos talpos ir galingumo 46-49 dB	Duomenų lapas 2 psl.
1.17.	Maitinimo įtampa	230V, 50/60 Hz.	230V, 50 Hz	Brošiūra 2 psl.
1.18.	Garantija	≥ 24 mėnesiai.	24 mėn.	
1.19.	Instrukcija anglų ir lietuvių kalba	Būtina.	Instrukcija LT ir EN kalbomis	

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Vygantas Kazlauskas

(Vardas ir pavardė)