

UAB "Slaugivita"
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145440368
PVM mokėtojo kodas LT454403610

**PASIŪLYMAS
DĖL ČIUŽINIŲ PRAGULŲ PROFILAKTIKAI IR GYDYMUI**

2020 m. lapkričio 26 d., Nr. 20/22039
(data)

Šiauliai
(vieta)

VšĮ Respublikinei Klaipėdos ligoninei
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Slaugivita“, 145440368
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Daiva Čekienė, 841 383967, daiva@slaugivita.com

**2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI,
KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI)
(nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo
laimėjimo atveju)**

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPI 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.			
2.			

**3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI
SUTARTIES DALIS**

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiektėjus)

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas
1.		
2.		

4. **PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ**

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paiškinimas, kokia konkretnė informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama)			
2.	Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama)	1	Ne	
3.	Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei teikiama)			
4.	EBVPD*	13	Ne	
5.	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį			
6.	Gamintojo dokumentai (aprašymai/bukletai ir kt. techninė informacija)	61	Taip	
7.	CE sertifikatas	7	Ne	

*Atskirą EBVPD pildo:

- 1) tiekėjas;
- 2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
- 3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra);
- 4) kiekvienas subtiektas atskirai;
- 5) kiekvienas fizinis asmuo, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str., su kuriuo laimėjimo atveju tiekėjas ketina sudaryti darbo sutartį.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- 1) esu tinkamai įsisteigęs ir teisėtai veikiu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esu atlikęs visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turiu visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus sutarčiai vykdyti.
- 2) esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- 3) sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,
- 4) siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir mes siūlome prekes, kurių kainos, techniniai parametrai yra nurodyti šio Pasiūlymo 1 priede **“Prekių sąrašas ir techninė specifikacija”**;
- 5) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- 6) pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 1.11.6 punkte nurodytą terminą;
- 7) pasiūlyme nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Viešųjų pirkimų vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė

(Vardas, pavardė)

PREKIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ČIUŽINIAI PRAGULŲ PROFILAKTIKAI IR GYDYMUI

PREKIŲ SĄRAŠAS

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo objekto dalies Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Statinis oro čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui	Vnt.	20	363,80	7276,00
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)				7276,00
	PVM (pildoma, jei taikoma)*				363,80
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				7639,80

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: septyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni eurai 80 ct

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

Pirkimo objekto dalies Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
2.	Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui	Vnt.	5	749,75	3748,75
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)				3748,75
	PVM (pildoma, jei taikoma)*				187,44
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				3936,19

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: trys tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt šeši eurai 19 ct

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

Pirkimo objekto dalies Nr.	Pirkimo objektas	Mato vienetas	Kiekis	Mato vieneto kaina EUR be PVM	Kaina EUR be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
3.	Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui	Vnt.	5	1290,60	6453,00
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)				6453,00
	PVM (pildoma, jei taikoma)*				322,65
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM				6775,65

Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 65 ct.

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:_____.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Teikdami Pasiūlymą, patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir yra:

Pirkimo objekto dalis	Prekės pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai ir jų reikšmės	Siūlomų techninių parametrų reikšmės	Siūlomų prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, <u>nurodant atitiktį</u> : <i>katalogo/ bukletu/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ;</i> puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. <i>pildo tiekėjas</i>
1.	Statinis oro čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui CuroCell S.A.M., Care of Sweden AB, Švedija	1. Paskirtis: 1.1. skirtas pragulų profilaktikai, 1.2. skirtas ne žemesniam kaip II stadijos pragulų gydymui. 2. Pripūsto čiužinio matmenys: 2.1. ilgis 200 (± 5 cm), 2.2. plotis 85 (± 5 cm), 2.3. aukštis 10 (± 2 cm). 3. Paklotas: 3.1. ne mažiau kaip 20 skersinių kamerų (celių), 3.2. kameros (celės) suskirstytos į 3 atskiras dalis. 4. Kameros (celės) pagamintos iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos. 5. Turi būti greito išleidimo funkcija: 5.1. greitas čiužinio išleidimas paciento reanimacijos atveju (CPR), 5.2. ne mažiau 2 išleidimo angų. 6. Čiužinio užvalkalo medžiaga: 6.1. nepralaidi skysčiams, 6.2. pralaidi orui, 6.3. elastinga 4 kryptimis,	1. Paskirtis: 1.1. skirtas pragulų profilaktikai, 1.2. skirtas II stadijos pragulų gydymui. 2. Pripūsto čiužinio matmenys: 2.1. ilgis 200, 2.2. plotis 85, 2.3. aukštis 10. 3. Paklotas: 3.1. 20 skersinių kamerų (celių), 3.2. kameros (celės) suskirstytos į 3 atskiras dalis. 4. Kameros (celės) pagamintos iš poliuretano. 5. Yra greito išleidimo funkcija: 5.1. greitas čiužinio išleidimas paciento reanimacijos atveju (CPR), 5.2. 2 išleidimo angos. 6. Čiužinio užvalkalo medžiaga: 6.1. nepralaidi skysčiams, 6.2. pralaidi orui, 6.3. elastinga 4 kryptimis, 6.4. skalbiama 95° C temperatūroje, džiovinama džiovynklose, dezinfekuojama.	Gamintojo dokumentai 1 p.d. 1.1. Psl.2 1.2. Psl.2 2.1. Psl.2 2.2. Psl.2 2.3. Psl.2 3.1. psl.5 3.2. psl.5 4. psl.17 5. psl.2,5 5.1. psl.7 5.2. psl.4 6. psl.19 6.1. psl. 19 6.2. psl.19 6.3. psl.2 6.4. psl.2

Pirkimo objekto dalis	Prekės pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai ir jų reikšmės	Siūlomų techninių parametrų reikšmės Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas	Siūlomų prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: katalogo/ buketo/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas
		6.4. skalbiama ne žemesnėje nei 95° C temperatūroje, džiovinama džiovyklose, dezinfekuojama. 7. Užvalkalo tvirtinimas prie pagrindo užtrauktuko pagalba. 8. Turi būti galimybė tvirtinti prie pagrindinio čiužinio: 8.1. keturių elastinių gumų pagalba., 8.2. gumos prisiūtos pragulų profilaktikos ir gydymo čiužinio kampuose. 9. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 200 kg. 10. Valdymo įrenginys: 10.1. čiužinio pripūtimas reguliuojamas nuo valdymo įrenginio nugarinėje dalyje pagalba, 10.2. įrenginys turi 8 slėgio pozicijas. 11. Įrenginys turi palaikyti pastovų slėgį. 12. Valdymo įrenginio tvirtinimas prie lovos ne mažiau kaip 2 kablių, sumontuotų valdymo įrenginio nugarinėje dalyje, pagalba. 13. Valdymo įrenginio svoris ne daugiau kaip 1,5 kg. 14. Turi būti slėgio pasirinkimas atsižvelgiant į paciento padėtį ir svorį. 15. Turi būti galimybė reguliuoti slėgį, pacientui esant gulimoje arba pusiau sėdimose pozicijoje. 16. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai.	7. Užvalkalo tvirtinimas prie pagrindo užtrauktuko pagalba. 8. Galima tvirtinti prie pagrindinio čiužinio: 8.1. keturių elastinių gumų pagalba., 8.2. gumos prisiūtos pragulų profilaktikos ir gydymo čiužinio kampuose. 9. Maksimali apkrova 200 kg. 10. Valdymo įrenginys: 10.1. čiužinio pripūtimas reguliuojamas nuo valdymo įrenginio nugarinėje dalyje pagalba, 10.2. įrenginys turi 8 slėgio pozicijas. 11. Įrenginys palaiko pastovų slėgį. 12. Valdymo įrenginio tvirtinimas prie lovos 2 kablių, sumontuotų valdymo įrenginio nugarinėje dalyje, pagalba. 13. Valdymo įrenginio svoris 1,4 kg. 14. Yra slėgio pasirinkimas atsižvelgiant į paciento padėtį ir svorį. 15. Galima reguliuoti slėgį, pacientui esant gulimoje arba pusiau sėdimose pozicijoje. 16. Garantija 24 mėnesiai.	7. psl. 19 8.1. psl.2 8.2. psl.2 9. psl.2 10.1. psl.4 10.2. psl.4,5 11. psl. 2 12. psl. 4,6 13. psl. 11 14. psl.6 15. psl.6 16.Psl.14

Pirkimo objekto dalis	Prekės pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai ir jų reikšmės	Siūlomų techninių parametru reikšmės Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas	Siūlomų prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: katalogo/ buketo/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkretūs teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas
2.	Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui CuroCell AREA Zone, Care of Sweden AB, Švedija	1. Paskirtis: 1.1. skirtas pragulų profilaktikai 1.2. skirtas ne žemesniam kaip III stadijos pragulų gydymui 2. Čiužinio matmenys: 2.1. ilgis 200 (± 5 cm) 2.2. plotis 85 (± 5 cm) 2.3. aukštis 16 (± 2 cm) 3. Savaime prisitaikantis 4. Su oro celėmis 5. Oro celės įterptos į putų poliuretano pagrindą 6. Turi būti nuolydis kulnų dalyje 7. Čiužinio šonuose po 2 rankenėles čiužiniui pakelti 8. Celės pagamintos iš nailono ir poliuretano arba lygiaverčių medžiagų 9. Čiužinio pagrindas: 9.1. pagamintas iš aukštos kokybės HR putų poliuretano 9.2. tankis ne mažiau kaip 45 kg/m³ 10. Viršutinis čiužinio sluoksnis: 10.1. pagamintas iš aukštos kokybės HR putų poliuretano 10.2. tankis ne mažiau kaip 65 kg/m³ 11. Viršutinė dalis: 11.1. profiliuota;	1. Paskirtis: 1.1. skirtas pragulų profilaktikai 1.2. skirtas III stadijos pragulų gydymui 2. Čiužinio matmenys: 2.1. ilgis 200 2.2. plotis 85 2.3. aukštis 18 3. Savaime prisitaikantis 4. Su oro celėmis 5. Oro celės įterptos į putų poliuretano pagrindą 6. Yra nuolydis kulnų dalyje 7. Čiužinio šonuose po 2 rankenėles čiužiniui pakelti 8. Celės pagamintos iš nailono ir poliuretano 9. Čiužinio pagrindas: 9.1. pagamintas iš aukštos kokybės HR putų poliuretano 9.2. tankis 45 kg/m³ 10. Viršutinis čiužinio sluoksnis: 10.1. pagamintas iš aukštos kokybės HR putų poliuretano 10.2. tankis 65 kg/m³ 11. Viršutinė dalis: 11.1. profiliuota;	Gamintojo dokumentai 2 p.d. 1.1. Psl.2 1.2. Psl. 2 2.1. psl.2 2.2. psl.2 2.3. psl.2 3.psl.2 4. psl.8 5. psl.2,7 6. psl.2 7. psl. 2,7 8.psl. 14 9. psl.7,8 9.1. psl.14 9.2. psl.14 10. psl.7,8 10.1. psl.14 10.2.psl.14 11.1. psl.14

Pirkimo objekto dalis	Prekės pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai ir jų reikšmės	Siūlomų techninių parametų reikšmės Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas	Siūlomų prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: katalogo/ buketo/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas
		11.2. ne mažiau kaip 5 išpjauستymo zonų užtikrinti geresnę oro cirkuliaciją. 12. Kojūgalyje specialus nuolydis spaudimui kulnams sumažinti. 13. Putų poliuretano sluoksnis turi būti su papildomu poliesterio užvalkalu, apsaugančiu putų poliuretaną nuo šviesos poveikio. 14. Čiužinio viršutinė danga: 14.1. nepralaidi skysčiams, 14.2. pralaidi orui, 14.3. elastinga, 14.4. atspari liepsnai, 14.5. skalbiama ne žemesnėje nei 95° C temperatūroje, džiovinama džiovyklose, dezinfekuojama, 14.6. su užtrauktuku iš visų 4 pusių, su apsauginiu atvartu, kuris neleidžia prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje, 14.7. užvalkalo siūlės sulydytos. 15. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 230 kg 16. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai..	11.2. 5 išpjauستymo zonų užtikrinti geresnę oro cirkuliaciją. 12. Kojūgalyje specialus nuolydis spaudimui kulnams sumažinti. 13. Putų poliuretano sluoksnis yra su papildomu poliesterio užvalkalu, apsaugančiu putų poliuretaną nuo šviesos poveikio. 14. Čiužinio viršutinė danga: 14.1. nepralaidi skysčiams, 14.2. pralaidi orui, 14.3. elastinga, 14.4. atspari liepsnai, 14.5. skalbiama 95° C temperatūroje, džiovinama džiovyklose, dezinfekuojama, 14.6. su užtrauktuku iš visų 4 pusių, su apsauginiu atvartu, kuris neleidžia prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje, 14.7. užvalkalo siūlės sulydytos. 15. Maksimali apkrova 230 kg 16. Garantija 36 mėnesiai.	11.2. psl.2,7,14 12.psl.7,14 13. psl.2,7,14 14. psl.15 14.1. psl.15 14.2. psl. 15 14.3. psl. 15 14.4. psl. 15 14.5. psl. 15 14.6. psl.15 14.7. psl. 15 15. psl. 2

Pirkimo objekto dalis	Prekės pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai ir jų reikšmės	Siūlomų techninių parametų reikšmės Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas	Siūlomų prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: katalogo/ buketo/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkretūs teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas
3.	Čiužinys pragulų profilaktikai ir gydymui CuroCell A4 CX15, Care of Sweden AB, Švedija	- Paskirtis: - skirtas pragulų profilaktikai, - skirtas ne žemesniam kaip IV stadijos pragulų gydymui. - Čiužinio matmenys: - ilgis 200 (± 5 cm) - plotis 85 (± 5 cm) - aukštis 16 (± 2 cm) - Kompresorius: - pilnai automatizuotas, - be jokių rankinių nustatymų, - sistema pati identifikuoja pacientą ir automatiškai pagal jį valdo nustatymus siekiant optimizuoti oro slėgų čiužinio celėse pagal paciento poreikius, - tylus veikimas, neskleidžia vibracijos, - valdo oro srautą naudodamas celėse esantį orą, oras cirkuliuoja viduje, palaiko pastovią temperatūrą, sunaudoja mažiau energijos. - Čiužinio sudėtis: - ne mažiau kaip 20 individualių pakeičiamų oro celių, - oro celės pagamintos iš poliuretano, - su apsauginiu čiužinuku apatinėje dalyje, - celės dengia ir prilaiko vidinis užvalkalas,	- Paskirtis: - skirtas pragulų profilaktikai, - skirtas IV stadijos pragulų gydymui. - Čiužinio matmenys: - ilgis 200 cm - plotis 85 cm - aukštis 15 cm - Kompresorius: - pilnai automatizuotas, - be jokių rankinių nustatymų, - sistema pati identifikuoja pacientą ir automatiškai pagal jį valdo nustatymus siekiant optimizuoti oro slėgų čiužinio celėse pagal paciento poreikius, - tylus veikimas, neskleidžia vibracijos, - valdo oro srautą naudodamas celėse esantį orą, oras cirkuliuoja viduje, palaiko pastovią temperatūrą, sunaudoja mažiau energijos. - Čiužinio sudėtis: 20 individualių pakeičiamų oro celių, - oro celės pagamintos iš poliuretano, - su apsauginiu čiužinuku apatinėje dalyje, - celės dengia ir prilaiko vidinis užvalkalas, - čiužinys pagamintas naudojant celę ant celės (cell on cell) konstrukciją, 2 galvos celės, celės statinės,	Gamintojo dokumentai 3 p.d. 1.1.psl. 2 1.2. psl.2 2.1.psl.2 2.2. psl. 2 2.3. psl. 2 3.1.psl.2 3.2. psl.2 3.3. psl.2 3.4.psl.2 3.5. psl.2 4.1. psl.12,22 4.2.psl.21 4.3.psl.12 4.4.psl. 12 4.5.psl.22 4.6. psl. 2, 22

Pirkimo objekto dalis	Prekės pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai ir jų reikšmės	Siūlomų techninių parametų reikšmės Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. (negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“) pildo tiekėjas	Siūlomų prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, nurodant atitiktį: katalogo/ bukletu/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ; puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. pildo tiekėjas
		4.5. čiužinys pagamintas naudojant celės celėje ar celė ant celės (cell on cell) konstrukciją, 4.6. ne mažiau 2 galvos celės, celės statinės, 4.7. ne mažiau kaip 5 pažemintos kulnų srities celės sumažinti spaudimą ir užtikrinti pragulų profilaktiką kulnų sričiai, 4.8. apatinis porolono čiužinukas turi atlikti palaikymo funkciją pradūrimo atveju arba kai išsileidžia viršutinės celės. 5. Režimo funkcijos: 5.1. pulsavimo, 5.2. kintamo slėgio, 5.3. statinė. 6. Pasirenkamo ciklo laikas 10, 15, 20 ar 25 min. 7. Valdymo ekranas turi turėti užrakinimo funkciją 8. Turi būti priežiūros režimas su maksimaliu oro slėgiu celėse, personalo patogumui, kai reikia atlikti paciento priežiūrą, keiti sauskelnes ir pan. 9. Oro išleidimo funkcija vieno mygtuko paspaudimu, nenaudojant personalo fizinės jėgos oro išleidimui 10. Greitas čiužinio išleidimas paciento reanimacijos atveju (CPR)	4.7.5 pažemintos kulnų srities celės sumažinti spaudimą ir užtikrinti pragulų profilaktiką kulnų sričiai, 4.8. apatinis porolono čiužinukas atlieka palaikymo funkciją pradūrimo atveju arba kai išsileidžia viršutinės celės. 5. Režimo funkcijos: 5.1. pulsavimo, 5.2. kintamo slėgio, 5.3. statinė. 6. Pasirenkamo ciklo laikas 10, 15, 20 ar 25 min. 7. Valdymo ekranas turi užrakinimo funkciją 8. Yra priežiūros režimas su maksimaliu oro slėgiu celėse, personalo patogumui, kai reikia atlikti paciento priežiūrą, keiti sauskelnes ir pan. 9. Oro išleidimo funkcija vieno mygtuko paspaudimu, nenaudojant personalo fizinės jėgos oro išleidimui 10. Greitas čiužinio išleidimas paciento reanimacijos atveju (CPR) 11. Galimybė transportuoti pripūstą čiužinį atjungus nuo elektros šaltinio 12. Čiužinio veikimo laikas be elektros 12 val. 13. Žema įtampa, 12 V šaltinis, saugi personalui ir pacientui	4.7. psl. 2, 22 4.8.psl.12,22 5. psl.2 5.1. psl.7 5.2. psl. 7 5.3.psl. 7 6.psl.7 7. psl.7 8. psl.2, 7, 8 9. psl. 7,10,22 10.psl. 7 11. psl.10 12. psl.10 13 psl.2

Pirkimo objekto dalis	Prekės pavadinimas	Reikalaujami techniniai parametrai ir jų reikšmės	Siūlomų techninių parametų reikšmės Draudžiama nukopijuoti ir pateikti nurodytas perkančiosios organizacijos reikalaujamo techninio parametro reikšmes. Privaloma nurodyti tik konkrečius siūlomus parametrus. <i>(negalima rašyti: „Atitinka“, „Taip“, „Ne ...mažiau“, „Ne...daugiau“)</i> pildo tiekėjas	Siūlomų prekių techninio parametro atitikimas pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, <u>nurodant atitiktį</u> : <i>katalogo/ buketo/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. ;</i> puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. <i>pildo tiekėjas</i>
		11. Galimybė transportuoti pripūstą čiužinį atjungus nuo elektros šaltinio 12. Čiužinio veikimo laikas be elektros ne mažiau kaip 8 val. 13. Žema įtampa, 12 V šaltinis, saugi personalui ir pacientui 14. Čiužinio užvalkalo medžiaga: 14.1. nepralaidi skysčiams 14.2. pralaidi orui 14.3. elastinga 4 kryptimis 14.4. skalbiama ne žemesnėje nei 95° C temperatūroje, džiovinama dezinfekuojama 14.5. su užtrauktuku iš visų 4 pusių, su apsauginiu atvartu, kuris neleidžia prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje 15. Maksimali apkrova ne mažiau kaip 200 kg 16. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai	14. Čiužinio užvalkalo medžiaga: 14.1. nepralaidi skysčiams 14.2. pralaidi orui 14.3. elastinga 4 kryptimis 14.4. skalbiama 95° C temperatūroje, džiovinama dezinfekuojama 14.5. su užtrauktuku iš visų 4 pusių, su apsauginiu atvartu, kuris neleidžia prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje 15. Maksimali apkrova 200 kg 16. Garantija 24 mėnesiai	14. psl.11 14.1. psl. 23 14.2. psl. 23 14.3. psl.2 14.4. psl.23 14.5. psl. 23 15. psl.2 16. psl.2

Viešųjų pirkimų
vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Daiva Čekienė

(Vardas ir pavardė)