



Metalistų g. 8, LT- 78136 Šiauliai, tel. 869889208, faks. 8(41)200590 el. p.info@mprekyba.lt, www.mprekyba.lt
Įmonės kodas 302575426, PVM mokėtojo kodas LT100005808814, A.s. LT637044060007672440

VšĮ Respublikinei Panevėžio ligoninei

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININIŲ BALDŲ PIRKIMO**

2020-10-14
Šiauliai

Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ir kodai/</i>	UAB M Prekyba, 302575426
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Metalistų g. 8, Šiauliai
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Marius Martinaitis
Asmens, atsakingo už pasiūlymo pateikimą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Marius Martinaitis
Telefono numeris	869889208
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Info@mprekyba.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us), arba gali būti ištrinama:

Subtiekęjo (-ų) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai)	
Subtiekęjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekęją (-us) ir jų vertės nuo bendros pasiūlymo kainos dalis (procentais)	

1. Pateikdami pasiūlymą sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose), ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia, norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Įrangos/prekių pavadinimai	Kiekis	Gamintojas, modelis	Bendra suma, Eur be PVM	Bendra suma, Eur su PVM
1	Medicininės teleskopinės širmos	30 vnt.	Juventas, PRT 2	5181,82	6270,00

--	--	--	--	--	--

Bendra pasiūlymo kaina su PVM: 44215,60 Eur (keturiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai penkiolika eurų ir 60 ct)

Kaina be PVM: 36541,82.Eur (*trisdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt vienas euras ir 82 ct*)

PVM sudaro 7673,78 Eur (septyni tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai ir 78 ct)

*Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių dėl PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: (*rašyti*)

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: **pateikiamos užpildytos techninių specifikacijų lentelės (konkurso sąlygų 1 priedas).**

4. Pasiūlymas galioja iki (turi galioti ne mažiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos): (*nurodyti*).

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali*:

Eil. Nr.	Dokumento, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, pavadinimas	Dokumento puslapis (-iai), kuriuose nurodyta konfidenciali informacija

*Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)


(Parašas*)


Marius Martinaitis

MEDICININIŲ BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis MEDICININĖS TELESKOPINĖS ŠIRMOS (30 vnt.)

Eil. Nr.	Reikalaujami parametrai	Parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomos prekės reikalaujamų parametrų reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją (katalogo pavadinimas, psl. Nr.)
1.	Širmos skirtos privatumo užtikrinimui	Būtina	Širmos skirtos privatumo užtikrinimui	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą: „1 pirkimo dalis. Širma“
2.	Širmos ranka – teleskopinė, ištraukiama/sustumiama	Būtina	Širmos ranka – teleskopinė, ištraukiama/sustumiama	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą: „1 pirkimo dalis. Širma“
3.	Širmos teleskopinės rankos ilgis	Sustumta - ≤ 88 cm; Ištraukta - ≥ 200 cm.	Sustumta - 70 cm; Ištraukta - 200 cm.	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą: „1 pirkimo dalis. Širma“
4.	Širmos laikiklis montuojamas prie sienos	Būtina	Širmos laikiklis montuojamas prie sienos	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą: „1 pirkimo dalis. Širma“
5.	Širmos ranka sukiojama (nenaudojant leidžia priglauti prie sienos)	Būtina	Širmos ranka sukiojama (nenaudojant leidžia priglauti prie sienos)	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą: „1 pirkimo dalis. Širma“
6.	Širmos konstrukcijos pagamintos iš antikorozinių medžiagų: aliuminio, plastiko, nerūdijančio plieno	Būtina	Širmos konstrukcijos pagamintos iš antikorozinės medžiagos: nerūdijančio plieno	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą: „1 pirkimo dalis. Širma“
7.	Teleskopinė širmos ranka ištraukiama/ sustumiama	Būtina	Teleskopinė širmos ranka ištraukiama/ sustumiama	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą: „1 pirkimo dalis. Širma“
8.	Užuolaidos ilgis	≥ 200 cm	200 cm	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą: „1 pirkimo dalis. Širma“
9.	Užuolaidos aukštis	≥ 144 cm	144 cm	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą: „1 pirkimo dalis. Širma“
10.	Užuolaidos audinys:	- Higieniškas; - Atsparus ugniai; - Atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui; - Antibakterinis.	- Higieniškas; - Atsparus ugniai; - Atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui; Antibakterinis	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą: „1 pirkimo dalis. Širma“
11.	Užuolaidą galima skalbti iki 60°C ar aukštesnėje temperatūroje	Būtina	Užuolaidą galima skalbti iki 70°C temperatūros.	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą: „1 pirkimo dalis. Širma“
12.	Įrangos garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn.	24 mėn.	Prašome žiūrėti pridedamą dokumentą: „1 pirkimo dalis. Širma“

PRT 2 telescopic ward screen



6. Širmos konstrukcijos pagamintos iš antikorozinės medžiagos: nerūdijančio plieno

• PRT 2 telescopic ward screen frame is made of stainless steel AISI304 including the screen hooks. It's recommended to medical facilities, clinics and hospitals.

3. Sustumta - 70 cm; Ištraukta - 200 cm.

• Telescopic arm can be extended from 70 to 200 cm and includes fixing plate and necessary fasteners for wall fixing.

4. Širmos laikiklis montuojamas prie sienos

• When not in use, the telescopic arm could be easily folded to the wall






• Screen is made of high-quality cotton-polyester material, which is flame and disinfectant resistant, antibacterial, washable up to 70°C. Screen size is 200x144 cm

8. 200 cm
9. 144 cm

• Total weight of PRT 2 ward screen is 5 kg.

Available material colors - indicate code while placing an order

Screen color

			
Elanocotton - green	Elanocotton - orange	Elanocotton - beige	Elanocotton - white
			
Elanocotton - blue	Elanocotton - yellow	Elanocotton - gray	

• 10. Higieniškumas;
• Atsparus ugniai;
• Atsparus dezinfekcinių medžiagų poveikiui;
• Antibakterinis

11. Užvalaidą galima skalbti iki 70° C temperatūros.

5. Širmos ranka sulkiama (nenaudojant leidžia priglausti prie sienos)

