

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Medicinos prietaisai, skirti pirminio lygio paslaugas teikiantiems
gydytojams ir slaugytojams

Eil. Nr.	Techniniai parametrai	Būtinios charakteristikos ir reikalavimai	Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslus siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo/bukletą/brošiūrą/aprašymo puslapio Nr.*)
1.	Tonometas akispūdžiui matuoti (7 vnt.):		
1.1.	Kontaktinis, nereikalingas akies nujautrinimas	Būtina	Kontaktinis, nereikalingas akies nujautrinimas <i>Žiūrėti 1psl. TA01i brošiūra.pdf</i>
1.2.	Maitinimo šaltinis: pakraunamos baterijos	Būtina	Maitinimo šaltinis: pakraunamos baterijos <i>Žiūrėti 2psl. TA01i brošiūra.pdf</i>
1.3.	Svoris su baterijomis ne daugiau 250 g	Būtina	Svoris su baterijomis 250 g <i>Žiūrėti 2psl. TA01i brošiūra.pdf</i>
1.4.	Matavimo diapazonas: 7- 50 mmHg	Būtina	Matavimo diapazonas: 7- 50 mmHg <i>Žiūrėti 2psl. TA01i brošiūra.pdf</i>
1.5.	Tikslumas: (95% leistinasis nuokrypio diapazonas atitinkantis manometriją): $\pm 1,2$ mmHg (≤ 20 mmHg)	Būtina	Tikslumas: (95% leistinasis nuokrypio diapazonas atitinkantis manometriją): $\pm 1,2$ mmHg (≤ 20 mmHg) <i>Žiūrėti 2psl. TA01i brošiūra.pdf</i>
1.6.	Garantinis terminas – ne mažiau 2 metų	Būtina	2 metai

Pastaba*. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.